



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

DELEGACIÓN ESTATAL GUERRERO

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

JUNTA DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LA-019GYR001-N178-2012

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE OXIGENO DOMICILIARIO Y HOSPITALARIO PARA EL REGIMEN ORDINARIO E IMSS OPORTUNIDADES

En Acapulco, Gro siendo las Catorce horas, del 15 de Octubre del 2012, en la Sala de Juntas de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en Av. Ruiz Cortines S/N, Col. Infonavit Alta Progreso, Acapulco, Guerrero; se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la Convocatoria de la Licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como del numeral 2.1 de la Convocatoria.

Este acto fue presidido por el L. C. Carlos Mucio Domínguez, Enc. de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, servidor público designado por la Convocante, quien al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan presentado el Escrito en el que expresen su interés en participar en esta Licitación, de forma presencial o a través de CompraNet, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto, caso contrario, se les permitirá su asistencia sin poder formular preguntas.

El Presidente del acto, fue asistido por el representante del Área Usaria del Departamento de Servicios Generales y Área Contratante de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta.

El Presidente del acto, dio inicio al mismo señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley, la solicitud de aclaración a la Convocatoria y el Escrito de interés en participar, en el domicilio de la Convocante, de la siguiente persona:

No.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	No. De PREGUNTAS	No. De HOJAS
1	PRAXAIR MEXICO, S. DE R. L. DE C. V.	COMPRANET	11	15
2	INFRA, S.A. DE C. V.	COMPRANET	13	7

La Convocante realizó la siguiente Aclaración a la Convocatoria:

REQUERIMIENTO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES INDUSTRIALES DE LA DELEGACION ESTATAL GUERRERO DICE:

REGIMEN ORDINARIO.  
CONSUMO MENSUAL

UNIDAD	DIRECCION	TIPO DE GAS	CONSUMO PROMEDO MENSUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION
H. G. R. No. 1	AV. RUIZ CORTINEZ S/N Y AV. LA CAÑADA S/N, COL. ALTA PROGRESO, C.P. 39610. ACAPULCO, GRO.	OXIGENO MEDICINAL LIQUIDO TANQUE THERMO	35,042	M3	THERMO 12,500 LTS.
H. G. R. No. 1	AV. RUIZ CORTINEZ S/N Y AV. LA CAÑADA S/N, COL. ALTA PROGRESO, C.P. 39610. ACAPULCO, GRO.	OXIGENO MEDICINAL DE 1.5 Y 3.5 M3	96	M3	DIVERSOS AMBULANCIA 1.5 Y 3.5 M3
H. G. R. No. 1	AV. RUIZ CORTINEZ S/N Y AV. LA CAÑADA S/N, COL. ALTA PROGRESO, C.P. 39610. ACAPULCO, GRO.	OXIGENO MEDICINAL CIL DE 8.5 M3	43	M3	CILINDRO CONSERVACION 8.5 M3
H. G. R. No. 1	AV. RUIZ CORTINEZ S/N Y AV. LA CAÑADA S/N, COL. ALTA PROGRESO, C.P. 39610. ACAPULCO, GRO. S/N	OXIGENO	90	M3	CILINDRO AMBULANCIA 6 M3
H. G. R. N° 1	AV. RUIZ CORTINEZ S/N Y AV. LA CAÑADA S/N, COL. ALTA PROGRESO, C.P. 39610. ACAPULCO, GRO.	MEZCLA OXI FUME 2002	1	CARGA	CILINDRO CONSERVACION 2 VEZ POR AÑO 60 KG
H. G. R. No. 1	AV. RUIZ CORTINEZ S/N Y AV. LA CAÑADA S/N, COL. ALTA PRGRESO, C.P. 39610. ACAPULCO, GRO.	OXIDO NITROSO	99	KG	CILINDRO CONSERVACION 27.5 KG .
H. G. R. No. 1	AV. RUIZ CORTINEZ S/N Y AV. LA CAÑADA S/N, COL. ALTA PROGRESO, C.P. 39610. ACAPULCO, GRO.	ACETILENO	4	KG	CILINDRO CONSERVACION I VEZ POR AÑO 4 KG.
H. G. R. No. 1	AV. RUIZ CORTINEZ S/N Y AV. LA CAÑADA S/N, COL. ALTA PROGRESO, C.P. 39610. ACAPULCO, GRO.	NITROGENO NF	43	M3	CILINDRO CONSERVACION 9.0 M3

Handwritten signatures and marks on the right side of the table.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

DELEGACIÓN ESTATAL GUERRERO

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

JUNTA DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LA-019GYR001-N178-2012

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE OXIGENO DOMICILIARIO Y HOSPITALARIO  
PARA EL REGIMEN ORDINARIO E IMSS OPORTUNIDADES

H. G. R. No. 1	AV. RUIZ CORTINEZ S/N Y AV. LA CAÑADA S/N, COL. ALTA PRGRESO, C.P. 39610, ACAPULCO, GRO.	BIOXIDO DE CARBONO	25	KG	CILINDRO CONSERVACION 25.00 KG
U. M. F. No. 2	AV. FRANCISCO RUIZ MASSIEU S/N, COL. ALTA PROGRESO, C.P. 39610, ACAPULCO, GRO.	OXIGENO	821	M3	CILINDRO URGENCIAS 8.5 M3
U. M. F. N° 2	AV. FRANCISCO RUIZ MASSIEU S/N, COL. ALTA PROGRESO, C.P. 39610, ACAPULCO, GRO.	OXIGENO	4	M3	DIVERSOS AMBULANCIA 1.5 Y 3.5 M3
U. M. F. No. 9	AV. CUAUHEMOC No. 95, COL. CENTRO, C.P. 39300, ACAPULCO, GRO.	OXIGENO	646	M3	CILINDRO URGENCIAS 8.5 M3
U. M. F. No. 9	AV. CUAUHEMOC No. 95, COL. CENTRO, C.P. 39300, ACAPULCO, GRO.	OXIGENO	4	M3	DIVERSOS AMBULANCIA 1.5, Y 3.5 M3
U. M. F. No. 9	AV. CUAUHEMOC No. 95, COL. CENTRO, C.P. 39300, ACAPULCO, GRO.	ACETILENO	4	KG	CILINDRO 1 VEZ POR AÑO 4 KG
U. M. F. No. 26	BOULEVARD VICENTE GRO. Y CALLE 2, COL. EMILIANO ZAPATA C.P. 39050, ACAPULCO, GRO.	OXIGENO	333	M3	CILINDRO URGENCIAS 8.5 M3
U. M. F. No. 26	BOULEVARD VICENTE GRO. Y CALLE 2, COL. EMILIANO ZAPATA C.P. 39050, ACAPULCO, GRO.	OXIGENO	4	M3	DIVERSOS AMBULANCIA 1.5 Y 3.5 M3
U. M. F. No. 28	AV. GRAN VIA EL COLOSO, CASA No. 33,34,36,36, COL. EL COLOSO, C.P. 39810, ACAPULCO, GRO.	OXIGENO	22	M3	CILINDRO 8.5 M3
U. M. F. No. 28	AV. GRAN VIA EL COLOSO, CASA No. 33, 34, 36, 36, COL. EL COLOSO, C.P. 39810, ACAPULCO, GRO.	OXIGENO	2	M3	DIVERSOS AMBULANCIA 1.5, Y 3.5 M3
U. M. F. No. 29	JOYAS DEL MARQUEZ LOTE 1 BIS, LLANO LARGO S/N COL. COLOSIO, C.P. 39906, ACAPULCO, GRO.	OXIGENO	218	M3	CILINDRO URGENCIA CIRUGIA AMBUL.
U. M. F. No. 29	JOYAS DEL MARQUEZ LOTE 1 BIS, LLANO LARGO S/N COL. COLOSIO, C.P. 39906, ACAPULCO, GRO.	OXIGENO	4	M3	DIVERSOS AMBULANCIA 1.5, Y 3.5 M3
U. M. F. No. 29	JOYAS DEL MARQUEZ LOTE 1 BIS, LLANO LARGO S/N COL. COLOSIO, C.P. 39906, ACAPULCO, GRO.	OXIGENO	24	M3	CILINDRO 8.5 M3
U. M. F. No. 16	DOMICILIO CONOCIDO, COYUCA DE BENITEZ, GRO.	OXIGENO	3	M3	CILINDRO 8.5 M3
U. M. F. No. 11	IGNACIO ALLENDE No. 4 CENTRO, ATOYAC DE ALVAREZ, GRO.	OXIGENO	3	M3	CILINDRO 8.5 M3
U. M. F. No. 14	DOMICILIO CONOCIDO, TECPAN DE GALEANA, GRO.	OXIGENO	3	M3	CILINDRO 8.5 M3
U. M. F. No. 12	DOMICILIO CONOCIDO, SAN MARCOS, GRO.	OXIGENO	3	M3	CILINDRO 8.5 M3
U. M. F. No. 12	DOMICILIO CONOCIDO, SAN MARCOS, GRO.	OXIGENO	2	M3	DIVERSOS AMBULANCIA 1.5 Y 3.5 M3
U. M. F. No. 25	DOMICILIO CONOCIDO, OMETEPEC, GRO.	OXIGENO	3	M3	CILINDRO 8.5 M3
H. G. S. Z. No. 3	AV. MIGUEL ALEMAN No. 70 COL. CENTRO, C.P. 3900 CHILPANCINGO, GRO.	OXIGENO	400	M3	CILINDRO HOSPITAL URGEN. 8.5 M3
H. G. S. Z. No. 3	AV. MIGUEL ALEMAN No. 70 COL. CENTRO, C.P. 3900 CHILPANCINGO, GRO	OXIGENO	31	M3	DIVERSOS AMBULANCIA 1.5, 3.5 M3
H. G. S. Z. No. 3	AV. MIGUEL ALEMAN No. 70 COL. CENTRO, C.P. 3900 CHILPANCINGO, GRO	OXIDO NITROSO	27.5	KG	CILINDRO 1 POR AÑO 27.5 KG.
H. G. S. Z. No. 3	AV. MIGUEL ALEMAN No. 70 COL. CENTRO, C.P. 3900 CHILPANCINGO, GRO.	OXIDO NITROSO	55	KG	CILINDRO 2 POR AÑO 27.5 KG
H. G. S. Z. No. 3	AV. MIGUEL ALEMAN No. 70 COL. CENTRO, C.P. 3900 CHILPANCINGO, GRO	ACETILENO	12	KG	CILINDRO 3 POR AÑO 4 KG.
U. M. F. No. 7	DOMICILIO CONOCIDO, TIERRA	OXIGENO	3	M3	CILINDRO 8.5 M3



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

DELEGACIÓN ESTATAL GUERRERO

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

JUNTA DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LA-019GYR001-N178-2012

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE OXIGENO DOMICILIARIO Y HOSPITALARIO PARA EL REGIMEN ORDINARIO E IMSS OPORTUNIDADES

U. M. F. No. 7	COLORADA, GRO. DOMICILIO CONOCIDO, TIERRA COLORADA, GRO.	OXIGENO	2	M3	DIVERSOS AMBULANCIA 1.5 Y 3.5 M3
U. M. F. No. 23	DOMICILIO CONOCIDO, CHILAPA, GRO.	OXIGENO	3	M3	CILINDRO 8.5 M3
H. G. Z. No. 4	CARRETERA MEX-ACAP. KM. 196, COL. CENTRO, C, P. 4000, IGUALA, GRO.	OXIGENO	528	M3	CILINDRO HOSP. Y URGENC. 8.5 M3
H. G. Z. No. 4	CARRETERA MEX-ACAP. KM. 196, COL. CENTRO, C, P. 4000, IGUALA, GRO.	OXIGENO	3	M3	DIVERSOS AMBULANCIA 1.5 Y 3.5 M3
H. G. Z. No. 4	CARRETERA MEX-ACAP. KM. 196, COL. CENTRO, C, P. 4000, IGUALA, GRO.	NITROGENO NF	4	M3	CILINDRO 4 VECES POR AÑO 9 M3
H.G.S.Z. No. 19	AV. LAZARO CARDENAS S/N. COL. CENTRO, C.P. 40600 CD. ALTAMIRANO, GRO.	OXIGENO	6,300	M3	CILINDRO HOSP. Y URG 8.5 M3.
H.G.S.Z. No. 19	AV. LAZARO CARDENAS S/N, COL. CENTRO, C.P. 40600 CD. ALTAMIRANO, GRO.	OXIGENO	3	M3	DIVERSOS AMBULANCIA 1.5 Y 3.5 M3
H.G.S.Z. No. 19	AV. LAZARO CARDENAS S/N, COL. CENTRO, C.P. 40600 CD. ALTAMIRANO, GRO.	NITROGENO NF	4	M3	CILINDRO 4 VECES POR AÑO 9 M3
H.G.S.Z. No. 19	AV. LAZARO CARDENAS S/N, COL. CENTRO, C.P. 40600 CD. ALTAMIRANO, GRO.	ACETILENO	1	KG	CILINDRO 3 VECES POR AÑO 4 KG
H.G.S.Z. No. 5	AV. DE LOS PLATEROS No. 330, COL. CENTRO, C.P. 40200, TAXCO, GRO.	OXIGENO	424	M3	CILINDRO HOSP. Y URG. 8.5 M3
H.G.S.Z. No. 5	AV. DE LOS PLATEROS No. 330, COL. CENTRO, C.P. 40200, TAXCO, GRO.	NITROGENO NF	4	M3	CILINDRO 4 VECES POR AÑO
H.G.S.Z. No. 5	AV. DE LOS PLATEROS No. 330, COL. CENTRO, C.P. 40200, TAXCO, GRO.	ACETILENO	4	KG	CILINDRO 1 VEZ POR AÑO 4 KG
H.G.S.Z. No. 5	AV. DE LOS PLATEROS No. 330, COL. CENTRO, C.P. 40200, TAXCO, GRO.	OXIGENO	15	M3	DIVERSOS AMBULANCIA 1.5 Y 3.5 M3
H. G. Z. No. 8	OLINALA Y RETORNO NO. 1 COL. EL HUJAL, C.P. 40880, ZIHUATANEJO, GRO.	OXIGENO	780	M3	DEWAR 130 M3
H. G. Z. No. 8	OLINALA Y RETORNO NO. 1 COL. EL HUJAL, C.P. 40880, ZIHUATANEJO, GRO.	OXIGENO	550	M3	CILINDRO HOSP. Y URG. 8.5 M3.
H. G. Z. No. 8	OLINALA Y RETORNO NO. 1 COL. EL HUJAL, C.P. 40880, ZIHUATANEJO, GRO.	OXIGENO	15	M3	DIVERSOS AMBULANCIA 1.5 Y 3.5 M3
H. G. Z. No. 8	OLINALA Y RETORNO NO. 1 COL. EL HUJAL, C.P. 40880, ZIHUATANEJO, GRO.	NITROGENO NF	4	M3	CILINDRO 4 VECES POR AÑO 9 M3
H. G. Z. No. 8	OLINALA Y RETORNO NO. 1 COL. EL HUJAL, C.P. 40880, ZIHUATANEJO, GRO.	ACETILENO	1	KG	CILINDRO 3 VEZ POR AÑO 4 KG
H. G. Z. No. 8	OLINALA Y RETORNO NO. 1 COL. EL HUJAL, C.P. 40880, ZIHUATANEJO, GRO.	OXIDO NITROSO	12	KG	CILINDRO 2 VECES POR AÑO 27.5 KG

*[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]*

REGIMEN IMSS OPORTUNIDADES

UNIDAD	DIRECCION	TIPO DE GAS	CONSUMO MIN	CONSUMO MAX	TIPO DE CONTENEDOR	UNIDAD DE MEDIDA
HOSPITAL MEDICO RURAL	CARRETERA ZIHUATANEJO-LAZARO CARDENAS, ENTRONQUE A LA UNION, PREDIO RUSTICO EL REPARO	OXIGENO	3,101	7,752	CILINDRO HOSPITAL 8.5 M3	M3
		OXIDO NITROSO	1	2	CILINDRO HOSPITAL DE 6 M3	M3

*[Handwritten signature]*



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL**  
**DELEGACIÓN ESTATAL GUERRERO**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**  
**JUNTA DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**  
**No. LA-019GYR001-N178-2012**  
**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE OXIGENO DOMICILIARIO Y HOSPITALARIO**  
**PARA EL REGIMEN ORDINARIO E IMSS OPORTUNIDADES**

		OXIGENO	5	12	CILINDRO PORTATIL USP DE 0.50 M3.	M3
		OXIGENO	4	10	CILINDRO (PARA AMBULANCIA) DE 3.50 M3.	M3
		OXIGENO	7	18	CILINDRO USP E (PARA CARRO ROJO) DE 1.50 M3.	M3
	<b>TOTAL:</b>		<b>3,118</b>	<b>7,794</b>		<b>M3</b>

**REQUERIMIENTO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES INDUSTRIALES DE LA DELEGACION ESTATAL GUERRERO DEBE DECIR:**

**REGIMEN ORDINARIO.**  
**CONSUMO MENSUAL**

UNIDAD	DIRECCION	TIPO DE GAS	CONSUMO PROMEDO MENSUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION
H. G. R. No. 1	AV. RUIZ CORTINEZ S/N Y AV. LA CAÑADA S/N, COL. ALTA PROGRESO, C.P. 39610. ACAPULCO, GRO.	OXIGENO MEDICINAL LIQUIDO TANQUE THERMO	35,042	M3	THERMO 12,500 LTS.
H. G. R. No. 1	AV. RUIZ CORTINEZ S/N Y AV. LA CAÑADA S/N, COL. ALTA PROGRESO, C.P. 39610. ACAPULCO, GRO.	OXIGENO MEDICINAL DE 1.5 Y 3.5 M3	96	CARGA	DIVERSOS AMBULANCIA 1.5 Y 3.5 M3
H. G. R. No. 1	AV. RUIZ CORTINEZ S/N Y AV. LA CAÑADA S/N, COL. ALTA PROGRESO, C.P. 39610. ACAPULCO, GRO.	OXIGENO MEDICINAL CIL DE 8.5 M3	43	M3	CILINDRO CONSERVACION 8.5 M3
H. G. R. No. 1	AV. RUIZ CORTINEZ S/N Y AV. LA CAÑADA S/N, COL. ALTA PROGRESO, C.P. 39610. ACAPULCO, GRO. S/N	OXIGENO MEDICINAL CIL DE 6.0 M3	90	M3	CILINDRO AMBULANCIA 6 M3
H. G. R. N° 1	AV. RUIZ CORTINEZ S/N Y AV. LA CAÑADA S/N, COL. ALTA PROGRESO, C.P. 39610. ACAPULCO, GRO.	MEZCLA OXI FUME 2002 CIL. DE 60 KGS.	1	CARGA	CILINDRO CONSERVACION 2 VEZ POR AÑO 60 KG
H. G. R. No. 1	AV. RUIZ CORTINEZ S/N Y AV. LA CAÑADA AV. RUIZ CORTINEZ S/N Y AV. LA CAÑADA S/N, COL. ALTA PRGRESO, C.P. 39610. ACAPULCO, GRO.	OXIDO NITROSO USP DE 27.5 KG	99	KG	CILINDRO CONSERVACION 27.5 KG .
H. G. R. No. 1	AV. RUIZ CORTINEZ S/N Y AV. LA CAÑADA S/N, COL. ALTA PROGRESO, C.P. 39610. ACAPULCO, GRO.	ACETILENO CIL DE 4 KG.	4	KG	CILINDRO CONSERVACION 1 VEZ POR AÑO 4 KG.
H. G. R. No. 1	AV. RUIZ CORTINEZ S/N Y AV. LA CAÑADA S/N, COL. ALTA PROGRESO, C.P. 39610. ACAPULCO, GRO.	NITROGENO NF GASEOSO CIL DE 8.5 M3	43	M3	CILINDRO CONSERVACION 8.5 M3
H. G. R. No. 1	AV. RUIZ CORTINEZ S/N Y AV. LA CAÑADA S/N, COL. ALTA PRGRESO, C.P. 39610. ACAPULCO, GRO.	BIOXIDO DE CARBONO USP DE 25 KG.	25	KG	CILINDRO CONSERVACION 25.00 KG
U. M. F. No. 2	AV. FRANCISCO RUIZ MASSIEU S/N, COL. ALTA PROGRESO, C.P. 39610, ACAPULCO, GRO.	OXIGENO MEDICINAL CIL DE 8.5 M3	821	M3	CILINDRO URGENCIAS 8.5 M3
U. M. F. N° 2	AV. FRANCISCO RUIZ MASSIEU S/N, COL. ALTA PROGRESO, C.P. 39610, ACAPULCO, GRO.	OXIGENOMEDICINAL DE 1.5 Y 3.5 M3	4	CARGA	DIVERSOS AMBULANCIA 1.5 Y 3.5 M3
U. M. F. No. 9	AV. CUAUHTEMOC No. 95, COL. CENTRO, C.P. 39300, ACAPULCO, GRO.	OXIGENO MEDICINAL CIL DE 8.5 M3	646	M3	CILINDRO URGENCIAS 8.5 M3
U. M. F. No. 9	AV. CUAUHTEMOC No. 95, COL. CENTRO, C.P. 39300, ACAPULCO, GRO.	OXIGENOMEDICINAL DE 1.5 Y 3.5 M3	4	CARGA	DIVERSOS AMBULANCIA 1.5, Y 3.5 M3
U. M. F. No. 9	AV. CUAUHTEMOC No. 95, COL. CENTRO, C.P. 39300, ACAPULCO, GRO.	ACETILENO CIL DE 4 KG.	4	KG	CILINDRO 1 VEZ POR AÑO 4 KG
U. M. F. No. 26	BOULEVARD VICENTE GRO. Y CALLE 2, COL. EMILIANO ZAPATA C.P. 39050, ACAPULCO, GRO.	OXIGENO MEDICINAL CIL DE 8.5 M3	333	M3	CILINDRO URGENCIAS 8.5 M3
U. M. F. No. 26	BOULEVARD VICENTE GRO. Y CALLE 2, COL. EMILIANO ZAPATA C.P. 39050,	OXIGENOMEDICINAL DE 1.5 Y 3.5 M3	4	CARGA	DIVERSOS AMBULANCIA



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

DELEGACIÓN ESTATAL GUERRERO

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

JUNTA DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LA-019GYR001-N178-2012

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE OXIGENO DOMICILIARIO Y HOSPITALARIO  
PARA EL REGIMEN ORDINARIO E IMSS OPORTUNIDADES

U. M. F. No. 28	ACAPULCO, GRO. AV. GRAN VIA EL COLOSO, CASA No. 33,34,36,36, COL. EL COLOSO, C.P. 39810, ACAPULCO, GRO.	OXIGENO MEDICINAL CIL DE 8.5 M3	22	M3	1.5 Y 3.5 M3 CILINDRO 8.5 M3
U. M. F. No. 28	AV. GRAN VIA EL COLOSO, CASA No. 33, 34, 36, 36, COL. EL COLOSO, C.P. 39810, ACAPULCO, GRO.	OXIGENOMEDICINAL DE 1.5 Y 3.5 M3	2	CARGA	DIVERSOS AMBULANCIA 1.5, Y 3.5 M3
U. M. F. No. 29	JOYAS DEL MARQUEZ LOTE 1 BIS, LLANO LARGO S/N COL. COLOSIO, C.P. 39906, ACAPULCO, GRO.	OXIGENO MEDICINAL CIL DE 8.5 M3	218	M3	CILINDRO 8.5 M3 CIRUGIA AMBUL.
U. M. F. No. 29	JOYAS DEL MARQUEZ LOTE 1 BIS, LLANO LARGO S/N COL. COLOSIO, C.P. 39906, ACAPULCO, GRO.	OXIGENOMEDICINAL DE 1.5 Y 3.5 M3	4	CARGA	DIVERSOS AMBULANCIA 1.5, Y 3.5 M3
U. M. F. No. 29	JOYAS DEL MARQUEZ LOTE 1 BIS, LLANO LARGO S/N COL. COLOSIO, C.P. 39906, ACAPULCO, GRO.	OXIGENO MEDICINAL CIL DE 8.5 M3	24	M3	CILINDRO 8.5 M3
U. M. F. No. 16	DOMICILIO CONOCIDO, COYUCA DE BENITEZ, GRO.	OXIGENO MEDICINAL CIL DE 8.5 M3	3	M3	CILINDRO 8.5 M3
U. M. F. No. 11	IGNACIO ALLENDE No. 4 CENTRO, ATOYAC DE ALVAREZ, GRO.	OXIGENO MEDICINAL CIL DE 8.5 M3	3	M3	CILINDRO 8.5 M3
U. M. F. No. 14	DOMICILIO CONOCIDO, TECPAN DE GALEANA, GRO.	OXIGENO MEDICINAL CIL DE 8.5 M3	3	M3	CILINDRO 8.5 M3
U. M. F. No. 12	DOMICILIO CONOCIDO, SAN MARCOS, GRO.	OXIGENO MEDICINAL CIL DE 8.5 M3	3	M3	CILINDRO 8.5 M3
U. M. F. No. 12	DOMICILIO CONOCIDO, SAN MARCOS, GRO.	OXIGENOMEDICINAL DE 1.5 Y 3.5 M3	2	CARGA	DIVERSOS AMBULANCIA 1.5 Y 3.5 M3
U. M. F. No. 25	DOMICILIO CONOCIDO, OMETEPEC, GRO.	OXIGENO MEDICINAL CIL DE 8.5 M3	3	M3	CILINDRO 8.5 M3
H. G. S. Z. No. 3	AV. MIGUEL ALEMAN No. 70 COL. CENTRO, C.P. 3900 CHILPANCINGO, GRO.	OXIGENO MEDICINAL CIL DE 8.5 M3	400	M3	CILINDRO HOSPITAL URGEN. 8.5 M3
H. G. S. Z. No. 3	AV. MIGUEL ALEMAN No. 70 COL. CENTRO, C.P. 3900 CHILPANCINGO, GRO	OXIGENOMEDICINAL DE 1.5 Y 3.5 M3	31	CARGA	DIVERSOS AMBULANCIA 1.5, 3.5 M3
H. G. S. Z. No. 3	AV. MIGUEL ALEMAN No. 70 COL. CENTRO, C.P. 3900 CHILPANCINGO, GRO	OXIDO NITROSO USP DE 27.5 KG.	82.5	KG	3 CILINDROS POR AÑO 27.5KG.
H. G. S. Z. No. 3	AV. MIGUEL ALEMAN No. 70 COL. CENTRO, C.P. 3900 CHILPANCINGO, GRO	ACETILENO CIL DE 4 KG.	12	KG	CILINDRO 3 POR AÑO 4 KG.
U. M. F. No. 7	DOMICILIO CONOCIDO, TIERRA COLORADA, GRO.	OXIGENO MEDICINAL CIL DE 8.5 M3	3	M3	CILINDRO 8.5 M3
U. M. F. No. 7	DOMICILIO CONOCIDO, TIERRA COLORADA, GRO.	OXIGENOMEDICINAL DE 1.5 Y 3.5 M3	2	CARGA	DIVERSOS AMBULANCIA 1.5 Y 3.5 M3
U. M. F. No. 23	DOMICILIO CONOCIDO, CHILAPA, GRO.	OXIGENO MEDICINAL CIL DE 8.5 M3	3	M3	CILINDRO 8.5 M3
H. G. Z. No. 4	CARRETERA MEX-ACAP. KM. 196, COL. CENTRO, C. P. 4000, IGUALA, GRO.	OXIGENO MEDICINAL EN DEWAR	528	M3	DEWAR 130 M3
H. G. Z. No. 4	CARRETERA MEX-ACAP. KM. 196, COL. CENTRO, C. P. 4000, IGUALA, GRO.	OXIGENOMEDICINAL DE 1.5 Y 3.5 M3	3	CARGA	DIVERSOS AMBULANCIA 1.5 Y 3.5 M3
H. G. Z. No. 4	CARRETERA MEX-ACAP. KM. 196, COL. CENTRO, C. P. 4000, IGUALA, GRO.	NITROGENO NF GASEOSO CIL DE 8.5 M3	4	M3	CILINDRO 4 VECES POR AÑO 8.5 M3
H.G.S.Z. No. 19	AV. LAZARO CARDENAS S/N. COL. CENTRO, C.P. 40600 CD. ALTAMIRANO, GRO.	OXIGENO MEDICINAL CIL DE 8.5 M3	6,300	M3	CILINDRO HOSP. Y URG 8.5 M3.
H.G.S.Z. No. 19	AV. LAZARO CARDENAS S/N, COL. CENTRO, C.P. 40600 CD. ALTAMIRANO, GRO.	OXIGENOMEDICINAL DE 1.5 Y 3.5 M3	3	CARGA	DIVERSOS AMBULANCIA 1.5 Y 3.5 M3
H.G.S.Z. No. 19	AV. LAZARO CARDENAS S/N, COL. CENTRO, C.P. 40600 CD. ALTAMIRANO, GRO.	NITROGENO NF GASEOSO CIL DE 8.5 M3	4	M3	CILINDRO 4 VECES POR AÑO 8.5 M3
H.G.S.Z. No. 19	AV. LAZARO CARDENAS S/N, COL. CENTRO, C.P. 40600 CD. ALTAMIRANO,	ACETILENO CIL DE 4 KG.	1	KG	CILINDRO 3 VECES POR AÑO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

DELEGACIÓN ESTATAL GUERRERO

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

JUNTA DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LA-019GYR001-N178-2012

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE OXIGENO DOMICILIARIO Y HOSPITALARIO  
PARA EL REGIMEN ORDINARIO E IMSS OPORTUNIDADES

H.G.S.Z. No. 5	GRO. AV. DE LOS PLATEROS No. 330, COL. CENTRO, C.P. 40200, TAXCO, GRO.	OXIGENO MEDICINAL CIL DE 8.5 M3	424	M3	4 KG CILINDRO HOSP. Y URG. 8.5 M3
H.G.S.Z. No. 5	AV. DE LOS PLATEROS No. 330, COL. CENTRO, C.P. 40200, TAXCO, GRO.	NITROGENO NF GASEOSO CIL DE 8.5 M3	4	M3	CILINDRO 4 VECES POR AÑO
H.G.S.Z. No. 5	AV. DE LOS PLATEROS No. 330, COL. CENTRO, C.P. 40200, TAXCO, GRO.	ACETILENO CIL DE 4 KG.	4	KG	CILINDRO 1 VEZ POR AÑO 4 KG
H.G.S.Z. No. 5	AV. DE LOS PLATEROS No. 330, COL. CENTRO, C.P. 40200, TAXCO, GRO.	OXIGENOMEDICINAL DE 1.5 Y 3.5 M3	15	CARGA	DIVERSOS AMBULANCIA 1.5 Y 3.5 M3
H. G. Z. No. 8	OLINALA Y RETORNO NO. 1 COL. EL HUJAL, C.P. 40880, ZIHUATANEJO, GRO.	OXIGENO MEDICINAL DEWAR	780	M3	DEWAR 130 M3
H. G. Z. No. 8	OLINALA Y RETORNO NO. 1 COL. EL HUJAL, C.P. 40880, ZIHUATANEJO, GRO.	OXIGENO MEDICINAL CIL DE 8.5 M3	550	M3	CILINDRO HOSP. Y URG. 8.5 M3.
H. G. Z. No. 8	OLINALA Y RETORNO NO. 1 COL. EL HUJAL, C.P. 40880, ZIHUATANEJO, GRO.	OXIGENOMEDICINAL DE 1.5 Y 3.5 M3	15	CARGA	DIVERSOS AMBULANCIA 1.5 Y 3.5 M3
H. G. Z. No. 8	OLINALA Y RETORNO NO. 1 COL. EL HUJAL, C.P. 40880, ZIHUATANEJO, GRO.	NITROGENO NF GASEOSO CIL DE 8.5 M3	4	M3	CILINDRO 4 VECES POR AÑO 8.5 M3
H. G. Z. No. 8	OLINALA Y RETORNO NO. 1 COL. EL HUJAL, C.P. 40880, ZIHUATANEJO, GRO.	ACETILENO CIL DE 4 KG.	1	KG	CILINDRO 3 VEZ POR AÑO 4 KG
H. G. Z. No. 8	OLINALA Y RETORNO NO. 1 COL. EL HUJAL, C.P. 40880, ZIHUATANEJO, GRO.	OXIDO NITROSO USP DE 27.5 KG.	12	KG	CILINDRO 2 VECES POR AÑO 27.5 KG

REGIMEN IMSS OPORTUNIDADES

UNIDAD	DIRECCION	TIPO DE GAS	CONSUMO MIN	CONSUMO MAX	TIPO DE CONTENEDOR	UNIDAD DE MEDIDA
HOSPITAL MEDICO RURAL	CARRETERA ZIHUATANEJO-CARDENAS, ENTRONQUE A LA UNION, PREDIO RUSTICO EL REPARO	OXIGENO MEDICINAL CIL DE 8.5 M3	3,101	7,752	CILINDRO HOSPITAL 8.5 M3	M3
		OXIDO NITROSO USP DE 27.5 KG.	1	2	CILINDRO HOSPITAL DE 27.5 KG	KG
		OXIGENOMEDICINAL DE 1.5 Y 3.5 M3	16	40	DIVERSOS AMBULANCIA 1.5 Y 3.5 M3	CARGA
<b>TOTAL:</b>			<b>3,118</b>	<b>7,794</b>		

Acto seguido, se procedió a la lectura de la solicitud de aclaración a la Convocatoria presentada en tiempo y forma por el interesado, así como la respuesta otorgada por la Convocante, como se indica a continuación:-----

PREGUNTA EFECTUADA POR PRAXAIR MEXICO, S.A. DE C. V.:

NO.	PREGUNTA	RESPUESTA
1	<b>Punto 3.1. Calidad Servicios de Oxígeno Medicinal Domiciliario Inciso B) y Servicio de Oxígeno y Gases Medicinales para Hospitales Inciso B)</b> PRESENTAR EL INFORME DE ENSAYO Y/O RESULTADOSEMITIDO POR PERSONA ACREDITADA ANTE LA EMA, QUE VALIDE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA "NMX-H-156-NORMEX-2010 GASES COMPRIMIDOS.- RECALIFICACIÓN DE ENVASES QUE CONTENGAN GASES COMPRIMIDOS, LICUADOS Y DISUELTOS.- REQUISITOS DE SEGURIDAD PARA SU USO MANEJO, LLENADO Y TRANSPORTE.- ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA" <i>Se refiere al Certificado emitido por NORMEX y que valida el cumplimiento de la norma NMX-H-156-NORMEX-2010 ?</i>	<b>ES CORRECTA SU APRECIACIÓN</b>
2	<b>Punto 3.1. Calidad Servicios de Oxígeno Medicinal Domiciliario Inciso C) y Servicio de Oxígeno y Gases Medicinales para Hospitales Inciso C)</b> PRESENTAR EL CERTIFICADO EMITIDO POR PERSONA ACREDITADA ANTE LA EMA, QUE VALIDE QUE CUMPLE CON LA NORMA "NMX-K-361-NORMEX-2004 OXÍGENO MEDICINAL PARA CONSUMO HUMANO (GAS A ALTA PRESIÓN Y LÍQUIDO CRIOGÉNICO) EN ENVASES.- ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS DEL PRODUCTO ENVASADO.- MÉTODOS DE ENSAYO (PRUEBA). ANÁLISIS DE LABORATORIO Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN"	<b>DEBE DE PRESENTAR EL CERTIFICADO DE ACUERDO A LO REQUERIDO EN EL PUNTO 3.1 CALIDAD INCISO C) DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.</b>



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

DELEGACIÓN ESTATAL GUERRERO

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

JUNTA DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LA-019GYR001-N178-2012

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE OXIGENO DOMICILIARIO Y HOSPITALARIO  
PARA EL REGIMEN ORDINARIO E IMSS OPORTUNIDADES

NO.	PREGUNTA	RESPUESTA
	<i>Se refiere al informe de ensayo y/o resultados emitidos por personal ante la EMA y que valida el cumplimiento de la norma NMX-K-361-NORMEX-2004?</i>	
3	<p><b>Anexo 4 (Cuatro) II Especificaciones de Calidad Inciso F)</b> NOM-020-STPS-2002 RECIPIENTES SUJETOS A PRESIÓN Y CALDERAS FUNCIONAMIENTO – CONDICIONES DE SEGURIDAD. CUANDO SE REQUIERA DE LA INSTALACIÓN DE TANQUES THERMO ESTACIONARIOS EN LOS HOSPITALES, EL LICITANTE DEBERÁ DE CONTAR CON OFICIO DE RECONOCIMIENTO DEL DICTAMEN DE CUMPLIMIENTO A LA NOM CITADA, EMITIDO POR LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, EL CUAL DEBERÁ SER ENTREGADO DENTRO DE LOS PRIMEROS 30 DÍAS AL INICIO DE LA OPERACIÓN, MISMO QUE DEBERÁ ENCONTRARSE VIGENTE AL MOMENTO DE SU PRESENTACIÓN ACOMPAÑANDO ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EN CASO DE QUE CONCLUYA LA VIGENCIA DEL MISMO DURANTE EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, SE COMPROMETERÁ A MANTENERLO VIGENTE.</p> <p><i>Cabe hacer mención que esta norma indica que la autorización aquí solicitada se emite una vez que el equipo está instalado y funcionando, por lo que solicitamos se nos permita presentar carta bajo protesta de decir verdad que en caso de resultar adjudicados se tramitara conjuntamente con el Instituto Mexicano del Seguro Social, los permisos de funcionamiento de los tanques termo instalados en la unidades medicas.</i></p>	DEBERÁ DE DAR ATENCIÓN A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, EN UN PLAZO NO MAYOR A 90 DÍAS.
4	<p><b>3.4. Propuesta Económica.</b></p> <p>LA PROPOSTA ECONÓMICA, DEBERÁ CONTENER LA COTIZACIÓN DEL SERVICIO OFERTADO, INDICANDO LA CLAVE/PARTIDA, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, SUBTOTAL Y EL IMPORTE MÍNIMO Y MÁXIMO TOTAL DEL SERVICIO OFERTADO, DESGLOSANDO EL IVA, CONFORME AL ANEXO NÚMERO 8 (OCHO), EL CUAL FORMA PARTE DE LAS PRESENTES BASES</p> <p><i>A) consideramos que el anexo 8 no cumple con lo solicitado en este punto, ya que no existe la columna para mínimos y máximos. Favor de indicar lo procedente para la propuesta económica</i></p> <p><i>B) En este Anexo se menciona numero de partida, en la bases no encontramos alguna numeración en los requerimientos que nos diga que numero de partidas tienen los servicios solicitados. Favor de aclarar.</i></p> <p><i>C) En las Bases contemplan Anexo 3 Y 4 Características Técnicas del Servicio de Oxígeno Domiciliario y Hospitalario, Se presentara una anexo 8 para cada uno de ellos? Favor de indicar lo procedente para la elaboración de la propuesta económica</i></p>	<p>A) PODRÁ PRESENTAR FORMATO LIBRE QUE CUMPLA CON LO SOLICITADO EN EL PUNTO 3.4 PROPUESTA ECONÓMICA.</p> <p>B) SE OMITE LO REFERIDO EN ESTE PUNTO.</p> <p>C) DEBERÁ PRESENTAR UN FORMATO POR CADA UNO DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS OXIGENO DOMICILIARIO, OXIGENO HOSPITALARIO RÉGIMEN ORDINARIO Y OXIGENO HOSPITALARIO RÉGIMEN IMSS OPORTUNIDADES.</p>
5	<p><b>Página 32 Tabla Promedio Anual de Días Pacientes a Atender Anexo 3 Características Técnicas del Servicio de Oxígeno Domiciliario</b></p> <p><i>Esta tabla presenta los promedios mensuales días paciente los cuales no coinciden con los mínimos y máximos de la tabla anterior a esta, consideramos que debe ser corregida.</i></p>	LA COTIZACIÓN DEBERÁ SER POR LA CANTIDAD MÁXIMA ANUAL POR CADA UNO DE LOS TRES CONCEPTOS.
6	<p><b>Página 43,44,45 y 46 Anexo 4 Servicio de Oxígeno y Gases Medicinales para Hospitales Régimen Ordinario, Tabla de Consumo Mensual Unidad de Medida y Tipo de Gas y Presentación</b></p> <p>A) Diversos Ambulancia Oxígeno 1.5 y 3.5m<sup>3</sup> <i>Consideramos que el Tipo de contenedor de cada uno de los renglones de este concepto deberá ser cilindros de 0.21 m<sup>3</sup> Hasta 3.5 m<sup>3</sup> así como su unidad de medida que debe ser por carga por tratarse de equipos portátiles, favor de aclarar.</i></p> <p>B) Cilindro Urgencia 8.5 m<sup>3</sup>., Cilindro Conservación 8.5 m<sup>3</sup>., Cilindro 8.5 m<sup>3</sup>, Cilindro Hospital Urgencia 8.5. m<sup>3</sup>. <i>Consideramos que el Tipo de contenedor de cada uno de los renglones de este concepto deberá ser cilindros de 5m<sup>3</sup> y Hasta 12 m<sup>3</sup> como se indica en el anexo 4 Características Técnicas del Servicio de Oxígeno y gases Medicinales para Hospitales.</i></p> <p>C) H.G.R. No. 1 Oxígeno 90 m<sup>3</sup> Cilindro Ambulancia 6 m<sup>3</sup> <i>Favor de aclarar a qué tipo de contenedor corresponde, cilindros de 0.7 m<sup>3</sup> Hasta 3.5. m<sup>3</sup> y/o cilindros de 5m<sup>3</sup> y Hasta 12 m<sup>3</sup> ya que no es claro el concepto.</i></p> <p>D) U.M.F. No. 29 Oxígeno 218 m<sup>3</sup> Cilindro Urgencia Cirugía Ambulatoria. <i>Favor de Aclarar a qué Tipo de Contenedor se refieren ya que no es claro el concepto.</i></p>	<p>A) VER ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE.</p> <p>B) LA COTIZACIÓN DEBERÁ SER EN M<sup>3</sup>, CARGAS Y KILOS INDEPENDIENTE DE LA PRESENTACIÓN.</p> <p>C) DE 5M<sup>3</sup> Y HASTA 12 M<sup>3</sup></p> <p>D) VER ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE.</p>
7	<p><b>Página 41 Anexo 4 Servicio de Oxígeno y Gases Medicinales para Hospitales Régimen IMSS oportunidades, Tabla de Consumos Mínimos y Máximos Unidad de Medida y Tipo de Contenedor</b></p> <p>A) Oxígeno Cilindro Hospital 8.5. m<sup>3</sup> <i>Consideramos que el Tipo de contenedor del renglón de este concepto deberá ser cilindros de 5m<sup>3</sup> y Hasta 12 m<sup>3</sup> como se indica en el anexo 4 Características Técnicas del Servicio de Oxígeno y gases Medicinales para Hospital. Favor de aclarar?</i></p> <p>B) Oxido Nitroso Cilindros Hospital de 6 m<sup>3</sup> <i>Consideramos que el tipo de contenedor debe ser Cilindro 27.5 Kg y su medida que debe ser en Kg. Favor de aclarar?</i></p> <p>C) Oxígeno Cilindro Portátil 0.50 m<sup>3</sup>, Oxígeno Cilindro para Ambulancia 3,5 m<sup>3</sup> y Oxígeno Cilindros U.S.P. para carro rojo 1.50 m<sup>3</sup> <i>Consideramos que el Tipo de contenedor de cada uno de los renglones de este concepto deberá ser cilindros de 0.21 m<sup>3</sup> Hasta 3,5 m<sup>3</sup> así como su unidad de medida que debe ser por carga por tratarse de equipos portátiles, favor de aclarar.</i></p>	<p>A) VER ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE.</p> <p>B) VER ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE.</p> <p>C) VER ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE.</p>
8	<p><b>Anexo 4 REQUERIMIENTO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE OXIGENO Y GASES INDUSTRIALES DE LA DELEGACION ESTATAL GUERREROREGIMEN ORDINARIO Y OPORTUNIDADES</b></p> <p><i>No existe tabla resumen de los distintos gases a cotizar, favor indicar lo procedente.</i></p>	VER ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

DELEGACIÓN ESTATAL GUERRERO

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

JUNTA DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LA-019GYR001-N178-2012

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE OXIGENO DOMICILIARIO Y HOSPITALARIO  
PARA EL REGIMEN ORDINARIO E IMSS OPORTUNIDADES

NO.	PREGUNTA	RESPUESTA
9	Anexo 2 3.3 INCISO M) El anexo solicitado en este punto no corresponde a los solicitado en el Anexo 2, favor de aclarar lo procedente	REMITIRSE A LA RESPUESTA NO. 5 DEL PROVEEDOR INFRA, S.A. DE C. V.

PREGUNTA EFECTUADA POR INFRA, S.A. DE C. V.:

NO.	PREGUNTA	RESPUESTA		
1	Pag. 3 Cuadro de Eventos <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>REDUCCIÓN DE PLAZO</td> <td>SI</td> </tr> </table> ¿Nos podrían indicar a que se refiere?	REDUCCIÓN DE PLAZO	SI	SE REFIERE A LA FACULTAD QUE TIENE LA CONVOCANTE PARA REDUCIR EN TIEMPOS RECORDADOS UNA LICITACION.
REDUCCIÓN DE PLAZO	SI			
2	Pag. 7 punto 3.1 Calidad Inciso C) Presentar el certificado emitido por persona acreditada ante la Ema, que valide que cumple con la norma NMX-K-361-NORMEX-2004 OXIGENO MEDICINAL PARA CONSUMO HUMANO..... >Quien emite este certificado es la Sociedad Mexicana de Normalización y Certificación, SC (Normex) , por lo cual consideramos que el certificado debería ser acreditado por la Normex y no por la Ema, así mismo este certificado se expide como "Envasa oxígeno Medicinal para consumo humano", solicitamos para el cumplimiento de este punto sea aceptado el certificado que emite Normex, el cual indica que envasa oxígeno medicinal para consumo humano	ES CORRECTA SU APRECIACION, SE ACEPTA SU MANIFESTACION.		
3	Pag. 10 Inciso K) y Anexo 12 En caso de participar con el carácter de micro, pequeña y mediana empresa (MYPYMES), presentar manifestación que acredite su estratificación en términos del Anexo Número 12 (Doce) el cual forma parte de la presente convocatoria. >Aclaremos que INFRA, S.A. DE C.V. no esta dentro de esta estratificación, ya que somos una empresa grande, por lo cual consideramos no aplica presentar este anexo para nuestra empresa, ¿Es correcta nuestra apreciación?	ES CORRECTO, PUDIENDO PRESENTAR UN ESCRITO LIBRE CON DICHO MANIFIESTO.		
4	Pag. 11 punto 3.4 Propuesta económica Nos piden se haga propuesta por importes mínimos y máximos, sin embargo, en el servicio de oxígeno y gases medicinales para hospitales régimen ordinario paginas 43 a 46, nos marcan el consumo promedio mensual; sugerimos que las propuestas económicas régimen domiciliario, ordinario y oportunidades, se realicen solo por los importes máximos, siendo así, sugerimos también que la cantidad máxima del régimen ordinario, sea la cantidad promedio mensual multiplicado por doce. En caso de no aceptar, les agradeceremos nos indiquen los importes mínimos y máximos del servicio de oxígeno y gases medicinales para hospitales régimen ordinario	SE ACEPTA SU PROPUESTA PARA LAS MODALIDADES DE DOMICILIARIO, Y HOSPITALARIO REGIMEN ORDINARIO Y OPORTUNIDADES DEBERA COTIZAR POR EL MÁXIMO ANUAL POR LO QUE CORRESPONDE AL RÉGIMEN ORDINARIO LA CANTIDAD MENSUAL LA MULTIPLICARA POR DOCE MESES, SIENDO EL RESULTADO LA CANTIDAD MÁXIMA.		
5	Pag. 25 3.3 inciso m) 3.4 3.3 inciso m) Escrito donde el licitante se compromete en caso de resultar ganador, a aceptar expresamente hacerse responsable durante la prestación del servicio..... ANEXO NUMERO 11 (ONCE) >El anexo 11 corresponde al formato de contrato, suponemos que se refiere al anexo 10 (DIEZ) 3.4 Original de la cotización del servicio ofertado..... ANEXO (NUEVE) >El anexo 9 es el formato para la fianza de cumplimiento del contrato, suponemos se refiere al anexo 8 (OCHO) ¿Es correcta nuestra apreciación?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, ASÍ MISMO EL ANEXO 2 PAGINA 25 DICE ORIGINAL DE LA COTIZACIÓN DEL SERVICIO OFERTADO CONFORME AL ANEXO 9 DEBE DECIR CONFORME AL ANEXO 8 "PROPOSICIÓN ECONÓMICA"		
6	Pag. 28 Aerosolterapia (Nebulización) último párrafo Las cantidades del servicio a contratar, se contemplan en el Anexo 4..., el anexo 4 son las características técnicas del servicio Oxígeno Hospitalario, consideramos debería decir: Las cantidades del servicio a contratar, se contemplan al final de este anexo tres ¿Es correcta nuestra apreciación?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN		
7	Pag. 28 II OBLIGACIONES DEL LICITANTE Inciso b) Contar con los recursos de reparto suficiente..... todo ello en los términos de la NMX-K-661-NORMEX-2005. punto 7.5. No existe punto 7.5, consideramos se refiere al Punto III inciso f), del mismo anexo tres ¿es correcta nuestra apreciación?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN		
8	Pag. 29 Inciso b) Presentar certificado emitido por persona acreditada ante la EMA, que valide el cumplimiento de la Norma NMX-H-156-NORMEX-2010.....(En caso de ser distribuidor, tanto distribuidor como fabricante deberán presentar dicho informe. >Dicha norma no aplica para mi empresa fabricante, debido a que no envasa gases en cilindros a alta presión, por lo cual consideramos que es suficiente con entregar el certificado del cumplimiento de la norma NMX-H-156-NORMEX-2010 de mi representada, ¿Es correcta nuestra apreciación?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN		
9	Pag. 30 LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS Tanto para los servicios establecidos en el literal A y B el licitante deberá exhibir.... >Literal A y B ¿Se refiere a los Anexos Tres y Cuatro?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN		
10	Pag. 40 Inciso f) NOM-020-STPS-2002, recipientes sujetos a presión y calderas funcionamiento-condiciones de seguridad. Cuando se requiera de la instalación de tanques termo estacionarios en los hospitales, el licitante deberá de contar con oficio de	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DEBERÁ DE DAR ATENCIÓN A LA		



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

DELEGACIÓN ESTATAL GUERRERO

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

JUNTA DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LA-019GYR001-N178-2012

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE OXIGENO DOMICILIARIO Y HOSPITALARIO  
PARA EL REGIMEN ORDINARIO E IMSS OPORTUNIDADES

NO.	PREGUNTA	RESPUESTA																																																																																										
	reconocimiento del dictamen de cumplimiento de la NOM citada, emitido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el cual deberá ser entregado dentro de los 30 días al inicio de la operación..... >En la pag. 9 inciso h) mencionan que en caso de resultar adjudicados deberemos darlos de alta ante la STPS en un plazo no mayor a 90 días, después de la fecha de inicio del contrato, presentando carta bajo protesta de decir verdad. Consideramos que el inciso f de la pagina 40, debe ser igual al que se indica en la pagina 9 inciso h) ¿Es correcta nuestra apreciación?	<b>NORMATIVIDAD VIGENTE, EN UN PLAZO NO MAYOR A 90 DÍAS.</b>																																																																																										
11	Pág. 42 CONDICIONES DE COTIZACION inciso b) El licitante deberá considerar en el precio que proponga, los gastos que se generen por el suministro de oxígeno en sus diferentes estados y gases hospitalarios y medicinales, así como el servicio de mantenimiento..... en caso de ser necesario de los tanques termo y dewar ( Minibulk, Microbulk, PGS y Portacryo) >Aclaremos que en nuestro caso los Dewars son contenedores en 5 presentaciones distintas: Dewar, Portacryo, Minibulk, Permacyl y Grandecyl, por lo que solicitamos sean consideradas estas 5 presentaciones dentro de su catálogo de conceptos.	<b>SE ACEPTA SU APRECIACION</b>																																																																																										
12	Pág. 43 a la 46, Requerimientos del Servicio de Suministro de Oxígeno y Gases Medicinales Régimen Ordinario, consideramos que existen detalles en el Tipo de Gas, Unidad de Medida y Presentación de los gases solicitados, en nuestra experiencia consideramos que las tablas deben estar conformadas de la siguiente manera:	<b>VER ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE.</b>																																																																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>UNIDAD</th> <th>DIRECCION</th> <th>TIPO DE GAS</th> <th>CONSUMO PROMEDIO MENSUAL</th> <th>UNIDAD DE MEDIDA</th> <th>PRESENTACION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H. G. R. No. 1</td> <td>AV. RUIZ CORTINEZ S/N Y AV. LA CAÑADA S/N, COL. ALTA PROGRESO, C.P. 39610. ACAPULCO, GRO.</td> <td>OXIGENO MEDICINAL LIQUIDO TANQUE THERMO</td> <td>35,042</td> <td>M3</td> <td>THERMO 12,500 LTS.</td> </tr> <tr> <td>H. G. R. No. 1</td> <td>AV. RUIZ CORTINEZ S/N Y AV. LA CAÑADA S/N, COL. ALTA PROGRESO, C.P. 39610. ACAPULCO, GRO.</td> <td>OXIGENO MEDICINAL DE 1.5 Y 3.5 M3</td> <td>96</td> <td>CARGA</td> <td>DIVERSOS AMBULANCIA 1.5 Y 3.5 M3</td> </tr> <tr> <td>H. G. R. No. 1</td> <td>AV. RUIZ CORTINEZ S/N Y AV. LA CAÑADA S/N, COL. ALTA PROGRESO, C.P. 39610. ACAPULCO, GRO.</td> <td>OXIGENO MEDICINAL CIL DE 8.5 M3</td> <td>43</td> <td>M3</td> <td>CILINDRO CONSERVACION 8.5 M3</td> </tr> <tr> <td>H. G. R. No. 1</td> <td>AV. RUIZ CORTINEZ S/N Y AV. LA CAÑADA S/N, COL. ALTA PROGRESO, C.P. 39610. ACAPULCO, GRO.</td> <td>OXIGENO MEDICINAL CIL DE 6.0 M3</td> <td>90</td> <td>M3</td> <td>CILINDRO AMBULANCIA 6.0 M3</td> </tr> <tr> <td>H. G. R. N° 1</td> <td>AV. RUIZ CORTINEZ S/N Y AV. LA CAÑADA S/N, COL. ALTA PROGRESO, C.P. 39610. ACAPULCO, GRO.</td> <td>MEZCLA OXI FUME 2002 CIL. DE 60 KGS</td> <td>1</td> <td>CARGA</td> <td>CILINDRO CONSERVACION 2 VEZ POR AÑO 60 KG</td> </tr> <tr> <td>H. G. R. No. 1</td> <td>AV. RUIZ CORTINEZ S/N Y AV. LA CAÑADA AV. RUIZ CORTINEZ S/N Y AV. LA CAÑADA S/N, COL. ALTA PRGRESO, C.P. 39610. ACAPULCO, GRO.</td> <td>OXIDO NITROSO USP DE 27.5 KG</td> <td>99</td> <td>KG</td> <td>CILINDRO CONSERVACION 27.5 KG.</td> </tr> <tr> <td>H. G. R. No. 1</td> <td>AV. RUIZ CORTINEZ S/N Y AV. LA CAÑADA S/N, COL. ALTA PROGRESO, C.P. 39610. ACAPULCO, GRO.</td> <td>ACETILENO CIL DE 4 KG</td> <td>4</td> <td>KG</td> <td>CILINDRO CONSERVACION 1 VEZ POR AÑO 4 KG.</td> </tr> <tr> <td>H. G. R. No. 1</td> <td>AV. RUIZ CORTINEZ S/N Y AV. LA CAÑADA S/N, COL. ALTA PROGRESO, C.P. 39610. ACAPULCO, GRO.</td> <td>NITROGENO NF GASEOSO CIL DE 8.5 M3</td> <td>43</td> <td>M3</td> <td>CILINDRO CONSERVACION 8.5 M3</td> </tr> <tr> <td>H. G. R. No. 1</td> <td>AV. RUIZ CORTINEZ S/N Y AV. LA CAÑADA S/N, COL. ALTA PRGRESO, C.P. 39610. ACAPULCO, GRO.</td> <td>BIOXIDO DE CARBONO USP DE 25 KG</td> <td>25</td> <td>KG</td> <td>CILINDRO CONSERVACION 25 KG</td> </tr> <tr> <td>U. M. F. No. 2</td> <td>AV. FRANCISCO RUIZ MASSIEU S/N, COL. ALTA PROGRESO, C.P. 39610, ACAPULCO, GRO.</td> <td>OXIGENO MEDICINAL CIL DE 8.5 M3</td> <td>821</td> <td>M3</td> <td>CILINDRO URGENCIAS 8.5 M3</td> </tr> <tr> <td>U. M. F. N° 2</td> <td>AV. FRANCISCO RUIZ MASSIEU S/N, COL. ALTA PROGRESO, C.P. 39610, ACAPULCO, GRO.</td> <td>OXIGENO MEDICINAL DE 1.5 Y 3.5 M3</td> <td>4</td> <td>CARGA</td> <td>DIVERSOS AMBULANCIA 1.5 Y 3.5 M3</td> </tr> <tr> <td>U. M. F. No. 9</td> <td>AV. CUAUHTEMOC No. 95, COL. CENTRO, C.P. 39300, ACAPULCO, GRO.</td> <td>OXIGENO MEDICINAL CIL DE 8.5 M3</td> <td>646</td> <td>M3</td> <td>CILINDRO URGENCIAS 8.5 M3</td> </tr> <tr> <td>U. M. F. No. 9</td> <td>AV. CUAUHTEMOC No. 95, COL. CENTRO, C.P. 39300, ACAPULCO, GRO.</td> <td>OXIGENO MEDICINAL DE 1.5 Y 3.5 M3</td> <td>4</td> <td>CARGA</td> <td>DIVERSOS AMBULANCIA 1.5, Y 3.5 M3</td> </tr> <tr> <td>U. M. F. No. 9</td> <td>AV. CUAUHTEMOC No. 95, COL. CENTRO, C.P. 39300,</td> <td>ACETILENO CIL DE 4 KG</td> <td>4</td> <td>KG</td> <td>CILINDRO 1 VEZ POR AÑO 4 KG</td> </tr> </tbody> </table>	UNIDAD	DIRECCION	TIPO DE GAS	CONSUMO PROMEDIO MENSUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	H. G. R. No. 1	AV. RUIZ CORTINEZ S/N Y AV. LA CAÑADA S/N, COL. ALTA PROGRESO, C.P. 39610. ACAPULCO, GRO.	OXIGENO MEDICINAL LIQUIDO TANQUE THERMO	35,042	M3	THERMO 12,500 LTS.	H. G. R. No. 1	AV. RUIZ CORTINEZ S/N Y AV. LA CAÑADA S/N, COL. ALTA PROGRESO, C.P. 39610. ACAPULCO, GRO.	OXIGENO MEDICINAL DE 1.5 Y 3.5 M3	96	CARGA	DIVERSOS AMBULANCIA 1.5 Y 3.5 M3	H. G. R. No. 1	AV. RUIZ CORTINEZ S/N Y AV. LA CAÑADA S/N, COL. ALTA PROGRESO, C.P. 39610. ACAPULCO, GRO.	OXIGENO MEDICINAL CIL DE 8.5 M3	43	M3	CILINDRO CONSERVACION 8.5 M3	H. G. R. No. 1	AV. RUIZ CORTINEZ S/N Y AV. LA CAÑADA S/N, COL. ALTA PROGRESO, C.P. 39610. ACAPULCO, GRO.	OXIGENO MEDICINAL CIL DE 6.0 M3	90	M3	CILINDRO AMBULANCIA 6.0 M3	H. G. R. N° 1	AV. RUIZ CORTINEZ S/N Y AV. LA CAÑADA S/N, COL. ALTA PROGRESO, C.P. 39610. ACAPULCO, GRO.	MEZCLA OXI FUME 2002 CIL. DE 60 KGS	1	CARGA	CILINDRO CONSERVACION 2 VEZ POR AÑO 60 KG	H. G. R. No. 1	AV. RUIZ CORTINEZ S/N Y AV. LA CAÑADA AV. RUIZ CORTINEZ S/N Y AV. LA CAÑADA S/N, COL. ALTA PRGRESO, C.P. 39610. ACAPULCO, GRO.	OXIDO NITROSO USP DE 27.5 KG	99	KG	CILINDRO CONSERVACION 27.5 KG.	H. G. R. No. 1	AV. RUIZ CORTINEZ S/N Y AV. LA CAÑADA S/N, COL. ALTA PROGRESO, C.P. 39610. ACAPULCO, GRO.	ACETILENO CIL DE 4 KG	4	KG	CILINDRO CONSERVACION 1 VEZ POR AÑO 4 KG.	H. G. R. No. 1	AV. RUIZ CORTINEZ S/N Y AV. LA CAÑADA S/N, COL. ALTA PROGRESO, C.P. 39610. ACAPULCO, GRO.	NITROGENO NF GASEOSO CIL DE 8.5 M3	43	M3	CILINDRO CONSERVACION 8.5 M3	H. G. R. No. 1	AV. RUIZ CORTINEZ S/N Y AV. LA CAÑADA S/N, COL. ALTA PRGRESO, C.P. 39610. ACAPULCO, GRO.	BIOXIDO DE CARBONO USP DE 25 KG	25	KG	CILINDRO CONSERVACION 25 KG	U. M. F. No. 2	AV. FRANCISCO RUIZ MASSIEU S/N, COL. ALTA PROGRESO, C.P. 39610, ACAPULCO, GRO.	OXIGENO MEDICINAL CIL DE 8.5 M3	821	M3	CILINDRO URGENCIAS 8.5 M3	U. M. F. N° 2	AV. FRANCISCO RUIZ MASSIEU S/N, COL. ALTA PROGRESO, C.P. 39610, ACAPULCO, GRO.	OXIGENO MEDICINAL DE 1.5 Y 3.5 M3	4	CARGA	DIVERSOS AMBULANCIA 1.5 Y 3.5 M3	U. M. F. No. 9	AV. CUAUHTEMOC No. 95, COL. CENTRO, C.P. 39300, ACAPULCO, GRO.	OXIGENO MEDICINAL CIL DE 8.5 M3	646	M3	CILINDRO URGENCIAS 8.5 M3	U. M. F. No. 9	AV. CUAUHTEMOC No. 95, COL. CENTRO, C.P. 39300, ACAPULCO, GRO.	OXIGENO MEDICINAL DE 1.5 Y 3.5 M3	4	CARGA	DIVERSOS AMBULANCIA 1.5, Y 3.5 M3	U. M. F. No. 9	AV. CUAUHTEMOC No. 95, COL. CENTRO, C.P. 39300,	ACETILENO CIL DE 4 KG	4	KG	CILINDRO 1 VEZ POR AÑO 4 KG	
UNIDAD	DIRECCION	TIPO DE GAS	CONSUMO PROMEDIO MENSUAL	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION																																																																																							
H. G. R. No. 1	AV. RUIZ CORTINEZ S/N Y AV. LA CAÑADA S/N, COL. ALTA PROGRESO, C.P. 39610. ACAPULCO, GRO.	OXIGENO MEDICINAL LIQUIDO TANQUE THERMO	35,042	M3	THERMO 12,500 LTS.																																																																																							
H. G. R. No. 1	AV. RUIZ CORTINEZ S/N Y AV. LA CAÑADA S/N, COL. ALTA PROGRESO, C.P. 39610. ACAPULCO, GRO.	OXIGENO MEDICINAL DE 1.5 Y 3.5 M3	96	CARGA	DIVERSOS AMBULANCIA 1.5 Y 3.5 M3																																																																																							
H. G. R. No. 1	AV. RUIZ CORTINEZ S/N Y AV. LA CAÑADA S/N, COL. ALTA PROGRESO, C.P. 39610. ACAPULCO, GRO.	OXIGENO MEDICINAL CIL DE 8.5 M3	43	M3	CILINDRO CONSERVACION 8.5 M3																																																																																							
H. G. R. No. 1	AV. RUIZ CORTINEZ S/N Y AV. LA CAÑADA S/N, COL. ALTA PROGRESO, C.P. 39610. ACAPULCO, GRO.	OXIGENO MEDICINAL CIL DE 6.0 M3	90	M3	CILINDRO AMBULANCIA 6.0 M3																																																																																							
H. G. R. N° 1	AV. RUIZ CORTINEZ S/N Y AV. LA CAÑADA S/N, COL. ALTA PROGRESO, C.P. 39610. ACAPULCO, GRO.	MEZCLA OXI FUME 2002 CIL. DE 60 KGS	1	CARGA	CILINDRO CONSERVACION 2 VEZ POR AÑO 60 KG																																																																																							
H. G. R. No. 1	AV. RUIZ CORTINEZ S/N Y AV. LA CAÑADA AV. RUIZ CORTINEZ S/N Y AV. LA CAÑADA S/N, COL. ALTA PRGRESO, C.P. 39610. ACAPULCO, GRO.	OXIDO NITROSO USP DE 27.5 KG	99	KG	CILINDRO CONSERVACION 27.5 KG.																																																																																							
H. G. R. No. 1	AV. RUIZ CORTINEZ S/N Y AV. LA CAÑADA S/N, COL. ALTA PROGRESO, C.P. 39610. ACAPULCO, GRO.	ACETILENO CIL DE 4 KG	4	KG	CILINDRO CONSERVACION 1 VEZ POR AÑO 4 KG.																																																																																							
H. G. R. No. 1	AV. RUIZ CORTINEZ S/N Y AV. LA CAÑADA S/N, COL. ALTA PROGRESO, C.P. 39610. ACAPULCO, GRO.	NITROGENO NF GASEOSO CIL DE 8.5 M3	43	M3	CILINDRO CONSERVACION 8.5 M3																																																																																							
H. G. R. No. 1	AV. RUIZ CORTINEZ S/N Y AV. LA CAÑADA S/N, COL. ALTA PRGRESO, C.P. 39610. ACAPULCO, GRO.	BIOXIDO DE CARBONO USP DE 25 KG	25	KG	CILINDRO CONSERVACION 25 KG																																																																																							
U. M. F. No. 2	AV. FRANCISCO RUIZ MASSIEU S/N, COL. ALTA PROGRESO, C.P. 39610, ACAPULCO, GRO.	OXIGENO MEDICINAL CIL DE 8.5 M3	821	M3	CILINDRO URGENCIAS 8.5 M3																																																																																							
U. M. F. N° 2	AV. FRANCISCO RUIZ MASSIEU S/N, COL. ALTA PROGRESO, C.P. 39610, ACAPULCO, GRO.	OXIGENO MEDICINAL DE 1.5 Y 3.5 M3	4	CARGA	DIVERSOS AMBULANCIA 1.5 Y 3.5 M3																																																																																							
U. M. F. No. 9	AV. CUAUHTEMOC No. 95, COL. CENTRO, C.P. 39300, ACAPULCO, GRO.	OXIGENO MEDICINAL CIL DE 8.5 M3	646	M3	CILINDRO URGENCIAS 8.5 M3																																																																																							
U. M. F. No. 9	AV. CUAUHTEMOC No. 95, COL. CENTRO, C.P. 39300, ACAPULCO, GRO.	OXIGENO MEDICINAL DE 1.5 Y 3.5 M3	4	CARGA	DIVERSOS AMBULANCIA 1.5, Y 3.5 M3																																																																																							
U. M. F. No. 9	AV. CUAUHTEMOC No. 95, COL. CENTRO, C.P. 39300,	ACETILENO CIL DE 4 KG	4	KG	CILINDRO 1 VEZ POR AÑO 4 KG																																																																																							

*[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]*

*[Handwritten mark at the bottom left]*



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

DELEGACIÓN ESTATAL GUERRERO

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

JUNTA DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LA-019GYR001-N178-2012

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE OXIGENO DOMICILIARIO Y HOSPITALARIO PARA EL REGIMEN ORDINARIO E IMSS OPORTUNIDADES

NO.	PREGUNTA					RESPUESTA
	ACAPULCO, GRO.					
U. M. F. No. 26	BOULEVARD VICENTE GRO. Y CALLE 2, COL. EMILIANO ZAPATA C.P. 39050, ACAPULCO, GRO.	OXIGENO MEDICINAL CIL DE 8.5 M3	333	M3	CILINDRO URGENCIAS 8.5 M3	
U. M. F. No. 26	BOULEVARD VICENTE GRO. Y CALLE 2, COL. EMILIANO ZAPATA C.P. 39050, ACAPULCO, GRO.	OXIGENO MEDICINAL DE 1.5 Y 3.5 M3	4	CARGA	DIVERSOS AMBULANCIA 1.5 Y 3.5 M3	
U. M. F. No. 28	AV. GRAN VIA EL COLOSO, CASA No. 33,34,36,36, COL. EL COLOSO, C.P. 39810, ACAPULCO, GRO.	OXIGENO MEDICINAL CIL DE 8.5 M3	22	M3	CILINDRO 8.5 M3	
U. M. F. No. 28	AV. GRAN VIA EL COLOSO, CASA No. 33, 34, 36, 36, COL. EL COLOSO, C.P. 39810, ACAPULCO, GRO.	OXIGENO MEDICINAL DE 1.5 Y 3.5 M3	2	CARGA	DIVERSOS AMBULANCIA 1.5, Y 3.5 M3	
U. M. F. No. 29	JOYAS DEL MARQUEZ LOTE 1 BIS, LLANO LARGO S/N COL. COLOSIO, C.P. 39906, ACAPULCO, GRO.	OXIGENO MEDICINAL CIL DE 8.5 M3	242	M3	CILINDRO 8.5 M3 CIRUGIA AMBUL.	
U. M. F. No. 29	JOYAS DEL MARQUEZ LOTE 1 BIS, LLANO LARGO S/N COL. COLOSIO, C.P. 39906, ACAPULCO, GRO.	OXIGENO MEDICINAL DE 1.5 Y 3.5 M3	4	CARGA	DIVERSOS AMBULANCIA 1.5, Y 3.5 M3	
U. M. F. No. 16	DOMICILIO CONOCIDO, COYUCA DE BENITEZ, GRO.	OXIGENO MEDICINAL CIL DE 8.5 M3	3	M3	CILINDRO 8.5 M3	
U. M. F. No. 11	IGNACIO ALLENDE No. 4 CENTRO, ATOYAC DE ALVAREZ, GRO.	OXIGENO MEDICINAL CIL DE 8.5 M3	3	M3	CILINDRO 8.5 M3	
U. M. F. No. 14	DOMICILIO CONOCIDO, TECPAN DE GALEANA, GRO.	OXIGENO MEDICINAL CIL DE 8.5 M3	3	M3	CILINDRO 8.5 M3	
U. M. F. No. 12	DOMICILIO CONOCIDO, SAN MARCOS, GRO.	OXIGENO MEDICINAL CIL DE 8.5 M3	3	M3	CILINDRO 8.5 M3	
U. M. F. No. 12	DOMICILIO CONOCIDO, SAN MARCOS, GRO.	OXIGENO MEDICINAL DE 1.5 Y 3.5 M3	2	CARGA	DIVERSOS AMBULANCIA 1.5 Y 3.5 M3	
U. M. F. No. 25	DOMICILIO CONOCIDO, OMETEPEC, GRO.	OXIGENO MEDICINAL CIL DE 8.5 M3	3	M3	CILINDRO 8.5 M3	
H. G. S. Z. No. 3	AV. MIGUEL ALEMAN No. 70 COL. CENTRO, C.P. 3900 CHILPANCINGO, GRO.	OXIGENO MEDICINAL CIL DE 8.5 M3	400	M3	CILINDRO HOSPITAL URGEN. 8.5 M3	
H. G. S. Z. No. 3	AV. MIGUEL ALEMAN No. 70 COL. CENTRO, C.P. 3900 CHILPANCINGO, GRO.	OXIGENO MEDICINAL DE 1.5 Y 3.5 M3	31	CARGA	DIVERSOS AMBULANCIA 1.5, 3.5 M3	
H. G. S. Z. No. 3	AV. MIGUEL ALEMAN No. 70 COL. CENTRO, C.P. 3900 CHILPANCINGO, GRO.	OXIDO NITROSO USP DE 27.5 KG	82.5	KG	3 CILINDROS POR AÑO 27.5 KG.	
H. G. S. Z. No. 3	AV. MIGUEL ALEMAN No. 70 COL. CENTRO, C.P. 3900 CHILPANCINGO, GRO.	ACETILENO CIL DE 4 KG	12	KG	CILINDRO 3 POR AÑO 4 KG.	
U. M. F. No. 7	DOMICILIO CONOCIDO, TIERRA COLORADA, GRO.	OXIGENO MEDICINAL CIL DE 8.5 M3	3	M3	CILINDRO 8.5 M3	
U. M. F. No. 7	DOMICILIO CONOCIDO, TIERRA COLORADA, GRO.	OXIGENO MEDICINAL DE 1.5 Y 3.5 M3	2	CARGA	DIVERSOS AMBULANCIA 1.5 Y 3.5 M3	
U. M. F. No. 23	DOMICILIO CONOCIDO, CHILAPA, GRO.	OXIGENO MEDICINAL CIL DE 8.5 M3	3	M3	CILINDRO 8.5 M3	
H. G. Z. No. 4	CARRETERA MEX-ACAP. KM. 196, COL. CENTRO, C, P. 4000, IGUALA, GRO.	OXIGENO MEDICINAL EN DEWAR (PORTACRYO, MINIBULK, PERMACYL, GRANDECYL)	528	M3	DEWAR 130 M3	
H. G. Z. No. 4	CARRETERA MEX-ACAP. KM.	OXIGENO	3	CARGA	DIVERSOS	



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

DELEGACIÓN ESTATAL GUERRERO

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

JUNTA DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. LA-019GYR001-N178-2012

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE OXIGENO DOMICILIARIO Y HOSPITALARIO  
PARA EL REGIMEN ORDINARIO E IMSS OPORTUNIDADES

NO.	PREGUNTA						RESPUESTA
	196, COL. CENTRO, C, P. 4000, IGUALA, GRO.	MEDICINAL DE 1.5 Y 3.5 M3				AMBULANCIA 1.5 Y 3.5 M3	
H. G. Z. No. 4	CARRETERA MEX-ACAP. KM. 196, COL. CENTRO, C, P. 4000, IGUALA, GRO.	NITROGENO NF GASEOSO CIL DE 8.5 M3	4	M3		CILINDRO 4 VECES POR AÑO 8.5 M3	
H.G.S.Z. No. 19	AV. LAZARO CARDENAS S/N. COL. CENTRO, C.P. 40600 CD. ALTAMIRANO, GRO.	OXIGENO MEDICINAL CIL DE 8.5 M3	6,300	M3		CILINDRO HOSP. Y URG 8.5 M3.	
H.G.S.Z. No. 19	AV. LAZARO CARDENAS S/N, COL. CENTRO, C.P. 40600 CD. ALTAMIRANO, GRO.	OXIGENO MEDICINAL DE 1.5 Y 3.5 M3	3	CARGA		DIVERSOS AMBULANCIA 1.5 Y 3.5 M3	
H.G.S.Z. No. 19	AV. LAZARO CARDENAS S/N, COL. CENTRO, C.P. 40600 CD. ALTAMIRANO, GRO.	NITROGENO NF GASEOSO CIL DE 8.5 M3	4	M3		CILINDRO 4 VECES POR AÑO 8.5 M3	
H.G.S.Z. No. 19	AV. LAZARO CARDENAS S/N, COL. CENTRO, C.P. 40600 CD. ALTAMIRANO, GRO.	ACETILENO CIL DE 4 KG	1	KG		CILINDRO 3 VECES POR AÑO 4 KG	
H.G.S.Z. No. 5	AV. DE LOS PLATEROS No. 330, COL. CENTRO, C.P. 40200, TAXCO, GRO.	OXIGENO MEDICINAL CIL DE 8.5 M3	424	M3		CILINDRO HOSP. Y URG. 8.5 M3	
H.G.S.Z. No. 5	AV. DE LOS PLATEROS No. 330, COL. CENTRO, C.P. 40200, TAXCO, GRO.	NITROGENO NF GASEOSO CIL DE 8.5 M3	4	M3		CILINDRO 8.5 M3 4 VECES POR AÑO	
H.G.S.Z. No. 5	AV. DE LOS PLATEROS No. 330, COL. CENTRO, C.P. 40200, TAXCO, GRO.	ACETILENO CIL DE 4 KG	4	KG		CILINDRO 1 VEZ POR AÑO 4 KG	
H.G.S.Z. No. 5	AV. DE LOS PLATEROS No. 330, COL. CENTRO, C.P. 40200, TAXCO, GRO.	OXIGENO MEDICINAL DE 1.5 Y 3.5 M3	15	CARGA		DIVERSOS AMBULANCIA 1.5 Y 3.5 M3	
H. G. Z. No. 8	OLINALA Y RETORNO NO. 1 COL. EL HUJAL, C.P. 40880, ZIHUATANEJO, GRO.	OXIGENO MEDICINAL EN DEWAR (PORTACRYO, MINIBULK, PERMACYL, GRANDECYL)	780	M3		DEWAR 130 M3	
H. G. Z. No. 8	OLINALA Y RETORNO NO. 1 COL. EL HUJAL, C.P. 40880, ZIHUATANEJO, GRO.	OXIGENO MEDICINAL CIL DE 8.5 M3	550	M3		CILINDRO HOSP. Y URG. 8.5 M3.	
H. G. Z. No. 8	OLINALA Y RETORNO NO. 1 COL. EL HUJAL, C.P. 40880, ZIHUATANEJO, GRO.	OXIGENO MEDICINAL DE 1.5 Y 3.5 M3	15	CARGA		DIVERSOS AMBULANCIA 1.5 Y 3.5 M3	
H. G. Z. No. 8	OLINALA Y RETORNO NO. 1 COL. EL HUJAL, C.P. 40880, ZIHUATANEJO, GRO.	NITROGENO NF GASEOSO CIL DE 8.5 M3	4	M3		CILINDRO 4 VECES POR AÑO 8.5 M3	
H. G. Z. No. 8	OLINALA Y RETORNO NO. 1 COL. EL HUJAL, C.P. 40880, ZIHUATANEJO, GRO.	ACETILENO CIL DE 4 KG	1	KG		CILINDRO 3 VEZ POR AÑO 4 KG	
H. G. Z. No. 8	OLINALA Y RETORNO NO. 1 COL. EL HUJAL, C.P. 40880, ZIHUATANEJO, GRO.	OXIDO NITROSO USP DE 27.5 KG	12	KG		CILINDRO 2 VECES POR AÑO KG	
13	<p>Pág. 47, Requerimientos del Servicio de Suministro de Oxígeno y Gases Medicinales Régimen Oportunidades, consideramos que existen detalles en el Tipo de Gas, Unidad de Medida y Presentación de los gases solicitados, en nuestra experiencia consideramos que las tablas deben estar conformadas de la siguiente manera:</p>						<p>Ver aclaraciones por parte de la convocante.</p>
	UNIDAD	DIRECCION	TIPO DE GAS	CONSUMO MIN	CONSUMO MAX	TIPO DE CONTENEDOR	UNIDAD DE MEDIDA
	HOSPITAL MEDICO	CARRETERA ZIHUATANEJO-	OXIGENO MEDICINAL CIL DE 8.5 M3	3,101	7,752	CILINDRO	M3



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL**  
**DELEGACIÓN ESTATAL GUERRERO**  
**JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO**  
**JUNTA DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**  
**No. LA-019GYR001-N178-2012**  
**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE OXIGENO DOMICILIARIO Y HOSPITALARIO**  
**PARA EL REGIMEN ORDINARIO E IMSS OPORTUNIDADES**

NO.	PREGUNTA						RESPUESTA
		RUSTICO EL REPARO					
	HOSPITAL MEDICO RURAL	CARRETERA ZIHUATANEJO-LAZARO CARDENAS, ENTRONQUE A LA UNION, PREDIO RUSTICO EL REPARO	OXIDO NITROSO USP DE 27.5 KG	1	2	CILINDRO HOSPITAL de 27.5 kg	KG
	HOSPITAL MEDICO RURAL	CARRETERA ZIHUATANEJO-LAZARO CARDENAS, ENTRONQUE A LA UNION, PREDIO RUSTICO EL REPARO	OXIGENO MEDICINAL DE 1.5 Y 3.5 M3	16	40	DIVERSOS AMBULANCIA 1.5 Y 3.5 M3	CARGA
		TOTAL:		3,118	7,794		M3

De conformidad con el artículo 33 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la Convocatoria.-----

Para efectos de la notificación y en términos de los artículos 37 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este Acto, copia de esta Acta en las oficinas de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento de la Delegación Estatal Guerrero ubicada en Av. Ruiz Cortines S/N, Col. Infonavit Alta Progreso, Acapulco, Guerrero, en donde se fijará copia de la carátula del Acta o un ejemplar o el aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en la dirección electrónica: [www.compranet.funcionpublica.gob.mx](http://www.compranet.funcionpublica.gob.mx).-----

Finalmente, se recuerda que el Acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el día 22 de Octubre del 2012, en la sala de Licitaciones de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, a las 10:00 Hrs., siendo un Acto formal que dará inicio puntualmente, por lo que después de esa hora no se permitirá el acceso a ningún licitante ni observador social, de conformidad con el artículo 47 del Reglamento de la Ley.-----

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminada esta primera y última junta, siendo las 16:25 horas, del día 15 de Octubre del año 2012.-----

Esta Acta consta de 13 hojas, y 22 hojas de preguntas entregadas por el licitante, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.-----

**POR LOS LICITANTES**


NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	REPRESENTANTE	FIRMA
INFRA, S.A. DE C. V.	RAMSES JIMENEZ LARUMBE	
PRAXAIR MÉXICO, S. DE R. L. DE C. V.	OSCAR OSEGUERA FERNANDEZ	

**POR EL IMSS:**

L. C. CARLOS MUCIO DOMINGUEZ	ENC. DE LA COORDINACION DE ABASTECIMIENTOS Y EQUIPAMIENTO	
JOSE ANTONIO HERNANDEZ RAMOS	ENC. DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y PLANEACION	



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL  
DELEGACIÓN ESTATAL GUERRERO  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO  
JUNTA DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
No. LA-019GYR001-N178-2012  
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE OXIGENO DOMICILIARIO Y HOSPITALARIO  
PARA EL REGIMEN ORDINARIO E IMSS OPORTUNIDADES

FRANCIA Z. GOMEZ MERCADO	ENC. DE LA OFNA. DE ADQUISICIONES	
C. P. SANTIAGO DE LA PAZ RESENDIZ	JEFE DE LA OFNA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	
NO SE PRESENTO, FUE INVITADO CON OFICIO 128001150900/5792/12	REPRESENTANTE DEL ÁREA DE AUDITORIAS, QUEJAS Y RESPONSABILIDADES	
NO SE PRESENTO, FUE INVITADO CON OFICIO 128001150900/5793/12	REPRESENTANTE DEL ÁREA JURIDICA	

