

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS MIXTA NÚMERO LA-019GYR003-T239-2012

EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2012, SE REUNIERON EN EL AULA MAGNA DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO, (DEPARTAMENTO ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS-OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS), UBICADO EN EL ALMACÉN DELEGACIONAL BLVD. LÁZARO CÁRDENAS #3035 FRENTE A FRACCIONAMIENTO NUEVO MEXICALI, C.P. 21600 EN LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LICITANTES, QUE AL FINAL SE ENLISTAN, SUSCRIBEN Y FIRMAN, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN QUE SE MENCIONA EN EL PROEMIO DE ESTA ACTA, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 4. DE LA CONVOCATORIA.

ESTE ACTO FUE PRESIDIDO POR EL LAP. CHISTRIAN OMAR ARROYO MANJARREZ- JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR LA CONVOCANTE, QUIEN AL INICIO DE ESTA JUNTA, COMUNICÓ A LOS ASISTENTES QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 33 BIS DE LA LEY, SOLAMENTE SE ATENDERÁN SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA. DE LAS PERSONAS QUE HAYAN PRESENTADO EL ESCRITO EN EL QUE EXPRESEN SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN. DE FORMA PRESENCIAL O A TRAVÉS DE COMPRANET. POR SÍ O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO, Y CUYAS PREGUNTAS SE HAYAN RECIBIDO A MÁS TARDAR CON 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN A ESTE ACTO, CASO CONTRARIO, SE LES PERMITIRÁ SU ASISTENCIA SIN PODER FORMULAR PREGUNTAS.

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL PUNTO 4. DE LA CONVOCATORIA, SE PROCEDIÓ A REALIZAR EL ENLACE AL SISTEMA ELECTRÓNICO
DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES COMPRANET, EXISTIENDO PREGUNTAS PARA ESTA LICITACIÓN POR ESTE MEDIO, COMO A
CONTINUACIÓN SE INDICA:

form Library Mar Farmatus Harraria. Farmatus de la lampanasta Harraria (LA)	en Apode Ut o Surfrence III pet of Persen	E-11-1	100 ##			
Procedures (Conson - Parithmenton - Lane			54 * EJ . C *** * *		rated - Herrarian	
		Auch frage Andread has	Mapping and Special Special Con-	ar .		2500
		100				
The state of the s	Construction of the c	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	A control of the cont		100 mm m	Hotuna
The Test of the Arms of the Ar		1	Professional Comments of the Confession of the C	10.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	1	
		10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	In the case of the American Control of the Control	TO DE	**************************************	

NO.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	NO. DE PREGUNTAS	NO. DE HOJAS
1.	BIOMEDIKAL INSTRUMENTS, S.A. DE C.V.	COMPRANET	5	3
2.	EQUIPAMIENTO Y COSULTORIA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	COMPRANET		2
3.	COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS S.A. DE C.V.	COMPRANET	3	2
4.	LIFETEC S.A. DE C.V.	COMPRANET	3	1
5.	SELECCIONES MÉDICAS S.A. DE C.V.	COMPRANET	1	1
6.	VIASIS OCC. S.A. DE C.V.	COMPRANET	4	1

A) SE HACE CONSTAR QUE SE RECIBIÓ ESCRITO DE INTERÉS EN PARTICIPAR DE LOS SIGUIENTES LICITANTES: ASESORIA MÉDICA Y EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO S.A DE C.V., INGENIERÍA Y SISTEMAS ELECTROMEDICOS, S.A. DE C.V. Y VICTOR CORRAL BELTRÁN, PERO SUS PREGUNTAS FUERON RECIBIDAS FUERA DEL TIEMPO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 33 BIS DE LA LEY, POR LO QUE NO SE LES DA RESPUESTA,------



9



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS MIXTA NÚMERO LA-019GYR003-T239-2012

_	-	-	_	
D	ı	r	\mathbf{F}	
	۰	•	**	

CALENDARIO DE ENTREGAS

DOMICILIO DE UNIDADES MÉDICAS Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, DONDE DEBERÁ REALIZARSE LA ENTREGA DE LOS BIENES ADJUDICADOS

LOCALIDAD	UNIDAD MEDICA	DOMICILIO	ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD	FECHA DE ENTREGA	
MENICALI, HAJA CALIFORNIA	наруме з г	AV LEBRIT Y CALLE 'P' NN. COL. NUEVA C. P. 71100 DHECTO (01686) 555 180/5555181 CONNITADOR 555 S150 EXT.31300 MENICALL HAJA CALIFORNIA.	EUNESTO SAMANIEGO HUHTADO	II DE OCTOBRE DEL 2012 HORARIO DE 09:00 HRS A LAS 16:00	
SAN LUIS R.C. SON	UMF38	AV, TUNPAN Y GALLE 44 COL SOLIDADIDAD DIBLETO (01083) S17 1550 EXT. 31400 CONMITTATION 517 1550 AL 55 SAN EUIS, R.C., SON. CP. 83496	HECTOR OLVERA CHARDYA	U DE OCTURRE DEL 2012. HORARIO DE 09:00 HRS A LAS 16:00	
ENSENADA II.C. HGZMFØ		AV. REFORMA NO. 84 FRACE, BAIHA DIRECTO (01646) 172 4510 7172 4512GONMITADOR 172 4500 AL 05 ENNENADA, ILC CP 22000	DIANA HOHINGO SCOTT	II DE OCTUBRE DEL 2012, HORARIO DE 01:00 HRS A LAS 16:00	

EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERA ENTREGAR LOS BIENES 45 NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL FALLO.

DEBE DECIR

CALENDARIO DE ENTREGAS

DOMICILIO DE UNIDADES MÉDICAS Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, DONDE DEBERÁ REALIZARSE LA ENTREGA DE LOS BIENES ADJUDICADOS

LOCALIDAD	UNIDAD MEDICA	ромісна	ADMINISTRADOR DE LA UNIDAD	FEGHA DE ENTREGA
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA	нагумг за	AV. LEHRU V GALLE 'T' NN, COL. NUEVA C. P. 21100 DIRECTO (01686) 555 5180/5555181 COMMUTADOR 555 5150 EXT. 31100 MEXICALL CALIFORNIA	ERNESTO SAMANIEGO HUHTADO	15 DE OCTUBRE DEL 2012, HORARIO DE 09-00 HRS A LAS 16-00
SAN LIUS IEC SON	OMF20	ACTIONANY CALLE 44 COL SOLIDANIDAD DIRECTO (01653) 517 1550 EXT.31400 CONMUTABOR 517 1550 AL 53 SAN LUIS, R.C., SON. CP. 03496	НЕСТОП ОБУЕНА СНАВВУА	15 DE OCTUBRE DEL 2012, HORARIO DE 09/00 HES A LAS 16/00
ENSENADA R.C.	нагмги	AV. HEFORMA NO. 114 FRACE, HAHLA OBRIGEO (01646) 172 4510 4512CONMOTABOR 172 4500 AL 05 ENSENADA, B.C. CP 22800	DIANA PORREGO SCOTT	15. DE OCTUBRE DEL 2012. HORARIO DE 00:00 HRS A LAS 16:00

EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERA ENTREGAR LOS HIENES ASIGNADOS A LOS 52 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DE FALLO.

ACTO SEGUIDO, SE PROCEDIÓ A LA LECTURA DE LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA PRESENTADAS EN TIEMPO Y FORMA POR LOS INTERESADOS, ASÍ COMO LA RESPUESTA OTORGADA POR LA CONVOCANTE, COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN:

LICITANTE: BIOMEDIKAL INSTRUMENTS, S.A. DE C.V.

PREGUNTA

ADMINISTRATIVA 1

6.2. PROPOSICIÓN TÉCNICA:

II.- EL LICITANTE PARTICIPANTE DEBERÁ PRESENTA FOLLETOS, MANUALES, CATÁLOGOS Y/O FOTOGRAFÍAS LOS CUALES DEBERÁN CONTENER LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN LAS FICHAS TECNICAS DONDE SE DEBERAN SEÑALAR LOS PUNTOS, REFERENCIAR Y VISUALIZAR CLARAMENTE EN LAS IMÁGENES DE LOS BIENES A CORROBORAR PARA LAS ESPECIFICACIONES, CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DE LOS BIENES, ESTABLECIDO EN EL ANEXO NÙMERO 1 (UNO). PREGUNTAMOS: SOLICITAMOS PODER REFERENCIAR PARA CUALQUIER PARTIDA EN SIMPLE FOTOCOPIA O IMPRESIÓN DE ÚNICAMENTE LAS HOJAS NECESARIAS DEL MANUAL DE OPERACIÓN EN ESPAÑOL, QUEDANDO EN EL ENTENDIDO QUE SE ENTREGARAN LOS MANUALES EN ORIGINAL DE LAS PARTIDAS ADJUDICADAS, ¿SE ACEPTA?

RESPUESTA

SE ACEPTA SU SOLICITUD SIEMPRE Y CUANDO MINIMO DEBERA INCLUIR.- PORTADA DEL MANUAL CON REFERENCIA AL BIEN OFERTADO, INDICE COMPLETO, HOJAS DE REFERENCIA CON NOMBRE Y NUMERO DEL CATALOGO VISIBLE PARA SU IDENTIFICACION, ADEMAS DE REFERENCIA DE CADA ESPECIFICACION TECNICA. EN EL CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, EL LICITANTE DEBERA ENTREGAR ACOMPAÑADO CON EL EQUIPO LOS INSTRUCTIVOS Y MANUALES DE USO EN IDIOMA ESPAÑOL, CONFORME A LOS MARBETES AUTORIZADOS POR LA COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS.

ADMINISTRATIVA 2

FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

PRESENCIAL O ELECTRÓNICA (ARTÍCULO 26 BIS, FRACCIÓN III, DE LA LAASSP), NO SE RECIBEN PROPOSICIONES A TRAVÉS DE SERVICIO POSTAL O MENSAJERÍA.

PREGUNTA: EN CASO QUE DECIDIREMOS ENVIAR NUESTRA PROPUESTA EN FORMA ELECTRÓNICA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER ENVIAR VÍA PLATAFORMA COMPRANET 5.0 ÚNICAMENTE LAS HOJAS DE CATÁLOGOS Y/O MANUALES REFERENCIADOS, CON EL FIN DE QUE NO ESTÉ TAN PESADA LA PROPUESTA ELECTRÓNICA, SE AFECTA EL CARÁCTER 100% ELECTRÓNICO DE LA MISMA ¿SE ACEPTA?

SE ACEPTA SU SOLICITUD SIEMPRE Y CUANDO MINIMO DEBERA INCLUIR.- PORTADA DEL MANUAL CON REFERENCIA AL BIEN OFERTADO, INDICE COMPLETO, HOJAS DE REFERENCIA CON NOMBRE Y NUMERO DEL CATALOGO VISIBLE PARA SU IDENTIFICACION, ADEMAS DE REFERENCIA DE CADA ESPECIFICACION TECNICA.EL CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, EL LICITANTE DEBERA ENTREGAR ACOMPAÑADO CON EL EQUIPO LOS INSTRUCTIVOS Y MANUALES DE USO EN IDIOMA ESPAÑOL, CONFORME A LOS MARBETES AUTORIZADOS POR LA COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS.





LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS MIXTA NÚMERO LA-019GYR003-T239-2012

IUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LA-019GYR003-T239-2012, QUE EFECTÚA LA DELEGACIÓN REGIONAL EN BAIA CALIFORNIA, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN "EQUIPO MÉDICO", DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33 Y 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y LOS ARTÍCULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO EN CORRELACIÓN AL PUNTO 4, DE LA CONVOCATORIA Y LAS DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA-----

PREGUNTA	RESPUESTA
ADMINISTRATIVA 3 2.1 CALIDAD.	
INCISO A) COPIA DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR LA COFEPRIS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 376 DE LA LEY GENERAL DE SALUD (VIGENCIA DE 5 AÑOS), DEBIDAMENTE IDENTIFICADO POR EL NÚMERO DE PARTIDA Y CLAVE PROPUESTA; ASÍ COMO LOS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL MARBETE, QUE ACREDITE FEHACIENTEMENTE QUE EL PRODUCTO OFERTADO CUMPLE CON LA DESCRIPCIÓN DEL CUADRO BÁSICO, PREGUNTAMOS: SOLICIATAMOS A LA CONVOCANTE AMABLEMENTE PRESENTAR UNICAMENTE COPIA DEL REGISTRO ANVERSO Y REVERSO Y PROYECTO DE MARBETE DEBIDO QUE ALGUNOS REGISTROS CUENTAN CON MAS DE 500 HOJAS ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR COPIA DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR LA COFEPRIS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 376 DE LA LEY GENERAL DE SALUD (VIGENCIA DE 5 AÑOS), DEBIDAMENTE IDENTIFICADO POR EL NÚMERO DE PARTIDA Y CLAVE PROPUESTA; ASÍ COMO LOS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL MARBETE, QUE ACREDITE FEHACIENTEMENTE QUE EL PRODUCTO OFERTADO CUMPLE CON LA DESCRIPCIÓN DEL CUADRO BÁSICO, COMO LO SOLICITA EN PUNTO 2.1 INCISO A) DE LA CONVOCATORIA.
DUDAS TÉCNICAS TÉCNICA 1	
PARTIDA 50 VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO ADULTO CLAVE 531.941.0279.04.01 PUNTO: 2.1 CAPACIDAD DE USARSE EN PACIENTES A PARTIR DE 5 KG DE PESO. PREGUNTA: CON FINES DE REFERENCIACION SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR TECNOLOGIA PROPIA CON CAPACIDAD DE VENTILAR PACIENTES NEONATOS, PARA DAR CABAL CUMPLIMIENTO A LA CAPACIDAD SOLICITADA ¿SE ACEPTA? RESPUESTA:	EL LICITANTE PODRA OFERTAR SU PRODUCTO CON ESA CARACTERISTICA SIEMBRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS DEMAS ESPECIFICACIONES Y NO SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
TÉCNICA 2 PARTIDA 50 VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO ADULTO CLAVE 531.941.0279.04.01 PUNTO: 2.3 QUE PROPORCIONES VENTILACIÓN INVASIVA Y NO INVASIVA. PREGUNTA: CON FINES DE REFERENCIACION SOLICITAMOS PERMITAN OFERTAR TECNOLOGIA PROPIA CON LA VENTILACION BI-LEVEL ADAPTABLE CON COMPENSACION DE FUGAS PARA SU USO CON MASCARILLA VENTILACION NO INVASIVA, ¿SE ACEPTA? RESPUESTA:	EL LICITANTE PODRA OFERTAR SU PRODUCTO CON ESA CARACTERISTICA SIEMBRE Y CUANDO CUMPLA CON LAS DEMAS ESPECIFICACIONES Y NO SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.
TÉCNICA 3 PARTIDA 50 VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO ADULTO CLAVE 531.941.0279.04.01	
PUNTO: 2.7 PESO NO MAYOR DE 7 KG.: PREGUNTA: SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFERTAR EL PESO DEL VENTILADOR EN 8 KG SIN INCLUIR LA BATERIA INTERNA DE DURACION DE 4 HORAS, Y 12 KG. INCLUYENDO LA BATERIA, SIN DEMERITAR EL TRASLADO DEL EQUIPO EN EL SOPORTE VENTILATORIO AL PACIENTE 2SE ACEPTA? RESPUESTA:	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, EL LICITANTE DEBERA APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LA PARTIDA 50 VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO ADULTO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA,
TÉCNICA 4 PARTIDA 50 VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO ADULTO CLAVE 531.941.0279.04.01 PUNTO: 3,8 SENSOR DE FLUJO INTEGRADO O INTERCONSTRUIDO, PREGUNTA: SOLICITAMOS PERMITAN OFERTAR TECNOLOGIA PROPIA CON EL SENSOR DE FLUJO INTEGRADO AL CIRCUITO DE PACIENTE, POR UN TRASDUCTOR DE PRESION, ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO EL EQUIPO NOS MUESTRE EL VALOR DE FLUJO QUE ES EL REQUERIDO Y CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAD PARA LA PARTIDA 50 VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO ADULTO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
TÉCNICA 5 PARTIDA 50 VENTILADOR DE TRASLADO PEDIATRICO ADULTO CLAVE 531.941.0279.04.01	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, DEBERA IDENTIFICAR LOS EQUIPOS REUSABLES PARA CADA PACIENTE APEGANDOSE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PARTIDA SO VENTUADOR DE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PARTIDA 50 VENTILADOR DE

TRASLADO PEDIATRICO ADULTO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

PUNTO: 3.9 CIRCUITO COMPLETO REUSABLE PARA PACIENTE:

531.941.0279.04.01



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS MIXTA NÚMERO LA-019GYR003-T239-2012

JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LA-019GYR003-T239-2012, QUE EFECTUA LA DELEGACIÓN REGIONAL EN BAIA CALIFORNIA, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN "EQUIPO MÉDICO", DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33 Y 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y LOS ARTÍCULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO EN CORRELACIÓN AL PUNTO 4. DE LA CONVOCATORIA Y LAS DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA-----

PREGUNTA	RESPUESTA
3.9.1 NEONATAL (DOS). 3.9.2 PEDIÁTRICO (DOS). 3.9.3 ADULTO (DOS). PREGUNTA: SOLICITAMOS PERMITAN OFERTAR EL CIRCUITO DE PACIENTE DE ACUERDO A TECNOLOGIA PROPIA 6 REUSABLES PARA PACIENTE PEDIATRICO, ADULTO Y NEONATAL, ¿SE ACEPTA?	

PREGUNTA	RESPUESTA
PREGUNTA 1. 3. FECHA, HORA Y DOMICILIO DE LOS EVENTOS PLAZO Y MEDIOS PARA LA PRESENTACION DE PROPOSICIONES EN EL ENTENDIDO DE QUE LA LICITACIÓN SE PRESENTARA EN FORMA ELECTRÓNICA, SE ELIMINARA EL PRESENTARLA FOLIADA, ¿ES ESTO CORRECTO? PREGUNTA 2.	CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGREN LA PROPOSICIÓN Y AQUÉLLOS DISTINTOS A ÉSTA, DEBERÁN ESTAR FOLIADOS EN TODAS Y CADA UNA DE LAS HOJAS QUE LOS INTEGREN. AL EFECTO, SE DEBERÁN NUMERAR DE MANERA INDIVIDUAL. LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA, ASÍ COMO EL RESTO DE LOS DOCUMENTOS QUE ENTREGUE EL LICITANTE. EN EL CASO DE QUE ALGUNA O ALGUNAS HOJAS DE LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR CAREZCAN DE FOLIO Y SE CONSTATE QUE LA O LAS HOJAS NO FOLIADAS MANTIENEN CONTINUIDAD, LA CONVOCANTE NO PODRÁ DESECHAR LA PROPOSICIÓN, EN EL SUPUESTO DE QUE FALTE ALGUNA HOJA Y LA OMISIÓN PUEDA SER CUBIERTA CON INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA PROPIA PROPOSICIÓN O CON LOS DOCUMENTOS DISTINTOS A LA MISMA, LA CONVOCANTE TAMPOCO PODRÁ DESECHAR LA PROPOSICIÓN.
PREGUNTA 2. 3. FECHA, HORA Y DOMICILIO DE LOS EVENTOS PLAZO Y MEDIOS PARA LA PRESENTACION DE PROPOSICIONES EN EL CASO QUE LAS PROPUESTA SE ENVIEN EN FORMA ELECTRONICA A TRAVÉS DE COMPRANET, SE ENVIARAN LAS CARTAS BAJO PROTESTAS DE LICITANTE POR FORMATO WORD SIN FIRMA EN EL ENTENDIDO DE QUE YA SE ENCUENTRA REGISTRADA LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL	ES CORRECTA SU APRECIACION, EN LAS PROPOSICIONES ENVIADAS A TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, EN SUSTITUCIÓN DE LA FIRMA AUTÓGRAFA, SE EMPLEARÁN LOS MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA QUE ESTABLEZCA LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

REPRESENTANTE LEGAL. ¿ES ESTO CORRECTO?

PREGUNTA 3.

6.2. PROPUESTA TECNICA

EN EL CASO QUE LAS PROPUESTA SE ENVIEN EN FORMA ELECTRÓNICA Y PARA FACILITAR EL ENVIÓ Y RECEPCIÓN DE LAS MISMAS, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITAN PRESENTAR UNICAMENTE LAS SECCIONES Y/O PÁRRAFOS DE LOS MANUALES, FOLLETOS Y/O CATÁLOGOS QUE SOPORTEN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. ¿SE ACEPTA?

SE ACEPTA SU SOLICITUD SIEMPRE Y CUANDO MINIMO DEBERA INCLUIR - PORTADA DEL MANUAL CON REFERENCIA AL BIEN OFERTADO. INDICE COMPLETO, HOJAS DE REFERENCIA CON NOMBRE Y NUMERO DEL CATALOGO VISIBLE PARA SU IDENTIFICACION, ADEMAS DE REFERENCIA DE CADA ESPECIFICACION TECNICA, EN EL CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, EL LICITANTE DEBERA ENTREGAR ACOMPAÑADO CON EL EQUIPO LOS INSTRUCTIVOS Y MANUALES DE USO EN IDIOMA ESPAÑOL, CONFORME A LOS MARBETES AUTORIZADOS POR LA COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS.

PREGUNTA 4.

PARTIDA 53 ELECTROCARDIOGRAFO

DICE: PUNTO 2.7.3 CON CAPACIDAD PARA VER LAS FORMAS DE ONDA Y CONGELAR LA IMAGEN PREVIA A LA IMPRESION, TOMANDO EN CUENTA QUE EL EQUIPO TIENE UNA PANTALLA PARA LA VISUALIZACION DEL TRAZO EN TIEMPO REAL PREVIA A LA IMPRESION, SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS ACEPTE ESTA OPCION ¿SE ACEPTA?

NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, EL LICITANTE DEBERA APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS EN LA PARTIDA 53 ELECTROCARDIOGRAFO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

PREGUNTA 5.

PARTIDA 53 ELECTROCARDIOGRAFO

DICE: PUNTO 2.13 CAPACIDAD PARA ALMAGENAR RESULTADOS EN CD-RW O USB O EN TARJETA EN ESTADO SOLIDO, SOLICITAMOS ATENTAMENTE NOS PERMITA OFERTAR TRANSMISION DE DATOS MEDIANTE USB, BLUETOOTH, ETC. DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DE

NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, EL LICITANTE DEBERA APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS EN LA PARTIDA 53 ELECTROCARDIOGRAFO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.






LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS MIXTA NÚMERO LA-019GYR003-T239-2012

IUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LA-019GYR003-T239-2012. QUE EFECTÚA LA DELEGACIÓN REGIONAL EN BAJA CALIFORNIA, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN "EQUIPO MÉDICO". DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33 Y 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y LOS ARTÍCULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO EN CORRELACIÓN AL PUNTO 4. DE LA CONVOCATORIA Y LAS DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA-----

PREGUNTA	RESPUESTA
CADA FABRICANTE, ¿SE ACEPTA?	
PREGUNTA 6. PARTIDA 53 ELECTROCARDIOGRAFO DICE: PUNTO 3.4 CUBIERTA PROTECTORA, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE A QUE SE REFIERE CON CUBIERTA PROTECTORA. FAVOR DE ACLARAR	SE REFIERE A UNA CUBIERTA QUE TENGA COMO FUNCION PROTEGER EL EQUIPO SOLICITADO.
PREGUNTA 7. PARTIDA 53 ELECTROCARDIOGRAFO DICE: PUNTO 2.10 IMPRESORA INTERCONSTRUIDA AL CUERPO DEL EQUIPO, ES RECOMENDABLE TENER LA CAPACIDAD DE IMPRESIÓN EN PAPEL TAMAÑO "CARTA" (B.5" X 11") POR LA CANTIDAD DE INFORMACIÓN QUE SE INCLUYE EN DICHA IMPRESIÓN. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARAR SI SERA NECESARIO OFERTAR UN EQUIPO QUE IMPRIMA EN TAMAÑO "CARTA" (B.5" X 11") ¿ES ESTO CORRECTO?.	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, EL LICITANTE DEBERA APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS EN LA PARTIDA 53 ELECTROCARDIOGRAFO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
PREGUNTA 8. PARTIDA 53 ELECTROCARDIOGRAFO SIN PUNTO SIN PUNTO: TOMANDO EN CUENTA QUE LA PARTE MÁS ESENCIAL LO CONSTITUYE EL CONVERSOR A/D (FRECUENCIA DE MUESTREO, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE SE DETERMINE UN MÍNIMO DE 7000 MUESTRAS POR SEGUNDO (7000 HZ) YA QUE DE LO CONTRAKIO ES POSIBLE QUE EL EQUIPO QUE SE PROPONGA CONSTITUYA TECNOLOGÍA ANTIGUA U OBSOLETA, ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, EL LICITANTE DEBERA APEGARSE A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS EN LA PARTIDA 53 ELECTROCARDIOGRAFO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

LICITANTE: COMERCIAL DE ESPECIALIDADES MEDICAS S.A. DE C.V.

PREGUNTA	RESPUESTA
PREGUNTA I. SUGIERO A LA CONVOCANTE QUE SOLO SE ENVIÉ MANUALES Y CATÁLOGOS DE LAS HOJAS REFERENCIADAS YA QUE HAY CATÁLOGOS MUY PESADOS, GRACIAS	EL LICITANTE PODRA ENTREGAR DENTRO DE SU PROPUETA TECNICA LA DOCUMENTACION QUE SOLVENTE MEDIANTE MANUALES Y CATALOGOS LAS CARACTERISTICAS DEL EQUIPO QUE OFERTA, MAS SIN EMBARGO EN EL CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, EL LICITANTE DEBERA ENTREGAR ACOMPAÑADO CON EL EQUIPO LOS INSTRUCTIVOS Y MANUALES DE USO EN IDIOMA ESPAÑOL, CONFORME A LOS MARBETES AUTORIZADOS POR LA COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS.
PREGUNTA 2. DEBEMOS ENTENDER QUE EN LAS PREBASES NO SE SOLICITA EL	CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGREN LA PROPOSICIÓN Y AQUÉLLOS DISTINTOS A ÉSTA, DEBERÁN ESTAR FOLIADOS EN TODAS Y CADA UNA DE LAS HOJAS QUE LOS INTEGREN. AL EFECTO, SE DEBERÁN NUMERAR DE MANERA INDIVIDUAL. LAS PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA, ASÍ COMO EL RESTO DE LOS DOCUMENTOS QUE ENTREGUE EL LICITANTE.
FOLIADO Y LA FIRMA AUTÓGRAFA EN CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS, SI NO SE ENTREGAN FOLIADOS Y FIRMADOS SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN, FAVOR DE ACLARAR.	EN EL CASO DE QUE ALGUNA O ALGUNAS HOJAS DE LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR CAREZCAN DE FOLIO Y SE CONSTATE QUE LA O LAS HOJAS NO FOLIADAS MANTIENEN CONTINUIDAD, LA CONVOCANTE NO PODRÁ DESECHAR LA PROPOSICIÓN. EN EL SUPUESTO DE QUE FALTE ALGUNA HOJA Y LA OMISIÓN PUEDA SER CUBIERTA CON INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA PROPIA PROPOSICIÓN O CON LOS DOCUMENTOS DISTINTOS A LA MISMA, LA CONVOCANTE TAMPOCO PODRÁ DESECHAR LA PROPOSICIÓN.
PREGUNTA 3. SEGÚN TENGO CONOCIMIENTO QUE LA FIRMA AUTÓGRAFA SE TIENE QUE RUBRICAR EN CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS, LE SUGIERO A LA CONVOCANTE SE ELIMINE LA FIRMA AUTÓGRAFA, PARA ENVIÓ ELECTRÓNICO.	EN LAS PROPOSICIONES ENVIADAS A TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, EN SUSTITUCIÓN DE LA FIRMA AUTÓGRAFA, SE EMPLEARÁN LOS MEDIOS DE IDENTIFICACIÓN ELECTRÓNICA QUE ESTABLEZCA LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.







LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS MIXTA NÚMERO LA-019GYR003-T239-2012

PREGUNTA	RESPUESTA
LA CONVOCANTE PRESENTA FOLLETOS, MANUALES, CATALOGO Y/O FOTOGRAFÍA LO CUALES DEBERAN CONTENER LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN LAS FICHAS TÉCNICAS. SOLICITAMOS EL PODER REFERENCIAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN CATÁLOGOS Y ENTREGAR MANUALES ORIGINALES EN CASO DE RESULTAR CON ADJUDICACIÓN, SE ACEPTA	INCLUIR PORTADA DEL MANUAL CON REFERENCIA AL BIEN OFERTADO, INDICE COMPLETO, HOJAS DE REFERENCIA CON NOMBRE Y NUMERO DEL CATALOGO VISIBLE PARA SU IDENTIFICACION, ADEMAS DE REFERENCIA DE CADA ESPECIFICACION TECNICA, EN EL CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, EL LICITANTE DEBERA ENTREGAR ACOMPAÑADO CON EL EQUIPO LOS INSTRUCTIVOS Y MANUALES DE USO EN IDIOMA ESPAÑOL, CONFORME A LOS MARBETES AUTORIZADOS POR LA COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS.
2) EN LA CEDULA DE LA PROPUESTA TÉCNICA PARTIDA I Y 2 DEL BIEN SOLICITADO CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR, APARECEN LAS 2 PARTIDAS EN UNA SOLO FICHA TÉCNICA. LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS DEBERÁ PRESENTARSE EN UNA SOLO AGRUPADO LAS DOS PARTIDAS O UNA PROPUESTA POR CADA PARTIDA. FAVOR DE ACLARAR.?	LA CEDULA DEL BIEN SOLICITADO CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR, SE ESTA SOLICITANDO EN LAS PARTIDAS 1 Y 52 DE NUESTRO REQUERIMIENTO, EFECTIVAMENTE LA MISMA CEDULA SE UTILIZA PARA LAS DOS PARTIDAS, Y LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS DEBERA SER POR CADA UNA DE LAS PARTIDAS.
3) EN EL ANEXO I (UNO) DE LAS BASES APARECEN CANTIDADES MÁXIMAS Y EN LAS CEDULAS TÉCNICAS SOLAMENTE APARECE UNA CANTIDAD. SE TOMARA COMO BASE PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS LAS CANTIDADES QUE APARECEN EN LAS CEDULAS TÉCNICAS ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN.	LA CANTIDAD QUE LOS LICITANTES DEBERAN OFERTAR ES LA CANTIDAD MAXIMA QUE SE INDICA EN EL REQUERIMIENTO DEL ANEXO NO. 1 (UNO).

LICITANTE: SELECCIONES MÉDICAS S.A. DE C.V.

PREGUNTA	RESPUESTA
PREGUNTA NO. 1 PUNTO: ANEXO NÚMERO 12 (DOCE), CALENDARIO DE ENTREGAS PREGUNTA: SOLICITO ATEMNTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ENTREGAR EQUIPO EN 60 DÍAS POSTERIORES AL FALLO. ¿SE ACEPTA?	CON RELACION A SU SOLICITUD, SE LE INDICA QUE LA FECHA DE ENTREGA SERA EL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2012.

LICITANTE: VIASIS OCC. S.A. DE C.V.

PREGUNTA	RESPUESTA	
PREGUNTA 1 PARTIDA 33 CHASIS PARA PELÍCULA RADIOGRÁFICA CON PANTALLA DE EMISION VERDE 14X17 PULGADAS VELOCIDAD 600(RAPIDA), SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE DE QUE MARCA ES EL CHASIS SOLICITADO Y CONFIRMAR LA MEDIDA DEL MENCIONADO CHASIS,	EN LA PRESENTE CONVOCARTORIA NO SE ESPECIFICA MARCA DEL ARTICULO A OFERTAR Y LA MEDIDA ES 14 X 17 PULGADAS VELOCIDAD 600(RAPIDA), DE ACUERDO A LA DESCIRPCION EN CUADRO BASICO INSTITUCIONAL.	
PREGUNTA 2 PARTIDA 35 CHASIS PARA PELÍCULA RADIOGRÁFICA CON PANTALLA DE EMISION VERDE 14X14 PULGADAS VELOCIDAD 600(RAPIDA). SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE DE QUE MARCA ES EL CHASIS SOLICITADO Y CONFIRMAR LA MEDIDA DEL MENCIONADO CHASIS.	EN LA PRESENTE CONVOCARTORIA NO SE ESPECIFICA MARCA DEL ARTICULO A OFERTAR Y LA MEDIDA ES 14 X 14 PULGADAS VELOCIDAD 600(RAPIDA), DE ACUERDO A LA DESCIRPCION EN CUADRO BASICO INSTITUCIONAL.	
PREGUNTA 3 PARTIDA 36 CHASIS PARA PELÍCULA RADIOGRÁFICA CON PANTALLA DE EMISION VERDE 10X12 PULGADAS VELOCIDAD 600 RAPIDA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE DE QUE MARCA ES EL CHASIS SOLICITADO Y CONFIRMAR LA MEDIDA DEL MENCIONADO CHASIS,	EN LA PRESENTE CONVOCARTORIA NO SE ESPECIFICA MARCA DEL ARTICULO A OFERTAR Y LA MEDIDA ES 14 X 12 PULGADAS VELOCIDAD 600 RAPIDA, DE ACUERDO A LA DESCIRPCION EN CUADRO BASICO INSTITUCIONAL.	
PREGUNTA 4 PARTIDA 43	EN LA PRESENTE CONVOCARTORIA NO SE ESPECIFICA MARCA DEL ARTICULO A OFERTAR Y LA MEDIDA ES 8 X 10 PULGADAS VELOCIDAD 600	





LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS MIXTA NÚMERO LA-019GYR003-T239-2012

JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LA-019GYR003-T239-2012, QUE EFECTÚA LA DELEGACIÓN REGIONAL EN BAJA CALIFORNIA, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN "EQUIPO MÉDICO". DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33 Y 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y LOS ARTÍCULOS 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO EN CORRELACIÓN AL PUNTO 4. DE LA CONVOCATORIA Y LAS DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA

PREGUNTA	RESPUESTA		
CHASIS PARA PELÍCULA RADIOGRÁFICA CON PANTALLA DE EMISION VERDE 8X10 PULGADAS VELOCIDAD 600 (RAPIDA.) SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACLARE DE QUE MARCA ES EL CHASIS SOLICITADO Y CONFIRMAR LA MEDIDA DEL MENCIONADO CHASIS.	RAPIDA, DE ACUERDO A LA DESCIRPCION EN CUADRO BASICO INSTITUCIONAL.		

OBSERVACIONES

AL TERMINO DE ESTA JUNTA, SE ENTREGARÁ COPIA DE LA PRESENTE ACTA A TODOS Y CADA UNO DE LOS LICITANTES, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO ASÍ COMO EN EL ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DEL PUNTO 4 DE LA CONVOCATORIA Y SE PONDRÁ UNA COPIA AL FINALIZAR EL ACTO A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO, EN EL TABLERO DE LA OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, UBICADA UBICADO EN EL ALMACÉN DELEGACIONAL, BLVD. LÁZARO CÁRDENAS # 3035 FRENTE A FRACCIONAMIENTO NUEVO MEXICALI C.P. 21600 MEXICALI, B.C., POR UN TÉRMINO NO MENOR A 5 DÍAS HÁBILES, ASÍ MISMO, SE DIFUNDIRÁ UN EJEMPLAR DEL ACTA EN COMPRANET PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN A LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO AL (LOS) ACTO(S), EN EL ENTENDIDO DE QUE ESTE PROCEDIMIENTO SUSTITUYE EL DE NOTIFICACIÓN PERSONAL.

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE LAS ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA, MISMAS QUE FORMAN PARTE DE ESTA ACTA, ASÍ COMO LAS MODIFICACIONES DERIVADAS DE ESTA JUNTA DE ACLARACIONES, SERÁN CONSIDERADAS COMO PARTE INTEGRANTE DE LAS PROPIA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN.

DESPUÉS DE DAR LECTURA A LA PRESENTE ACTA, Y NO HABIENDO LICITANTES PRESENTES A ESTE ACTO, SE DIO POR TERMINADA ESTA PRIMERA Y ÚLTIMA JUNTA, SIENDO LAS 09:45 HORAS DEL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2012.

AREA	REPRESENTANTE	FIRMA
JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	LAP. CHISTRIAN OMAR ARROYO MANJARREZ	Comme
UNIDAD COMPRADORA DE BIENES Y SERVICIOS	ING. MARIA ISABEL PEÑA FLORIANO	- Comp
REPRESENTANTE DEL SISTEMA ELECTRONICO COMPRANET	MARIA ISABEL ZAVALA GONZÁLEZ	
JEFATURA DE PRESTACIONES MEDICAS (INVITACIÓN S/OFICIO 4860/12)	NO ACUDIÓ NINGÚN REPRESENTANTE	
JEFATURA DE SERVICIOS JURIDICOS (INVITACIÓN S/OFICIO 4858/12)	NO ACUDIÓ NINGÚN REPRESENTANTE	
ÁREA DE AUDITORIA, QUEJAS Y RESPONSABILIDADES (INVITACIÓN S/OFICIO 4859/12)	NO ACÚDIÓ NINGÚN REPRESENTANTE	
DEPARTMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES (INVITACIÓN S/OFICIO 4861/12)	ING. JORGE E, PORTILLO GOMEZ	
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y	ARQ. DIANA RAMIREZ RIVERA	



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS MIXTA NÚMERO LA-019GYR003-T239-2012

AREA	REPRESENTANTE	FIRMA
PLANEACION INMOBILIARIA		
REPRESENTANTE DE CANACINTRA MEXICALI, B. C. (INVITACIÓN S/OFICIO 4853/12)	NO ACUDIÓ NINGÚN REPRESENTANTE	
REPRESENTANTE DE CANACO SAN LUIS RIO COLORADO, SON. (INVITACIÓN S/OFICIO 4850/12))	NO ACUDIÓ NINGÚN REPRESENTANTE	
REPRESENTANTE DE CANACO TIJUANA, B. C. (INVITACIÓN S/OFICIO 4851/12)	NO ACUDIÓ NINGÚN REPRESENTANTE	
REPRESENTANTE DE CANACO TECATE, B. C. (INVITACIÓN S/OFICIO 4849/12)	NO ACUDIÓ NINGÚN REPRESENTANTE	
REPRESENTANTE DE CANACO ENSENADA, B. C. (INVITACIÓN S/OFICIO 4852/12)	NO ACUDIÓ NINGÚN REPRESENTANTE	
REPRESENTANTE DE CANACINTRA SAN LUIS RIO COLORADO, SON. (INVITACIÓN S/OFICIO 4855/12)	NO ACUDIÓ NINGÚN REPRESENTANTE	
REPRESENTANTE DE CANACINTRA TIJUANA, B. C. (INVITACIÓN S/OFICIO 4856/12)	NO ACUDIÓ NINGÚN REPRESENTANTE	
REPRESENTANTE DE CANACINTRA TECATE, B. C. (INVITACIÓN S/OFICIO 4854/12)	NO ACUDIÓ NINGÚN REPRESENTANTE	
REPRESENTANTE DE CANACINTRA ENSENADA, B. C. (INVITACIÓN S/OFICIO 4857/12)	NO ACUDIÓ NINGÚN REPRESENTANTE	
REPRESENTANTE DE CANACO MEXICALI, B. C. (INVITACIÓN S/OFICIO 4848/12)	NO ACUDIÓ NINGÚN REPRESENTANTE	



