



Instituto Mexicano del Seguro Social.
Delegación Regional en Tamaulipas.

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
NÚMERO
LA-019GYR018-I115-2012

ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO LA-019GYR018-I115-2012, QUE EFECTÚA LA DELEGACION REGIONAL EN TAMAULIPAS PARA LA ADQUISICIÓN EQUIPO MEDICO, EQUIPO DE COCINA Y COMEDOR Y EQUIPO DE SERVICIOS GENERALES.

En Ciudad Victoria, Tamaulipas, siendo las 11:00 horas del día 21 de agosto del 2012, se reunieron en la Sala de Juntas de la Jefatura Delegacional de Servicios Administrativos, ubicada en el Conjunto IMSS, sito en la Carretera Nacional México-Laredo KM 701, C.P. 87028, Cd. Victoria, Tamaulipas, los Servidores Públicos y licitante participante, que al final se enlistan, suscriben y firman, con el objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaración a la Convocatoria de la Licitación Pública Nacional que se menciona en el proemio de esta acta, de conformidad con lo que establece el artículo 33 y 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el artículo 45 y 46 de su reglamento y a lo establecido en el punto 3.1 y 4 de la mencionada convocatoria.

Este acto fue presidido por el Lic. Rene de Jesús Medellín Blanco, Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos de la Delegación Regional en Tamaulipas servidor público designado por la convocante del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan presentado el Escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, de forma presencial o a través de CompraNet, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido en tiempo. Así mismo dio la bienvenida a los asistentes, declarando formalmente iniciado este acto, hizo la presentación de los Servidores Públicos, y licitante participante en este evento.

El Presidente del acto, fue asistido por el representante del área usuaria, el Ing. Juan Manuel Gochicoa Gutierrez, Jefe del Departamento de Conservación y Servicios Generales, el cual solvento las preguntas de carácter técnico.

Asimismo, se señaló que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley y artículo 45 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, las solicitudes de aclaración a la Convocatoria y el Escrito de interés en participar de las siguientes personas:

No.	NOMBRE, RAZON O DENOMINACION SOCIAL	FORMA DE PRESENTACION	No. DE PREGUNTAS
1	REACTIVOS Y PRODUCTOS QUIMICOS GUERRERO, S.A. DE C.V.	COMPRANET Y CORREO ELECTRÓNICO	2
2	MEDICAMEX, S.A. DE C.V.	COMPRANET	5
3	DIMEG, S.A. DE C.V.	CORREO ELECTRÓNICO	3
4	OLYMEX, S.A. DE C.V.	COMPRANET	14
5	MEDICAL SCOPE, S.A. DE C.V.	COMPRANET	8
6	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	COMPRANET	33
7	KI MEDIK, S.A. DE C.V.	COMPRANET	3

La convocante con fundamento en el artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, deja asentado que no se efectuaron aclaraciones a las bases de la convocatoria de la Licitación por parte del Instituto.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 33 bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y al punto 4 de la Convocatoria, se procedió a dar lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por los interesados, así como la respuesta otorgada por la Convocante por parte del representante del área Usuaria del Instituto, que tienen injerencia en este proceso Licitatorio, las cuales se transcriben íntegramente con el nombre del Licitante que la formula, y su respectiva respuesta, anexándose al expediente de esta licitación los formatos entregados por los Licitantes, que contienen éstas, rubricadas por los Servidores Públicos presentes en este acto.

NO	PARTIDA Y/O PUNTO CONVOCATORIA	LICITANTE	PREGUNTA	RESPUESTA
1	PARTIDA 06 531.160.0026.03.01 UNIDAD DE FOTOFUORANGIOGRAFÍA	MEDICAMEX S.A. DE C.V.	MECANISMO DE INCLINACION QUE PERMITA CUBRIR TRES DIFERENTES ANGULOS COMO MINIMO, PREGUNTA: NUESTRO EQUIPO CONSTA CON 2 ÁNGULOS DE IMAGEN 45° Y 30°. ADICIONALMENTE A ESTO CONSTA CON UN 3ER ANGULO A 30° TAMBIÉN QUE PERMITE TOMAR IMÁGENES A PACIENTES CON	DEBERA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

1
9/9



Instituto Mexicano del Seguro Social.
Delegación Regional en Tamaulipas.

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
NÚMERO
LA-019GYR018-I115-2012

ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO LA-019GYR018-I115-2012, QUE EFECTÚA LA DELEGACION REGIONAL EN TAMAULIPAS PARA LA ADQUISICIÓN EQUIPO MEDICO, EQUIPO DE COCINA Y COMEDOR Y EQUIPO DE SERVICIOS GENERALES.

NO.	PARTIDA Y/O PUNTO CONVOCATORIA	LICITANTE	PREGUNTA	RESPUESTA
			<p>PUPILAS PEQUENAS DE HASTA 3.3 MM. ESTOS DIFERENTES ÁNGULOS SON SUFICIENTES PARA REALIZAR TODOS LOS ESTUDIOS RELACIONADOS CON UNA CÁMARA DE FONDO DE OJOS PARA FLUORANGIOGRAFIA.</p> <p>SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR CON NUESTRO MECANISMO DE INCLINACIÓN. ¿SE ACEPTA?</p>	
2	<p>PARTIDA 06 531.160.0026.03.01</p> <p>UNIDAD DE FOTOFLUORANGIOGRAFÍA</p>	<p>MEDICAMEX S.A. DE C.V.</p>	<p>CAMARA CON MOTOR PARA FLUROANGIOGRAFIA DE 35 MM.</p> <p>PREGUNTA: NUESTRO EQUIPO CONSTA CON UNA SENSOR DIGITAL DE ALTA RESOLUCIÓN, 5.0 MEGAPIXELES, ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA FOTOGRAFIAR EL FONDO DE OJO. LA CÁMARA DE 35 MM ESTÁ DISEÑADA PARA TOMAR FOTOGRAFÍAS COTIDIANAS Y ES UNA TÉCNOLOGÍA OBSOLETA, EN LA CUAL POR MEDIO DE UN PAQUETE COMPUTACIONAL SE DIGITALIZA LA IMAGEN, LO CUAL AUMENTA EL TIEMPO DE PROCESAMIENTO.</p> <p>SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR NUESTRO SENSOR DIGITAL DE ALTA RESOLUCIÓN ¿SE ACEPTA?</p>	<p>DEBERA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.</p>
3	<p>PARTIDA 06 531.160.0026.03.01</p> <p>UNIDAD DE FOTOFLUORANGIOGRAFÍA</p>	<p>MEDICAMEX S.A. DE C.V.</p>	<p>MONITOR DE COLOR UVGA</p> <p>PREGUNTA: NUESTRO EQUIPO CUENTA CON UN MONITOR DE COLOR DE 19 PULGADAS TFT DE RESOLUCIÓN (1280 X 1024) EL CUAL ES DE MAYOR FIDELIDAD QUE EL SOLICITADO, POR LO CUAL, LAS IMÁGENES SE VEN MUCHO MÁS NÍTIDAS Y CLARAS.</p> <p>SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR NUESTRO MONITOR DE COLOR TFT ¿SE ACEPTA?</p>	<p>SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO CUENTE CON ENTRADA SVGA Y ANALOGA</p>
4	<p>PARTIDA 06 531.160.0026.03.01</p> <p>UNIDAD DE FOTOFLUORANGIOGRAFÍA</p>	<p>MEDICAMEX S.A. DE C.V.</p>	<p>CAMARA DE VIDEO DE TRES CHIPS, CON ADAPTADORES.</p> <p>PREGUNTA: NUESTRO EQUIPO AL SER DIGITAL NO OCUPA TENER UNA CAMARA DE VIDEO DE TRES CHIPS. EL MISMO SENSOR DIGITAL DE ALTA RESOLUCIÓN, PERMITE TENER VIDEO DE ALTA CALIDAD FACILITANDO LA ADQUISICIÓN DEL ESTUDIO.</p> <p>SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR NUESTRO EQUIPO SIN LA CAMARA DE VIDEO DE TRES CHIPS ¿SE ACEPTA?</p>	<p>DEBERA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.</p>
5	<p>PARTIDA 06 531.160.0026.03.01</p> <p>UNIDAD DE FOTOFLUORANGIOGRAFÍA</p>	<p>MEDICAMEX S.A. DE C.V.</p>	<p>CAMARA PARA FOTOGRAFIA EN COLOR DE 35 MM.</p> <p>PREGUNTA: NUESTRO EQUIPO AL SER 100 PORCIENTO DIGITAL CONSTA CON UNA SENSOR DE ALTA RESOLUCIÓN, 5.0 MEGAPIXELES, ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA FOTOGRAFIAR EL FONDO DE OJO. POR LO CUAL NO SE OCUPA UNA CÁMARA</p>	<p>DEBERA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.</p>

1 2 9



Instituto Mexicano del Seguro Social.
Delegación Regional en Tamaulipas.

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
NÚMERO
LA-019GYR018-I115-2012

ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO LA-019GYR018-I115-2012, QUE EFECTÚA LA DELEGACION REGIONAL EN TAMAULIPAS PARA LA ADQUISICIÓN EQUIPO MEDICO, EQUIPO DE COCINA Y COMEDOR Y EQUIPO DE SERVICIOS GENERALES.

NO.	PARTIDA Y/O PUNTO CONVOCATORIA	LICITANTE	PREGUNTA	RESPUESTA
			<p>DE 35 MM, LA CUAL YA ES UNA TECNOLOGÍA OBSOLETA EN DONDE SE OCUPA UN PAQUETE COMPUTACIONAL PARA DIGITALIZA LA IMAGEN, LO CUAL AUMENTA EL TIEMPO DE PROCESAMIENTO.</p> <p>SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR NUESTRO EQUIPO SIN LA CÁMARA FOTOGRÁFICA DE 35 MM</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	
6	PARTIDA 5 UNIDAD DE FOTOFLUORANGIOGRAFÍA	REACTIVOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS GUERRERO SA DE CV	<p>MECANISMO DE INCLINACION QUE PERMITA CUBRIR TRES DIFERENTES ANGULOS COMO MINIMO,</p> <p>PREGUNTA: NUESTRO EQUIPO CONSTA CON UN MECANISMO DE INCLINACIÓN QUE PERMITE CUBRIR DOS ÁNGULOS. TAMBIÉN TIENE UN MECANISMO ESPECIAL QUE SE CONSIDERA COMO UN TERCER ANGULO, YA QUE PERMITE TOMAR IMÁGENES A COLOR CON PUPILAS PEQUEÑAS. EL CUBRIR ESTOS ANGULOS ES SUFICIENTE PARA REALIZAR DIFERENTES TOMAS DEL FONDO DEL OJO.</p> <p>SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR CON NUESTRO MECANISMO DE INCLINACIÓN.</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	DEBERA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
7	PARTIDA 5 UNIDAD DE FOTOFLUORANGIOGRAFÍA	REACTIVOS PRODUCTOS QUÍMICOS GUERRERO SA DE CV	<p>15.9 CAMARA CON MOTOR PARA FLUOROANGIOGRAFIA DE 35 MM.</p> <p>PREGUNTA: NUESTRO EQUIPO CONSTA CON UNA SENSOR DIGITAL DE ALTA RESOLUCIÓN, EL CUAL FUE DISEÑADO PARA FOTOGRAFÍAS DEL FONDO DE OJO. LA CÁMARA DE 35 MM, ESTÁ OBSOLETA Y ES NECESARIO DIGITALIZARLA PARA PODER MANEJARLA DENTRO DE UN SOFTWARE.</p> <p>SOLICITAMOS NOS PERMITA OFERTAR NUESTRO SENSOR DIGITAL DE ALTA RESOLUCIÓN</p> <p>¿SE ACEPTA?</p>	DEBERA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
8	PUNTO 2.1. CALIDAD	OLYMEX, S.A. DE C.V.	<p>SOLICITAN REGISTRO SANITARIO CON ANVERSO Y REVERSO DE LOS EQUIPOS A OFERTAR ENTENDEMOS QUE DEBEMOS ENTREGAR REGISTRO SANITARIO DE TODOS LOS ACCESORIOS QUE LO REQUIERAN Y QUE COMPONEN LOS EQUIPOS ¿ES CORRECTO?</p>	DEBERA DE PRESENTAR EL REGISTRO SANITARIO DEL EQUIPO A OFERTAR.
9	PUNTO 2.1. CALIDAD	OLYMEX, S.A. DE C.V.	<p>DEBIDO A QUE LOS EQUIPOS QUE OFERTAMOS SE COMPONEN DE DIFERENTES EQUIPOS COMERCIALES TALES COMO LA COMPUTADORA, IMPRESORA, GRABADOR DE DVD, MONITOR Y CARRO PORTA EQUIPO LOS CUALES SEGÚN EL ACUERDO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN PUBLICADO EL 31 DE DICIEMBRE 2011 POR LA SECRETARIA DE SALUD INDICANDO LOS PRODUCTOS QUE POR SU USO NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO NI CONSTANCIA EN EL CUAL ENTRAN ESTOS PRODUCTOS SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NO SEA MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN NO PRESENTAR</p>	SE ACEPTA, DEBERAN CUMPLIR CON EL REGISTRO DEL EQUIPO PRINCIPAL.

1 9 3



Instituto Mexicano del Seguro Social.
Delegación Regional en Tamaulipas.

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
NÚMERO
LA-019GYR018-1115-2012

ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO LA-019GYR018-1115-2012, QUE EFECTÚA LA DELEGACION REGIONAL EN TAMAULIPAS PARA LA ADQUISICIÓN EQUIPO MEDICO, EQUIPO DE COCINA Y COMEDOR Y EQUIPO DE SERVICIOS GENERALES.

NO.	PARTIDA Y/O PUNTO CONVOCATORIA	LICITANTE	PREGUNTA	RESPUESTA
			REGISTRO SANITARIO NI CONSTANCIA DE ESTO LOS PRODUCTOS MENCIONADOS. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	
10	PUNTO 13.1 GARANTÍA 13.1 GARANTÍA DE LOS BIENES	OLYMEX, S.A. DE C.V.	SOLICITAN GARANTÍA DE FABRICACIÓN CON COBERTURA AMPLIA CONTRA VICIOS OCULTOS Y/O DEFECTOS DE FABRICACIÓN ENTENDEMOS QUE SI LOS BIENES PRESENTAN DAÑOS OCASIONADOS POR MAL USO Y/O DESCUIDO DE LOS USUARIOS NO APLICA LA GARANTÍA ¿ES CORRECTO?	DEBERA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL PUNTO 13.1 DE LA CONVOCATORIA, COMO SE SEÑALA: "EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR JUNTO CON LOS BIENES UNA GARANTÍA DE FABRICACIÓN CON COBERTURA AMPLIA POR 36 (TREINTA Y SEIS) MESES, CONTRA VICIOS OCULTOS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN O CUALQUIER DAÑO QUE PRESENTEN, LA CUAL DEBERÁ ENTREGAR AL INSTITUTO POR ESCRITO EN PAPEL MEMBRETEADO, DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE ÉSTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL INSTITUTO".
11	PARTIDA 5 VIDEOBRONCSCOPIO	OLYMEX, S.A. DE C.V.	CON EL FIN DE PROVEER AL INSTITUTO DE EQUIPOS DE ULTIMA GENERACIÓN CON TECNOLOGÍA DE PUNTA SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR CANAL DE TRABAJO DE 2.8 MM ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	PODRA OFERTAR LAS CARACTERÍSTICAS QUE MENCIONA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES, CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA, CUBRIENDO TODAS Y CADA UNA DE LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN EL ANEXO 3 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
12	PARTIDA 5 VIDEOBRONCSCOPIO	OLYMEX, S.A. DE C.V.	DEBIDO A QUE EL EQUIPO SOLICITADO TIENE UNA LONGITUD DE TRABAJO DE 60 CM PARA LO CUAL UNA FUENTE DE LUZ DE HALÓGENO DE 150 WATTS TIENE LA CAPACIDAD DE ILUMINAR FAVORABLEMENTE ADEMÁS DE QUE REDUCE COSTOS AL INSTITUTO AL SER MAS ECONÓMICOS LOS CONSUMIBLES PARA ESTA, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS ACEPTEN OFERTAR FUENTE DE LUZ HALÓGENO DE 150 WATTS ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	DEBERA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
13	PARTIDA 5 VIDEOBRONCSCOPIO	OLYMEX, S.A. DE C.V.	SOLICITAN VIDEOGRABADORA VHS DEBIDO A QUE ESTÁS SE ENCUENTRAN DESCONTINUADAS Y SON OBSOLETAS SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR GRABADOR DE DVD ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	PODRA OFERTAR LAS CARACTERÍSTICAS QUE MENCIONA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES, CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA, CUBRIENDO TODAS Y CADA UNA DE LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN EL ANEXO 3 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
14	PARTIDA 5 VIDEOBRONCSCOPIO	OLYMEX, S.A. DE C.V.	SOLICITAN VIDEO IMPRESORA A COLOR NTSC, CON INTERFASE RS-232 Y 700 LÍNEAS DE RESOLUCIÓN, DEBIDO A QUE LAS VIDEOEIMPRESORAS ESTAN EN DES-USO Y SON OBSOLETAS SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS ACEPTEN OFERTAR IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA CALIDAD FOTOGRAFICA ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	PODRA OFERTAR LAS CARACTERÍSTICAS QUE MENCIONA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES, CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA, CUBRIENDO TODAS Y CADA UNA DE LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN EL ANEXO 3 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
15	PARTIDA 5 VIDEOBRONCSCOPIO	OLYMEX, S.A. DE C.V.	SOLICITAN VIDEOPROCESADOR DE IMÁGENES EN VIVO CON CAPACIDAD PARA	DEBERA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE LA PRESENTE

4



Instituto Mexicano del Seguro Social.
Delegación Regional en Tamaulipas.

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
NÚMERO
LA-019GYR018-I115-2012

ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO LA-019GYR018-I115-2012, QUE EFECTÚA LA DELEGACION REGIONAL EN TAMAULIPAS PARA LA ADQUISICIÓN EQUIPO MEDICO, EQUIPO DE COCINA Y COMEDOR Y EQUIPO DE SERVICIOS GENERALES.

NO.	PARTIDA Y/O PUNTO CONVOCATORIA	LICITANTE	PREGUNTA	RESPUESTA
			VISUALIZAR SIMULTANEAMENTE UN CUADRO DE IMÁGENES CONGELADAS Y UN CUADRO DE IMÁGENES EN VIVO EN EL MISMO MONITOR DEBIDO A QUE EN LA ACTUALIDAD SE CUENTA CON SOFTWARE ESPECIAL PARA APLICACIONES ENDOSCÓPICAS QUE PERMITE GUARDAR LAS IMÁGENES QUE DESEEN LOS USUARIOS MISMAS QUE PUEDEN SER SELECCIONADAS PARA LA IMPRESIÓN EN REPORTES, EMISIÓN DE GRAFICAS Y SEGUIMIENTO DE LOS PACIENTES, ESTA CARACTERÍSTICA SE ENCUENTRA EN DES- USO POR LO CUAL SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR ESTE SOFTWARE ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	CONVOCATORIA.
16	PARTIDA 5 VIDEOBRONCOSCOPIO	OLYMEX, S.A. DE C.V.	CON EL FIN DE PROVEER AL INSTITUTO DE EQUIPOS DE ULTIMA GENERACIÓN CON TECNOLOGÍA DE PUNTA Y NO EQUIPOS QUE ESTÉN PRÓXIMOS A DESCONTINUARSE O BIEN QUE NO CUENTE CON LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA ENTENDEMOS QUE DEBEMOS OFERTAR PROCESADOR DE IMÁGENES DE ALTA RESOLUCIÓN, CON MAGNIFICACIÓN ELECTRÓNICA, CON TRANSFERENCIA DIGITAL DE LA IMAGEN, CON MEJORA ELECTRÓNICA DE LA IMAGEN, BALANCE DE BLANCOS AUTOMÁTICO, SALIDAS Y/C, RGB, VB8 COMPUESTA, XGA SIMULTANEA ¿ES CORRECTO?	PODRA OFERTAR LA CARACTERÍSTICA QUE MENCIONA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES, CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA, CUBRIENDO TODAS Y CADA UNA DE LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN EL ANEXO 3 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
17	PARTIDA 10 VIDEOENDOSCOPIO ADULTO CON TORRE	OLYMEX, S.A. DE C.V.	SOLICITAN VIDEOCOLONOSCOPIO CON DOBLE CANAL DE TRABAJO SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR VIDEOCOLONOSCOPIO CON CANAL DE TRABAJO TERAPÉUTICO. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA SU PROPUESTA.
18	PARTIDA 10 VIDEOENDOSCOPIO ADULTO CON TORRE	OLYMEX, S.A. DE C.V.	SOLICITAN PROCESADOR DE IMÁGENES CON EL FIN DE PROVEER AL INSTITUTO DE EQUIPOS DE ULTIMA GENERACIÓN CON TECNOLOGÍA DE PUNTA Y NO EQUIPOS QUE ESTÉN PRÓXIMOS A DESCONTINUARSE O BIEN QUE NO CUENTE CON LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA ENTENDEMOS QUE DEBEMOS OFERTAR PROCESADOR DE IMÁGENES DE ALTA RESOLUCIÓN, CON MAGNIFICACIÓN ELECTRÓNICA, CON TRANSFERENCIA DIGITAL DE LA IMAGEN, CON MEJORA ELECTRÓNICA DE LA IMAGEN, BALANCE DE BLANCOS AUTOMÁTICO, SALIDAS Y/C, RGB, VB8 COMPUESTA, XGA SIMULTANEA ¿SE ACEPTA?	PODRA OFERTAR LA CARACTERÍSTICA QUE MENCIONA, SIN QUE SEA OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES, CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURÍA, CUBRIENDO TODAS Y CADA UNA DE LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN EL ANEXO 3 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
19	PARTIDA 10 VIDEOENDOSCOPIO ADULTO CON TORRE	OLYMEX, S.A. DE C.V.	SOLICITAN VIDEOIMPRESORA, DEBIDO A QUE LAS VIDEOIMPRESORAS ESTAN EN DES-USO Y SON OBSOLETAS SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS ACEPTEN OFERTAR IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA CALIDAD FOTOGRÁFICA ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	IMPRESIÓN DE INYECCION DE TINTA.
20	PARTIDA 10 VIDEOENDOSCOPIO ADULTO CON TORRE	OLYMEX, S.A. DE C.V.	SOLICITAN CÁMARA FOTOGRÁFICA DEBIDO A QUE ESTAS CÁMARAS SON OBSOLETAS Y A QUE NO TIENEN NINGUNA FUNCIÓN DENTRO DEL EQUIPO SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SEA OPCIONAL OFERTARLAS ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA SU PROPUESTA.



Instituto Mexicano del Seguro Social.
Delegación Regional en Tamaulipas.

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
NÚMERO
LA-019GYR018-1115-2012

ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO LA-019GYR018-1115-2012, QUE EFECTÚA LA DELEGACION REGIONAL EN TAMAULIPAS PARA LA ADQUISICIÓN EQUIPO MEDICO, EQUIPO DE COCINA Y COMEDOR Y EQUIPO DE SERVICIOS GENERALES.

NO.	PARTIDA Y/O PUNTO CONVOCATORIA	LICITANTE	PREGUNTA	RESPUESTA
21	PARTIDA 10 VIDEOENDOSCOPIO ADULTO CON TORRE	OLYMEX, S.A. DE C.V.	SOLICITAN VIDEOGRABADORA DEBIDO A QUE ESTAS SON OBSOLETAS Y EN DES-USO SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR GRABADOR DE DVD. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?	SE ACEPTA SU PROPUESTA.
22	PARTIDA 5 - VIDEO BRONCOSCOPIO	MEDICAL SCOPE, S.A. DE C.V.	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON UN TUBO DE INSERCIÓN DE 5.1 MM, MEJORANDO LA CARACTERÍSTICA, CAUSANDO MENOS LESIÓN AL PACIENTE. SE ACEPTA NUESTRA OFERTA?	SE ACEPTA
23	PARTIDA 5 - VIDEO BRONCOSCOPIO	MEDICAL SCOPE, S.A. DE C.V.	SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON UN CANAL DE TRABAJO DE 2.0 MM. SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA
24	PARTIDA 5 - VIDEO BRONCOSCOPIO	MEDICAL SCOPE, S.A. DE C.V.	DEBIDO A QUE EN EL MERCADO LA VIDEOGRABADORA VHS, NTSC ES TECNOLOGÍA OBSOLETA, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE SE CAMBIE LA DESCRIPCIÓN POR GRABADOR DE DVD. SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA, SE CAMBIA POR GRABADOR DE DVD
25	PARTIDA 5 - VIDEO BRONCOSCOPIO.	MEDICAL SCOPE, S.A. DE C.V.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA EN LUGAR DE LA VIDEO IMPRESORA, TENIENDO LA MISMA FUNCIONALIDAD QUE LA SOLICITADA, CON DIFERENTE TECNOLOGÍA, OBTENIENDO LOS MISMOS RESULTADOS SATISFACTORIOS. SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA
26	PARTIDA 10 - VIDEOENDOSCOPIO ADULTO CON TORRE	MEDICAL SCOPE, S.A. DE C.V.	PARA ÉSTA PARTIDA SOLICITAN UN VIDEOCOLONOSCOPIO CON DOBLE CANAL. DE LA MANERA MÁS ATENTA PEDIMOS A LA CONVOCANTE SE CAMBIE LA DESCRIPCIÓN DE ÉSTE ENDOSCOPIO EN PARTICULAR YA QUE EL DOBLE CANAL ES OBSOLETO EN EL MERCADO, DÁNDONOS LA OPORTUNIDAD DE OFERTAR UN EQUIPO CON UN SOLO CANAL DE INSTRUMENTACIÓN, MEJORANDO ASÍ LA CARACTERÍSTICA. SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA
27	PARTIDA 10 - VIDEOENDOSCOPIO ADULTO CON TORRE	MEDICAL SCOPE, S.A. DE C.V.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA EN LUGAR DE LA VIDEO IMPRESORA, TENIENDO LA MISMA FUNCIONALIDAD QUE LA SOLICITADA, CON DIFERENTE TECNOLOGÍA, OBTENIENDO LOS MISMOS RESULTADOS SATISFACTORIOS. SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	IMPRESIÓN DE INYECCION DE TINTA.
28	PARTIDA 10 - VIDEOENDOSCOPIO ADULTO CON TORRE	MEDICAL SCOPE, S.A. DE C.V.	DICE: CÁMARA FOTOGRÁFICA. DEBIDO A QUE ÉSTA TECNOLOGÍA YA ES OBSOLETA EN EL MERCADO. SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE SE ELIMINE ÉSTA CARACTERÍSTICA, DEBIDO A QUE LA FUNCIÓN SE COMPLETA CON EL ENDOSCOPIO Y EL VIDEO PROCESADOR. SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA.
29	PARTIDA 10 - VIDEOENDOSCOPIO ADULTO	MEDICAL SCOPE, S.A. DE C.V.	DEBIDO A QUE LA CONVOCANTE SOLICITA EN ÉSTA PARTIDA UNA VIDEOGRABADORA Y ES UNA TECNOLOGÍA OBSOLETA EN EL MERCADO, PEDIMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR EN SU	SE ACEPTA SU PROPUESTA.



Instituto Mexicano del Seguro Social.
Delegación Regional en Tamaulipas.

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
NÚMERO
LA-019GYR018-1115-2012

ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO LA-019GYR018-1115-2012, QUE EFECTÚA LA DELEGACION REGIONAL EN TAMAULIPAS PARA LA ADQUISICIÓN EQUIPO MEDICO, EQUIPO DE COCINA Y COMEDOR Y EQUIPO DE SERVICIOS GENERALES.

NO	PARTIDA Y/O PUNTO CONVOCATORIA	LICITANTE	PREGUNTA	RESPUESTA
	CON TORRE		CASO UN GRABADOR DE DVD. SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	
30	PUNTO 6, NUMERAL IV	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	DICE: CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGREN LA PROPOSICIÓN DE LOS LICITANTES Y AQUELLOS DISTINTOS A ÉSTA, DEBEN ESTAR FOLIADOS EN TODAS Y CADA UNA DE LAS HOJAS QUE CONFORMAN ÉSTA. PARA TAL EFECTO, SE DEBERÁN NUMERAR DE MANERA INDIVIDUAL LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA, ASÍ COMO EL RESTO DE LOS DOCUMENTOS QUE ENTREGUE. PREGUNTA: ¿SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACION EL NO PRESENTAR LA PROPUESTA FOLIADA?	NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACION EL NO TRAERLOS FOLIADOS, PERO ES RECOMENDABLE QUE SE ENTREGUEN FOLIADOS TODAS LAS HOJAS CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PUNTO 6 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
31	PUNTO 6.2, INCISO B	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	DICE: DEBERÁN PRESENTAR FOLLETOS, CATÁLOGOS Y/O FOTOGRAFÍAS NECESARIOS PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES, CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DE LOS BIENES ... PREGUNTA: EN NUESTRO CASO LOS MANUALES DE OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS QUE OFERTAREMOS ESTAN INTEGRADOS POR MAS DE 500 HOJAS, POR LO QUE CON OBJETO DE FACILITAR LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE QUE SOLO INCLUYAMOS EN NUESTRA PROPUESTA LAS HOJAS DEL MANUAL DONDE APAREZCAN REFERENCIADAS LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS. LO ANTERIOR EN EL ENTENDIDO QUE LOS MANUALES COMPLETOS SE ENTREGARAN JUNTO CON LOS EQUIPOS ADJUDICADOS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA.
32	PUNTO 1.1	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	DICE: ...EN CASO DE QUE SE REQUIERAN ANEXOS TÉCNICOS, FOLLETOS, CATÁLOGOS Y/O FOTOGRAFÍAS, INSTRUCTIVOS O MANUALES DE USO PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES, CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DEL SERVICIO, ÉSTOS PODRÁN PRESENTARSE EN EL IDIOMA DEL PAÍS DE ORIGEN, ACOMPAÑADOS DE UNA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL PREGUNTA: DEBIDO A QUE NUESTROS FOLLETOS O MANUALES SUELEN SER EXTENSOS SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PODAMOS PRESENTAR TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL ÚNICAMENTE DE LOS PUNTOS O PÁRRAFOS UTILIZADOS PARA REFERENCIAR LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SU PROPUESTA.
33	PUNTO 6.2 INCISO A)	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	DICE: DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES OFERTADOS, CUMPLIENDO ESTRICTAMENTE CON LO SEÑALADO EN EL ANEXO NÚMERO 3 (TRES) Y CONFORME AL ANEXO NÚMERO 8 (OCHO), EL CUAL FORMA PARTE DE ESTA CONVOCATORIA INDICANDO PARTIDA, DESCRIPCIÓN DEL BIEN, PRESENTACIÓN (UM, CANTIDAD Y TIPO), MARCA, NOMBRE DEL FABRICANTE, PAÍS DE ORIGEN, CANTIDAD SOLICITADA. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO DEBEMOS PRESENTAR EL ANEXO NUMERO 8 CON LOS DATOS ARRIBA INDICADOS Y SIN PRECIOS.	EL ANEXO 8 ENLOBA LA PROPUESTA TECNICA Y LA PROPUESTA ECONOMICA, POR LO CUAL DEBERA DETALLAR EL PRECIO UNITARIO O EN SU CASO PODRA PRESENTAR SU PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA DE MANERA INDEPENDIENTE.

1 7 99



Instituto Mexicano del Seguro Social.
Delegación Regional en Tamaulipas.

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
NÚMERO
LA-019GYR018-1115-2012

ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO LA-019GYR018-1115-2012, QUE EFECTÚA LA DELEGACION REGIONAL EN TAMAULIPAS PARA LA ADQUISICIÓN EQUIPO MEDICO, EQUIPO DE COCINA Y COMEDOR Y EQUIPO DE SERVICIOS GENERALES.

NO	PARTIDA Y/O PUNTO CONVOCATORIA	LICITANTE	PREGUNTA	RESPUESTA
			¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	
34	REFERENTE A TODAS LAS PARTIDAS	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	ENTENDEMOS QUE LAS CARACTERISTICAS CONTENIDAS EN LAS CEDULAS TECNICAS SON LAS MINIMAS REQUERIDAS Y CON OFERTAR CARACTERISTICAS SUPERIORES SE ESTARA DANDO CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	DEBERAN OFERTAR LO SOLICITADO EN LAS BASES Y ANEXOS
35	PARTIDA 13 MICROSCOPIO PARA OTORRINLARINGOCIRUGIA	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	EN ESTA PARTIDA LA CONVOCANTE REQUIERE DE: OPTICAS, CON AJUSTE DE DIOPTRIAS; PREGUNTA: CREEMOS QUE HAY UN ERROR EN LA CEDULA Y QUE LO QUE LA CONVOCANTE REQUIERE ES: OCULARES CON AJUSTE DE DIOPTRIAS. Y QUE REFERENCIANDO DE ESTA MANERA ESTAREMOS DANDO CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? FAVOR DE ACLARAR	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
36	PARTIDA 13 MICROSCOPIO PARA OTORRINLARINGOCIRUGIA	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	EN ESTA PARTIDA LA CONVOCANTE REQUIERE DE: MOVIL CON FRENOS; PREGUNTA: CREEMOS QUE HAY UN ERROR EN LA CEDULA Y QUE LO QUE LA CONVOCANTE REQUIERE ES: ESTATIVO MOVIL CON FRENOS ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? Y QUE REFERENCIANDO DE ESTA MANERA ESTAREMOS DANDO CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? FAVOR DE ACLARAR	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
37	PARTIDA 13 MICROSCOPIO PARA OTORRINLARINGOCIRUGIA	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	EN ESTA PARTIDA LA CONVOCANTE REQUIERE DE: ADAPTADOR PARA EL SISTEMA DE VIDEO PREGUNTA: EL MICROSCOPIO QUE OFRECEMOS CUENTA CON UNA TECNOLOGIA DE PUNTA LA CUAL YA NO REQUIERE DE ADAPTADOR PARA EL SISTEMA DE VIDEO. NUESTRO EQUIPO OFRECE UNA CAMARA INTEGRADA DE ALTA DEFINICION (HD) DE TECNOLOGIA DE PUNTA QUE SUPERA LAS CARATERISTICAS QUE LA CONVOCANTE REQUIERE. POR LO CUAL SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DE LA MANERA ANTES MENCIONADA PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS INICIALES.
38	PARTIDA 13 MICROSCOPIO PARA OTORRINLARINGOCIRUGIA	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	EN ESTA PARTIDA LA CONVOCANTE REQUIERE DE: ILUMINACION DE SISTEMA CON FUENTE DE LUZ; LAMPARA DE RECAMBIO; CONDUCTORES DE LUZ POR FIBRA OPTICA E ILUMINACION COAXIAL INTEGRADA (LUZ FRIA). PREGUNTA: HOY EN DIA SE ESTAN IMPLEMENTANDO EN LOS MICROSCOPIO SISTEMAS DE ILUMINACION "LED". ESTE NUEVO Y SUPERIOR SISTEMA DE ILUMINACION ESTA INCORPORADO EN NUESTROS MICROSCOPIOS Y OFRECEN UNA ILUMINACION BLANCA DIRECTA Y DURADERA DE DOBLE DIODO QUE DA MUCHO MEJOR DEFINICION EN EL CAMPO VISUAL, OFRECEN UNA VIDA PROMEDIO DE 60,000 HORAS, Y LO HACEN PRESINDIR DE FIBRA OPTICA LO CUAL REDUCE COSTOS YA QUE NO SE CONVIERTE EN UN CONSUMIBLE, Y NO PRODUCE FALLAS QUE	SE ACEPTA SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS INICIALES. (SE REQUIERE ILUMINACIÓN DE SISTEMA CON FUENTE DE LUZ DE LAMPARA DE RECAMBIO, CONDUCTORES DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA E ILUMINACIÓN COAXIAL INTEGRADA)

8
JG



Instituto Mexicano del Seguro Social.
Delegación Regional en Tamaulipas.

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
NÚMERO
LA-019GYR018-I115-2012

ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO LA-019GYR018-I115-2012, QUE EFECTÚA LA DELEGACION REGIONAL EN TAMAULIPAS PARA LA ADQUISICIÓN EQUIPO MEDICO, EQUIPO DE COCINA Y COMEDOR Y EQUIPO DE SERVICIOS GENERALES.

NO.	PARTIDA Y/O PUNTO CONVOCATORIA	LICITANTE	PREGUNTA	RESPUESTA
			REQUIERAN UN CAMBIO RAPIDO DE LAMPARA YA QUE COMO ESTA LUZ ES POR DOBLE DIODO SE CONVIERTEN EN PARTE DEL CIRCUITO ELECTRONICO DEL MICROSCOPIO. POR LO CUAL SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SISTEMA DE ILUMINACION A BASE DE TECNOLOGIA LED PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PUNTOS ANTES MENCIONADOS. ¿SE ACEPTA?	
39	PARTIDA 13 MICROSCOPIO PARA OTORRINLINGOCIRUGIA	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	EN ESTA PARTIDA LA CONVOCANTE REQUIERE DE: SISTEMA DIGITAL DE VIDEOGRABACION DE IMAGENES; SISTEMA DIGITAL DE VISUALIZACION; PREGUNTA: LA VIDEO CAMARA QUE INTEGRAMOS EN NUESTRO MICROSCOPIO CUENTA CON UNA TECNOLOGIA DE PUNTA LA CUAL CONSISTE QUE EN ADEMAS DE PROYECTAR IMÁGENES Y SECUENCIAS DE VIDEO, ES TAMBIEN CAPAZ DE GRABAR LAS SECUENCIAS DE VIDEO E IMÁGENES EN ALTA DEFINICION Y ALMACENARLAS EN UNA TARJETA "SD" EN FORMATOS MPEG4 Y FORMATO DE IMÁGENES JPEG TIFF Y ESTAS IMÁGENES SON COMPATIBLES PARA TRABAJAR EN FORMATOS DE UN ORDENADOR PORTATIL, CON FORMATOS WINDOWS XP Y SUPERIORES. CON EL EQUIPO VA INCLUIDA UNA PANTALLA DE ALTA DEFINICION LO QUE PERMITE AL USUARIO VISUALIZAR LAS IMÁGENES Y SECUENCIAS DE VIDEO OBTENIDAS EN EL PROCESO QUIRURGICO. ESTO REPRESENTA UN GRAN AHORRO PARA EL INSTITUTO YA QUE REDUCE LOS COSTOS DEL EQUIPO Y AUMENTA LA TECNOLOGIA. POR LO CUAL SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE: NOS PERMITA OFERTAR Y REFERENCIAR ESTOS PUNTOS DE LA MANERA ANTES MENCIONADA. PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS PUNTOS ANTES MENCIONADOS ¿SE ACEPTA?	DEBERA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
40	PARTIDA 6 UNIDAD DE FOTOFUORANGIOGRAFIA	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	DICE: CON MECANISMO DE INCLINACION QUE PERMITA CUBRIR TRES DIFERENTES ANGULOS COMO MINIMO. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LO QUE LA CONVOCANTE REQUIERE ES UN EQUIPO DE ULTIMA TECNOLOGIA Y QUE PARA CUMPLIR CON ESTE PUNTO BASTARA CON PRESENTAR ANGULOS DE COBERTURA DE 50° Y 43°, CON MECANISMO DE INCLINACION QUE PERMITE CUBRIR ANGULOS DE 15 ° HACIA ARRIBA Y 10° GRADOS HACIA ABAJO Y MOVIMIENTO LATERAL DE 30° DERECHA/IZQUIERDA. ¿ES CORRECTO?	DEBERA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
41	PARTIDA 6 UNIDAD DE FOTOFUORANGIOGRAFIA	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	DICE: CAMARA CON MOTOR PARA FLUOROANGIOGRAFIA DE 35 MM. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LO QUE LA CONVOCANTE REQUIERE ES UN EQUIPO DE ULTIMA TECNOLOGIA POR LO QUE SOLICITAMOS PODER OFERTAR CAMARA DIGITAL DE 15 MEGAPIXELES DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO LA CUAL ES UNA TECNOLOGIA SUPERIOR A LOS SOLICITADO Y MUESTRA MAYORES VENTAJAS AL USUARIO. ¿SE ACEPTA?	DEBERA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.

9
A



Instituto Mexicano del Seguro Social.
Delegación Regional en Tamaulipas.

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
NÚMERO
LA-019GYR018-1115-2012

ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO LA-019GYR018-1115-2012, QUE EFECTÚA LA DELEGACION REGIONAL EN TAMAULIPAS PARA LA ADQUISICIÓN EQUIPO MEDICO, EQUIPO DE COCINA Y COMEDOR Y EQUIPO DE SERVICIOS GENERALES.

NO.	PARTIDA Y/O PUNTO CONVOCATORIA	LICITANTE	PREGUNTA	RESPUESTA
42	PARTIDA 6 UNIDAD DE FOTOFUORANGIOGRAFIA	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	DICE: CAMARA DE VIDEO DE TRES CHIPS, CON ADAPTADORES. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LO QUE LA CONVOCANTE REQUIERE ES UN EQUIPO DE ULTIMA TECNOLOGIA POR LO QUE SOLICITAMOS PODER OFERTAR CAMARA DIGITAL DE 15 MEGAPIXELES DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO Y FACIL MONTAJE. ¿SE ACEPTA?	DEBERA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
43	PARTIDA 6 UNIDAD DE FOTOFUORANGIOGRAFIA	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	DICE: CAMARA PARA FOTOGRAFIA EN COLOR DE 35 MM. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LO QUE LA CONVOCANTE REQUIERE ES UN EQUIPO DE ULTIMA TECNOLOGIA POR LO QUE SOLICITAMOS PODER OFERTAR CAMARA DIGITAL DE 15 MEGAPIXELES DE LA MISMA MARCA DEL EQUIPO LA CUAL ES UNA TECNOLOGIA SUPERIOR A LOS SOLICITADO Y MUESTRA MAYORES VENTAJAS AL USUARIO. ¿SE ACEPTA?	DEBERA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
44	PARTIDA 8 UNIDAD DE CRIOCIRUGIA OFTALMOLOGICA.	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	DICE: TANQUE CONTENEDOR DEL GAS PARA QUE OPERE (CO2 O N2O) UNO DENTRO DEL EQUIPO Y OTRO PARA RECARGA, DE 20 LIBRAS CADA UNO. PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR LA CAPACIDAD EN LITROS DE LOS TAQUES, YA QUE EL TAMAÑO DE LOS TANQUES SE DETERMINA POR SU CAPACIDAD EN VOLUMEN Y NO EN PESO DEL GAS MEDICINAL.	LA CAPACIDAD ES DE 0.41
45	PARTIDA 8 UNIDAD DE CRIOCIRUGIA OFTALMOLOGICA.	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	DICE: LAPICES APLICADORES REUTILIZABLES PARA DESPRENDIMIENTO DE RETINA CURVOS DE 3.17 MM DE DIAMETRO O MENOR. PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR EL NÚMERO DE LAPICES QUE REQUIERE.	UNA PIEZA
46	PARTIDA 8 UNIDAD DE CRIOCIRUGIA OFTALMOLOGICA.	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	DICE: LAPICES APLICADORES REUTILIZABLES PARA DESPRENDIMIENTO DE RETINA CURVOS DE 3.17 MM DE DIAMETRO O MENOR. PREGUNTA: PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR SONDA RETINAL ESTANDAR DE 2.5 MM, YA QUE ESTO NO LIMITA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
47	PARTIDA 8 UNIDAD DE CRIOCIRUGIA OFTALMOLOGICA.	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	DICE: LAPIZ APLICADOR REUTILIZABLE PARA DESPRENDIMIENTO DE RETINA CURVO EXTENDIDO DE 7 MM DE DIAMETRO O MENOR. PREGUNTA: PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR SONDA RETINAL DE MEDIO ALCANCE DE 2.5 MM, YA QUE ESTO NO LIMITA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
48	PARTIDA 8 UNIDAD DE CRIOCIRUGIA OFTALMOLOGICA.	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	DICE: LAPIZ APLICADOR REUTILIZABLE PARA TRATAMIENTO DE GLAUCOMA CURVO DE 3 MM DE DIAMETRO O MENOR. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LO QUE LA CONVOCANTE REQUIERE ES UNA SONDA PARA GLAUCOMA DE 3MM ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
49	PARTIDA 11 UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFIA	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES,	DICE: PANTALLA INTERCONSTRUIDA BLANCO Y NEGRO, 64 NIVELES DE GRIS O MAYOR PREGUNTA: SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE Y A FIN DE NO LIMITAR	NO SE ACEPTA, SE SOLICITA PANTALLA TOUCH SCREEN A COLOR.



Instituto Mexicano del Seguro Social.
Delegación Regional en Tamaulipas.

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
NÚMERO
LA-019GYR018-1115-2012

ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO LA-019GYR018-1115-2012, QUE EFECTÚA LA DELEGACION REGIONAL EN TAMAULIPAS PARA LA ADQUISICIÓN EQUIPO MEDICO, EQUIPO DE COCINA Y COMEDOR Y EQUIPO DE SERVICIOS GENERALES.

NO.	PARTIDA Y/O PUNTO CONVOCATORIA	LICITANTE	PREGUNTA	RESPUESTA
	OFTALMOLOGICA.	S.A. DE C.V.	LA LIBRE PARTICIPACION PODER OFERTAR COMPUTADORA CON PANTALLA EXTERNA PARA ADQUISICION DE DATOS LO CUAL LE PROPORCIONA MODULARIDAD AL EQUIPO Y CAPACIDAD DE ESCALAMIENTO O CRECIENDO A MODO UBM. ¿SE ACEPTA?	
50	PARTIDA 11 UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFIA OFTALMOLOGICA.	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	DICE: VIDEOIMPRESORA BLANCO Y NEGRO. PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE Y A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION PODER OFERTAR IMPRESORA LASER DE CALIDAD FOTOGRAFICA LO CUAL NO DEMERITA LAS CARACTERISTICAS NI LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	SE SOLICITA CON IMPRESORA INTEGRADA.
51	PARTIDA 14 UNIDAD OFTALMOLOGICA	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	DICE: REFRACTOR. LENTES CILINDRICOS DE 0 A 6 DIOPTRIAS. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE Y CON EL FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION PODER OFERTAR LENTES CILINDRICOS DE 0 A -6 DIOPTRIAS LO CUAL NO DEMERITA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA.
52	PARTIDA 14 UNIDAD OFTALMOLOGICA	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	DICE: REFRACTOR. PASOS DE 3 A 4 DIOPTRIAS PARA CAMBIOS RAPIDOS. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR LENTES ESFERICOS CON PASOS DE +- 3 DIOPTRIAS PARA CAMBIOS RAPIDOS, LO CUAL NO DEMERITA LA FUNCIONALIDAD Y CARACTERISTICAS DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA SIN MODIFICAR LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES.
53	PARTIDA 14 UNIDAD OFTALMOLOGICA	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	DICE: LÁMPARA DE HENDIDURA. MICROSCOPIO ESTEREOSCOPICO. PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MAS ATENTA PODER OFERTAR UNA LÁMPARA DE HENDIDURA CON MICROSCOPIO BINOCULAR, YA QUE ESTO NO DELIMITA NI DEMERITA LA FUNCIONALIDAD DE EQUIPO PARA EL CORRECTO DIAGNOSTICO DEL PACIENTE. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA CON MAGNIFICACIÓN DE 5 A 32X
54	PARTIDA 14 UNIDAD OFTALMOLOGICA	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	DICE: FILTROS: AZUL-COBALTO, VERDE (LIBRE DE ROJO), ANTICALORICO Y NEUTRO PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR FILTROS: AZUL COBALTO, VERDE, ANTICALORICO Y ½ DE ND. LOS CUALES OFRECEN LO NECESARIO PARA UN DIAGNOSTICO Y MONITOREO ADECUADO DE LAS ESTRUCTURAS OCULARES. ¿SE ACEPTA?	SE SOLICITA AZUL, LIBRE DE ROJO, ANTICALORICO Y AMARILLO.
55	PARTIDA 14 UNIDAD OFTALMOLOGICA	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	DICE: PROYECTOR DE OPTOTIPOS CON OBJETIVO PARA PROYECCION DE 2 M A 6 M O MAYOR. PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE Y A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION PODER OFERTAR OBJETIVO DE PROYECCION DE 2.5 A 8 METROS LO CUAL NO DEMERITA LAS CARACTERISTICAS NI FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA, SE SOLICITA MÁXIMO DE 2.9 A 6.1 METROS.
56	PARTIDA 14	COMPAÑIA INTERNACIONAL	DICE: CON LOS SIGUIENTES OPTOTIPOS: ANILLOS O LETRA E. LETRAS. NIÑOS O ILETRADOS. RETICULA EN CRUZ. PRUEBA	SE ACEPTA SIN MODIFICAR LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES.



Instituto Mexicano del Seguro Social.
Delegación Regional en Tamaulipas.

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
NÚMERO
LA-019GYR018-I115-2012

ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO LA-019GYR018-I115-2012, QUE EFECTÚA LA DELEGACION REGIONAL EN TAMAULIPAS PARA LA ADQUISICIÓN EQUIPO MEDICO, EQUIPO DE COCINA Y COMEDOR Y EQUIPO DE SERVICIOS GENERALES.

NO.	PARTIDA Y/O PUNTO CONVOCATORIA	LICITANTE	PREGUNTA	RESPUESTA
	UNIDAD OFTALMOLOGICA	DE DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	DE HAS O DE COINCIDENCIA. PRUEBA DE DALTON O VERDE-ROJO. PRUEBA CUANTITATIVA DE FORIAS. ESTEREOPRUEBAS. PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE Y A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION PODER OFERTAR PROYECTOR CON 41 PROYECCIONES, 34 MASCARAS, INCLUYENDO FILTRO VERDE/ROJO Y FILTROS DE POLARIZACIÓN LO CUAL PROPORCIONA UNA AMPLIA GAMA DE CARTILLAS PARA UNA ADECUADA EVALUACION DE LA VISISON. ¿SE ACEPTA?	
57	PARTIDA 15 UNIDAD OTORRINOLARINGOLOGICA	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	DICE: ATOMIZADOR DE POLVOS. ATOMIZADOR PARA SOLUCIÓN ACUOSA. ATOMIZADOR PARA SOLUCIÓN ACEITOSA. PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE Y A FIN DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION PODER OFERTAR 3 BOTELLAS PARA SOLUCIONES Y POLVOS. LOS CUALES SE UTILIZAN PARA AGUA, ACEITE O POLVO DE MANERA DIRECTA O INDIRECTA. ¿SE ACEPTA?	DEBERA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
58	PARTIDA 15 UNIDAD OTORRINOLARINGOLOGICA	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	DICE: UNIDAD DE TRANSILUMINACIÓN INTEGRADO A LA CONSOLA. PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE LO QUE LA CONVOCANTE REQUIERE UNIDAD DE ILUMINACION DE UNA ADECUADA VISUALIZACION DE TEJIDOS POR LO QUE SOLICITAMOS ATENTAMENTE Y A FIN DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACION PODER OFERTAR FUENTE DE LUZ LED QUE ES DE NUEVA TECNOLOGIA. ¿SE ACEPTA?	DEBERA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
59	PARTIDA 15 UNIDAD OTORRINOLARINGOLOGICA	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	DICE: ROTACIÓN DEL ASIENTO A IZQUIERDA Y DERECHA HASTA 330 GRADOS. PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR ROTACIÓN DEL ASIENTO DE 360 GRADOS PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, YA QUE ESTO NO LIMITA LA FUNCIONALIDAD DEL ASIENTO Y BRINDA UNA MAYOR LIBERTAD DE ROTACIÓN. ¿SE ACEPTA?	SE ACEPTA
60	PARTIDA 15 UNIDAD OTORRINOLARINGOLOGICA	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	DICE: CON FUENTE DE ILUMINACION DE LUZ HALOGENA DE 150W. PREGUNTA: EN ESTE PUNTO SE REFIEREN A UNA FUENTE DE LUZ DE PARA EL NASOFARINGOSCOPIO. FAVOR DE ACLARAR.	DEBERA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
61	PARTIDA 15 UNIDAD OTORRINOLARINGOLOGICA	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	PARTIDA 15 UNIDAD OTORRINOLARINGOLOGICA. PREGUNTA: EN CASO DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR SOLICITAMOS ATENTAMENTE PODER OFERTAR FUENTE DE LUZ LED CON CONEXIÓN STORZ CON TIEMPO DE VIDA DE 50,000 HORAS. ¿SE ACEPTA?	DEBERA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
62	PARTIDA 15 UNIDAD OTORRINOLARINGOLOGICA	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	DICE: ELECTRODO REUSABLE DE PUNTA AGUDA ANGULADA. ELECTRODO REUSABLE BOLA ANGULADO DE 2.3 MM. PREGUNTA: SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PODER OFERTAR ELECTRODOS REHUSABLES DE: CUCHILLO RECTO, ELECTRODO DE AGUJA GRUESO, ELECTRODO DE AGUJA FINO, ELECTRODO DE BOLA DE 2.5MM, ELECTRODO DE BOLA DE 0.4 MM. ¿SE ACEPTA?	DEBERA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
63	PARTIDA NO. 14 UNIDAD OFTALMOLOGICA	KI MEDIK, S.A. DE C.V.	1.- SILLÓN ELECTRIHIDRAULICO GIRATORIO, 180° COMO MINIMO.	SE ACEPTA



Instituto Mexicano del Seguro Social.
Delegación Regional en Tamaulipas.

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
NÚMERO
LA-019GYR018-I115-2012

ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO LA-019GYR018-I115-2012, QUE EFECTÚA LA DELEGACION REGIONAL EN TAMAULIPAS PARA LA ADQUISICIÓN EQUIPO MEDICO, EQUIPO DE COCINA Y COMEDOR Y EQUIPO DE SERVICIOS GENERALES.

NO.	PARTIDA Y/O PUNTO CONVOCATORIA	LICITANTE	PREGUNTA	RESPUESTA
			NUESTRO EQUIPO A LICITAR GIRA HASTA 90° SIN QUE ESTO ALTERE SU MANEJO, SE ACEPTA POR PARTE DE LA CONVOCANTE?	
64	PARTIDA NO. 14 UNIDAD OFTALMOLOGICA	KI MEDIK, S.A. DE C.V.	2.- REQUIERE AL MENOS 3 ENCHUFES PARA ALIMENTACION ELECTRICA COMO MINIMO. NUESTRO EQUIPO A LICITAR TIENE CONTACTOS ELECTRICOS, MISMOS QUE VIENEN POR DENTRO DEL CUERPO DE LA UNIDAD, ASI QUE LOS APARATOS ADICIONALES QUE SE CONECTARIAN AL MISMO TENDRIAN QUE SER CONECTADOS AL MOMENTO DE LA INSTALACION, SE ACEPTA POR PARTE DE LA CONVOCANTE?	DEBERA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
65	PARTIDA NO. 14 UNIDAD OFTALMOLOGICA	KI MEDIK, S.A. DE C.V.	3.- LA UNIDAD A LICITAR ES DE PROCEDENCIA ALEMANA, SOLAMENTE ALGUNOS COMPLEMENTOS COMO LO SON: EL PROYECTOR, EL FOROPTERO Y EL TONOMETRO SON DE PROCEDENCIA CHINA, SE ACEPTA POR PARTE DE LA CONVOCANTE?	DEBERA APEGARSE A LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
66	PARTIDA 6- UNIDAD DE FOTOFUORANGIOGRAFIA	DIMEG, S.A. DE C.V.	EN ESTA PARTIDA SOLICITAN CAMARA DE FONDO DE OJO SOLICITAMOS AMABLEMENTE QUE SE ACEPTE LA UNIDAD CON SISTEMA MADIATRICA Y NO MADIATRICA, CON MONITOR INTEGRADO A COLOR Y CON DIAMATRO PUPILAR MADIATRICO Ø 5.5mm S.P. 4.0mm 3.5mm Y NO MADIATRICO DE Ø4.0mm S.P. 3.5mm	SE ACEPTA SIN MODIFICAR LA CEDULA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
67	PARTIDA 11-UNIDAD DE ULTRASONOGRAFIA OFTALMOLOGICA	DIMEG, S.A. DE C.V.	SOLICITAMOS QUE ESTE EQUIPO CUENTE CON PANTALLA TOUCH SCREEN A COLOR INCLINABLE, QUE PARA MAYOR RANGO DE TRABAJO CUENTE CON MODO A, B Y PAQUIMETRIA Y QUE LA IMPRESORA SEA TERMICA INTEGRADA AL EQUIPO.	SE ACEPTA
68	PARTIDA 14- UNIDAD OFTALMOLOGICA	DIMEG, S.A. DE C.V.	SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA NOS PERMITAN OFERTAR EL SILLON ELECTOHIDRAULICO GIRATORIO DE 60° COMO MINIMO Y RECLINABLE DE -500mm A 700mm, QUE CUENTE CON MESA ABATIBLE PARA LAMPARA DE HENDIDURA Y REFRACTOR PRISMA DE 0 - 20▲ EL SELECTOR DE AUMENTOS SEA DE 5X,8X,12.5X,20X,32X PROYECCION DE LA HENDIDURA CON ANCHO Y ALTURA VARIABLE DE 0 A 14mm Y EN LOS CONSUMIBLES SEA FOCO DE LED LARGA VIDA	SE ACEPTA

De conformidad con el punto 4 de la convocatoria y al artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se informa los Licitantes que las modificaciones derivadas de esta junta de aclaraciones, serán consideradas como parte integrante de la propia convocatoria de esta licitación. -----

Para efectos de la notificación y en términos de los artículos 37 Bis de la Ley y en el punto 11 de la Convocatoria, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de esta Acta en el Tablero que se encuentra ubicada en el Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, ubicada en el Conjunto IMSS, sito en la Carretera Nacional México-Laredo KM 701, C.P. 87028, Cd. Victoria, en donde se fijará copia de la carátula del Acta o un ejemplar o el aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento



Instituto Mexicano del Seguro Social.
Delegación Regional en Tamaulipas.

LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL
NÚMERO
LA-019GYR018-1115-2012

ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO LA-019GYR018-1115-2012, QUE EFECTÚA LA DELEGACION REGIONAL EN TAMAULIPAS PARA LA ADQUISICIÓN EQUIPO MEDICO, EQUIPO DE COCINA Y COMEDOR Y EQUIPO DE SERVICIOS GENERALES.

sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en la dirección electrónica: <https://compranet.funcionpublica.gob.mx>

Se contó con la presencia del Lic. Guillermo Mijares Lerma en representación del Titular del Área de Auditoría, Quejas y Responsabilidades de la Delegación Regional en Tamaulipas, a fin de verificar el correcto cumplimiento de las Normas Institucionales y el apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Finalmente, se recuerda que el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el día 28 de agosto de 2012 en punto de la 9:30 hrs., en la Sala de Juntas de la Jefatura Delegacional de Servicios Administrativos, ubicada en el Conjunto IMSS, sito en la Carretera Nacional México-Laredo KM 701, C.P. 87028, Cd. Victoria, Tamaulipas, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, por lo que después de esa hora no se permitirá el acceso a ningún licitante ni observador social, de conformidad con el artículo 47 del Reglamento de la Ley.

Esta Acta consta de 14 hojas y 68 preguntas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada esta segunda y última junta y para dejar constancia de lo actuado y los efectos legales conducentes, la firma al margen y al calce, los que en ella intervinieron, siendo las 15:30 hrs. del día 21 de agosto del 2012.

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Lic. Rene de Jesús Medellín Blanco	Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos	
Ing. Roberto Carlos Casillas Rivera	Coordinador Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento	
L. C. Alfonso Mota Rodríguez	Jefe del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.	
Ing. Juan Manuel Gochicoa Gutierrez	Jefe del Departamento de Conservación y Servicios Generales	
C.P. Xochiquetzal N. Ramírez Mendez	Jefe de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.	
L.A. Itziar Figueroa González	Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios.	

----- FIN DEL ACTA -----