

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No: LA-019GYR051-I17-2012 SERVICIO INTEGRAL DE ELECTROCIRUGIA (ELECTRONICA)

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 SE REUNIERON EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DEL HOSPITAL DE ONCOLOGÍA, UBICADO EN AV. CUAUHTÉMOC 330, COLONIA DOCTORES, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C. P. 06720, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE AL FINAL SE ENLISTAN, SUSCRIBEN Y FIRMAN, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES, DE LA LICITACIÓN QUE SE MENCIONAN EN EL PROEMIO DE ESTA ACTA, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES.

SE CONSULTO EL MODULO DE COMPRANET VERSION 5.0, ASI COMO EL CORREO ELECTRONICO SEÑALADO EN BASES, EN DONDE SE OBSERVARON LAS PREGUNTAS QUE SE ENUNCIAN MAS ADELANTE.

NOTAS ACLARATORIAS POR PARTE DE LA CONVOCANTE: ------

NOTA ACLARATORIA NÚMERO 1-----

DEBE DECIR: 11.1.- PLAZO Y LUGAR DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: ------

NOTA ACLARATORIA NÚMERO 2-----

DIOL.

Número de Contratos cumplidos satisfactoriamente: 11 puntos

Cancelación de fianzas o cartas de cumplimiento por contrato:

6 cancelaciones o cartas cumplimiento 2 puntos.

7 a 15 cancelaciones o cartas cumplimiento 6 puntos

16 o más cancelaciones o cartas cumplimiento 10 puntos

El licitante entregará documentación soporte que acredite el cumplimiento de las obligaciones contractuales en tiempo y forma de los contratos celebrados con las dependencias o entidades; y, en su caso de servicios prestados a hospitales privados en materia de Servicios Integrales de Electrocirugía.

Por lo que deberá presentar acompañado de una copia de la carátula de contrato y hoja de firmas, constancias de cancelación de fianza o cartas de cumplimiento de contrato expedidas por la Afianzadora o las dependencias donde prestó el servicio, según sea el caso y que describa que dio y/o está dando cumplimiento en tiempo y forma.

DEBE DECIR:.--

Cumplimiento

de Contratos

Cumplimiento de Contratos

 Número de Contratos cumplidos satisfactoriamente:
 11 puntos

Cancelación de fianzas o cartas de cumplimiento por


El licitante entregará documentación soporte que acredite el cumplimiento de las obligaciones contractuales en tiempo y forma de los contratos celebrados con las dependencias o entidades; y, en su caso de servicios prestados a hospitales privados en materia de Servicios Integrales de Electrocirugía.







LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No: LA-019GYR051-I17-2012 SERVICIO INTEGRAL DE ELECTROCIRUGIA (ELECTRONICA)



contrato:

6 cancelaciones o cartas cumplimiento 2 puntos.

7 a 15 cancelaciones o cartas cumplimiento 6 puntos 16 o más cancelaciones o

16 o más cancelaciones o cartas cumplimiento 11 puntos

Por lo que deberá presentar acompañado de una copia de la carátula de contrato y hoja de firmas, constancias de cancelación de fianza o cartas de cumplimiento de contrato expedidas por la Afianzadora o las dependencias donde prestó el servicio, según sea el caso y que describa que dio y/o está dando cumplimiento en tiempo y forma.

Con un plazo en la vigencia de los documentos que no sea superior a 10 años.

NOTA ACLARATORIA NÚMERO 3-----

LOS LICITANTES PUEDEN OFERTAR INSTRUMENTAL Y EQUIPO EN TANTO SE DE CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 11.2 DE LAS PRESENTES BASES DE LICITACION QUE IMPLICA UNA VARIACION DEL +/- 10 % EN LAS MEDIDAS.------

PREGUNTA 1

VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

- DICE:
- 3.1. ESPECIFICACIONES DE CALIDAD. LOS LICITANTES DEBERÁN ACOMPAÑAR A SU PROPUESTA TÉCNICA LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES:
- 3.1.1 COPIA SIMPLE LEGIBLE DEL REGISTRO SANITARIO DE LOS EQUIPOS E INSTRUMENTAL PROPUESTOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN, OTORGADO POR LA SS. EN EL SUPUESTO DE NO REQUERIR DICHOS REGISTROS DEBERÁ PRESENTAR ESCRITO DE LA SS DONDE ASÍ LO INDIQUE.
- A. EL REGISTRO SANITARIO PODRÁ SER PRESENTADO POR FAMILIA Y MARCA DE PRODUCTO, EN EL QUE DEBERÁ REFERENCIARSE ÚNICAMENTE EL CÓDIGO QUE SE OFERTA.
- B. EN CASO DE QUE LOS BIENES OFERTADOS NO REQUIERAN DE REGISTRO SANITARIO, DEBERÁ PRESENTAR CONSTANCIA OFICIAL EXPEDIDA POR LA SSA, CON FIRMA AUTÓGRAFA Y CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE LA EMITE, QUE LO EXIMA DEL MISMO.

PREGUNTA:

PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO, DEBEMOS ENTENDER QUE LOS REGISTROS DEBEN SER VIGENTES EXPEDIDOS POR LA COFEPIS, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 376 DE LA LEY GENERAL DE SALUD (VIGENCIA DE 5 AÑOS); POR LO QUE LOS REGISTROS DEBEN CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES REQUISITOS:

- I. COPIA DEL REGISTRO SANITARIO (ANVERSO Y REVERSO) VIGENTE EXPEDIDO POR LA COFEPRIS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 376 DE LA LEY GENERAL DE SALUD (VIGENCIA DE 5 AÑOS), DEBIDAMENTE IDENTIFICADO POR EL NÚMERO DE CLAVE(S) PROPUESTA(S), ASÍ COMO LOS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL MARBETE, QUE ACREDITE FEHACIENTEMENTE QUE EL PRODUCTO OFERTADO CUMPLE CON LA DESCRIPCIÓN DEL CUADRO BÁSICO. Y CATÁLOGO DE INSTRUMENTAL Y EQUIPO MÉDICO.
- II. EN CASO DE QUE LOS BIENES OFERTADOS EN EL SERVICIO NO REQUIERAN DE REGISTRO SANITARIO, DEBERÁN PRESENTAR COPIA DE LA CONSTANCIA OFICIAL, EXPEDIDA POR LA SSA, CON FIRMA AUTÓGRAFA Y CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO QUE LA EMITE, QUE LO EXIMA DEL MISMO.
- III. EN CASO DE QUE EL REGISTRO SANITARIO NO SE ENCUENTRE DENTRO DEL PERIODO DE VIGENCIA DE 5 AÑOS, CONFORME AL ARTÍCULO 376 DE LA LEY GENERAL DE SALUD, DEBERÁ PRESENTAR:
- A) COPIA SIMPLE DEL REGISTRO SANITARIO SOMETIDO A PRÓRROGA.
- B) COPIA SIMPLE DEL ACUSE DE RECIBO DEL TRÁMITE DE PRÓRROGA DEL RECISTRO SANITARIO,



- \bigcirc^2



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No: LA-019GYR051-I17-2012 SERVICIO INTEGRAL DE ELECTROCIRUGIA (ELECTRONICA)

	PRESENTADO ANTE LA COFEPRIS A MÁS TARDAR EL 24 DE FEBRERO DE 2010.
	C) CARTA EN HOJA MEMBRETADA Y FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL TITULAR DEL REGISTRO SANITARIO EN DONDE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTE QUE EL TRÁMITE DE PRÓRROGA DEL REGISTRO SANITARIO, DEL CUAL PRESENTA COPIA, FUE SOMETIDO EN TIEMPO Y FORMA, Y QUE EL ACUSE DE RECIBO PRESENTADO CORRESPONDE AL PRODUCTO SOMETIDO AL TRÁMITE DE PRÓRROGA.
	LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO FRACCIÓN V DEL "DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE INSUMOS PARA LA SALUD" PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 2 DE ENERO DE 2008. ARTICULO QUE SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN PARA PRONTA REFERENCIA.
	TERCERO. PARA SOLICITAR POR PRIMERA VEZ LA PRÓRROGA DE LOS REGISTROS SANITARIOS DE MEDICAMENTOS Y DEMÁS INSUMOS PARA LA SALUD, QUE HAYAN SIDO OTORGADOS POR TIEMPO INDETERMINADO, SE DEBERÁ CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN ESTE REGLAMENTO Y CON LO SIGUIENTE:
	V. EN TANTO LA SECRETARÍA NO EXPIDA LA RESOLUCIÓN SOBRE LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL REGISTRO, SE MANTENDRÁ VIGENTE LA AUTORIZACIÓN.
	¿ES CORRECTO?
RESPUESTA 1	ES CORRECTA SU APRECIACION.
PREGUNTA 2	2.
:	
	DICE:
	3.1.7 CERTIFICADO EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR UNA ENTIDAD DE ACREDITACIÓN AUTORIZADA PARA OPERAR EN TÉRMINOS DE LA LEY DE LA MATERIA, EN EL CUAL SE ACREDITE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS QUE EL PROVEEDOR OFERTARÁ, ESTA DOCUMENTACIÓN DEBERÁ ENTREGARSE EN COPIA SIMPLE Y COPIA CERTIFICADA PARA SU COTEJO EL CUAL SERÁ DEVUELTO EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS. EN EL SUPUESTO DE QUE NO CUENTE CON DICHO CERTIFICADO, DEBERÁN PRESENTAR EL PROGRAMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN EL SERVICIO QUE OFERTA DOCUMENTADO COMO LO DESCRIBEN LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS NMX-CC-IMNC-9001:2000, ÉSTE DEBERÁ ENTREGARSE EN COPIA Y ORIGINAL PARA SU COTEJO.
	PREGUNTA:
	ENTENDEMOS QUE POR TRATARSE DE UNA LICITACIÓN ELECTRÓNICA SE DEBERÁ ANEXAR A LA PROPUESTA, EL ESCANEO DE DICHO CERTIFICADO EN VERSION PDF O CUALQUIER OTRO PROGRAMA AUTORIZADO POR LA SFP PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS, EL CUAL DEBERA SER EXPEDIDO POR PERSONA ACREDITADA CONFORME A LA LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN, EN EL QUE SE ESTABLEZCA QUE EL LICITANTE CUENTA CON LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD, QUE AMPAREN LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE SE PRESTARA AL INSTITUTO, DE ACUERDO AL ARTICULO 32 DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP Y EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, SE DEBERA PRESENTAR EL ORIGINAL PARA COTEJO,
	¿ES CORRECTO?
RESPUESTA 2	ES CORRECA SU APRECIACION.
PREGUNTA 3	3. DICE: 3.1. CALIDAD.
	3.1.5 COPIA SIMPLE DE LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD VIGENTES EN SU IDIOMA ORIGINAL, DE LOS EQUIPOS, ACCESORIOS E INSTRUMENTAL OFERTADOS, ESTOS PODRÁN SER PRESENTADOS POR FAMILIA, LOS CUALES DEBERÁN SER ACOMPAÑADOS DE TRADUCCIÓN SIMPLE PARCIAL AL ESPAÑOL, EXPEDIDOS POR LOS ORGANISMOS DE CONTROL Y/O AUTORIDADES SANITARIAS DEL PAÍS DE ORIGEN, POR EJÉMPLO:
	FDA
<u></u>	



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No: LA-019GYR051-I17-2012 SERVICIO INTEGRAL DE ELECTROCIRUGIA (ELECTRONICA)

	CE.
	A. EL LICITANTE QUE ENTREGUE CERTIFICADOS DE CALIDAD EMITIDOS POR UNA INSTITUCIÓN ACREDITADA PARA ESTE FIN EN EL PAÍS DE ORIGEN, DEBE INCLUIR ADEMÁS EL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA O PROCESO, EN CASO DE SER EMITIDO POR AUTORIDAD SANITARIA EN EL EXTRANJERO, O EN SU CASO EMITIDO POR AUTORIDAD A NIVEL NACIONAL (COFEPRIS).
	B. LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD PODRÁN SER PRESENTADOS POR FAMILIA Y MARCA DE PRODUCTO. PREGUNTA:
	EN EL ULTIMO PARRAFO DEL PUNTO 3.1.4 INCISO B) SE ESTABLECE QUE LOS CERTIFICADOS DE LIBRE VENTA DEBERAN SER PRESENTADOS EN SU IDIOMA ORIGINAL CON UNA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL ÚNICAMENTE DE LA CARÁTULA QUE ESPECIFIQUE SU ALCANCE.
	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTE TAMBIEN PRESENTAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD EN SU IDIOMA ORIGINAL CON UNA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL ÚNICAMENTE DE LA CARÁTULA QUE ESPECIFIQUE SU ALCANCE. ¿SE ACEPTA?
RESPUESTA 3	NO SE ACEPTA, EL LICITANTE DEBE PRESENTAR CERTIFICADOS DE LIBRE VENTA EN SU IDIOMA ORIGINAL CON UNA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL.
PREGUNTA 4	4. DICE:
į	3.1.8 ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES DEL INSTITUTO ASÍ COMO LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS:
	EN EL SUPUESTO DE QUE EL LICITANTE SEA DISTRIBUIDOR, DEBERÁ ENTREGAR ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA, DE LA(S) CARTA(S) DE APOYO OTORGADA(S) POR LA(S) EMPRESA(S) FABRICANTE(S) O DEL DISTRIBUIDOR EN MÉXICO DE LOS EQUIPOS, ASÍ COMO DEL INSTRUMENTAL, DEBIÉNDOSE CONTENER EN DICHA CARTA LA OBLIGACIÓN SOLIDARIA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DE ESTA LICITACIÓN.
	3.3. PROPUESTA TÉCNICA:
	H) EN CASO DE DISTRIBUIDORES, DEBERÁN ENTREGAR CARTA DEL FABRICANTE EN ORIGINAL, EN PAPEL MEMBRETADO Y CON FIRMA AUTÓGRAFA DEL MISMO, EN LA QUE ÉSTE MANIFIESTE RESPALDAR SOLIDARIAMENTE LA PROPUESTA TÉCNICA QUE PRESENTE POR LOS BIENES DEL SERVICIO A CONTRATAR, INDICANDO EL NÚMERO DE LA LICITACIÓN, CONFORME AL ANEXO NÚMERO 9 (NUEVE), EL CUAL FORMA PARTE DE LAS PRESENTES BASES.
	ENTENDEMOS QUE LAS CARTAS DE APOYO SOLICITADAS PODRAN SER OTORGADAS POR EL FABRICANTE O POR EL DISTRIBUIDOR EN MEXICO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 3.1.8 DE LA CONVOCTARIA. Y EN CASO DE QUE LA CARTA DE APOYO SEA DEL DISTRIBUIDOR, ENTREGAREMOS COPIA SIMPLE VIGENTE DE LA CARTA DE DISTRIBUCIÓN DEL FABRICANTE OTORGADA AL DISTRIBUIDOR. ¿ES CORRECTO?
PREGUNTA 5	ES CORRECTA SU APRECIACION. 5.
FREGUNIAS	9. PREGUNTA: AL SER ESTA UNA LICITACIÓN INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO ART. 28 FRACCIÓN II ENTENDEMOS QUE LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR EL ESCRITO AL QUE SE REFIEREN LAS REGLAS PARA LA CELEBRACIÓN DE LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 28 DE DICIEMBRE DE 2010) Y EN CUMPLIMIENTO DEL PUNTO 5.3 Y ANEXO 4 DE DICHO INSTRUMENTO EL CUAL SE TRANSCRIBE A CONTINUACIÓN:
	ANEXO 4 EJEMPLO DE FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION (OBRA PUBLICA), Y DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.3 DE ESTE INSTRUMENTO
	PRESENTE



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No: LA-019GYR051-I17-2012 SERVICIO INTEGRAL DE ELECTROCIRUGIA (ELECTRONICA)

0211111010000	
	ME REFIERO AL PROCEDIMIENTO(3)NO(4) EN EL QUE MI REPRESENTADA,
	LA EMPRESA (5) PARTICIPA A TRAVÉS DE LA PRESENTE PROPUESTA.
	(5) PARTICIPA A TRAVES DE LA PRESENTE PROPUESTA. SOBRE EL PARTICULAR, Y EN LOS TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN LAS "REGLAS PARA LA CELEBRACIÓN DE
	LICITACIONES PÚBLICAS
	INTERNACIONALES BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR LOS
	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS", PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS/SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN,
	DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LOS CAPÍTULOS DE COMPRAS DEL
	SECTOR PÚBLICO DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO, EL QUE SUSCRIBE MANIFIESTA BAJO
	PROTESTA DE DECIR VERDAD. QUE ES PROVEEDOR DE SERVICIOS/SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE
	NACIONALIDAD (6) PAÍS QUE ES PARTE DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO(7)QUE
	CONTIENE UN TÍTULO O CAPÍTULO VIGENTE EN MATERIA DE COMPRAS DEL SECTOR PÚBLICO, INCLUIDO
	EXPRESAMENTE EN LA CONVOCATORIA Y ACREDITO DICHA NACIONALIDAD MEDIANTE LA PRESENTACIÓN
	DE(8)
	ATTANTANT
	ATENTAMENTE
	(9)
	INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO PARA LA MANIFESTACION QUE DEBERAN
	PRESENTAR LOS PROVEEDORES QUE PARTICIPEN EN LICITACIONES PUBLICAS INTERNACIONALES BAJO
	LA COBERTURA DE TRATADOS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS/SERVICIOS DE CONSTRUCCION, Y
	DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA 5.3 DE ESTE INSTRUMENTO NUMERO DESCRIPCION
	1 SEÑALAR LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO.
	2 ANOTAR EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE. 3 PRECISAR EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE QUE SE TRATE, LICITACIÓN PÚBLICA O
	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.
	4 INDICAR EL NÚMERO DE LICITACIÓN RESPECTIVO.
	5 CITAR EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DE LA EMPRESA LICITANTE.
	6 SEÑALAR LA NACIONALIDAD DE LA EMPRESA PROVEEDORA DE LOS SERVICIOS/SERVICIOS DE
	CONSTRUCCIÓN.
	7 INDICAR EL TRATADO BAJO CUYA COBERTURA SE REALIZA EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
	8 SEÑALAR EL DOCUMENTO OFICIAL MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU NACIONALIDAD.
	9 ANOTAR EL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA LICITANTE.
	A HICTAR EL PRESENTE FOLINA PERCONA FÍCICA CE PORRÍA HICTAR EL PRESENTE FORMATO EN SIL
	NOTA: SI EL LICITANTE ES UNA PERSONA FÍSICA, SE PODRÁ AJUSTAR EL PRESENTE FORMATO EN SU
	PARTE CONDUCENTE.
	¿ES CORRECTO?
RESPUESTA 5	NO. ESTA LICITACION NO ES BAJO LOS TRATADOS DE COBERTURA DE LIBRE COMERCIO. ES
	INTERNACIONAL ABIERTA, POR LO TANTO NO APLICA DICHO ANEXO A LA PRESENTE LICITACION.
PREGUNTA 6	6.
	DICE:
	ANEXO NUMERO 10 (DIEZ)
	PROPOSICION TECNCIO-ECONOMICA NOMBRE DEL FABRICANTE
	CON SU RESPECTIVO R.F.C.
	CONTROLLO INVOICED IN
	PREGUNTA:
	FN FL FORMATO PROPORCIONADO EN LA CONVOCATORIA ANEXO 10, SE SOLICITARELACIONAR EL \
	NOMBRE DEL FABRICANTE Y SU R.F.C., ALGUNOS FABRICANTES SON EXTRANJEROS Y NO CUENTAN CON
	R.F.C., POR LO QUE ENTENDEMOS QUE NO APLICA EN CASO DE QUE EL FABRICANTE SEA EXTRANJERO.
DE ODUE COLO	¿ES CORRECTO?
RESPUESTA 6	EL LICITANTE PODRA REQUISITAR LA CASILLA CON LA LEYENDA "NO APLICA".
PREGUNTA 7	



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No: LA-019GYR051-I17-2012 SERVICIO INTEGRAL DE ELECTROCIRUGIA (ELECTRONICA)

	DICE:				
	EVALUACIÓN DE PUNTOS Y PO	RCENTA	JES		
			NÚMERO DE CONTRATOS CUMPLIDOS SATISFACTORIAMEN TE: 10 PUNTOS	EL LICITANTE ENTREGARÁ DOCUMENTACIÓN SOPORTE QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN TIEMPO Y FORMA DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS CON LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES; Y, EN SU CASO DE SERVICIOS PRESTADOS A HOSPITALES PRIVADOS EN MATERIA DE SERVICIOS INTEGRALES DE ELECTROCIRUGÍA.	s s
	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	3 11	CANCELACIÓN DE FIANZAS O CARTAS DE CUMPLIMIENTO POR CONTRATO: 6 CANCELACIONES O CARTAS CUMPLIMIENTO 2 PUNTOS. 7 A 15 CANCELACIONES O CARTAS CUMPLIMIENTO 6 PUNTOS 16 O MÁS	POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR ACOMPAÑADO DE UNA COPIA DE LA CARÁTULA DE CONTRATO Y HOJA DE FIRMAS CONSTANCIAS DE CANCELACIÓN DE FIANZA O CARTAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO EXPEDIDAS POR LA AFIANZADORA O LAS DEPENDENCIAS DONDE PRESTÓ EL SERVICIO, SEGÚN SEA EL CASO Y QUE DESCRIBA QUE DIO Y/O ESTÁ DANDO CUMPLIMIENTO EN TIEMPO Y FORMA.	,
		4.14	CANCELACIONES O CARTAS CUMPLIMIENTO 10 PUNTOS		
	FIANZA EXPEDIDA POR LA AFIA O ENTIDAD PUBLICA DONDE S HOSPITALES PRIVADOS, YA QI POR SU NATURALEZA, UNICAM	INZADOR E HAYA F JE LA CO	A O CARTAS DE CU PRESENTADO EL SE PNFIGURACION DE S	TO SE DEBERA PRESENTAR CANCELACION MPLIMIENTO EXPEDIDAS POR LA DEPENION POR LA DEPENION DE ELECTROCIRUGIA Y NO ASÍ DISERVICIOS INTEGRALES DE ELECTROCIRO A INSTITUCIONES PUBLICAS DE SALUD.	DENCIA E
	¿ES CORRECTO?				
ESPUESTA 7	CUMPLIMIENTO PARA LA PRES LICITACION YA SEA QUE HUBIE	TACION D	DEL SERVICIO DE LA	ODOCUMENTALES QUE ACREDITEN EL A MISMA NATURALEZA OBJETO DE LA PRI OR ALGUNA DEPENDENCIA, ENTIDAD O	ESENT
	CUMPLIMIENTO PARA LA PRES LICITACION YA SEA QUE HUBIE CUALQUIER OTRA PERSONA. 8 DICE:	TACION DE REN SIDO	DEL SERVICIO DE LA DICONTRATADOS P	A MISMA NATURALEZA OBJETO DE LA PRI	·
	CUMPLIMIENTO PARA LA PRES LICITACION YA SEA QUE HUBIE CUALQUIER OTRA PERSONA. 8 DICE: 1.8PEDAL DOBLE A PRUEBA DE DOBLE A PRUEBA DE EXPLOSIO DUDA: ACTUALMENTE EL FABR CON UN PEDAL DOBLE A PRUE	EXPLOS DNES. ICANTE DBA DE EXPLOSONES.	DEL SERVICIO DE LA DICONTRATADOS P IÓN, 2.10PEDAL DO DE LOS EQUIPOS OF EPLOSIÓN Y CONTR OS AMABLEMENTE	A MISMA NATURALEZA OBJETO DE LA PRI OR ALGUNA DEPENDENCIA, ENTIDAD O BLE A PRUEBA DE EXPLOSIÓN, 3.15PEDA FERTADOS POR MI REPRESENTADA CUEN A EL INGRESO DE LÍQUIDOS, LO CUAL SE A LA CONVOCANTE PODER REFERENCIA	L NTAN INDICA
REGUNTA 8	CUMPLIMIENTO PARA LA PRES LICITACION YA SEA QUE HUBIE CUALQUIER OTRA PERSONA. 8 DICE: 1.8PEDAL DOBLE A PRUEBA DE DOBLE A PRUEBA DE EXPLOSIG DUDA: ACTUALMENTE EL FABR CON UN PEDAL DOBLE A PRUE CON LAS SIGLAS AP & IP X8. SC TERMINO A PRUEBA DE EXPLO ¿SE ACEPTA?	EXPLOS DNES. ICANTE DBA DE EXPLOSONES.	DEL SERVICIO DE LA DICONTRATADOS P IÓN, 2.10PEDAL DO DE LOS EQUIPOS OF EPLOSIÓN Y CONTR OS AMABLEMENTE	A MISMA NATURALEZA OBJETO DE LA PRI OR ALGUNA DEPENDENCIA, ENTIDAD O BLE A PRUEBA DE EXPLOSIÓN, 3.15PEDA FERTADOS POR MI REPRESENTADA CUEN A EL INGRESO DE LÍQUIDOS, LO CUAL SE A LA CONVOCANTE PODER REFERENCIA	L NTAN INDICA
REGUNTA 8	CUMPLIMIENTO PARA LA PRES LICITACION YA SEA QUE HUBIE CUALQUIER OTRA PERSONA. 8 DICE: 1.8PEDAL DOBLE A PRUEBA DE DOBLE A PRUEBA DE EXPLOSIG DUDA: ACTUALMENTE EL FABR CON UN PEDAL DOBLE A PRUE CON LAS SIGLAS AP & IP X8. SC TERMINO A PRUEBA DE EXPLO ¿SE ACEPTA? SE ACEPTA.	EXPLOS DNES. ICANTE DBA DE EXPLOSONES.	DEL SERVICIO DE LA DICONTRATADOS P IÓN, 2.10PEDAL DO DE LOS EQUIPOS OF EPLOSIÓN Y CONTR OS AMABLEMENTE	A MISMA NATURALEZA OBJETO DE LA PRI OR ALGUNA DEPENDENCIA, ENTIDAD O BLE A PRUEBA DE EXPLOSIÓN, 3.15PEDA FERTADOS POR MI REPRESENTADA CUEN A EL INGRESO DE LÍQUIDOS, LO CUAL SE A LA CONVOCANTE PODER REFERENCIA	L NTAN INDICA
REGUNTA 8	CUMPLIMIENTO PARA LA PRES LICITACION YA SEA QUE HUBIE CUALQUIER OTRA PERSONA. 8 DICE: 1.8PEDAL DOBLE A PRUEBA DE DOBLE A PRUEBA DE EXPLOSIG DUDA: ACTUALMENTE EL FABR CON UN PEDAL DOBLE A PRUE CON LAS SIGLAS AP & IP X8. SC TERMINO A PRUEBA DE EXPLO ¿SE ACEPTA?	EXPLOS DNES. ICANTE DBA DE EXPLOSONES.	DEL SERVICIO DE LA DICONTRATADOS P IÓN, 2.10PEDAL DO DE LOS EQUIPOS OF EPLOSIÓN Y CONTR OS AMABLEMENTE	A MISMA NATURALEZA OBJETO DE LA PRI OR ALGUNA DEPENDENCIA, ENTIDAD O BLE A PRUEBA DE EXPLOSIÓN, 3.15PEDA FERTADOS POR MI REPRESENTADA CUEN A EL INGRESO DE LÍQUIDOS, LO CUAL SE A LA CONVOCANTE PODER REFERENCIA	L NTAN INDICA
REGUNTA 8 ESPUESTA 8 REGUNTA 9	CUMPLIMIENTO PARA LA PRES LICITACION YA SEA QUE HUBIE CUALQUIER OTRA PERSONA. 8 DICE: 1.8PEDAL DOBLE A PRUEBA DE DOBLE A PRUEBA DE EXPLOSIG DUDA: ACTUALMENTE EL FABR CON UN PEDAL DOBLE A PRUE CON LAS SIGLAS AP & IP X8. SC TERMINO A PRUEBA DE EXPLO ¿SE ACEPTA? SE ACEPTA. 9	EXPLOS DNES. ICANTE EBA DE EXPLICITAMOSIÓN COI	DEL SERVICIO DE LA DE CONTRATADOS PO CONTRATADOS PO DE LOS EQUIPOS OF CONTRATADOS AMABLEMENTE N LOS TÉRMINOS AMABLEMENTE N LOS TÉ	A MISMA NATURALEZA OBJETO DE LA PRI OR ALGUNA DEPENDENCIA, ENTIDAD O BLE A PRUEBA DE EXPLOSIÓN, 3.15PEDA FERTADOS POR MI REPRESENTADA CUEN A EL INGRESO DE LÍQUIDOS, LO CUAL SE A LA CONVOCANTE PODER REFERENCIA	L NTAN INDICA R EL



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No: LA-019GYR051-I17-2012 SERVICIO INTEGRAL DE ELECTROCIRUGIA (ELECTRONICA)

	ONCOL OGIA SIGLO XXI	0	0	0	0	2	6	0	0	4	12	
	DUDA: DEBEM REFERENCIAF	R YA QUE N	DER QUE O SE EST	LOS PAQI TÁN REQU	UETES E IRIENDO	DE RADIO I D PARA LA	FRECU PRES	JENCIA 1, 2 \ TACIÓN DEL	Y 4; NO S . SERVIC	E DEBERÁ IO.	۸N	
RESPUESTA 9	ES CORRECTA	SU APREC	CIACION.									

RESPUESTA 9	ES CORRECTA SU APRECIACION.
	SELECCIONES MEDICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.
PREGUNTA 1	PREGUNTA 1 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA HACER REFERENCIACIÓN GRÁFICA DE LAS CARACTERÍSTICAS QUE NO PUEDAN SER REFERENCIADAS DE MANERA LITERAL O TEXTUAL. ¿SE ACEPTA?
RESPUESTA 1	SI, SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN EL ANEXO TÉCNICO DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.
PREGUNTA 2	PREGUNTA 2 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE AMPLIÉ A 45 DÍAS EL TIEMPO DE ENTREGA POSTERIORES AL FALLO. ¿SE ACEPTA?
RESPUESTA 2	ESTA PREGUNTA SE RESPONDE CON LA NOTA ACLARATORIA NUMERO 1.
PREGUNTA 3	PREGUNTA 3 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE TOME EN CUENTA EL ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 POR EL DOF (DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION) EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCION DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERISTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO; CON LA FINALIDAD DE OMITIR EL REGISTRO SANITARIO DE AQUELLO OFERTADO Y QUE SE ENCUENTRA ENLISTADO EN DICHO ACUERDO QUE NO LO REQUIERE. ¿SE ACEPTA?
RESPUESTA 3	EL LICITANTE PODRA PRESENTAR EL LISTADO DE DICHO ACUERDO SEÑALANDO CLARAMENTE LOS
	INSUMOS PROPUESTOS POR EL LICITANTE.
PREGUNTA 4	PUNTO 1.1 ELECTROCOAGULADOR QUIRÚRGICO MODULAR, PARA HEMOSTASIA Y CORTE, POR MEDIO DE ALTA FRECUENCIA. PREGUNTA 4 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUIRURGICO DE ALTA FRECUENCIA LAS 2 SALIDAS MONOPOLARES Y LAS 2 SALIDAS BIPOLARES PRESENTES CONFORMAN UN SISTEMA MODULAR. ¿SE ACEPTA?
RESPUESTA 4	SE ACEPTA, EL LICITANTE PUEDE OFERTAR PARA EL PUNTO 1.1 EQUIPO QUIRÚRGICO DE ALTA FRECUENCIA, MODULAR, CON 2 SALIDAS MONOPOLARES Y 2 SALIDAS BIPOLARES
PREGUNTA 5	PUNTO 1.3 RANGO DE POTENCIA DE CORTE DE 300 W O MAYOR. CON OCHO EFECTOS DE COAGULACIÓN Y POTENCIA DE SALIDA EN COAGULACIÓN MONO Y BIPOLAR DE 200 W. PREGUNTA 5 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA REFERENCIAR LOS EFECTOS COMO LOS NIVELES DE MEZCLA O BLEND QUE OFRECE EL EQUIPO. 1 SE ACEPTA?
RESPUESTA 5	SUSE ACEPTA EL LICITANTE PUEDE OFERTAR EL PUNTO COMO AJUSTE DE MEZCLA PARA CORTE.
PREGUNTA 6	PUNTO 1.3 LA CONVOCANTE SOLICITA "POTENCIA DE SALIDA EN COAGULACIPON MONO Y BIPOLAR DE 200W" PREGUNTA 6 SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON LAS SIGUIENTES POTENCIAS MÁXIMAS:
	•COAGULACION MONOPOLAR: 120W •COAGULACION BIPOLAR: 150W
	LA CUAL ES TOTALMENTE FUNCIONAL PARA TODAS LAS APLICACIONES QUE SOLICITA LA UMAE

9.



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No: LA-019GYR051-I17-2012 SERVICIO INTEGRAL DE ELECTROCIRUGIA (ELECTRONICA)

mronurori o	¿SE ACEPTA?
RESPUESTA 6	SE ACEPTA.
PREGUNTA 7	PUNTO 1.4 CORTE Y COAGULACIÓN CONTROLADOS POR MICROPROCESADOR.
	PREGUNTA 7
	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO EQUIPO
	CONTROLADO POR MICROPROCESADORES.
	¿SE ACEPTA?
RESPUESTA 7	SE ACEPTA.
PREGUNTA 8	PUNTO 1.5 INDICADORES DE POTENCIA MONO Y BIPOLAR EN DISPLAY A GRAFICO, CON AUMENTO DE LA POTENCIA MEDIANTE TECLADO O SISTEMA TACTIL. ALARMAS. INDICADORES AUDIBLES Y VISIBLES.
	PREGUNTA 8
	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTA CARACTERÍSTICA COMO SIGUE:
	CON LA TECLA ARRIBA/ABAJO SE AJUSTA LA LIMITACIÓN DE POTENCIA. ELEMENTOS DE VISUALIZACIÓN:
	PANTALLA DE DOS LÍNEAS, VISUALIZACIÓN EN SIETE SEGMENTOS PARA LA INDICACIÓN DEL PARÁMETRO, SONIDO DE ALARMA. FUNCIONES DE ALARMA: SI DURANTE EL SERVICIO SE DAN ERRORES, PUEDE
	ILUMINARSE DE ROJO LA VISUALIZACIÓN 29. DURANTE LA ACTIVACIÓN MONOPOLAR O BIPOLAR, LA
	UNIDAD EMITE SEÑALES ACÚSTICAS.
	¿SE ACEPTA?
RESPUESTA 8	SE ACEPTA.
PREGUNTA 9	PUNTO 1.7 PROGRAMAS DE AUTODIAGNÓSTICO Y REPORTE DE ERRORES
	PREGUNTA 9
	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO SIGUE:
	LOS PROGRAMAS DE AUTODIAGNOSTICO ASEGURAN DE FORMA CONTINUA LA MÁXIMA SEGURIDAD.
	POSIBLES ERRORES ACONTECIDOS PUEDEN CONSULTARSE EN EL EQUIPO. VISUALIZACIÓN DEL
	REGISTRO DE ERRORES.
DEODUEOTA O	¿SE ACEPTA?
RESPUESTA 9 PREGUNTA 10	NO SE ACEPTA, SE REQUIERE QUE LAS FUNCIONES DE SEGURIDAD SIEMPRE ESTEN ACTIVAS.
PREGUNIA IV	PUNTO 1.8 PEDAL DOBLE A PRUEBA DE EXPLOSIÓN
	PREGUNTA 10
	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS ACLARE SI CON UN PEDAL A PRUEBA DE EXPLOSIÓN SE
	REFIERE A UN CONMUTADOR DE PIE DOBLE, PROTEGIDO CONTRA EXPLOSIONES.
	¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?
RESPUESTA 10	EL TERMINO PEDAL DOBLE A PRUEBA DE EXPLOSIÓN SE REFIERE A QUE DICHO PEDAL NO DEBE GENERAR
	CHISPAS AL MOMENTO DE SER ACTIVADO, ESTO CON EL OBJETIVO DE EVITAR POSIBLES ACCIDENTES DENTRO DE LOS QUIROFANOS. EN CASO DE QUE NO PUEDA REFERENCIA EN SUS CATALOGOS DICHO
	TERMINO, PODRÁ HACERLO CON CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EXPEDIDA POR EL
	FABRICANTE DE LOS EQUIPOS EN VIRTUD DE LA CUAL MANIFIESTEN DAR CABAL CUMPLIMIENTO A DICHA
	CARACTERISTICA.
PREGUNTA 11	PUNTO 1.9 CARRO CON RUÉDAS.
	PDECISITA 44
	PREGUNTA 11 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PEDMITA DEFEDENCIAD LAS DUEDAS DEL CARRO DE MANTE.
	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR LAS RUEDAS DEL CARRO DE MANERA GRÁFICA, YA QUE EN NUESTRO CATALOGO NO SE MARCA DE MANERA LITERAL
	¿SE ACEPTA?
RESPUESTA 11	SE ACEPTA.
PREGUNTA 12	PUNTO 2 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL CON FUNCION DE SELLADO O TERMOFUSION DE
	GRANDES VASOS
	PREGUNTA 12
	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO QUIPÚRGICO DE ALTA FRECUENCIA AF. LAS 2 SALIDAS MONOPOLARES Y LAS 2 SALIDAS BIPOLARES PRESENTES CONFORMAN UN SISTEMA
	MODULAR.
	¿SE ACEPTA?
RESPUESTA 12	SE ACEPTA, EL LICITANTE PUEDE OFERTAR PARA EL PUNTO 1.1 EQUIPO QUIRNIRGICO DE ALTA
***************************************	FRECUENCIA, MODULAR, CON 2 SALIDAS MONOPOLARES Y 2 SALIDAS BIPOLARÈS
PREGUNTA 13	PUNTO 1.3 LA CONVOCANTE SOLICITA "POTENCIA DE SALIDA EN COAGULACIPON MONO Y BIPOLAR DE

()



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No: LA-019GYR051-I17-2012 SERVICIO INTEGRAL DE ELECTROCIRUGIA (ELECTRONICA)

14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	200W"
	PREGUNTA 13
	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON LAS SIGUIENTES POTENCIAS
	MÁXIMAS: • COAGULACION MONOPOLAR: 120W
	COAGULACION MONOPOLAR: 120W COAGULACION BIPOLAR: 150W
	LA CUAL ES TOTALMENTE FUNCIONAL PARA TODAS LAS APLICACIONES QUE SOLICITA LA UMAE
	¿SE ACEPTA?
RESPUESTA 13	SE ACEPTA.
PREGUNTA 14	PUNTO 2.3 RANGO DE POTENCIA DE CORTE DE 300 W O MAYOR. CON OCHO EFECTOS DE COAGULACIÓN Y
PREGUNIA 14	POTENCIA DE SALIDA EN COAGULACIÓN MONO Y BIPOLAR DE 200 W.
	PREGUNTA 14
	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO SIGUE:
	POTENCIA MAXIMA DE CORTE 420 VATIOS
	NUMERO DE TIPOS DE CORRIENTE DE CORTE: 60
	NUMERO DE TIPOS DE CORRIENTE DE COAGULACION: 9
	POTENCIA DE SALIDA MAXIMA PARA BIPOLAR COAG: 200 VATIOS
	¿SE ACEPTA?
RESPUESTA 14	SE ACEPTA. PUNTO 2.4 CORTE Y COAGULACIÓN CONTROLADOS POR MICROPROCESADOR.
PREGUNTA 15	PUNTO 2.4 CONTE I CONGULACION CONTROLADOS POR MICROPROCESADOR.
	PREGUNTA 15
	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO EQUIPO
	CONTROLADO POR MICROPROCESADORES.
	ASE ACEPTA?
RESPUESA 15	SE ACEPTA
PREGUNTA 16	PLINTO 2.5 INDICADORES DE POTENCIA MONO Y BIPOLAR EN DISPLAY A COLOR, CON AUMENTO DE LA
11(20011)	POTENCIA MEDIANTE TECLADO O SISTEMA TACTIL. ALARMAS. INDICADORES
	AUDIBLES Y VISIBLES.
	PREGUNTA 16
	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTA CARACTERÍSTICA DE MANERA
	GRÁFICA. ¿SE ACEPTA?
RESPUESTA 16	SE ACEPTA. PUNTO 2.8 CON POSIBILIDAD DE CONEXIÓN A UN EQUIPO DE HIDRODISECCION
PREGUNTA 17	PUNTO 2.8 CON POSIBILIDAD DE CONEXION A UN EQUIPO DE MIDRODISECCION
	DDECLINTA 47
	PREGUNTA 17 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OMITIR ESTE PUNTO, PUESTO QUE HACE REFERENCIA
	A UN EQUIPO DE HIDRODISECCION NO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE, POR LO CUAL NO ES
	NECESARIA.
	¿SE ACEPTA?
RESPUESTA 17	SE ACEPTA
PREGUNTA 18	PUNTO 2.8 CON POSIBILIDAD DE CONEXIÓN A UN EQUIPO DE HIDRODISECCION
	PREGUNTA 18
	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE OMITA ESTE PUNTO PUESTO QUE HACE REFERENCIA A UN EQUIPO
	MANEJADO POR UNA MARCA EN ESPECÍFICO, ESTO CON LA FINALIDAD DE PERMITIR LA LIBRE
	PARTICIPACIÓN DE LA PROVEEDURIA.
	¿SE ACEPTA?
RESPUESTA 18	SE ACEPTA. PUNTO 2.9 CON FUNCION DE SELLADO O TERMOFUSION DE GRANDES VASOS
PREGUNTA 19	
	PREGUNTA 19 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO SIGUE:
	HACE POSIBLE EL SELLADO VASCULAR PERMANENTE INCLUSO DE VENAS, ARTERIAS O HACES DE TEJIDO
	DE GRAN VOLUMEN.
	SE ACEPTA?
RESPUESTA 19	NO SE ACEPTA, SE REQUIERE ADEMAS QUE CUMPLA CON LA ESPECIFICACIÓN DE TAMAÑO DEL
VEOLOGO W 18	IN OF VOEL IN OF THE CONTROL OF



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No: LA-019GYR051-I17-2012 SERVICIO INTEGRAL DE ELECTROCIRUGIA (ELECTRONICA)

10

	SELLADOR.
PREGUNTA 20	PUNTO 2.10 PEDAL DOBLE A PRUEBA DE EXPLOSIÓN
	PREGUNTA 20
	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS ACLARE SI CON UN PEDAL A PRUEBA DE EXPLOSIÓN SE
	REFIERE A UN CONMUTADOR DE PIE DOBLE, PROTEGIDO CONTRA EXPLOSIONES. ¿ES CORRECTA
RESPUESTA 20	NUESTRA APRECIACIÓN?
NEGI GEGIA 20	SI ES CORRECTA SU APRECIACION. EL TERMINO PEDAL DOBLE A PRUEBA DE EXPLOSIÓN SE REFIERE A QUE DICHO PEDAL NO DEBE GENERAR CHISPAS AL MOMENTO DE SER ACTIVADO, ESTO CON EL OBJETIVO
	DE EVITAR POSIBLES ACCIDENTES DENTRO DE LOS QUIROFANOS. EN CASO DE QUE NO PUEDA
	REFERENCIA EN SUS CATALOGOS DICHO TERMINO. PODRÁ HACERLO CON CARTA BAJO PROTESTA DE
	DECIR VERDAD EXPEDIDA POR EL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS EN VIRTUD DE LA CUAL MANIFIESTEN
	DAR CABAL CUMPLIMIENTO A DICHA CARACTERISTICA.
PREGUNTA 21	PUNTO 2.11 CARRO CON RUEDAS.
FREGUNIA 21	PONTO 2.11 CARRO CON ROEDAS.
	PREGUNTA 21
	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA REFERENCIAR LAS RUEDAS DEL CARRO DE MANERA
	GRÁFICA, YA QUE EN NUESTRO CATALOGO NO SE MARCA DE MANERA LITERAL.
	¿SE ACEPTA?
RESPUESTA 21	SE ACEPTA.
PREGUNTA 22	PUNTO 3 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA CON COAGULADOR DE ARGON (531.328.0165)
	PREGUNTA 22
	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO DE ALTA FRECUENCIA CON SALIDAS
	MONOPOLARES Y BIPOLARES CONTROLADO POR MICROPROCESADOR. EQUIPO DE COAGULACIÓN POR
	PLASMA DE ARGÓN, CON COAGULACIÓN SIN CONTACTO.
RESPUESTA 22	¿SE ACEPTA?
PREGUNTA 23	SE ACEPTA. PUNTO 3.1EQUIPO PORTATIL QUE SE UTILIZA CON FINES TERAPEUTICOS, PARA COAGULACION POR
TINEGONIA 25	PLASMA. EQUIPO DE ELECTROCIRUGIA CON COAGULACION Y CORTE REGULADO AUTOMATICAMENTE POR
	MICROPROCESADORES. MODULO DE COAGULACION POR PLASMA DE ARGON. CON COAGULACION LIBRE
	DE CONTACTO CON EL TEJIDO.
	PREGUNTA 23
	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO DE ALTA FRECUENCIA CON SALIDAS MONOPOLARES Y BIPOLARES CONTROLADO POR MICROPROCESADOR. EQUIPO DE COAGULACIÓN POR
	PLASMA DE ARGÓN, CON COAGULACIÓN SIN CONTACTO.
	¿SE ACEPTA?
RESPUESTA 23	SE ACEPTA.
PREGUNTA 24	PUNTO 3.2 LA CONVOCANTE SOLICITA "POTENCIA DE SALIDA EN COAGULACION MONOPOLAR MAX. DE
	400W Y MINIMA DE 300W"
	PREGUNTA 24
	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON LAS SIGUIENTES POTENCIAS
	MÁXIMAS:
	SALIDA DE POTENCIA MÁX. PARA EL CORTE MONOPOLAR: 300W
	COAGULACION MONOPOLAR: 120W COAGULACION BIPOLAR: 450W
	COAGULACION BIPOLAR: 150W LA CUAL ES TOTALMENTE FUNCIONAL PARA TODAS LAS APLICACIONES QUE SOLICITA LA UMAE
	¿SE ACEPTA?
RESPUESTA 24	SE ACEPTA.
PREGUNTA 25	LA CONVOCANTE SOLICITA: "POTENCIA MÁXIMA DE SALIDA BIPOLAR 200W"
	PREGUNTA 25
	SELE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACERTAR UN ECURRO QUE QUENTE CONTRA ROTEVA
	SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACEPTAR UN EQUIPO QUE CUENTE CON UNA POTENCIÁ DE SALIDA PARA CORTE BIPOLAR DE 150W Y PARA LA COAGULACION BIPOLAR DE 120W.
	¿SE ACEPTA?
RESPUESTA 25	SE ACEPTA.
	# 1



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No: LA-019GYR051-I17-2012 SERVICIO INTEGRAL DE ELECTROCIRUGIA (ELECTRONICA)

JEDE REFERENCIAR EL PUNTO 3.7 CON EL TIPO DE AJUSTE DE LIMITACIÓN	PANTALLA DE SONIDO DE A
	PANTALLA DE
VISUALIZACIÓN EN SIETE SEGMENTOS PARA LA INDICACIÓN DEL PARÁMETF	0017
JO SE AJUSTA LA LIMITACIÓN DE POTENCIA. ELEMENTOS DE VISUALIZACIÓ	CONTATEC
	INSTANTE
VIDUALES PUEDEN CONFIGURARSE DE FORMA SENCILLA Y POR SEPARAD SONAL DE SERVICIO VERIFIQUE VISUALMENTE LOS AJUSTES EN CUALQUII	LAS CHATRO
ANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO SIGUE:	SOLICITAMOS
	PREGUNTA 2
LA POTENCIA DE SALIDA MONO Y BIPOLAR EN DISPLAY GRAFICO.	PREGUNTA 28 PUNTO 3.7 IN
	RESPUESTA 27 SE ACEPTA
DESPERFECTOS EXTERNOS.	CONECTADO ¿SE ACEPTA?
ASO DEBERÁ CONTROLARSE SI EL CABLE DE LA PLACA NEUTRA ESTÁ BIL	PLACA NEUT
ONAR ESTE ERROR HABRA QUE CAMBIAR O COLOCAR CORRECTAMENTE	PACITIAS PAT
E LIN FLECTRODO, EL SISTEMA ELECTRONICO DEL EQUIPO DESCONECTAI	EN CASO DE
IE ENTRE EN ACCIÓN A TRAVÉS DE UNA ALARMA OPTICA Y ACUSTICA.	SE DENIRÁ AI
QUIPO, TANTO ANTES COMO DURANTE LA ACTIVACIÓN DE AF. DADO EL CAS	CONTROL DE
CANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTA CARACTERÍSTICA COMO SIGU NEUTRAS CON EASY, MIDE LAS POSIBLES VARIACIONES DE LA RESISTENC	SOLICITAMOS
	PREGUNTA 2
	LA SUPERFIC
E LA DENSIDAD DE CORRIENTE DEL ELECTRODO ASÍ COMO EL CONTACTO E	APARATO, CC
GURIDAD DEL ELECTRODO NEUTRO, CON COMPROBACIÓN DE CONEXIÓN A	DECUNTA 27 DUNTO 3.6 S
	¿SE ACEPTA' RESPUESTA 26 SE ACEPTA
S AJUSTES EN CUALQUIER INSTANTE.	
OTENCIA EN LA PANTALLA/ INDICADOR, LO QUE PERMITE QUE EL PERSONA	AJUSTA LA LI
DAD DE CORTE Y DEL TIPO DE TEJIDO, CON LAS TECLAS ARRIBA/ABAJO S	ELECTRODO
VOLTAICO POSIBILITA CORTES INDEPENDIENTEMENTE DE LA FORMA DI	LA DECLUACI
INTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTA CARACTERÍSTICA COMO SIGUE:	SOLICITAMOS
	PREGUNTA 2
	DEL HAZADO
DE CORTE Y DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL TEJIDO. ANTE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTA CARACTERÍSTICA COMO ANOLITAICO, POSIBILITA CORTES INDEPENDIENTEMENTE DE LA	PREGUNTA 2



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No: LA-019GYR051-I17-2012 SERVICIO INTEGRAL DE ELECTROCIRUGIA (ELECTRONICA)

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN A LAS BASES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO LA-019GYR051-117-2012 (ELECTRONICA) QUE EFECTÚA LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI RELATIVA AL SERVICIO INTEGRAL DE ELECTROCIRUGIA DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECE LOS ARTICULOS 33 Y 33 BIS LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 45 Y 46 DEL REGLAMENTO DE LA LEY

PREGUNTA 31	PUNTO 3.10 CON PROFUNDIDAD DE COAGULACIÓN MÁXIMA LIMITADA. HAZ DE PLASMA DIRECCIONABLE EN FORMA AXIAL, RADIAL, LATERAL Y EN ÁNGULO.
	PREGUNTA 31
	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO SIGUE:
	LA COAGULACIÓN MEDIANTE PLASMA DE GAS ARGÓN ES ADECUADA PARA LA COAGULACIÓN TÉRMICA DE SUPERFICIES TISULARES. LA APLICACIÓN ES SIN CONTACTO. LA PROFUNDIDAD DE PENETRACIÓN DEL EFECTO DE COAGULACIÓN ES DE MÁXIMO 3 MM. PARA "ENCENDER" EL PLASMA DE ARGÓN HAY QUE APROXIMARSE AL TEJIDO APROX. 0,5 CM CON EL ORIFICIO DISTAL DE LA SONA DURANTE EL PROCESO DE COAGULACIÓN ASISTIDO POR ARGÓN
	("BEAMEN") SE PUEDE AUMENTAR ESA DISTANCIA HASTA CERCA DE 2-2,5 CM ANTES DE QUE SE APAGUE EL PLASMA.
,	EN LAS APLICACIONES ENDOSCÓPICAS LA PUNTA DE LA SONDA DEBERÁ SOBRESALIR DEL ENDOSCOPIO DURANTE LA ACTIVACIÓN. UN ÁNGULO DE APROX. 45° EN RELACIÓN AL TEJIDO HA DADO EXCELENTES RESULTADOS. ¿SE ACEPTA?
RESPUESTA 31	SE ACEPTA.
PREGUNTA 32	PUNTO 3.10 LA CONVOCANTE SOLICITA: "HAZ DE PLASMA DIRECCIONABLE EN FORMA RADIAL"
	PREGUNTA 32
	RECORDEMOS QUE DEBIDO A LAS PROPIEDADES QUÍMICAS DEL ARGÓN; ÉSTE SIEMPRE BUSCARÁ EL CAMINO DE MENOS RESISTENCIA EL CUAL SIEMPRE ES LA SANGRE (EL ARGÓN SIEMPRE BUSCARÁ DIRIGIRSE HACIA DONDE HAY SANGRADO), POR LO QUE UN HAZ DE PLASMA RADIAL PUEDE SER PERFECTAMENTE SUSTITUIDO POR UN HAZ DE PLASMA LATERAL. ESTO CON LA FINALIDAD DE OFRECER UNA PROPUESTA TÉCNICA MENOS ENCARECIDA E IGUAL DE FUNCIONAL.
DECOURAGE	¿SE ACEPTA?
RESPUESTA 32 PREGUNTA 33	SE ACEPTA.
FREGUNIA 33	PUNTO 3.11 RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DEL INSTRUMENTO CONECTADO AL MÓDULO. REGULACIÓN DEL FLUJO DE ARGÓN AJUSTABLE DESDE 0.1 A L/MIN. A 8 L/MIN.
·	PREGUNTA 33 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO SIGUE: REGULACIÓN DEL FLUJO DE ARGÓN AJUSTABLE DESDE 0.1 A L/MIN. A 9 L/MIN. CUENTA CON UN INTERFAZ DE COMUNICACIÓN QUE SUPERVISA PERMANENTEMENTE SU FUNCIONAMIENTO. FUNCIÓN DE PURGADO CON CONTROL DE PRESIÓN DEL GAS DEPENDIENDO DEL ELECTRODO. CONTROL PERMANENTE DEL FLUJO, RECONOCIMIENTO EN CASO DE OBTURACIÓN, CONTROL DE PRESIÓN CONSTANTE EN LA PUNTA DISTAL. ¿SE ACEPTA?
RESPUESTA 33	SE ACEPTA, EL LICITANTE PUEDE REFERENCIAR EL PUNTO 3.11 CONFORME LO SOLICITADO DEBIENDO
	DEMOSTRAR RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DEL INSTRUMENTO.
PREGUNTA 34	PUNTO 3.12 DESPLIEGUE EN PANTALLA DE TEXTO Y SÍMBOLOS DE INFORMACIÓN PRINCIPAL.
	PREGUNTA 34 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE DE MANERA GRÁFICA, ¿SE ACEPTA?
RESPUESTA 34	SE ACEPTA, EL LICITANTE PUEDE REFERENCIAR EL PUNTO 3.12 CONFORME LO SOLICITADO REFERENCIANDO EL TIPO DE AJUSTE DE LIMITACIÓN DE POTENCIA Y PARÁMETROS DESCRITOS, CON DESPLIEGUE EN PANTALLA DE TEXTO Y SIMBOLOS DE INFORMACIÓN PRINCIPAL
PREGUNTA 35	PUNTO 3.13 CON CAPACIDAD DE GRABAR 10 O MÁS PROGRAMAS DE VALORES DESEADOS PARA INSTRUMENTOS CODIFICADOS Y SIN CODIFICAR.
	PREGUNTA 35 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO SIGUE: DE UN TOTAL DE 100 POSICIONES DE MEMORIA PARA ALMACENAR PROGRAMAS, MÁS DE 20 YA HAN SIDO PROGRAMADAS PREVIAMENTE. OFRECE LA POSIBILIDAD DE CREAR NUMEROSOS PROGRAMAS INDIVIDUALES CON FUNCIONES ESPECIALES. ENTRE ELLOS SE ENCUENTRAN LA DELIMITACIÓN DE PARÁMETROS EN EL INSTRUMENTAL, LA CONFIGURACIÓN INDIVIDUAL DE LA INTENSIDAD DEL ARCO VOLTAICO. ¿SE ACEPTA?



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA COORDINACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD

UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. S. XXI

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No: LA-019GYR051-I17-2012 SERVICIO INTEGRAL DE **ELECTROCIRUGIA** (ELECTRONICA)

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN A LAS BASES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO LA-019GYR051-117-2012 (ELECTRONICA) QUE EFECTÚA LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI RELATIVA AL SERVICIO INTEGRAL DE ELECTROCIRUGIA DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECE LOS ARTICULOS 33 Y 33 BIS LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 45 Y 46 DEL REGLAMENTO DE LA LEY-----

RESPUESTA 35	LOS REQUERIMIENTOS MINIMOS ESTAN DESCRITOS EN EL PUNTO, EL LICITANTE PUEDE OFERTAR REQUERIMIENTOS MAYORES, SIN QUE SE MODIFIQUE LO SOLICITADO EN BASES.
PREGUNTA 36	PUNTO 3.14 CONEXIÓN DE CILINDROS DE ARGÓN. INDICACIÓN DEL CONTENIDO DEL CILINDRO EN USO. SISTEMA DE AUTOPRUEBA.
	PREGUNTA 36 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO SIGUE: CONEXIÓN DE LA BOMBONA DE GAS AL EQUIPO.
	SE REALIZA UN AUTODIAGNOSTICO AUTOMATICO. ESTE CONTROLA TODOS LOS INDICADORES LUMINOSOS.
	ANTES DE INICIAR LA INTERVENCION DEBERÁ CONTROLARSE EL NIVEL DE LLENADO DE LAS BOMBAS DE GAS EN EL MANOMETRO O EN EL INDICADOR DE CONTROL EN LA CARA FRONTAL DEL ARC PLUS. SI SE ILUMINA LA INDICACIÓN FULL PUEDE INICIARSE LA INTERVENCION.SI SE ILUMINA LA INDICACION EMPTY DEBERA CONECTARSE UNA NUEVA BOMBONA. SI HUBIERA UNA SEGUNDA BOMBONA DE GAS CONECTADA HABRÁ UNA CONMUTACION AUTOMATICA DE LA BOMBONA VACIA A LA LLENA. ESTE CONTROL SIRVE PARA GARANTIZAR UNA ALIMENTACION SUFICIENTE DE GAS Y EVITA UN AGOTAMIENTO TOTAL DE LA BOMBONA. ¿SE ACEPTA?
RESPUESTA 36	SE ACEPTA.
PREGUNTA 37	PUNTO 4 UNIDAD DE ABLACION POR RADIO FRECUENCIA
	PREGUNTA 37 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO: SISTEMA DE ABLACION POR RADIOFRECUENCIA. GENERADOR DE 200 W DE PODER EL CICLO AUTOMATIZADO DISMINUYE EL TIEMPO DE TRATAMIENTO. • EL ENFRIAMIENTO DEL ELECTRODO ELIMINA LA CARBONIZACIÓN DE TEJIDO, MAXIMIZANDO LA
	LIBERACIÓN DE ENERGÍA. • EL AUMENTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA DA COMO RESULTADO MAYORES ZONAS DE ABLACIÓN.
	¿SE ACEPTA?
RESPUESTA 37	ŠE ACEPTA.
PREGUNTA 38	PUNTO 4.1 GENERADOR DE RADIO FRECUENCIA DE 200 W (115V), CON SISTEMA DE RETORNO DE DOBLE PARCHEQUE SE CONECTE DIRECTAMENTE AL GENERADOR. PREGUNTA 38 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO: SISTEMA DE ABLACION POR
	RADIOFRECUENCIA. GENERADOR DE 200 W DE PODER EL CICLO AUTOMATIZADO DISMINUYE EL TIEMPO DE TRATAMIENTO.
	• EL ENFRIAMIENTO DEL ELECTRODO ELIMINA LA CARBONIZACIÓN DE TEJIDO, MAXIMIZANDO LA LIBERACIÓN DE ENERGÍA.
	• EL AUMENTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA DA COMO RESULTADO MAYORES ZONAS DE ABLACIÓN. ESTE EQUIPO FUNCIONA CON UN KIT QUE CONTIENE EL ELECTRODO DE ABLACION, ASÍ COMO LOS PARCHES REQUERIDOS POR PROCEDIMIENTO.
	¿SE ACEPTA?
RESPUESTA 38	SE ACEPTA.
PREGUNTA 39	PUNTO 4.1 GENERADOR DE RADIO FRECUENCIA DE 200 W (115V), CON SISTEMA DE RETORNO DE DOBLE PARCHEQUE SE CONECTE DIRECTAMENTE AL GENERADOR.
	PREGUNTA 39 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO: SISTEMA DE ABLACION POR RADIOFRECUENCIA. GENERADOR DE 200 W DE PODER ACTUALMENTE, LA ABLACIÓN RÁPIDA DE UN GRAN VOLUMEN DE TEJIDO ES POSIBLE CON EL SISTEMA COOL-TIP™ RF. ESTE SISTEMA UTILIZA ENERGÍA DE RADIOFRECUENCIA PARA CALENTAR CON EFECTIVIDAD Y COAGULAR EL TEJIDO. POR EL INTERIOR DEL ELECTRODO, CIRCULA AGUA. ASÍ SE ENFRÍA EL TEJIDO A TRATAR ADYACENTE AL ELECTRODO, MAXIMIZANDO LA LIBERACIÓN DE ENERGÍA Y REDUCIENDO LA CARBONIZACIÓN DEL TEJIDO. EL RESULTADO ES UNA REDUCCIÓN EN EL TIEMPO DE TRATAMIENTO Y UNA MAXIMIZACIÓN DE LA ZONA DE ABLACIÓN. ESTE EQUIPO FUNCIONA CON UN KIT QUE CONTIENE EL ELECTRODO DE ABLACION, ASÍ COMO LOS PARCHES REQUERIDOS POR PROCEDIMIENTO.
	¿SE ACEPTA?
RESPUESTA 39	SE ACEPTA.
PREGUNTA 40	PUNTO 4.2 EL EQUIPO CUENTA CON ADAPTADOR PARA ELECTRODO DE ABLACIÓN TIPO SOMBRILLA, CON OPCIÓN A DIFERENTES AGUJAS, DE ACUERDO AL DIÁMETRO DE LA LESJÓN.



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No: LA-019GYR051-I17-2012 SERVICIO INTEGRAL DE ELECTROCIRUGIA (ELECTRONICA)

14

SERVICIOS DEL SECTOR FUBLICO 1 45 1 46 DEL REGLAMENTO DE LA LEY			
•	PREGUNTA 40		
	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR ELECTRODO DE ABLACIÓN RECTO QUE		
	PERMITA LA ABLACION DEL TUMOR DE MANERA EFICIENTE Y SEGURA.		
	TRATAMIENTO MÁS RÁPIDO Y ABLACION MÁXIMA		
	EL CICLO AUTOMATIZADO DISMINUYE EL TIEMPO DE TRATAMIENTO.		
	· EL ENFRIAMIENTO DEL ELECTRODO ELIMINA LA CARBONIZACIÓN DE TEJIDO, MAXIMIZANDO LA		
	LIBERACIÓN DE ENERGÍA.		
	• EL AUMENTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA DA COMO RESULTADO MAYORES ZONAS DE ABLACIÓN.		
	¿SE ACEPTA?		
RESPUESTA 40	SE ACEPTA.		
PREGUNTA 41	PUNTO 4.2 EL EQUIPO CUENTA CON ADAPTADOR PARA ELECTRODO DE ABLACIÓN TIPO SOMBRILLA, CON		
	OPCIÓN A DIFERENTES AGUJAS, DE ACUERDO AL DIÁMETRO DE LA LESIÓN		
	PREGUNTA 41		
	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO COMPATIBLE CON LOS CONSUMIBLES		
	OFERTADOS, POR LO CUAL NO HAY NECESIDAD DE CONTAR CON UN ADAPTADOR, PUESTO QUE LOS		
	ELECTRODOS OFERTADOS DE DIFERENTES MEDIDAS; DE 10 A 25 CM CUENTAN CON CABLE DE CONEXION AL EQUIPO.		
	EL CICLO AUTOMATIZADO DISMINUYE EL TIEMPO DE TRATAMIENTO.		
	EL ENFRIAMIENTO DEL ELECTRODO ELIMINA LA CARBONIZACIÓN DE TEJIDO, MAXIMIZANDO LA		
	LIBERACIÓN DE ENERGÍA.		
	• EL AUMENTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA DA COMO RESULTADO MAYORES ZONAS DE ABLACIÓN.		
	ASE ACEPTA?		
RESPUESTA 41	SE ACEPTA.		
PREGUNTA 42	5 SET BIPOLAR		
	PUNTO 5.1537.704.1180 PINZA BIPOLAR PARA COAGULACIÓN TIPO BAYONETA; DE 16.5 CM DE LONGITUD.		
	CON PUNTA ROMA DE 1 MM, CONEXIÓN AL CABLE DE TIPO DOBLE PLACA, REUSABLE.		
	PREGUNTA 42		
	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR UNA PINZA BIPOLAR TIPO BAYONETA DE 165		
	MM CON PUNTA DE 1 MM REUSABLE COMO LA SIGUIENTE IMAGEN:		
	05 4050740		
DEODUEOTA 40	¿SE ACEPTA?		
PREGUNTA 43	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA NOTA ACLARATORIA NUMERO 3.		
PREGUNTA 43	PUNTO 5.2537.704.1172 PINZA BIPOLAR PARA COAGULACIÓN RECTA; DE 16.5 CM DE LONGITUD, CON PUNTA ROMA DE 1 MM, CONEXIÓN AL CABLE DE TIPO DOBLE PLACA, REUSABLE.		
	PONTA ROMA DE 1 MIM, CONEXION AL CABLE DE TIPO DOBLE PLACA, REUSABLE.		
	PREGUNTA 43		
	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR UNA PINZA BIPOLAR RECTA 160 MM CON		
	PUNTA DE 1 MM REUSABLE COMO LA SIGUIENTE IMAGEN:		
	NAMES REALIZATION OF THE PROPERTY OF THE PROPE		
	*L_F		
	* The financial and the financ		
	¿SE ACEPTA?		
RESPUESTA 43	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA NOTA ACLARATORIA NUMERO 3.		
PREGUNTA 44	PUNTO 5.2537.704.1172 PINZA BIPOLAR PARA COAGULACIÓN RECTA; DE 16.5 CM DE LONGITUD, CON		
	PUNTA ROMA DE 1 MM, CONEXIÓN AL CABLE DE TIPO DOBLE PLACA, REUSABLE.		
	PREGUNTA 44		
	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR		
DECOLIECTA 44	PINZA BIPOLAR RECTA DE 15.2 CM X 0.7 MM DE PUNTA. ¿SE ACEPTA?		
RESPUESTA 44	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA NOTA ACLARATORIA MÚMERO 3.		



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No: LA-019GYR051-I17-2012 SERVICIO INTEGRAL DE ELECTROCIRUGIA (ELECTRONICA)

JER VICIOS DEL	SECTOR PUBLICO 1 45 1 46 DEL REGLAMENTO DE LA LET			
PREGUNTA 45	PUNTO 5.3537.704.1206PINZA BIPOLAR PARA COAGULACIÓN TIPO BAYONETA; DE 19 CM DE LONGITUD, CON PUNTA ROMA DE 1 MM, CONEXIÓN AL CABLE DE TIPO DOBLE PLACA, REUSABLE			
	PREGUNTA 45 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR: PINZA BIPOLAR TIPO BAYONETA DE 19.7 CM X 1.5 MM DE PUNTA. ¿SE ACEPTA?			
RESPUESTA 45	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA NOTA ACLARATORIA NUMERO 3.			
PREGUNTA 46				
	PREGUNTA 46 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR: PINZA BIPOLAR TIPO BAYONETA 195 MM X 1 MM.			
	¿SE ACEPTA?			
RESPUESTA 46	SE ACEPTA. SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA NOTA ACLARATORIA NUMERO 3.			
PREGUNTA 47	PUNTO 5.4060.233.0896 CABLE PARA PINZA BIPOLAR DE 3 M DE LONGITUD PARA PINZA BIPOLAR TIPO DOBLE PLACA; ESTERILIZABLE A VAPOR; REUSABLE.			
	PREGUNTA 47 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR: CABLE DE CONEXIÓN BIPOLAR 4.5 M. ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE.			
	¿SE ACEPTA?			
RESPUESTA 47	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA NOTA ACLARATORIA NUMERO 3.			
PREGUNTA 48				
PREGUNTA 46	6 SET OTORRINOLARINGOLOGIA PUNTO 6.1537.704.1206 PINZA BIPOLAR PARA COAGULACIÓN TIPO BAYONETA; DE 19 CM DE LONGITUD CON PUNTA ROMA DE 1 MM, CONEXIÓN AL CABLE DE TIPO DOBLE PLACA, REUSABLE			
	PREGUNTA 48 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR: PINZA BIPOLAR TIPO BAYONETA DE 19.7 CM X 1.5 MM DE PUNTA. ¿SE ACEPTA?			
RESPUESTA 48	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA NOTA ACLARATORIA NUMERO 3.			
PREGUNTA 49	PUNTO 6.1537.704.1206PINZA BIPOLAR PARA COAGULACIÓN TIPO BAYONETA; DE 19 CM DE LONGITUD, CON PUNTA ROMA DE 1 MM, CONEXIÓN AL CABLE DE TIPO DOBLE PLACA, REUSABLE			
	PREGUNTA 49 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR UNA PINZA BIPOLAR TIPO BAYONETA DE 195 MM CON PUNTA DE 1 MM REUSABLE COMO LA SIGUIENTE IMAGEN:			
	¿SE ACEPTA?			
RESPUESTA 49	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA NOTA ACLARATORIA NUMERO 3.			
PREGUNTA 50	PUNTO 6.2060.233.0896CABLE PARA PINZA BIPOLAR DE 3 M DE LONGITUD PARA PINZA BIPOLAR TIPO DOBLE PLACA; ESTERILIZABLE A VAPOR; REUSABLE			
	PREGUNTA 50 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR: CABLE DE CONEXIÓN BIPOLAR 4.5 M., ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE.			
	OF ACEDTAS			
	¿SE ACEPTA?			



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No: LA-019GYR051-I17-2012 SERVICIO INTEGRAL DE ELECTROCIRUGIA (ELECTRONICA)

RESPUESTA 50	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA NOTA ACLARATORIA NUMERO 3.
PREGUNTA 51	7 SET PROCTOLOGÍA
	PUNTO 7.1 ELECTRODO DE CUCHILLO RECTO, DE 0,4X10 MM DIÁMETRO, DE 10 CM DE LONGITUD, AISLADO ESTERILIZABLE A VAPOR O POR MEDIO DE AGENTES QUÍMICOS REUSABLE
	PREGUNTA 51 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR: ELECTRODO CON ASTA AISLADA CUCHILLO DE 4 MM POR 119 MM ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. ¿SE ACEPTA?
RESPUESTA 51	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA NOTA ACLARATORIA NUMERO 3.
PREGUNTA 52	PUNTO 7.2 ELECTRODO DE CUCHILLO ANGULADO, DE 0,4*10 MM DIÁMETRO DE 10 CM DE LONGITUD, AISLADO ESTERILIZABLE A VAPOR O POR MEDIO DE AGENTES QUÍMICOS REUSABLE
	PREGUNTA 52 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR: ELECTRODO CON ASTA AISLADA CUCHILLO DE 4 MM POR 110 MM ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, COMO SE MUESTRA EN LA IMAGEN.
	¿SE ACEPTA?
RESPUESTA 52	SE ACEPTA? SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA NOTA ACLARATORIA NUMERO 3.
PREGUNTA 53	PUNTO 7.3060.601.0023 MANGO PARA SOPORTE DE ELECTRODO CON CABLE INCLUIDO CON ENTRADA INTERNACIONAL CON DOS BOTONES DE ACTIVACIÓN, REUSABLE.
	PREGUNTA 53 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR UN MANGO PORTA ELECTRODO CON BOTONES, CON CABLE DE 4.5 M, REUSABLE, COMO SE MUESTRA EN LA IMAGEN, MISMA MARCA QUE LOS ELECTRODOS OFERTADOS.
,	
	¿SE ACEPTA?
RESPUESTA 53	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA NOTA ACLARATORIA NUMERO 3.
PREGUNTA 54	8 SET ARGON ENDOSCOPÍA
	PUNTO 8.1060.830.7203 SONDA FLEXIBLE CON CÓDIGO DE RECONOCIMIENTO DEL INSTRUMENTO, CON ESCALA EN EL EXTREMO, DIÁMETRO 1.5MM, LONGITUD 1.5M REUSABLE
	PREGUNTA 54 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR UNA SONDA DE ARGÓN FLEXIBLE DE 1.5 MM DE DIÁMETRO Y 1.5 M DE LONGITUD CON ESCALA PARA FACILITAR EL POSICIONAMIENTO. REUTILIZABLE
	——————————————————————————————————————
	¿SE ACEPTA?
RESPUESTA 54	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA NOTA ACLARATORIA NUMERO 3.
PREGUNTA 55	PUNTO 8.2060.830.7211 SONDA FLEXIBLE CON CÓDIGO DE RECONOCIMIENTO DEL INSTRUMENTO, CON ESCALA EN EL EXTREMO, DIÁMETRO 2.3MM, LONGITUD 2.2M REUSABLE
	PREGUNTA 55 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR UNA SONDA DE ARGÓN FLEXIBLE DE 2.3. MM DE DIÁMETRO Y 2.2 M DE LONGITUD CON ESCALA PARA FACILITAR EL POSICIONAMIENTO. REUTILIZABLE
	¿SE ACEPTA?
RESPUESTA 55	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA NOTA ACLARATORIA NUMERO 3.



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No: LA-019GYR051-I17-2012 SERVICIO INTEGRAL DE ELECTROCIRUGIA (ELECTRONICA)

PREGUNTA 61	PREGUNTA 61
RESPUESTA 60	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA NOTA ACLARATORIA NUMERO 3.
	SE ACEPTA?
	PREGUNTA 60 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN ELECTRODO DE COAGULACION RIGIDO PARA ARGON DE 320/369 MM. ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE.
PREGUNTA 60	1.5 MM, LONGITUD DE 240 MM ESTERILIZABLE A VAPOR
RESPUESTA 59	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA NOTA ACLARATORIA NUMERO 3. PUNTO 9.3 APLICADOR RÍGIDO, CON ABERTURA AXIAL, ESCALA EN EL EXTREMO, DIÁMETRO DE
	¿SE ACEPTA?
	nam
	PREGUNTA 59 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN ELECTRODO DE COAGULACION RIGIDO PARA ARGON DE 110/149 MM. ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE.
	2.3 MM, LONGITUD DE 110 MM ESTERILIZABLE A VAPOR
RESPUESTA 58 PREGUNTA 59	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA NOTA ACLARATORIA NUMERO 3. PLINTO 9.2. APLICADOR RÍGIDO, CON ABERTURA AXIAL, ESCALA EN EL EXTREMO, DIÁMETRO DE
	¿SE ACEPTA?
	PREGUNTA 58 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR UN ELECTRODO RIGIDO PARA GAS ARGON TIPO AGUJA, 103 MM, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE.
	PUNTO 9.1 APLICADOR RÍGIDO, CON AGUJA EXPUESTA, ESCALA EN EL EXTREMO, DIÁMETRO DE 2.3 MM, LONGITUD DE 110 MM ESTERILIZABLE A VAPOR.
PREGUNTA 58	9 SET ARGON OTORRINGLARINGOLOGÍA
RESPUESTA 57	ŠE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA NOTA ACLARATORIA NUMERO 3.
	PREGUNTA 57 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO SIGUE: CABLE DE CONEXIÓN PARA SONDAS DE ARGÓN FLEXIBLES, 2.5 M DE LARGO, CONECTOR 3-PIN PARA AF Y LUER LOCK PARA GAS ARGÓN. ¿SE ACEPTA?
PREGUNTA 57	PUNTO 8.4 060.330.1110CABLE DE CONEXIÓN PARA SONDA FLEXIBLE PARA GAS ARGÓN, LONGITUD 2.5 M
RESPUESTA 56	SE ACEDTA SIEMPRE Y CHANDO CHMPLA CON LA NOTA ACLARATORIA NUMERO 3.
	¿SE ACEPTA?
	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR UNA SONDA DE ARGÓN FLEXIBLE DE 3.2. MM DE DIÁMETRO Y 2.2 M DE LONGITUD CON ESCALA PARA FACILITAR EL POSICIONAMIENTO, REUTILIZABLE
	PREGUNTA 56
i i	ESCALA EN EL EXTREMO, DIÁMETRO 3.2MM, LONGITUD 2.2M REUSABLE



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No: LA-019GYR051-I17-2012 SERVICIO INTEGRAL DE ELECTROCIRUGIA (ELECTRONICA)

*	JECTOR FOREICO F 43 F 48 DEL REGLAMENTO DE LA LEY
	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN ELECTRODO DE COAGULACION RIGIDO PARA ARGON DE 320/369 MM. ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE.
	¿SE ACEPTA?
RESPUESTA 61	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA NOTA ACLARATORIA NUMERO 3.
PREGUNTA 62	PUNTO 9.5531,328.0132 APLICADOR RÍGIDO CON PUNTA ANGULADA, CON ABERTURA AXIAL, ESCALA EN EL
	EXTREMO, DIÁMETRO DE 1.5 MM, LONGITUD DE 300 MM ESTERILIZABLE A VAPOR
	PREGUNTA 62
	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN ELECTRODO DE COAGULACION RIGIDO PARA ARGON DE 320/369 MM. ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE.
	N W
	3 9
	¿SE ACEPTA?
RESPUESTA 62	SE ACEPTA; SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA NOTA ACLARATORIA NUMERO 3.
PREGUNTA 63	PUNTO 9.6 060.330.1110 CABLE DE CONEXIÓN PARA SONDA FLEXIBLE PARA GAS ARGÓN, LONGITUD 2.5 M
	* SATE OF SOCIOUS THE GAS ARGON, LONGITUD 2.5 M
	PREGUNTA 63
	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN MANGO PARA ARGON DE 3.5 M
	DINTO 9 6 060 230 4440 CARLE DE CONEVIÓN DADA CONDA EL EVIDLE DADA CARLA DAGA DAGA LA CARLETA
RESPUESTA 63	PUNTO 9.6 060.330.1110 CABLE DE CONEXIÓN PARA SONDA FLEXIBLE PARA GAS ARGÓN, LONGITUD 2.5 M. SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA NOTA ACLARATORIA NUMERO 3.
PREGUNTA 64	PREGUNTA 64
	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA REFERENCIAR ESTE PUNTO COMO SIGUE:
	CABLE DE CONEXIÓN PARA SONDAS DE ARGÓN FLEXIBLES, 2.5 M DE LARGO, CONECTOR 3-PIN PARA AF Y
	LUER LOCK PARA GAS ARGÓN.
	¿SE ACEPTA?
RESPUESTA 64	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA NOTA ACLARATORIA NUMERO 3.
PREGUNTA 65	10 SET BASICO TORAX
	PUNTO 10.1 ELECTRODO DE CUCULUO DECTO DE CAVAS ANA DIÁMETRO. DE 10.01 10.01
	PUNTO 10.1 ELECTRODO DE CUCHILLO RECTO, DE 0,4X10 MM DIÁMETRO, DE 10 CM DE LONGITUD, REUSABLE.
	NEGGABLE.
	PREGUNTA 65
	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR: ELECTRODO CON ASTA AISLADA CUCHILLO
	DE 4 MM POR 119 MM ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE.
	¿SE ACEPTA?
RESPUESTA 65	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA NOTA ACLARATORIA NUMERO 3
PREGUNTA 66	PUNTO 10.1 ELECTRODO DE CUCHILLO RECTO, DE 0,4X10 MM DIÁMETRO, DE 10 CM DE LONGITUD,
	REUSABLE
	PREGUNTA 66
	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR:
	ELECTRODO CON ASTA AISLADA CUCHILLO DE 4 MM POR 110 MM



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No: LA-019GYR051-I17-2012 SERVICIO INTEGRAL DE ELECTROCIRUGIA (ELECTRONICA)

ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE				
	¿SE ACEPTA?			
RESPUESTA 66	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA NOTA ACLARATORIA NUMERO 3.			
PREGUNTA 67	11 SET SELLADO O TERMOFUSION DE VASOS			
	PUNTO 11.1 PINZA PARA SELLADO O TERMOFUSION DE VASOS DE 27 CM DE LONGITUD, 25 MM DE SUPERFICIE DE CONTACTO CON EL TEJIDO.			
	PREGUNTA 67			
	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR: UNA PINZA PARA SELLADO DE VASOS 27 A 36 CM DE LONGITUD QUE PERMITE SELLAR DE FORMA PERMANENTE VASOS Y ARTERIAS DE GRAN DIAMETRO O HACES DE TEJIDO. ¿SE ACEPTA?			
RESPUESTA 67	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA NOTA ACLARATORIA NUMERO 3.			
PREGUNTA 68	PUNTO 11.1 PINZA PARA SELLADO O TERMOFUSION DE VASOS DE 27 CM DE LONGITUD, 25 MM DE SUPERFICIE DE CONTACTO CON EL TEJIDO.			
	PREGUNTA 68			
	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR: UNA PINZA PARA SELLADO DE VASOS DE 36 CM DE LONGITUD QUE PERMITE SELLAR DE FORMA PERMANENTE VASOS Y ARTERIAS DE GRAN DIAMETRO O HACES DE TEJIDO. ¿SE ACEPTA?			
RESPUESTA 68	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA NOTA ACLARATORIA NUMERO 3.			
PREGUNTA 69 PUNTO 11.2 PINZA PARA SELLADO O TERMOFUSION DE VASOS DE 20 CM DE LONGITUD, 25 SUPERFICIE DE CONTACTO CON EL TEJIDO. PREGUNTA 69				
	SOLICITAMOS UNA PINZA PARA SELLADO DE VASOS DE 36 CM DE LONGITUD QUE PERMITE SELLAR DE FORMA PERMANENTE VASOS Y ARTERIAS DE GRAN DIAMETRO O HACES DE TEJIDO.			
DECOLUCITA CO	¿SE ACEPTA? SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA NOTA ACLARATORIA NUMERO 3.			
PREGUNTA 70	12 ESPECIFICACIONESDESCRIPCIÓN TÉCNICA12 PAQUETE DE DESECHABLES ADULTO.			
PREGUNTA /U	12 ESPECIFICACIONESDESCRIPCION TECNICATZ PAQUETE DE DESECHABLES ADOLTO.			
	PUNTO 12.1531.328.0181LÁPIZ PARA ELECTROCIRUGÍA CON ELECTRODO DE ESPÁTULA INTEGRADO, ENTRADA INTERNACIONAL, CON CABLE DE TRES METROS, CON DOS BOTONES. DESECHABLE.			
	PREGUNTA 70 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: MANGO CON INTERRUPTOR DE BOTON, ELECTRODO DE HOJA CON CIERRE HEXAGONAL DE ACERO INOXIDABLE DESECHABLE CON CABLE DE 3 METROS			
	¿SE ACEPTA?			
RESPUESTA 70	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA NOTA ACLARATORIA NUMERO 3.			
PREGUNTA 71	PUNTO 12.2060.330.0872 ELECTRODO NEUTRO DE DOS SUPERFICIES DE CONTACTO INDEPENDIENTE, SUPERFICIE COMBINADA DE 168 CM2, CON CAPA ADHESIVA CONDUCTIVA. DESECHABLE CON CABLE 3 MTS.			
PREGUNTA 71 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: ELECTRODO DE RETORNO PARA PACIENTE ADULTO CON CABLE DE 4.6 M CON TECNOLO DE 18.3 CM X 11.4 CM Y 137 CM2 DE AREA DE SUPERFICIE CONDUCTIVA, DESECHABLE.				



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No: LA-019GYR051-I17-2012 SERVICIO INTEGRAL DE ELECTROCIRUGIA (ELECTRONICA)


	OF ACEDTAG		
DECDLIECTA 74	¿SE ACEPTA?		
RESPUESTA 71	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA NOTA ACLARATORIA NUMERO 3.		
PREGUNTA 72	PUNTO 12.2060.330.0872 ELECTRODO NEUTRO DE DOS SUPERFICIES DE CONTACTO INDEPENDIENTE, SUPERFICIE COMBINADA DE 168 CM2, CON CAPA ADHESIVA CONDUCTIVA. DESECHABLE CON CABLE 3 MTS.		
	PREGUNTA 72 SOLICITAMOS A LA ACONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN ELECTRODO NEUTRO DESECHABLE DE SUPERFICIE DIVIDIDA: 110 CM2, CON CABLE DE CONEXIÓN DE 3 M		
	¿SE ACEPTA?		
RESPUESTA 72	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA NOTA ACLARATORIA NUMERO 3.		
PREGUNTA 73	PUNTO 13.1 SISTEMA PARA ABLACION DE TUMORES POR RADIOFRECUENCIA QUE CONSTA DE AGUJA LEVEEN CON TERMINACION EN FORMA DE PARAGUAS DE 2 CENTIMETROS COMPATIBLE CON GENERADOR DE RADIOFRECUENCIA.		
	PREGUNTA 73		
	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN KIT QUE CONTIENE EL ELECTRODO PARA		
	ABLACION DE 2 CM, LOS PARCHES RECOMENDADOS POR EL FABRICANTE POR EVENTO QUIRURGICO.		
	MISMA MARCA DEL EQUIPO DE RADIOFRECUENCIA OFERTADO.		
	EL ELECTRODO EN RACIMO A OFERTAR AUMENTA EL VOLUMEN DE COAGULACIÓN		
	¿SE ACEPTA?		
RESPUESTA 73	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA NOTA ACLARATORIA NUMERO 3.		
PREGUNTA 74	PUNTO 13.2 PARCHE DE RETORNO A PACIENTE, EL GENERADOR REQUIERE 4 PARCHES POR PROCEDIMIENTO PARA SU FUNCIONAMIENTO. (PARCHE POLYHESIVE)		
	PREGUNTA 74		
	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OMITIR ESTE PUNTO, YA QUE EN EL PUNTO ANTERIO OFERTARA UN KIT QUE CONTIENE EL ELECTRODO PARA ABLACION, LOS PARCHES RECOMENDADOS		
	EL FABRICANTE POR EVENTO QUIRURGICO.		
	¿SE ACEPTA?		
RESPUESTA 74	SE ACEPTA.		
PREGUNTA 75	PAQUETE RADIO FRECUENCIA 2		
	PUNTO 13.3 SISTEMA PARA ABLACION DE TUMORES POR RADIOFRECUENCIA QUE CONSTA DE ESTILETE CON PUNTA TROCAL ASI COMO AGUJA DE LEVEEN CON TERMINACION EN FORMA DE PARAGUAS DE 3 CENTIMETROS COMPATIBLE CON GENERADOR DE RADIOFRECUENCIA .		
	PREGUNTA 75		
	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN KIT QUE/CONTIENE EL ELECTRODO PARA ABLACION DE 3 CM, LOS PARCHES RECOMENDADOS POR EL FABRICANTE POR EVENTO QUIRURGICO		



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No: LA-019GYR051-I17-2012 SERVICIO INTEGRAL DE **ELECTROCIRUGIA** (ELECTRONICA)

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN A LAS BASES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO LA-019GYR051-117-2012 (ELECTRONICA) QUE EFECTÚA LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI RELATIVA AL SERVICIO INTEGRAL DE ELECTROCIRUGIA DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECE LOS ARTÍCULOS 33 Y 33 BIS LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 45 Y 46 DEL REGLAMENTO DE LA LEY-----

> MISMA MARCA DEL EQUIPO DE RADIOFRECUENCIA OFERTADO Y CONTEMPLANDO QUE PARA NUESTRO SISTEMA NO ES NECESARIO UN ESTILETE.



RESPUESTA 75 PREGUNTA 76

SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA NOTA ACLARATORIA NUMERO 3.

PUNTO 13.4 PARCHE DE RETORNO A PACIENTE, EL GENERADOR REQUIERE 4 PARCHES POR PROCEDIMIENTO PARA SU FUNCIONAMIENTO. (PARCHE POLYHESIVE)

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OMITIR ESTE PUNTO, YA QUE EN EL PUNTO ANTERIOR SE OFERTARA UN KIT QUE CONTIENE EL ELECTRODO PARA ABLACION, LOS PARCHES RECOMENDADOS POR EL FABRICANTE POR EVENTO QUIRURGICO.

¿SE ACEPTA?



RESPUESTA 76

SE ACEPTA

PREGUNTA 77

PAQUETE RADIO FRECUENCIA 3

PUNTO 13.5 SISTEMA PARA ABLACION DE TUMORES POR RADIOFRECUENCIA QUE CONSTA DE ESTILETE CON PUNTA TROCAL ASI COMO AGUJA LEVEEN CON TERMINACION EN FORMA DE PARAGUAS DE 3.5 CENTIMETROS COMPATIBLE CON GENERADOR DE RADIOFRECUENCIA

PREGUNTA 77

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR

KIT DE ELECTRODO DE ABLACION QUE INCLUYE: ELECTRODO DE ABLACION DE 3 CM POR RADIOFRECUENCIA. MISMA MARCA DEL EQUIPO DE RADIOFRECUENCIA OFERTADO Y LOS PARCHES RECOMENDADOS POR EL FABRICANTE POR EVENTO QUIRURGICO.





LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No: LA-019GYR051-I17-2012 SERVICIO INTEGRAL DE ELECTROCIRUGIA (ELECTRONICA)

RESPUESTA 77	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA NOTA ACLARATORIA NUMERO 3.			
PREGUNTA 78 PUNTO 13.6 PARCHE DE RETORNO A PACIENTE, EL GENERADOR REQUIERE 4 PROCEDIMIENTO PARA SU FUNCIONAMIENTO. (PARCHE POLYHESIVE)				
	PREGUNTA 78 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OMITIR ESTE PUNTO, YA QUE EN EL PUNTO ANTERIOR SE OFERTARA UN KIT QUE CONTIENE EL ELECTRODO PARA ABLACION, LOS PARCHES RECOMENDADOS POR EL FABRICANTE POR EVENTO QUIRURGICO. ¿SE ACEPTA?			
RESPUESTA 78	SE ACEPTA.			
PREGUNTA 79	PAQUETE RADIO FRECUENCIA 4			
	PUNTO 13.7 SISTEMA PARA ABLACION DE TUMORES POR RADIOFRECUENCIA QUE CONSTA DE ESTILETE CON PUNTA TROCAL ASI COMO AGUJA LEVEEN CON TERMINACION EN FORMA DE PARAGUAS DE 4.0 CENTIMETROS COMPATIBLE CON GENERADOR DE RADIOFRECUENCIA PREGUNTA 79 SOLUCITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA CESENTAR UNIVERSIDAD ANALYSE DE SUBSTITUTO DE PREGUNTA CONTENAS DE LA CONVOCANTE NOS PERMITA CESENTAR UNIVERSIDAD ANALYSE DE SUBSTITUTO DE PROMITO DE			
	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN KIT QUE CONTIENE EL ELECTRODO PARA ABLACION DE 3 CM, LOS PARCHES RECOMENDADOS POR EL FABRICANTE POR EVENTO QUIRURGICO Y CONTEMPLANDO QUE PARA NUESTRO SISTEMA NO ES NECESARIO UN ESTILETE. YA QUE LA AGUJA EN FORMA DE PARAGUAS TIPO LEVEEN ES EXCLUSIVO DE BOSTON Y YA NO LO COMERCIALIZA, ESTO CON LA FINALIDAD DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA.			
	¿SE ACEPTA?			
RESPUESTA 79	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA NOTA ACLARATORIA NUMERO 3.			
PREGUNTA 80	PUNTO 13.8 PARCHE DE RETORNO A PACIENTE, EL GENERADOR REQUIERE 4 PARCHES POR PROCEDIMIENTO PARA SU FUNCIONAMIENTO. (PARCHE POLYHESIVE)			
	PREGUNTA 80 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OMITIR ESTE PUNTO, YA QUE EN EL PUNTO ANTERIOR SE OFERTARA UN KIT QUE CONTIENE EL ELECTRODO PARA ABLACION, LOS PARCHES RECOMENDADOS POR EL FABRICANTE POR EVENTO QUIRURGICO. ¿SE ACEPTA?			
RESPUESTA 80	SE ACEPTA.			
PREGUNTA 81	PAQUETE RADIO FRECUENCIA 5			
	PUNTO 13.9 SISTEMA PARA ABLACION DE TUMORES POR RADIOFRECUENCÍA QUE CONSTA DE AGUJA LEVEEN CON TERMINACION EN FORMA DE PARAGUAS DE 5 CENTIMETROS COMPATIBLE CON GENERADOR			



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No: LA-019GYR051-I17-2012 SERVICIO INTEGRAL DE ELECTROCIRUGIA (ELECTRONICA)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	
	DE RADIOFRECUENCIA
	PREGUNTA 81 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN KIT QUE CONTIENE EL ELECTRODO PARA ABLACION DE 3 CM, LOS PARCHES RECOMENDADOS POR EL FABRICANTE POR EVENTO QUIRURGICO Y CONTEMPLANDO QUE PARA NUESTRO SISTEMA NO ES NECESARIO UN ESTILETE. YA QUE LA AGUJA EN FORMA DE PARAGUAS TIPO LEVEEN ES EXCLUSIVO DE BOSTON Y YA NO LO COMERCIALIZA, ESTO CON LA FINALIDAD DE PERMITIR LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA.  ¿SE ACEPTA?
RESPUESTA 81	SE ACEPTA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LA NOTA ACLARATORIA NUMERO 3.
PREGUNTA 82	PUNTO 13.10 PARCHE DE RETORNO A PACIENTE, EL GENERADOR REQUIERE 4 PARCHES POR PROCEDIMIENTO PARA SU FUNCIONAMIENTO. (PARCHE POLYHESIVE)
	PREGUNTA 82
	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OMITIR ESTE PUNTO, YA QUE EN EL PUNTO ANTERIOR SE OFERTARA UN KIT QUE CONTIENE EL ELECTRODO PARA ABLACION, LOS PARCHES RECOMENDADOS POR EL FABRICANTE POR EVENTO QUIRURGICO ¿SE ACEPTA?
RESPUESTA 82	ŠE ACEPTA.
PREGUNTA 83	PREGUNTA 83 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACLARE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.  ¿SE ACEPTA?
RESPUESTA 83	CONFORME AL PUNTO 6.1 PERIODO DE CONTRATACION. EL (LOS) CONTRATO(S) QUE, EN SU CASO, SEA(N) FORMALIZADO(S) CON MOTIVO DE ESTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN SERÁ(N) DE CARÁCTER ANUAL, Y CONTARÁ(N) CON UN PERÍODO DE VIGENCIA DEL 1 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.
PREGUNTA 84	PREGUNTA 84 85 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE AMPLIÉ A 45 DÍAS EL TIEMPO DE ENTREGA POSTERIORES AL FALLO. ¿SE ACEPTA?
RESPUESTA 84	ESTA PREGUNTA SE RESPONDE CON LA NOTA ACLARATORIA NUMERO 1.

UNA VEZ EMITIDAS LAS NOTAS ACLARATORIAS POR PARTE DE LA CONVOCATORIA, ASI COMO LAS RESPUESTAS DADAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR PARTE DE LOS LICITANTES, ESTAS SE HACEN DEL CONOCIMIENTO DE LOS PARTICIPANTES, POR LOS MEDIOS ELECTRONICOS DISPUESTOS POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA PARA QUE EN SU CASO SE RECIBAN NUEVAS PREGUNTAS QUE VERSEN UNICAMENTE SOBRE LAS NOTAS ACLARATORIAS Y LAS RESPUESTAS ANTES SEÑALADAS, OTORGANDO UN PLAZO DE 6 HORAS PARA LA RECEPCION DE NUEVAS PREGUNTAS. EN EL ENTENDIDO DE QUE DE NO EXISTIR NUEVAS PREGUNTAS SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE EVENTO. EN CASO CONTRARIO, SE PROCEDERA A LA CONTESTACION DE DICHAS PREGUNTAS.

TRANSCURRIDO EL PLAZO SE VERIFICA LA EXISTENCIA DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:------

VITALMEX INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.				
PREGUNTA 1	GUNTA 1 PREGUNTA 1			
	PUNTO: ACTA JUNTA DE ACLARACIONES			
	EN EL PRESENTE DOCUMENTO CONSURSAL Y EN ARAS DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD QUE RIGE LAS			
	LICITACIONES PUBLICAS, LA CONVOCANTE SEÑALA PARA TODOS LOS LICITANTES, QUE SOLO SE			
	ACEPTARÁN MEDIDAS EN EL INSTRUMENTAL QUE ESTEN CONTEMPLADAS DENTRO DE LA TOLERANCIA DE			
	+/- 10% A QUE SE REFIERE LA DECIMOCUARTA ACTUALIZACION DEL CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE			
	INSTRUMENTAL Y EQUIPO MÉDICO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, PUES ESTA			
	DISPOSICIÓN ES DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA Y GENERAL POR ESTAR PUBLICADO POR EL CONSEJO			
	DE SALUBRIDAD GENERAL, EN ESTE ENTENDIDO HACEMOS NOTAR QUE EN LAS RESPUE <del>STAS D</del> ADAS A			
	LOS LICITANTES SE SOBREPASA ESTA TOLERANCIA.			
	EN ESTE SENTIDO DEBEMOS ENTENDER QUE LOS LICITANTES DEBEREMOS OFERTAR EN EL CASO DE			
	INSTRUMENTAL DE ACUERDO A LA TOLERANCIA DE +/- 10% Y EN APEGO A LO SOLICITADO EN EL PUNTO			
	11.2 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA.			
	ES CORRECTO?			
RESPUESTA 1	RESPUESTA 1 ESTA PREGUNTA SE RESPONDE CON LA NOTA ACLARATORIA NUMERO 3.			
PREGUNTA 2	PREGUNTA 2			
	PUNTO: RESPUESTA 81 A SELECCIONES MÉDICAS DEL CENTRO			



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No: LA-019GYR051-I17-2012 SERVICIO INTEGRAL DE ELECTROCIRUGIA (ELECTRONICA)

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIÓN A LAS BASES DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NÚMERO LA-019GYR051-I17-2012 (ELECTRONICA) QUE EFECTÚA LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD HOSPITAL DE ONCOLOGÍA C.M.N. SIGLO XXI RELATIVA AL SERVICIO INTEGRAL DE ELECTROCIRUGIA DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECE LOS ARTICULOS 33 Y 33 BIS LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 45 Y 46 DEL REGLAMENTO DE LA LEY

SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 45 Y 46 DEL REGLAMENTO DE LA LEY------LO SOLICITADO EN LA PRESENTE CONVOCATORIA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PUNTO 3.19 ES: SISTEMA PARA ABLACION DE TUMORES POR RADIOFRECUENCIA QUE CONSTA DE AGUJA LEVEEN CON TERMINACION EN FORMA DE PARAGUAS DE 5 CENTIMETROS COMPATIBLE CON GENERADOR DE ACTUALMENTE MI REPRESENTADA BRINDA EL SERVICIO INTEGRAL DE ELECTROCIRUGÍA EN ESTA UMAE. EN ESA EXPERIENCIA Y DE ACUERDO AL TIPO DE PROCEDIMIENTOS Y PATOLOGÍAS QUE MANEJA ESTA UMAE. LA AGUJA MÁS UTILIZADA ACTUALMENTE EN EL PROCEDIMIENTO DE ABLACIÓN POR EL ÁREA MÉDICA. ES LA DE DIÁMETRO DE 5MM, DEBIDO A LA NECESIDAD DE TRATAR LESIONES MÁS GRANDES, OBTENIENDO CON ESTO UN BENEFICIO AL DERECHOHABIENTE ABARCANDO MAYOR DIÁMETRO DE TRATAMIENTO. POR LO QUE CREEMOS QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO LA RESPUESTA A ESTA PREGUNTA ES INCORRECTA DADO QUE LO ACEPTADO ES UN ELECTRODO DE ABLACIÓN DE 3 CM, MISMO QUE YA ESTÁ SIENDO ACEPTADO EN LOS PAQUETES DONDE SE SOLICITA ELECTRODOS DE 3.5 CM Y 4 CM; Y, OFERTADO EN EL PAQUETE DE RADIOFRECUENCIA 2 DONDE SI SE SOLICITA UN ELECTRODO DE 3CM. EN ESTE SENTIDO DEBEMOS ENTENDER QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO CABAL A ESTE PUNTO LOS LICITANTES DEBERÁN OFERTAR: 13.9 SISTEMA PARA ABLACION DE TUMORES POR RADIOFRECUENCIA QUE CONSTA DE AGUJA LEVEEN CON TERMINACION EN FORMA DE PARAGUAS DE 5 CENTIMETROS COMPATIBLE CON GENERADOR DE **RADIOFRECUENCIA ES CORRECTO?** RESPUESTA 2 ES CORRECTA SU APRECIACION.

UNA VEZ EMITIDAS LAS RESPUESTAS DADAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR PARTE DEL LICITANTE, ESTAS SE HACEN DEL CONOCIMIENTO DE LOS PARTICIPANTES, POR LOS MEDIOS ELECTRONICOS DISPUESTOS POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA PARA QUE EN SU CASO SE RECIBAN NUEVAS PREGUNTAS QUE VERSEN UNICAMENTE SOBRE LAS ANTES SEÑALADAS, OTORGANDO UN PLAZO DE SEIS HORAS PARA LA RECEPCION DE NUEVAS PREGUNTAS. EN EL ENTENDIDO DE QUE DE NO EXISTIR NUEVAS PREGUNTAS SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE EVENTO. EN CASO CONTRARIO, SE PROCEDERA A LA CONTESTACION DE DICHAS PREGUNTAS.

AL TERMINO DE ESTA JUNTA, SE ENTREGARÁ COPIA DE LA PRESENTE ACTA A TODOS Y CADA UNO DE LOS LICITANTES QUE HAYAN ADQUIRIDO BASES, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 Y 46 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SIENDO LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LA MISMA, EN UN HORARIO COMPRENDIDO DE LAS 09:00 A LAS 16:00 HORAS, EN EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO UBICADO EN EL SOTANO DE LA UMAE HOSPITAL DE ONCOLOGIA C. M. N. SIGLO XXI, EN EL ENTENDIDO DE QUE ESTE PROCEDIMIENTO SUSTITUYE EL DE LA NOTIFICACIÓN PERSONAL, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE PODRAN CONSULTARLA EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS DEL MODULO DE COMPRANET Y DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 33 Y 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE LAS OBSERVACIONES GENERALES Y ACLARACIONES, SERÁN CONSIDERADAS COMO PARTE INTEGRANTE DE LAS PROPIAS BASES DE ESTA LICITACIÓN.

SE RATIFICA LA FECHA Y HORA PARA LA PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS PARA EL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 A LAS 15:00 HORAS.

POR EL	FIRMA	
ING. OZIEL ROBLES RECILLAS	GARGO  JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	
DR. GUSTAVO CORTES MARTINEZ	JEFE DE LA DIVISION DE QUIROFANOS, HOSPITALIZACION Y CONSULTA EXTERNA	
LIC. IVETTE ROSALIA GONZALEZ VEGA	JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION SAI	T Della



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No: LA-019GYR051-I17-2012 SERVICIO INTEGRAL DE ELECTROCIRUGIA (ELECTRONICA)

	LIC. LUCIA OLVERA POZAS	JEFE DE LA OFICINA DE LO CONSULTIVO	(rae)		
~~-	,	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~			
N	NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, PARA DEJAR CONSTANCIA DE LO ACTUADO, Y				
17	LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES, LA FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, SIENDO LAS				
1.	13:30 HORAS DEL DE SU INICIO				
***************************************					
С	CON NUMERO DE OFICIO 371201/150200 SE INVITO AL ORGANO INTERNO DE CONTROL.				

