

ACTA DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA NACIONAL NO. LA-019GYR004-N58-2012

OBJETO DE LA LICITACIÓN: contratación para la adquisición de: Mobiliario y Equipo Médico para el régimen Ordinario, Ejercicio 2012

En la Ciudad de Tapachula, Chiapas siendo las 09:00 horas, del 25 de Septiembre del 2012, en la Coordinación de abastecimiento y equipamiento, ubicada en libramiento sur, Km. 4.0 parque industrial los mangos, C.P. 30796, se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la Convocatoria de la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), así como del numeral 4 de la Convocatoria.

Este acto fue presidido por el C.P Arturo Galaviz Alvarez, Coordinador de Abastecimiento y Equipamiento Delegacional, servidor público designado por la convocante, quien al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan presentado el Escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación, de forma presencial o a través de CompraNet, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto, caso contrario, se les permitirá su asistencia sin poder formular preguntas.

El Presidente del acto, fue asistido por el Lic. Ervin García López, representante de la Coordinación del Programa IMSS Oportunidades el cual solventó las preguntas de carácter Técnico y por el Lic. Daniel Alvarez Barrios, Jefe del Departamento de de Adquisiciones y Contratación de Servicios, el cual solventó las preguntas de carácter administrativo, cuyo nombre y firma aparecen al final de la presente Acta.

El Presidente del acto, dio inicio al mismo señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley, las solicitudes de aclaración a la Convocatoria y el Escrito de interés en participar, tanto en el domicilio de la Convocante como en CompraNet, de las siguientes personas:

No.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	No. De PREGUNTAS
1	KATRA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	COMPRANET	2
2	PROVEEDORA MEDICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V	CORREO	1
3	EQUIPOS BIOMEDICOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	COMPRANET	1

Joiled

Formato FO=CON-08 00



ACTA DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA NACIONAL NO. LA-019GYR004-N58-2012

OBJETO DE LA LICITACIÓN: contratación para la adquisición de: Mobiliario y Equipo Médico para el régimen Ordinario, Ejercicio 2012

Así mismo se hace constar que se recibió Escrito de interés en participar del siguiente licitante: BIENES Y SERVICIOS BOTICHELO, S.C., , pero sus preguntas fueron recibidas fuera del tiempo señalado en el artículo 33 Bis de la Ley, por lo que no se les da respuesta.

A continuación se menciona que se deberá tomar en cuenta las siguientes consideraciones generales a la convocatoria de licitación, en apego al tercer párrafo del articulo 33 de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector publico, que dice: "Cualquier modificación a la convocatoria de la licitación, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formará parte de la convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición."

CONSIDERACIONES GENERALES A LAS BASES DE LA CONVOCATORIA

1.- En relación al anexo numero 1 "A" (UNO "A") de las bases de la convocatoria, se hace modificación a las cedulas de especificaciones siguientes:

Dice:

No. LICITACION: LA-019GYR004-N58-2012 CANTIDAD: 1	PROPUESTA TECNICA	
PARTIDA: 1	PROVEEDOR:	
CLAVE: 533.159.0132.01.01	FABRICANTE:	
	MARCA Y PAIS DE PROCEDENCIA:	
NOMBRE GENERICO	MODELO:	
CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL.	CATALOGO:	
	FECHA DE PRES. DE PROPUESTA:	
	HOJA 1 DE	
CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL	DESCRIPCION TECNICA DEL	
ESPECIALIDAD(ES): Médicas y Quirúrgicas.	PROVEEDOR	
SERVICIO(S): Laboratorio Clínico. DESCRIPCIÓN: Equipo para manipular muestras biológicas		
bajo una atmósfera microbiológicamente controlada. Gabinete		
de seguridad biológica con ventana frontal deslizable y alarma	(E) LIGITANITE DEDERA DEGODIDID	
que indica el nivel de apertura de la ventana. Flujo de	(EL LICITANTE DEBERA DESCRIBIR	
aire vertical y recirculación de aire filtrado. De acero inoxidable.	LAS ESPECIFICACIONES COMPLETAS	
Filtros absolutos de eficiencia del 99.99% (HEPA) y retención	DEL BIEN OFERTADO).	
de partículas de 0.3 micras. Llave para toma de oxígeno. Rejillas de protección para filtro absoluto. Medidas	1	
aproximadas de 140x224x90 cm (ancho, altura y fondo). Luz		
fluorescente en la zona de trabajo. Base integrada al cuerpo	1 4	
del equipo. Control de encendido y de luces. Motor de 1/2 HP.	12/12/	
REFACCIONES: asegurando su compatibilidad con la marca y	1 21 0) 1'	

2

modelo del equipo.

CONSUMIBLES: Filtros absolutos con eficiencia de 99.99%. asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del

OPERACIÓN Por personal especializado y de acuerdo al

INSTALACIÓN Corriente eléctrica 120 V/60 Hz.

DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA

NOMBRE Y FIRMA

EMPRESA



ACTA DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA NACIONAL NO. LA-019GYR004-N58-2012

OBJETO DE LA LICITACIÓN: contratación para la adquisición de: Mobiliario y Equipo Médico para el régimen Ordinario, Ejercicio 2012

Debe decir:

No. LICITACION: LA-019GYR004-N58-2012 PROPUESTA TECNICA CANTIDAD: 1 PARTIDA: 1 PROVEEDOR: CLAVE: 533.159.0132.01.01 FABRICANTE: MARCA Y PAIS DE PROCEDENCIA: NOMBRE GENERICO MODELO: CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL. CATALOGO: FECHA DE PRES. DE PROPUESTA: HOJA 1 DE DESCRIPCION TECNICA DEL PROVEEDOR Campana de flujo laminar. 1. Definicion. 2. Descripción. (EL LICITANTE DEBERA DESCRIBIR 2.1 Campana de flujo laminar. LAS ESPECIFICACIONES COMPLETAS 2.2 Con flujo de aire horizontal. 2.3 Con rejillas de protección para filtro adsoluto. DEL BIEN OFERTADO). 2.4 Con base integrada al cuerpo del equipo. 2.5 Con luz fluorescente en la zona de trabajo. 2. Filtros absolutos de eficiencia del 99.99% (HEPA) v 2.7 Retencion de partículas de 0.3 micras y mayores. 2.8 Con midadas aproximadas de 140 cm ancho +/- 10% 2.8.2 200 cm de altura +/- 10% 2.8.3 93 cm de fondo +/- 10% 3. Accesorios. 3.1 No requiere. 4. Consumibles. 4.1 Filtros absolutos con eficiencia del 99.99 (4 piezas).

> NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA **EMPRESA**



5. Instalacion

6. Mantenimiento

7. Normas y estándares. 7.1 Registro sanitario.

5.1 Corriente elecrica 120/60hz

autoridad sanitaria del país de origen.

6.1 Programa calendarizado o calendario de servicios, que incluye la descripción de las acciones a efectuar.

7.2 Certificado de calidad ISO 9001-2000 o ISO 9001-2008 o certificado de calidad ISO 13485 o TÜV.

7.3 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la



ACTA DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA NACIONAL NO. LA-019GYR004-N58-2012

OBJETO DE LA LICITACIÓN: contratación para la adquisición de: Mobiliario y Equipo Médico para el régimen Ordinario, Ejercicio 2012

Dice:

No. LICITACION: LA-019GYR004-N58-2012

CANTIDAD: 5 PARTIDA: 2

CLAVE: 531.616.0976.04.01

NOMBRE GENERICO

MESA QUIRURGICA UNIVERSAL MECANICO-HIDRAULICA

BASICA.

PROPUESTA TECNICA

PROVEEDOR: FABRICANTE: MARCA Y PAIS DE PROCEDENCIA:

MODELO: CATALOGO:

FECHA DE PRES. DE

PROVEEDOR

DESCRIPCIÓN:

Mesa rodable para facilitar el procedimiento quirúrgico, con posiciones adecuadas para el paciente y el cirujano. Mesa rodable con sistema de frenos. Longitud total con

extensión de cabecera y piernas de 210 cm (+/-20 cm). Con base de acero inoxidable o acero al cromo níquel. Columna en acero inoxidable o acero al cromo níquel. Bastidor o

estructura de la superficie y rieles laterales en acero inoxidable o acero al cromo níquel. Radiotransparente con portachasis en todas las secciones. Mesa con secciones: cabecera con ajuste de flexión continua de +/-20 grados mínimo, dorso con

elevador de riñón integrado para dar posición de nefrectomía (la mesa debe tener la capacidad de dar la posición), pelvis y miembros pélvicos en placas independientes desmontables y abatibles con movimiento de tijera. Accionamiento mecánico-hidráulico de los movimientos de elevación y descenso. Accionamiento mecánico de los movimientos de: fowler de 40 grados o mayor, inclinación trendelemburg mínimo de 25 grados y en posición inversa mínimo de 20 grados, inclinación lateral izquierda y derecha de 15 grados o mayor. Accesible al uso de intensificador de imagen. Cojín desmontable

eléctricamente conductivo o antiestático en todas sus secciones

REFACCIONES

Según marca y modelo

ACCESORIOS

asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo: Accesorios de acero inoxidable o acero al cromo níquel: arco de anestesia con fijadores.

Poste para infusiones con fijador.

Soportes acojinados para brazo con fijadores.

Soportes acojinados para hombros con fijadores.

Soportes laterales acojinados con fijadores.

Cinturón para pacientes, con fijadores.

Pierneras articuladas tipo Goepel acojinadas con fijadores. Charola porta chasises para formatos de hasta 14 a 17".

Carro transportador de accesorios.

Manivelas necesarias en caso de requerirse

CONSUMIBLES:

Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo

INSTALACIÓN.

No requiere.

OPERACIÓN.

Por personal especializado.

MANTENIMIENTO

Preventivo.

Correctivo por personal calificado

(EL LICITANTE DEBERA
DESCRIBIR LAS
ESPECIFICACIONES COMPLETAS
DEL BIEN OFERTADO).

TECNICA

DEL







ACTA DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA NACIONAL NO. LA-019GYR004-N58-2012

OBJETO DE LA LICITACIÓN: contratación para la adquisición de: Mobiliario y Equipo Médico para el régimen Ordinario, Ejercicio 2012

Debe decir:

No. LICITACION: LA-019GYR004-N58-2012 PROPUESTA TECNICA CANTIDAD: 5 PARTIDA: 2 PROVEEDOR: CLAVE: 531.616.0976.04.01 FABRICANTE: MARCA Y PAIS DE PROCEDENCIA: NOMBRE GENERICO MODELO: MESA QUIRURGICA UNIVERSAL MECANICO-CATALOGO: HIDRAULICA BASICA. FECHA DE PRES. DE PROPUESTA: HOJA 1 DE 1. DEFINICION DESCRIPCION TECNICA DEL 2. DESCRIPCION **PROVEEDOR** 2.1 MESA RODABLE PARA FACILITAR EL PROCEDIMIENTO QUIRURGICO, CON POSICIONES ADECUADAS PARA EL PACIENTE Y EL CIRUJANO. MESA RODABLE (EL LICITANTE DEBERA DESCRIBIR CON SISTEMA DE FRENOS. LAS ESPECIFICACIONES COMPLETAS 2.2 LONGITUD TOTAL CON EXTENSION DE CABECERA DEL BIEN OFERTADO). Y PIERNAS DE 210 CM (+/-5 CM) 2.3 CON BASE DE ACERO INOXIDABLE 2.4 COLUMNA EN ACERO INOXIDABLE O ACERO AL CROMO NIQUEL 2.5 BASTIDOR O ESTRUCTURA DE LA SUPERFICIE Y RIELES LATERALES EN ACERO INOXIDABLE O ACERO AL CROMO NÍQUEL 2.6 RADIOTRANSPARENTE CON PORTACHASIS EN TODAS LAS SECCIONES 2.7 MESA CON 5 SECCIONES 2.7.1 CABECERA CON AJUSTE DE FLEXIÓN CONTINUA DE +/-45 GRADOS MINIMO 2.7.2 DORSO CON ELEVADOR DE RIÑON

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA **EMPRESA**

2.11 ACCESIBLE AL USO DE INTENSIFICADOR DE

3. ACCESORIOS: 3.1 ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE O ACERO AL

2.10.1 POSICION INVERSA MINIMO DE 25 GRADOS

2.10.2.1DERECHA DE 15 GRADOS O MAYOR

2.10.2 INCLINACION LATERAL IZQUIERDA Y

2.12 COJIN DESMONTABLE ELECTRICAMENTE CONDUCTIVO O ANTIESTATICO EN TODAS SUS

INTEGRADO PARA DAR POSICION DE NEFRECTOMIA

2.7.4 MIEMBROS PELVICOS EN PLACAS

2.8 ACCIONAMIENTO HIDRAULICO DE LOS MOVIMIENTOS DE ELVACION Y DESCENSO DE 60 A 95 CM 2.9 ACCIONAMIENTO NEUMATICO DEL MOVIMIENTO

2.10 HIDRAULICO DE LOS MOVIMIENTOS. INCLINACION TRENDELEMBURG MINIMO DE 25 GRADOS

(LA MESA DEBE TENER LA CAPACIDAD DE

2.7.4.1 DESMONTABLES Y ABATIBLES 2.7.4.2 CON MOVIMIENTO DE TIJERA

IMAGEN

SECCIONES

Y EN:

DAR LA POSICION)

INDEPENDIENTES:

2.7.3 PELVIS Y



ACTA DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA NACIONAL NO. LA-019GYR004-N58-2012

OBJETO DE LA LICITACIÓN: contratación para la adquisición de: Mobiliario y Equipo Médico para el régimen Ordinario, Ejercicio 2012

CROMO NÍQUEL


- 3.1.1 ARCO DE ANESTESIA
- 3.1.2 POSTE PARA INFUSIONES CON FIJADOR
- 3.1.3 SOPORTES ACOJINADOS PARA BRAZO CON

FIJADORES

- 3.1.4 SOPORTES ACOJINADOS PARA HOMBROS **CON FIJADORES**
- 3.1.5 SOPORTES LATERALES ACOJINADOS CON **FIJADORES**
 - 3.2 CINTURON PARA PACIENTES CON FIJADORES
- 3.3 PIERNERAS ARTICUALDAS TIPO GOEPEL
- ACOJINADAS CON FIJADORES
- 3.4 CHAROLA PORTA CHASIS PARA FORMATOS DE HASTA 14 A 17"
 - 3.5 CARRO TRANSPORTADOR DE ACCESORIOS
 - 3.6 MANIVELAS
- 4. CONSUMIBLES
 - 4.1 NO REQUIERE
- 5. INSTALACIÓN
 - 5.1 Corriente eléctrica 120 V/60 Hz.
- MANTENIMIENTO
- 6.1 PROGRAMA CALENDARIZADO O CALENDARIO DE SERVICIOS QUE INCLUYA LA DESCRIPCION DE LAS ACCIONES A EFECTUARSE
- 7. NORMAS Y ESTANDARES (DOCUMENTOS VIGENTES):
 - 7.1 REGISTRO SANITARIO
- 7.2 CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001:2008 O CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 13485 O TÜV
- 7.3 CERTIFICADO FDA O CE O SU EQUIVALENTE EMITIDO POR LA AUTORIDAD SANITARIA DEL PAIS DE ORIGEN

8 CAPACITACIÓN

8.1 CAPACITACIÓN EN ESPAÑOL PRESENCIAL A PERSONAL MÉDICO Y PARAMÈDICO EN EL MANEJO DEL EQUIPO Y SUS ACCESORIOS, ENTREGA DVD DEL MISMO. 8.2 CAPACITACIÓN EN ESPAÑOL A PERSONAL TECNICO Y AL COORDINADOR BIOMÉDICO DELEGACIONAL, EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO Y SUS ACCESORIOS. ENTREGA EN DVD DEL





ACTA DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA NACIONAL NO. LA-019GYR004-N58-2012

OBJETO DE LA LICITACIÓN: contratación para la adquisición de: Mobiliario y Equipo Médico para el régimen Ordinario, Ejercicio 2012

Dice:

No. LICITACION: LA-019GYR004-N58-2012

CANTIDAD: 2 PARTIDA: 3

CLAVE: 531.572.0465.03.01

NOMBRE GENERICO

LAVADOR DESINFECTOR DE COMODOS DE VAPOR

AUTOGENERADO.

PROPUESTA TECNICA

PROVEEDOR: FABRICANTE:

MARCA Y PAIS DE PROCEDENCIA:

MODELO: CATALOGO:

FECHA DE PRES. DE PROPUESTA:

HOJA 1 DE

DESCRIPCION PROVEEDOR

TECNICA

DEL

DESCRIPCIÓN:

Equipo tipo gabinete fijo para el lavado y desinfección de cómodos y orinales. Lavador desinfector de vapor autogenerado. Con descarga al drenaje. Con carcaza y trampa, en fundición de aluminio, esmaltado al horno de alta resistencia. Entrada de agua para lavar en forma automática. Entrada de vapor para desinfectar en forma automática. Panel eléctrico de selección de ciclos de operación predeterminados

(EL LICITANTE DEBERA DESCRIBIR LAS ESPECIFICACIONES COMPLETAS DEL BIEN OFERTADO).

REFACCIONES

asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo

ACCESORIOS

asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo

CONSUMIBLES:

asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo: Detergente en polvo o jabón líquido

INSTALACIÓN.

Corriente eléctrica 120V/60 Hz. Hidrosanitaria. Entrada de vapor.

OPERACIÓN.

Por personal especializado.

MANTENIMIENTO

Preventivo

Correctivo por personal calificado

NOMBRE Y FIRMA

DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA

EMPRESA







Formato FO-CON-08 00



ACTA DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA NACIONAL NO. LA-019GYR004-N58-2012

OBJETO DE LA LICITACIÓN: contratación para la adquisición de: Mobiliario y Equipo Médico para el régimen Ordinario, Ejercicio 2012

Debe decir:

No. LICITACION: LA-019GYR004-N58-2012 PROPUESTA TECNICA CANTIDAD: 2 PARTIDA: 3 PROVEEDOR: CLAVE: 531.572.0465.03.01 FABRICANTE: MARCA Y PAIS DE PROCEDENCIA: NOMBRE GENERICO MODELO: LAVADOR DESINFECTOR DE COMODOS DE VAPOR CATALOGO: FECHA DE PRES. DE PROPUESTA: AUTOGENERADO. HOJA 1 DE 1. Definicion DESCRIPCION TECNICA DEL 2. Descripción PROVEEDOR 2.1 Equipo tipo gabinete, fijo para el lavado y desinfección de cómodos y orinales. (EL LICITANTE DEBERA DESCRIBIR 2.2 Lavador desinfector de vapor autogenerado LAS ESPECIFICACIONES COMPLETAS 2.3 Descarga al drenaje. 2.4 Carcaza y trampa en fundición de aluminio DEL BIEN OFERTADO). 2.5 Esmallado al horno de alta resistencia 2.6 Entrada de agua para lavar en forma automatica 2.7 Entrada de vapor para desinfectar en forma automática 2.8 panel eléctrico de: 2.8.1 Selección de ciclos de operación predeterminados 3. Accesorios 3.1 No requiere 4. Refacciones 4.1 No requiere

NOMBRE Y FIRMA

DEL REPRESENTANTE LEGAL DE/LA

EMPRESA

Formato FO-CON-08-00

licitación

5. Consumibles

6. Instalación

de operación 8. Mantenimiento 8.1 Preventivo

6.2 Hidrosanitaria 7. Operación

9. Normas y Estándares

5.1 Detergente en Polvo (5 kg) ó 5.2 Jabón liquido (1 galón)

6.1 Corriente eléctrica 120V/60 Hz

8.2 Correctivo por personal calificado

7.1 Por personal especializado y de acuerdo al manual

9.1 Conforme al numeral 3.1 de la convocatoria de



ACTA DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA NACIONAL NO. LA-019GYR004-N58-2012

OBJETO DE LA LICITACIÓN: contratación para la adquisición de: Mobiliario y Equipo Médico para el régimen Ordinario, Ejercicio 2012

Dice:

PARTIDA: 4

No. LICITACION: LA-019GYR004-N58-2012 CANTIDAD: 2

CLAVE: 531.562.0905.04.01

NOMBRE GENERICO

LAMPARA QUIRURGICA PORTATIL PARA

EMERGENCIA.

PROPUESTA TECNICA

PROVEEDOR: FABRICANTE:

MARCA Y PAIS DE PROCEDENCIA:

MODELO: CATALOGO:

FECHA DE PRES. DE PROPUESTA:

HOJA 1 DE

DESCRIPCION

TECNICA DEL

PROVEEDOR

DESCRIPCIÓN:

Equipo portátil utilizado para iluminar el campo quirúrgico en forma rutinaria y continua en caso de suspensión del suministro de la energía eléctrica de corriente alterna.

Columna fija a pedestal rodable.

Brazo portalámpara con giro de 360 grados y abatible. Intensidad luminosa homogénea de 75,000 luxes a 1 m. de distancia de la fuente o mayor. Libre de sombras a la interposición de cuerpos.

Filtro reductor de calor. Temperatura de color dentro del rango de 3,500 a 5,000 °Kelvin.

Batería recargable.
Interruptor de energía.

(EL LICITANTE DEBERA DESCRIBIR LAS ESPECIFICACIONES COMPLETAS DEL BIEN OFERTADO).

REFACCIONES

Según marca y modelo

ACCESORIOS

asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo: Mango desmontable y autoclavable

CONSUMIBLES:

asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo: Foco halógeno de reemplazo cada 300 horas de uso

INSTALACIÓN.

Corriente eléctrica 120V/60 Hz

OPERACIÓN.

Por personal especializado.

MANTENIMIENTO

Preventivo.

Correctivo por personal calificado

NOMBRE Y FIRMA

DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA

EMPRESA



>>

10/10/



ACTA DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA NACIONAL NO. LA-019GYR004-N58-2012

OBJETO DE LA LICITACIÓN: contratación para la adquisición de: Mobiliario y Equipo Médico para el régimen Ordinario, Ejercicio 2012

Debe decir:

No. LICITACION: LA-019GYR004-N58-2012 PROPUESTA TECNICA CANTIDAD: 2 PARTIDA: 4 PROVEEDOR: CLAVE: 531.562.0905.04.01 FABRICANTE: MARCA Y PAIS DE PROCEDENCIA: NOMBRE GENERICO MODELO: LAMPARA QUIRURGICA PORTATIL PARA CATALOGO: EMERGENCIA. FECHA DE PRES. DE PROPUESTA: HOJA 1 DE DESCRIPCION **TECNICA** DEL 1.- Montaje: PROVEEDOR 1.1.- Columna fija a pedestal rodable. 2.- Brazo porta lámpara: 2.1.- Con giro rotatorio de 360o. 2.2.- Abatible a +/- 35°o mayor. (EL LICITANTE DEBERA DESCRIBIR 3.- Lámpara: LAS ESPECIFICACIONES COMPLETAS 3.1.- Libre de sombras a la interposición de cuerpos. DEL BIEN OFERTADO). 3.2.- Con fuente de iluminación halógena. 3.3.- Temperatura de color dentro del rango de 4250 a 5000 o Kelvin en el campo operatorio.

3.8.3.- Aluminioy/oplástico. 3.8.4.- Ensamble rápido no enroscable. 3.9.- 2 focos: Un foco primario en uso normal y otro de reserva con reemplazo automático.

3.7.- Intensidad luminosa homogénea de 100,000 luxes a 1 m

3.9.1.- Halogenado

de distancia de la fuente.

3.9.2.- Ensamblado en base de cerámica

3.9.3.- Tiempo de vida 1000hrs o mayor.

3.9.4.- Reemplazo automático en caso de falla del foco primario.

3.4.- Indice de rendimiento de color de 92% o mayor.

3.5.2.- Profundidad constante de 50cm o mayor a 1m de

3.5.1.- Diámetro ajustable de 20 cm o mayor.

3.6.- Energía de radiación 470 w/m2 o menor.

3.5.- Tamaño del campo de trabajo:

distancia de la fuente sin reenfoque.

3.10.- Filtro:

3.8.- Mango: 3.8.1.- Desmontable 3.8.2.- Esterilizable .

3.10.1.- Cristal

3.10.2.- Sistema de filtrado térmico del 97% o mayor.

3.11.-Panel de control electrónico:

3.11.1.- Encendido.

3.11.2.- Apagado.

3.11.3.- Aumento y disminución de la intensidad de la luz.

3.11.4.- Alarma visual de indicador de uso en caso de perder la luz primaria.

4.- Batería recargable:

4.1.-Indicador de nivel de carga

4.2.- Tiempo de la batería en uso mínimo 4 hrs.

4.3.- Funcionamiento continúo.

4.4.- Sin variaciones en la calidad de la iluminación.

NOMBRE Y FIRMA

DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA

EMPRESA







ACTA DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA NACIONAL NO. LA-019GYR004-N58-2012

OBJETO DE LA LICITACIÓN: contratación para la adquisición de: Mobiliario y Equipo Médico para el régimen Ordinario, Ejercicio 2012

- 5.- Cabezal:
- 4.1.- Cerrada con superficie externa lisa, sin bordes ni tornillos para fácil limpieza y desinfección.
- 4.2.- Cubierta de cristal o polímero.
- 4.3.- Cuerpo de Aluminio y/ o polímero.
- 5.- ACCESORIOS:
- 5.1- 2 Mangos desmontables y esterilizables.
- 6.- CONSUMIBLES:
- 6.1- 05 Focos de halógeno para reemplazo con vida útil de 1000 horas o mas de uso, Base de cerámica para el foco, Batería recargable.
- 7.1 INSTALACIÓN:

Corriente eléctrica 120V/60 Hz.

- 8. Mantenimiento
- 8.1Programa calendarizado o calendario de servicios, que incluya la descripción de las acciones a efectuar.
- 9. Normas y Estándares.
- 9.1 Registro Sanitario.

Certificados ISO 9001, ISO 13485. FDA y/o certificado de la CE (Comuniad Europea).

- 10 Capacitación
- 10.1 Capacitación en español presencial a Personal Médico y Paramèdico en el Manejo del equipo y sus accesorios, Entrega DVD del mismo.
- 10.2 Capacitación en español a Personal Tecnico y al Coordinador Biomédico Delegacional, en el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo y sus accesorios. Entrega en DVD del mismo.
- 10.3 Entrega de Manual de usuario, Guìa Rapida y Manual de Servicio.

10112



ON-08 00



HOJA 1 DE

ACTA DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA NACIONAL NO. LA-019GYR004-N58-2012

OBJETO DE LA LICITACIÓN: contratación para la adquisición de: Mobiliario y Equipo Médico para el régimen Ordinario, Ejercicio 2012

Dice:

No. LICITACION: LA-019GYR004-N58-2012

CANTIDAD: 1

PARTIDA: 7

CLAVE: 531.222.0014.03.01

NOMBRE GENERICO

UNIDAD DECOMPRESAS CALIENTES.

PROVEEDOR:
FABRICANTE:
MARCA Y PAIS DE PROCEDENCIA:
MODELO:
CATALOGO:
FECHA DE PRES. DE PROPUESTA:

DESCRIPCION TECNICA DEL PROVEEDOR

DESCRIPCIÓN:

Equipo móvil para calentar compresas en el tratamiento de aplicación tópica de calor.

Equipo móvil para calentar compresas en el tratamiento de aplicación tópica de calor o de frío.

Con las siguientes características,: gabinete para compresas de acero inoxidable dimensiones: 80 cm de alto 50 cm de ancho, profundidad de 70 cm., y capacidad para calentar de 12 a 18 compresas.

Control automático de temperatura. Equipado Válvula de drenaje para facilitar limpieza de la cámara., con aislamiento térmico con regulador de voltaje integrado.

REFACCIONES

de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo

ACCESORIOS

De acuerdo a marca y modelo: Regulador de voltaje

CONSUMIBLES:

24 compresas tamaño estándar de 25 x 30 cm.

INSTALACIÓN.

Corriente alterna de 120 V/60Hz.

OPERACIÓN.

Por personal especializado.

MANTENIMIENTO

Preventivo.

Correctivo por personal calificado

(EL LICITANTE DEBERA DESCRIBIR LAS ESPECIFICACIONES COMPLETAS DEL BIEN OFERTADO).









ACTA DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA NACIONAL NO. LA-019GYR004-N58-2012

OBJETO DE LA LICITACIÓN: contratación para la adquisición de: Mobiliario y Equipo Médico para el régimen Ordinario, Ejercicio 2012

Debe decir:

No. LICITACION: LA-019GYR004-N58-2012 PROPUESTA TECNICA CANTIDAD: 1 PARTIDA: 7 PROVEEDOR: CLAVE: 531.222.0014.03.01 FABRICANTE: MARCA Y PAIS DE PROCEDENCIA: NOMBRE GENERICO MODELO: UNIDAD DECOMPRESAS CALIENTES. CATALOGO: FECHA DE PRES. DE PROPUESTA: HOJA 1 DE DESCRIPCION **TECNICA** DEL 1. Definicion: **PROVEEDOR** 1.1 Equipo para calentar compresas en el tratamiento de

- aplicacion tópica de calor.
- 2. Descripcion:
- 2.1 Gabinete para compresas.
- 2.1.1 De acero inoxidable.
- 2.1.2 Capacidad para calentar 18 o mas compresas tamaño estandar.
- 2.2 Control automatico de temperatura.
- 2.3 Valvula de drenaje.
- 2.4 asilamiento termico.
- 3. Accesorios:
- 3.1 No requiere.
- 4. Consumibles:
- 4.1 18 o mas Compresas tamaño estándar. (28 x 37 cm)
- 4.2 Cubre compresas.
- 5. Instalacion...
- 5.1 Corriente alterna de 120v/60hz
- Matenimiento.
- 6.1 Programa calendarizado o calendario de servicios, que incluya la descripcion de las acciones a efectuar.
- 7. Normas y Estandares (documentos vigentes)
- 7.1 Registro sanitario.
- 7.2 certificado de calidad ISO-9001-2000 o certificado de calidad ISO-13485 o TÜV o certificado de calidad ISO 9001-2008.
- 7.3 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la autoridad sanitaria del pasi de origen.

(EL LICITANTE DEBERA DESCRIBIR LAS ESPECIFICACIONES COMPLETAS DEL BIEN OFERTADO).





ACTA DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA NACIONAL NO. LA-019GYR004-N58-2012

OBJETO DE LA LICITACIÓN: contratación para la adquisición de: Mobiliario y Equipo Médico para el régimen Ordinario, Ejercicio 2012

Dice:

No. LICITACION: LA-019GYR004-N58-2012 PROPUESTA TECNICA CANTIDAD: 1 PARTIDA: 8 PROVEEDOR: CLAVE: 531.222.0014.03.01 FABRICANTE: MARCA Y PAIS DE PROCEDENCIA: NOMBRE GENERICO MODELO: UNIDAD DE COMPRESAS FRIAS. CATALOGO: FECHA DE PRES. DE PROPUESTA: HOJA 1 DE DESCRIPCION **TECNICA** DEL **PROVEEDOR**

DESCRIPCIÓN:

gabinete para compresas de acero inoxidable capacidad para enfriar de 6 a 12 compresas tamaño estándar equipado con válvula de drenaje para facilitar la limpieza de la cámara con aislamiento térmico, control automático de temperatura

REFACCIONES

Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo

ACCESORIOS

De acuerdo a marca y modelo: Regulador de voltaje

CONSUMIBLES:

12 compresas estándar de 28 x 37 cm.

INSTALACIÓN.

Corriente alterna de 120 V/60Hz.

OPERACIÓN.

Por personal especializado.

MANTENIMIENTO

Preventivo.

14

Correctivo por personal calificado

(EL LICITANTE DEBERA DESCRIBIR LAS ESPECIFICACIONES COMPLETAS DEL BIEN OFERTADO).









ACTA DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA NACIONAL NO. LA-019GYR004-N58-2012

OBJETO DE LA LICITACIÓN: contratación para la adquisición de: Mobiliario y Equipo Médico para el régimen Ordinario, Ejercicio 2012

Debe decir:

4.2 Cubre compresas.5. Instalacion..

7.1 Registro sanitario.

6. Matenimiento.

9001-2008.

5.1 Corriente alterna de 120v/60hz

autoridad sanitaria del pasi de origen.

6.1 Programa calendarizado o calendario de servicios, que incluya la descripcion de las acciones a efectuar.7. Normas y Estandares (documentos vigentes)

7.2 certificado de calidad ISO-9001-2000 o certificado de calidad ISO-13485 o TÜV o certificado de calidad ISO

7.3 Certificado FDA o CE o su equivalente emitido por la

No. LICITACION: LA-019GYR004-N58-2012 PROPUESTA TECNICA CANTIDAD: 1 PARTIDA: 8 PROVEEDOR: CLAVE: 531.222.0014.03.01 FABRICANTE: MARCA Y PAIS DE PROCEDENCIA: NOMBRE GENERICO MODELO: UNIDAD DE COMPRESAS FRIAS. CATALOGO: FECHA DE PRES. DE PROPUESTA: HOJA 1 DE DESCRIPCION **TECNICA** DEL 1. Definicion: 1.1 Equipo para enfriar compresas en el tratamiento de **PROVEEDOR** aplicacion tópica de frio. 2. Descripcion: 2.1 Gabinete para compresas. (EL LICITANTE DEBERA DESCRIBIR 2.1.1 De acero inoxidable. 2.1.2 Capacidad para enfriar 18 o mas compresas LAS ESPECIFICACIONES COMPLETAS tamaño estandar. DEL BIEN OFERTADO). 2.2 Control automatico de temperatura. 2.3 Valvula de drenaje. 2.4 asilamiento termico. 3. Accesorios: 3.1 No requiere. 4. Consumibles: 4.1 18 o mas Compresas tamaño estándar.

John J






ACTA DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA NACIONAL NO. LA-019GYR004-N58-2012

OBJETO DE LA LICITACIÓN: contratación para la adquisición de: Mobiliario y Equipo Médico para el régimen Ordinario, Ejercicio 2012

Se adjunta copia de la pantalla de CompraNet constatándose que se no recibieron preguntas por parte de los licitantes por este medio.



Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por los interesados, así como la respuesta otorgada por la Convocante, como se indica a continuación:

PREGUNTAS EFECTUADAS POR

LICITANTE: KATRA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.

PREGUNTA 1

PREGUNTA 1. EN RELACION A LAS CLAVES 519.104.0517.00.01 BANCA EN TANDEM PARA 3 LUGARES (DE ALUMINIO Y ACERO) Y 519.104.0524.00.01 BANCA EN TANDEM PARA 4 LUGARES (DE ALUMINIO Y ACERO), ENTENDEMOS QUE PARA GARANTIZAR QUE SE CUMPLAN LOS REQUISITOS DEL PUNTO 2.1 CALIDAD Y LAS CARACTERISTICAS PUBLICADAS EN EL ANEXO NUMERO (UNO) DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION, SE DEBERA DE PRESENTAR LA NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008, Y EL INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA APLICABLE A ESAS CLAVES QUE

RESPUESTA 1

EL LICITANTE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 2.1 DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DEBERÁ PRESENTAR CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO QUE ASPEDITE EL CUMPLIMIENTO DE:

NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-2008



16



ACTA DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA NACIONAL NO. LA-019GYR004-N58-2012

OBJETO DE LA LICITACIÓN: contratación para la adquisición de: Mobiliario y Equipo Médico para el régimen Ordinario, Ejercicio 2012

ES LA NMX-E-021-CNCP-2006 EN DONDE SE CONSTATE QUE:

- LA LAMINA EMPLEADA EN LA FABRICACION DEL ASIENTO Y RESPALDO SEA EN CALIBREB 12 COMO MINIMO, ES DECIR ENTRE 2.7 Y 3.1 MM DE ESPESOR.
- QUE EL ASIENTO Y RESPALDO CUENTE CON BOLEADO EN LA PARTE SUPERIOR DEL RESPALDO ASI COMO EN EL ASIENTO (ZONA ENTRE PIERNAS).
- QUE EL ASIENTO Y RESPALDO ESTEN PROVISTOS CON PERFORACIONES DE 5 A 7 MM DE DIAMETRO SIN CANTOS SIN FILOS CORTANTES NI ELEMENTOS DE PUNTA.
- QUE LOS REFUERZOS O CONTORNOS DEL ASIENTO Y RESPALDO SEAN DE ENTRE 27 A 37 MM DE ANCHO.
- QUE LOS SOPORTES (PATAS) SEAN ENSAMBLADOS AL SOPORTE HORIZONTAL (VIGA) MEDIANTE TORNILLERIA DE ACERO INOXIDABLE OCULTA O SEMIOCULTA.
- QUE EL DISEÑO DE LAS BASES (PATAS) Y PORTABRAZOS SEAN DE FABRICACION SOLIDA Y MACIZA SIN CAVIDADES, HUECOS O FORMAS A BAJO RELIEVE Y QUE SEAN CON ACABADO PULIDO AL ALTO BRILLO.
- QUE LOS DESCANSABRAZOS SEAN DE ENTRE 35 MM A 42 MM DE ANCHO Y DE UNA SOLA PIEZA.
- QUE CUENTE CON REGATONES NIVELADORES DE ALTURA (AJUSTE DE NIVELACION) VARIABLE ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?

- INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-E-021-CNCP-2006
- NMX-CC-9001-IMNC-2008
- **CERTIFICADOS ISO**
- CERTIFICADO BIFMA

PREGUNTA 2

PUNTO 2.1 CALIDAD, QUE NORMA DE CALIDAD SE DEBERA DE ACREDITAR MEDIANTE CERTIFICADO PARA LAS PARTIDAS DE MOBILIARIO?

RESPUESTA 2

EL LICITANTE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 2.1 DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DEBERÁ PRESENTAR CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE:

- NORMA MEXICANA NMX-CC-9001-IMNC-
- INFORME DE ENSAYO DE LABORATORIO DE ACUERDO A LA NORMA MEXICANA NMX-E-021-CNCP-2006
- NMX-CC-9001-IMNC-2008
- **CERTIFICADOS ISO**

CERTIFICADO BIFMA





ACTA DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA NACIONAL NO. LA-019GYR004-N58-2012

OBJETO DE LA LICITACIÓN: contratación para la adquisición de: Mobiliario y Equipo Médico para el régimen Ordinario, Ejercicio 2012

LICITANTE: PROVEEDORA MEDICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V

PUNTO 6. INCISO I.- Carta emitida por la RESPUESTA 1 Subdelegación del IMSS que le corresponda en la que acredite que no tiene adeudos ante el IMSS por concepto de cuotas obrero patronales, con una vigencia no mayor a 30 días naturales antes de la fecha de apertura de propuestas, en original y copia para su cotejo.

SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER ENTREGAR el oficio de solicitud de no adeudo, ya que este tramite tarda varios días. Así como entregar copia del comprobante de pago de agosto de 2012 de las coutas obrero patronales ante el IMSS. ¿se acepta nuestra solicitud?

Si se acepta

LICITANTE: EQUIPOS BIOMEDICOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.

PREGUNTA 1

PUNTO 6, INCISO H "REGISTRO ELECTRONICO SUA"

Solicitamos a la convocante de la manera más atenta, nos indique a que documento se refieren en este punto de la s bases, favor de aclarar?

RESPUESTA 1

Se refiere al registro que emite el sistema único de autodeterminación en el que los patrones realizan el pago de cuotas obrero-patronales ante el IMSS, el cual podrá presentarlo de manera impresa, para el cumplimiento de este numeral.

De conformidad con el artículo 33 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la Convocatoria.

Para efectos de la notificación y en términos de los artículos 37 Bis de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de esta Acta en la coordinación de abastecimiento y equipamiento, ubicada en libramiento sur, Km. 4.0 parque industrial los mangos, C.P. 30796, en donde se fijará copia de la carátula del Acta o un ejemplar o el aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en la dirección electrónica: www.compranet.gob.mx y www.imss.gob.mx

Finalmente, se recuerda que el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el día 01 de Octubre del 2012 a las 11:00 Hrs., en la Coordinación/de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en libramiento sur, Km. 4.0 parque industrial los mangos, C.P. 30796, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, por lo que después de esa hora no se permitirá el acceso a ningún licitante ni observador social, de conformidad con el artículo 47 del Reglamento de la Ley.



ACTA DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA NACIONAL NO. LA-019GYR004-N58-2012

OBJETO DE LA LICITACIÓN: contratación para la adquisición de: Mobiliario y Equipo Médico para el régimen Ordinario, Ejercicio 2012

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminada esta primera y última junta, siendo las 12:00 horas, del 25 de Septiembre del 2012.

Esta Acta consta de 19 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

Por el Instituto Mexicano del Seguro Social

C.P Arturo Galaviz Alvarez

Coordinador de Abastecimiento y Equipamiento Delegacional Lic. Daniel Alvarez Barrios

Jefe del Departamento de de Adquisiciones y Contratación de Servicios

Ing. Guillermo A. Avendaño Arzate

Ingeniero Biomédico Representante de la Jefatura Delegacional de Prestaciones Médicas

Por los Licitantes

C. Laura Enriquez Hernandez

Representante del licitante Comercial HDG-TECH Arg. Florentino Buenaventura Palacios

Representante del licitante Construye a tiempo S.A. de C.V.

S.A. ue C.V.

Por el Órgano Interno de Control No se Presento.