INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)

LICITACION		CANTIDAD		LICITANTE	
		F. ACTUALIZACION:	29/04/08		
PARTIDA		H. ACTUALIZACION	12:49:12:00	MARCA	
CLAVE SAI	**531.803.0029.02.01**	F. IMPRESION	26/11/2010	MODELO	
CLAVE PREI	**000000000012117**	HORA:	12:49:12		
NOMBRE GENERICO				CATALOGO	
S A B A N A T E R M I C A C O N A I R E C A L I E N T E				HOJA 1 DE 2	

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE
1. Definición 1.1 Equipo electroneumático, rodante para proporcionar el calentamiento conductivo de manera constante y controlada de aire en una sábana, que permite regular la temperatura corporal del paciente pediátrico o adulto por método no invasivo. 2. Descripción 2.1 Unidad termorreguladora con control electrónico. 2.1.1 Gabinete fabricado de material resistente, libre de corrosión. 2.1.2 Panel de control para: 2.1.2.1 Encendido/apagado 2.1.2.2 Selección de la temperatura del aire: 2.1.2.2.1 Baja 32°C +/- 3°C. 2.1.2.2.2 Media de 37°C +/- 3°C. 2.1.2.2.3 Alta de 43°C +/- 3°C. 2.1.3 Con indicador de la temperatura seleccionada. 2.1.4 Alarmas audibles y/o visibles para sobretemperatura. 2.1.5 Sistema neumático: 2.1.5.1 Con motor y ventilador silenciosos de 60 Db o menor. 2.1.5.2 Eficiencia de trabajo de 700 litros por minuto. 2.1.6 Manguera o tubo flexible. 2.1.6.1 Lavable. 2.1.6.2 Para conexión del equipo con la sábana. 2.1.6.3 De 1.5 metros de largo, como mínimo. 2.1.7 Base rodable, con freno en al menos dos ruedas. 2.1.8 Termostato con protección de sobretemperatura. 2.1.9 Potencia máxima de calentamiento no menor a 800 watts. 2.1.10 Contador de horas de servicio. 3. Consumibles 3.1 Sábana termoneumática para cuerpo entero, desechable con las siguientes características y dimensiones: 3.1.1 De material antialergénico. 3.1.2 Antiestático. 3.1.3 De combustión lenta. 3.1.4 Repelente 3.1.5 Filtro de aire para partículas mayores a 0.2 micrometros. 3.1.6 Tamaño adulto (30 piezas): 3.1.6.1 Largo de 175 cm o mayor, ancho de 85 cm o mayor (para cuerpo entero). 3.1.7 Tamaño pediátrico (30 piezas): 3.1.7.1 largo de 140 cm ó mayor, ancho de 75 cm o mayor (para cuerpo entero). 4. Instalación 4.1 Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. 5. Mantenimiento 5.1 Programa calendarizado o calendario de servicios, que incluya la descripción de las acciones a efectuar.	

CFM/V/RD/MRCV

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
AUTORIZADO
POR EL LICITANTE

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)

531.803.0029.02.01
000000000012117
S A B A N A T E R M I C A C O N A I R E C A L I E N T E

F. ACTUALIZACION: 00/00/00

F. IMPRESION: 26/11/2010

6. Normas y Estándares.
   6.1 Registro Sanitario.
   6.2 Certificado de calidad ISO 9001-2000 ó ISO-9000-2008 ó ISO-9001-2008 ó ISO-13485 ó TUV.
   6.3 FDA ó CE ó su equivalente emitido por la autoridad sanitaria del país de origen.

Dr. Alejandro Morales Rojas
Coordinador de Planeación de Infraestructura Médica

CFMV/RPI/MRCV

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
AUTORIZADO
POR EL LICITANTE