INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTÍCULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)

LICITACIÓN:	**CANTIDAD:**
PARTIDA:	
CLAVE SAI: 533.159.0132.01.01	
CLAVE PREI: 000000000012229	
NOMBRE GENERICO **CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL.**	
GRUPO DE LICITACIÓN: LABORATORIO	
EMPRESA:	
MARCA:	
MODELO:	
LUGAR DE ORIGEN DEL BIEN OFERTADO:	
ESPECIFICACIONES	**CRITERIO DE EVALUACIÓN**
1. Definición	
1.1 Equipo para manipular muestras biológicas bajo una atmósfera microbiológicamente controlada.	
2. Descripción	
2.1 Gabinete de seguridad biológica	1
2.1.1 Controlado por microprocesador	1
2.2 Con ventana frontal deslizable y	1
2.3 Alarma que indica el nivel de apertura de la ventana.	1
2.4 Flujo de aire vertical y recirculación de aire filtrado.	1
2.5 De acero inoxidable.	1
2.6 Con filtros absolutos de eficiencia del 99.99% (HEPA) y retención de partículas de 0.3 micras.	1
2.7 Con rejillas de protección para filtro absoluto.	1
2.8 Con llave para toma de oxígeno.	1
2.9 Con medidas aproximadas de:	
2.8.1 140 cm de ancho +/- 10%	1
2.8.2 200 cm de altura +/- 10%	1
2.8.3 90 cm de fondo +/- 10%	1
2.10 Con luz fluorescente en la zona de trabajo.	1
2.11 Con base integrada al cuerpo del equipo.	1
2.12 Control de encendido y de luces.	1
2.13 Motor de 1/2 HP	1
3. Accesorios	
3.1 No requiere.	
4. Consumibles	
4.1 Filtros absolutos con eficiencia del 99.99%. (2 piezas)	1,2
5. Instalación	
5.1Corriente eléctrica 120V/60 Hz.	1

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS

CEDULA DE DESCRIPCION DE ARTÍCULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)

LICITACIÓN:	**CANTIDAD:**
PARTIDA:	
CLAVE SAI: 533.159.0132.01.01	
CLAVE PREI: 000000000012229	
NOMBRE GENERICO **CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL.**	
6. Mantenimiento	
6.1 Programa calendarizado ó calendario de servicios, que incluya la descripción de las acciones a efectuar	1
7 **Normas y estándares. (Documentos vigentes)**	
7.1 Registro Sanitario.	1
7.2 Certificado de calidad ISO 9001-2000 o ISO 9001-2008 ó Certificado de calidad ISO 13485 o TÜV.	1
7.3 Certificado FDA. o CE o su equivalente emitido por la autoridad sanitaria del país de origen.	1

SUPERIORES (PLUS)	PUNTUACIÓN	CRITERIO DE EVALUACIÓN
1.- Con luz ultravioleta	1.00	3
2.- Con contactos dobles para toma de corriente eléctrica.	1.00	3
TOTAL PUNTOS	2.00	

Dr Alejandro Morales Rojas
Coordinador De Planeación de Infraestructura Médica

CFMV/RPI/ENA