DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)

LICITACION		CANTIDAD	4	PROVEEDOR	
		F. ACTUALIZACION:	22/05/2012		
PARTIDA	1	H. ACTUALIZACION	20:05:46	MARCA	
CLAVE SAI	513.130.0054.01.01	F. IMPRESION	22/05/2012	MODELO	
CLAVE PREI	16658	HORA:			
NOMBRE GENERICO				CATALOGO	
BASCULA CON ESTADIMETRO				HOJA 1 DE 3	

ESPECIFICACIONES

1.- ESTADÍMETRO FORMADO POR DOS SECCIONES ENSAMBLADAS EN FORMA TELESCÓPICA CON UN SISTEMA QUE GARANTICE SU FIJACIÓN A DIFERENTES ALTURAS Y SU FÁCIL DESLIZAMIENTO, LA SECCIÓN EXTERIOR FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO C.R. CALIBRE NO 20 Y LA INTERIOR EN LÁMINA DE ACERO C. R. CALIBRE 16, AMBAS SECCIONES GRADUADAS EN CENTÍMETROS HASTA UNA ALTURA DE 1.92 M CON ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS, CON LA NUMERACIÓN DE LA ESCALA MÉTRICA GRABADA EN LA LÁMINA Y CON RETOQUE EN PINTURA COLOR NEGRO MATE, EL ESTADÍMETRO DEBERÁ IR SUJETO AL CUERPO DE LA BÁSCULA CON UN SISTEMA QUE GARANTICE UNA PERFECTA FIJACIÓN.

2.- BARRA REGLETA FABRICADA EN ZAMAK DE 6.3 MM (1/4") DE ESPESOR, FUNDIDA POR INYECCIÓN EN UNA SOLA PIEZA, LA PARTE SUPERIOR CON ESCALA DE DIVISIONES DE 100 GRAMOS Y NUMERACIÓN CON CAPACIDAD DE 20 KG, Y LA PARTE INFERIOR CON ESCALA DE DIVISIONES DE 20 KGS Y NUMERACIÓN CON CAPACIDAD DE 120 KGS. LA CAPACIDAD DE AMBAS ESCALESRAS EN COMBINACIÓN DEBERÁ SER DE 140 KGS. EL DISEÑO DE LA BARRA-REGLETA DEBERÁ INCLUIR UN ÍNDICE DE EQUILIBRIO, LOS PILONES CURSORES PARA SEÑALAMIENTO DE LA MEDICIÓN EN GRAMOS Y KGS RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO UN REGULADOR DE EQUILIBRIO. LA BARRA-REGLERA DEBERÁ IR CON ACABADO PULIDO MATE, CON LAS DIVISIONES Y NUMERACIÓN GRABADOS EN BAJO O ALTO RELIEVE Y RETOCADOS EN PINTURA COLOR NEGRO MATE O CON LA PROPIA FUNDICIÓN POR INYECCIÓN. DEBERÁ TENER EN FORMA VBISIBLE Y PERMANENTE (GRABADO) EL NOM-10, LA MARCA DEL FABRICANTE Y LA AUTORIZACIÓN DEL MODELO DE ACUERDO A LA NORMA NOM-CH-44-1983.

3.- BARRA DE ZAMAK ACABADO SATINADO GRADUADA DE 20 EN 20 HASTA 120 KG , AMBAS BARRAS DEBERÁN SER DE UNA SOLA PIEZA.

4.- BASE DE LÁMINA DE ACERO CAL. NO. 16 ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS, EN LA PARTE INFERIOR DEBE LLEVAR UNA CUBIERTA REMOVIBLE QUE PROTEJA EL MECANISMO DE PESAJE, CON PUNTOS DE APOYO DE HULE NATURAL MACIZO.

5.- COLUMNA DE LÁMINA DE ACERO CAL, NO. 20 MÍNIMO, COJN UN DIÁMETRO DE 63.5 CM (2.5"), ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS

6.- CUERPO DE LÁMINA DE ACERO CAL 20 MÍNIMO, ACABADO EN PINTURA DE COLOR GRIS.
7.- EL RANGO DE GRADUACIÓN DE LAS DOS BARRAS EN COMBINACIÓN DEBE SER DE 0 A 140 KG

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROVEEDOR

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE AUTORIZADO POR EL PROVEEDOR

DRA. BLANCA PULIDO MEDRANO
COORD. DELEG. DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD
MATRICULA 5464129

DOCTOR VICTOR GEORGE FLORES
JEFE DELEGACIONAL DE PRESTACIONES MÉDICAS

8.- PLATAFORMA DE LÁMINA DE ACERO EN SU CUBIERTA CAL. NO. 20 Y REFORZADO CON CAL. NO. 16 MÍNIMO, ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS, CON TAPETE DE VINIL CON BASE TEXTIL DE 1 MM DE ESPESOR, COLOR CAFÉ. EL MECANISMO INTERIOR DE PESAJE DEBE ESTAR DISEÑADO DE TAL FORMA QUE CON LOS MOVIMIENTOS DE LA BÁSCULA NO SUFRA DESAJUSTE.
NOTAS:

LA DUREZA DEL ACABADO DE LAS CUCHILLAS Y COJINETES DEBE SER DE 45 A 50 RC, CON ACERO TIPO AISI-1018, CON TRATAMIENTO TÉRMICO CEMENTADO, CON UNA CAPA DE 5 A 8 MILÉSIMAS DE ESPESOR O CON ACERO TIPO AISI-1035 A 1045, CON TRATAMIENTO DE TEMPLADO AL ACEITE.

LOS PILONES CURSORES DEBERÁN SER FABRICADOS EN ZAMAK CON DISEÑO DE DOS PIEZAS, LAS QUE SE ENSAMBLARÁN A BASE DE TORNILLOS DE SUJECIÓN (PARA COLOCARSE EN LA BARRA REGLETA), EL DISEÑO INCLUIRÁ UNA RANURA CON AJUSTE DE PRECISIÓN QUE PERMITA EL DESLIZAMIENTO SIN DIFICULTAD A LO LARGO DELA REGLETA GRADUYADA, EL ACABADO DEBERÁ SER MAQUINADO SIN POROS NI DEFECTOS DE FUNDICIÓN EN PINTURA COLOR GRIS.

EL REGULADOR DE EQUILIBRIO DEBERÁ SER FABRICADO EN ZAMAK O FIERRO COLADO, CON DISEÑO PARA COLOCAR EN FORMA HORIZONTAL UN TORNILLO DE ROSCA FINA PARA REALIZAR EL AJUSTE, EL ACABDO DEBERÁ SER EN FORMA EQUIVALENTE A LOS PILONES CURSORES.

TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES + - 1.0 CM

CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACIÓN DEL MOBILIARIO:

LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERÁN SER MAQUINADOS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE, A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO (CON ELECTRODO DE VARILLA O MICROALAMBRE) EN CORDONES COMPLETOS, UNIFORMES, DEVASTADOS Y PULIDOS PARA UN BUEN ACABADO. EN EL CASO DE SOLDADURA A BASE DE PUNTO ÉSTA DEBERÁ SER RESISTENTE Y PULIDA EN GENERAL (AL APLICAR ESTE TIPO DE SOLDADURA EN SUPERFICIES PLANAS, LOS PUNTOS DEBERÁN ESTAR A 5 CM ENTRE PUNTO Y PUNTO MCOMO MÁXIMO).

LOS DOBLECES DEBERÁN IR BIEN ALINEADOS Y SIN DEFORMACIONES SEGÚN LOS RADIOS O ÁNGULO DEL DOBLEZ.

EL ACERO INOXIDABLE DEBERÁ SER TIPO AISI-304 (SALVO CASOS ESPECÍALES SE IDENTIFICARÁ OTRO TIPO).

LA PINTURA DEBERÁ SER MICROPULVERIZADA EPÓXICA HORNEADA EN UN RANGO DE 200OC A 230OC, DEBERÁ GARANTIZAR RESISTENCIA A LA ADHERENCIA, AL IMPACTO, AL RAYADO DE LÁPIZ 5H COMO MÍNIMO Y RESISTENCIA EN CÁMARA SALINA DE HASTA 216 HORAS, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS-JCC 51 MAYO DE 1986.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
AUTORIZADO
POR EL PROVEEDOR

DRA. BLANCA PULIDO MEDRANO
COORD. DELEG. DE PREVENCIÓN
Y ATENCIÓN A LA SALUD
MATRICULA 5464129

DOCTOR VICTOR GEORGE FLORES
JEFE DELEGACIONAL DE PRESTACIONES MÉDICAS

IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS

EL ACERO DEBERÁ SER ROLADO EN FRÍO (CR) TODAS LAS PARTES INTERNAS DEL MECANISMO DE PESAJE DEBERÁN SER TRATADOS CON UN BAÑO ELECTROLÍTICO ZINCADO O EQUIVALENTE.	

DOCTOR VICTOR GEORGE FLORES
JEFE DELEGACIONAL DE PRESTACIONES MÉDICAS

IMSS
DRA. BLANCA PULIDO MEDRANO
COORD. DELEG. DE PREVENCIÓN
Y ATENCIÓN A LA SALUD
MATRICULA 5464129

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
AUTORIZADO
POR EL PROVEEDOR

DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)

LICITACION		CANTIDAD	3	PROVEEDOR	
		F. ACTUALIZACION:	22/05/2012		
PARTIDA	2	H. ACTUALIZACION	20:05:05	MARCA	
CLAVE SAI	513.130.0302.01.01	F. IMPRESION	22/05/2012	MODELO	
CLAVE PREI	16659	HORA:			
NOMBRE GENERICO				CATALOGO	
BASCULA PESA BEBE				HOJA 1 DE 3	

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROVEEDOR
DEFINICIÓN: BASCULA PESA BEBE. FABRICADA A BASE DE: 1. BARRA DE ACERO 1018 PULIDO ACABADO CROMADO DE 6.35 MM (1/4) DE DIAMETRO PARA DESLIZAMIENTO DEL PILON PARA LA MEDICION EN GRAMOS, FIJADO EN LOS EXTREMOS AL CUERPO DE LA BASCULA. 2. BARRA REDONDA DE ACERO 1018 PULIDO, ACABADO CROMADO DE 4.85 MM (3/16) DE DIAMETRO PARA EL DESLIZAMIENTO DEL DESTARADOR FIJADO EN LOS EXTREMOS AL CUERPO DE LA BASCULA. 3. BARRA REDONDA DE ACERO 1018 PULIDO ACABADO CROMADO DE 7.85 MM (5/16) DE DIAMETRO PARA EL DESLIZAMIENTO DEL PILON PRINCIPAL DE MEDICION EN KILOGRAMOS, LA BARRA DEBERA INCLUIR MUESCAS DIVISORAS (PARA FIJACION DEL PILON) DE KILO EN KILO HASTA 16 KG. LA BARRA SE FIJARA EN UNO DE SUS EXTREMOS AL CUERPO DE LA BASCULA Y EL OTRO EXTREMO SERA MOVIL (INDICE DE EQUILIBRIO) CON ACABADO CROMADO. 4. REGLETA BASE DE ACERO INOXIDABLE AISI 304, ACABADO PULIDO EN CALIBRE NUMERO 20 MINIMO CON ESCALA DE ACETATO, CON RANGO DE GRADUACION DE 0 A 16 KG CON DIVISION MINIMA 5 GRS. EN LA PARTE SUPERIOR Y DIVISIONES DE UNO EN UNO KGS. EN LA PARTE INFERIOR, LA ESCALA GRADUADA DEBERA SER PIROGRABADA EN LA ESCALA DE ACETATO. 5. CHAROLA DESMONTABLE DE LAMINA DE ACERO AISI-1010 CALIBRE NUMERO 18, CON ARISTAS BOLEADAS EN TODO SU DESARROLLO CON RECUBRIMIENTO DE PINTURA COLOR GRIS,* DEBERA INCLUIR ESCALA METRICA GRADUADA DE 0 A 50 CM. CONSTRUIDA EN BASE DE ACETATO PIROGRABADO, CON GARANTIA QUE LOS NUMEROS NO SE DETERIOREN Y ASI MISMO SE GARANTICE SU ADHERENCIA A LA CHAROLA Y LA CHAROLA DEBERA INCLUIR UN SISTEMA DE FIJACION A LA PLATAFORMA MOVIL QUE GARANTICE BUENA ESTABILIDAD Y RESISTENCIA. 6. GASA INDICADORA DE EQUILIBRIO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NUMERO 12 ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS,* DEBERA INCLUIR SEGURO PARA LA BARRA DE DESLIZAMIENTO DEL PILON PRINCIPAL (CUANDO NO ESTE EN USO Y PARA SU TRANSPORTACION), DE ACERO ACABADO CROMADO. 7. BASE DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NUMERO 14 ACABADO	

DOCTOR VICTOR SEORGE FLORES
JEFE DELEGACIONAL DE PRESTACIONES MÉDICAS

DRA. BLANCA PULIDO MEDRANO
COORD. DELEG. DE PREVENCIÓN
Y ATENCIÓN A LA SALUD
MATRICULA 5464129

IMSS

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
AUTORIZADO POR EL PROVEEDOR

EN PINTURA COLOR GRIS*. DEBERA INCLUIR 4 REGATONES (FIJOS A BASE DE TORNILLOS) DE HULE NATURAL MACIZO COLOR NEGRO.

8. PLATAFORMA MOVIL DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NUMERO 14 ACABADO EN PINTURA COLOR GRIS,* CON 4 POSTES (SOPORTES PARA LA FIJACION DE LA CHAROLA.).
9. PILONES CURSORES (2) CONSTRUIDOS DE FIERRO FUNDIDO MAQUINADO, LIBRE DE POROS Y DEFECTOS DE FUNDICION, ACABADO EN PINTURA COLOR NEGRO CON ORIFICIO CENTRAL, PARA EL DESLIZAMIENTO, CON INDICADOR PARA LA NUMERACION CON DISEÑO ESPECIAL QUE PERMITA EL DESLIZAMIENTO, Y AL MISMO TIEMPO EVITEN QUE GIREN.
10. REGULADOR DE EQUILIBRIO DE ACERO CON MAQUINADO MOLETEADO RECTO, CON RECUBRIMIENTO DE CROMO.
11. PILON DESTARADOR DE ACERO 1018, PULIDO Y CROMADO CON ORIFICIO PARA EL DESLIZAMIENTO SOBRE LA BARRA REDONDA Y SISTEMA DE FIJACION A BASE DE UN MUELLE.
12. SOPORTE PARA EL REGULADOR DE EQUILIBRIO DE PLACA DE ACERO CON ACABADO EN PINTURA COLOR NEGRO, FIJADA AL CUERPO DE LA PLATAFORMA, DEBERA INCLUIR UN ELEMENTO DE CARGA (CUCHILLA DE CARGA).

NOTAS: TODAS LAS PARTES DEL MECANISMO DE PESAJE DEBERAN SER TRATADAS CON UN BAÑO ELECTROLITICO ZINCADO O SU EQUIVALENTE, EL MECANISMO DE PESAJE DEBERA SER A BASE DE CUCHILLAS Y COJINETES DE ACERO 1010 O 1018, CON TRATAMIENTO TERMICO CEMENTADO CON UNA PROFUNDIDAD DE 0.25 A 0.5 MM PARA DAR UNA DUREZA DE 45 A 50 RC. TOLERANCIA EN LA DIMENSIONES GENERALES +/- 1 CM.

APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS NORMAS DE CALIDAD DE MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO 1986: 03.01.01 - 03.01.02A - 03.01.02B - 03.01.03 - 03.01.06 - 04.01A - 04.01B - 04.02 - 04.03 - 05.01.01 - 05.01.02 - 05.01.05 - 05.02.02 - 05.02.03 - 05.02.04 - 05.04.07 - 05.04.08 - 05.04.09 - 05.04.10 - 06A - 06B - 06C - 07.04 - 08. * COLOR SEGUN MUESTRA IMSS. CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACION DEL MOBILIARIO: LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERAN SER MAQUINADOS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE, A BASE DE SOLDADURA CON LA MISMA RESISTENCIA MECANICA DEL MATERIAL BASE COMO MINIMO CON SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO (CON ELECTRODO DE VARILLA O MICROALAMBRE) EN CORDONES COMPLETOS, UNIFORMES, DEVASTADOS Y PULIDOS PARA UN BUEN ACABADO. EN EL CASO DE SOLDADURA A BASE DE PUNTO ESTA DEBERA SER RESISTENTE Y PULIDA EN GENERAL (AL APLICAR ESTE TIPO DE SOLDADURA EN SUPERFICIES PLANAS, LOS PUNTOS DEBERAN ESTAR A 5 CM ENTRE PUNTO Y PUNTO COMO MAXIMO). LOS DOBLECES DEBERAN IR BIEN ALINEADOS Y SIN DEFORMACIONES SEGUN LOS RADIOS O ANGULO DEL DOBLEZ. EL RECUBRIMIENTO DE CROMO DEBERA LLEVAR DOBLE CAPA DE NIQUEL, UNA SEMIBRILLANTE Y OTRA BRILLANTE, CON ESPESOR PROMEDIO DE 15 MICRAS COMO MINIMO Y CROMO HEXAVALENTE DE 0.25 MICRAS DE ESPESOR, CON RESISTENCIA EN CAMARA SALINA DE HASTA 240 HRS. DEBE SER BRILLANTE, UNIFORME, SIN DEPOSITOS ESTRIADOS, MATES, MANCHAS, QUEMADURAS O SUPERFICIES NO RECUBIERTAS. LA PINTURA DEBERA SER MICROPULVERIZADA EPOXICA HORNEADA EN UN RANGO DE 200

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
AUTORIZADO
POR EL PROVEEDOR

DRA. BLANCA PULIDO MEDRANO
COORD. DELEG. DE PREVENCIÓN
Y ATENCIÓN A LA SALUD
MATRICULA 5464129

DOCTOR VICTOR GEORGE FLORES
JEFE DELEGACIONAL DE PRESTACIONES MÉDICAS

IMSS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS

GRADOS CENTIGRADOS A 230 GRADOS CENTIGRADOS, DEBERA GARANTIZAR RESISTENCIA A LA ADHERENCIA, AL IMPACTO Y AL RAYADO DE LAPIZ 5H COMO MINIMO Y RESISTENCIA EN CAMARA SALINA DE HASTA 216 HRS. SEGUN LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS-JCC- 51 MAYO 1986.	

DOCTOR VICTOR GEORGE FLORES
JEFE DELEGACIONAL DE PRESTACIONES MEDICAS

IMSS
DRA. BLANCA PULIDO MEDRANO
COORD. DELEG. DE PREVENCIÓN
Y ATENCIÓN A LA SALUD
MATRICULA 5464129

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
AUTORIZADO
POR EL PROVEEDOR

DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)

LICITACION		CANTIDAD	1	PROVEEDOR	
		F. ACTUALIZACION:	22/05/2012		
PARTIDA	3	H. ACTUALIZACION	20:05:22	MARCA	
CLAVE SAI	513.500.0064.01.01	F. IMPRESION	22/05/2012	MODELO	
CLAVE PREI	16697	HORA:			
NOMBRE GENERICO				CATALOGO	
INFANTOMETRO				HOJA 1 DE 3	

ESPECIFICACIONES

DEFINICIÓN: INFANTOMETRO PORTATIL DE EXTENSION TELESCOPICA

FABRICADO A BASE DE:

EL INFANTOMETRO DEBERA SER CONSTRUIDO CON DISEÑO TELESCOPICO A BASE DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: UN PERFIL EXTRUIDO DE 4.5 CM. X 2.0 CM. DE 63 CM DE LONGITUD CON ESPESOR DE PARED DE1.3 MM COMO MINIMO DE ALUMINIO NO RECICLADO, ALEACION 6063, CON DUREZA T-5, CON ACABADO EN PINTURA COLOR BLANCO, PROVISTO DE TAPA EN UNO DE SUS EXTREMOS CUYO DISEÑO TENGA UNA SECCION QUE SIRVA DE REBORDE PERIMETRAL CUBRIENDO LOS FILOS CORTANTES DEL PERFIL Y UNA SECCION QUE PENETRE EN EL INTERIOR DEL PERFIL DE 9 A 10 MM. PARA INSERTARSE A PRESION Y CON ADHESIVO POLIMERO-METAL QUE EVITE SU DESPRENDIMIENTO CON EL USO. ESTA TAPA DEBERA SER DE POLIETILENO, COLOR BLANCO O AZUL. EL OTRO ELEMENTO DEL SISTEMA TELESCOPICO DEBERA SER UN PERFIL EXTRUIDO RECTANGULAR CON DISEÑO EN FORMA DE CANAL DE 4.1 CM. X 1.6 CM., DE 67 CM. DE LONGITUD CON UNA NERVADORA CENTRAL DE 1.2 CM. DE ALTO A TODA LA LONGITUD DE LA CANAL; EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CANAL DEBERA LLEVAR REBORDES EN AMBOS LADOS DE 2 MM. MINIMO EN TODA LA LONGITUD, LA CANAL EN UNO DE SUS EXTREMOS DEBERA INCLUIR UNA SECCION DEL MISMO PERFIL RECTANGULAR EL CUAL LLEVARA UNA TAPA IGUAL A LA DEL PERFIL RECTANGULAR. EN EL PERFIL RECTANGULAR SE DESLIZARA EL PERFIL EN FORMA DE CANAL, Y DEBERA DESPLAZARSE AXIALMENTE DENTRO DEL MISMO, PARA CONSTITUIR UNA ESTRUCTURA TELESCOPICA, ESTE PERFIL DEBERA INCLUIR LA ESCALA DE MEDICION. LOS REBORDES ESPECIFICADOS EN LA CANAL DEBERAN PROTEGER A LA ESCALA DE MEDICION, CUANDO SE REALICE EL DESPLAZAMIENTO AXIAL DE LOS DOS PERFILES DEL SISTEMA TELESCOPICO. LA ESCALA DEBERA COMENZAR EN 40 CM. DEBIDO A QUE LA ESTATURA MINIMA DE UN INFANTE RECIEN NACIDO ES DE 47.7 CM. APROXIMADAMENTE, Y DEBE LLEGAR HASTA 90 CM. CONSIDERANDO QUE LA ESTATURA MAXIMA DE UN INFANTE DE DOS AÑOS DE EDAD ES DE 88.8 CM. APROXIMADAMENTE, LA ESCALA SE DEBERA LEER DE IZQUIERDA A DERECHA, DE ACUERDO AL SISTEMA DECIMAL Y A LA NOM-008-SCFI-1993. LA DIMENSION DE LA ALTURA DE LOS NUMEROS QUE INDIQUEN LOS CENTIMETROS DEBERA SER DE 5 A 6 MM Y LA DE LOS NUMEROS QUE INDIQUEN CADA DECENA DEBERA SER DE 7 A 8 MM. EL COLOR DE LAS DIVISIONES DE MILIMETROS Y CENTIMETROS ASI COMO DE LOS NUMEROS DEBERA SER BLANCO Y EL FONDO AZUL. DEBERA ESTAR

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROVEEDOR

DOCTOR VICTOR GEORGE FLORES
JEFE DELEGACIONAL DE PRESTACIONES MÉDICAS

DRA. BLANCA PULIDO MEDRANO
COORD. DELEG. DE PREVENCIÓN
Y ATENCIÓN A LA SALUD
MATRICULA 5464129

IMSS

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
AUTORIZADO POR EL PROVEEDOR

IMPRESA EN PAPEL COUCHE DE 90 G., AUTOADHERIBLE, CON LAMINADO PLASTICO TRANSPARENTE PARA PROTEGERLA CONTRA LA PENETRACION DE HUMEDAD Y DEBERA ESTAR ADHERIDA A LA SUPERFICIE SUPERIOR DE LA CANAL, GARANTIZANDO QUE NO SE DESPRENDA CON EL USO. EN CADA UNO DE LOS DOS PERFILES DE LA ESTRUCTURA TELESCOPICA DEBERA SER COLOCADO UN REMACHE POP DE 3/16 DE DIAMETRO, DE ALUMINIO, QUE DEBERA SERVIR COMO TOPE AL DESPLAZAMIENTO AXIAL, EVITANDO SU SEPARACION TOTAL. TANTO EL PERFIL RECTANGULAR COMO EL PERFIL EN FORMA DE CANAL DEBERAN LLEVAR EN FORMA ENSAMBLADA UN SOPORTE CON DISEÑO ESPECIAL QUE SERVIRA PARA LA FIJACION DE LAS PALETAS. CADA SOPORTE DEBERA ESTAR FORMADO POR UN CUERPO DE PLASTICO NYLON 3130, CON CARGA DE FIBRA DE VIDRIO, EN COLOR BLANCO, MOLDEADO E INYECTADO A PRESION A UNA TEMPERATURA DE 220 A 245 GRADOS CENTIGRADOS. ESTE SOPORTE DEBERA ENVOLVER TOTALMENTE AL PERFIL Y FIJARSE FIRMEMENTE POR MEDIO DE DOS REMACHES DE ALUMINIO TIPO POP DE 3/16 DE DIAMETRO. EL SOPORTE DEBERA SER DISEÑADO PARA INCLUIR EN UNO DE SUS LADOS UNA SECCION INTEGRAL AL MISMO QUE PERMITA LA COLOCACION DE UN EJE VERTICAL FORMADO POR UN TUBULAR DE ALUMINIO DE 5/16 DE DIAMETRO CON REMACHES TIPO POP EN AMBOS EXTREMOS. SOBRE ESTE EJE DEBERA DESPLEGARSE LA PALETA PARA ABRIRSE A 90 GRADOS O PLEGARSE AL SISTEMA TELESCOPICO.EN EL EXTREMO DE DICHA SECCION INTEGRAL DEL SOPORTE DEBERA INCLUIRSE UN DISPOSITIVO PARA POSICIONAR LA PALETA A 90 GRADOS. ESTARA FORMADO POR UN BIRLO DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, DE 3/8 DE DIAMETRO, CUERDA CON 16 HILOS POR PULGADA Y UNA CONTRATUERCA DEL MISMO MATERIAL, TIPO MARIPOSA. EL BIRLO DEBERA TENER UNA RANURA DE 2 MM, MINIMO DE ESPESOR PARA PODER APRETARSE INCLUSO CON EL CANTO DE UNA MONEDA. ESTO JUNTO CON LA TUERCA TIPO MARIPOSA DEBERA PERMITIR QUE EL INFANTOMETRO SE CALIBRE EN CAMPO SIN NECESIDAD DE UTILIZAR HERRAMIENTAS. EL BIRLO ATRAVESARA UN BARRENO ROSCADO, QUE DEBERA TENER EL SOPORTE CUYO EJE DEBE SER PARALELO AL EJE DE LA REGLA, ENROSCANDOSE HASTA TOPAR CON LA PALETA. LA POSICION DE LA PALETA DEPENDERA DE LA PROFUNDIDAD DEL ENROSCADO DEL BIRLO. PARA FIJAR EL BIRLO EN UNA POSICION DEBERA UTILIZARSE CONTRATUERCA (TIPO MARIPOSA) QUE PRESIONARA CONTRA EL CUERPO DEL SOPORTE PARA FIJAR LA PALETA A 90 GRADOS. LAS PALETAS DEBERAN SERVIR DE TOPE PARA LA CABEZA Y LAS PLANTAS DE LOS PIES DEL INFANTE EN POSICION HORIZONTAL AL MOMENTO DE EFECTUAR LA MEDICION. CUANDO EL INFANTOMETRO NO ESTE EN USO, LAS PALETAS SE DEBERAN PLEGAR A LA REGLA PARA OCUPAR POCO ESPACIO Y FACILITAR LA GUARDA Y TRANSPORTACION. LAS PALETAS DEBERAN SER CON DISEÑO ESPECIAL Y MEDIR 10 CM. DE ALTURA POR 20 CM. DE LONGITUD Y 1 CM DE ESPESOR Y TENER FORMA REDONDEADA CON UN RADIO DE 17 MM, MINIMO, EN 3 DE SUS 4 ESQUINAS, EN UNA ESQUINA LA QUE QUEDE EN LA PARTE INFERIOR CERCANA AL SOPORTE DEBERAN INCLUIR 2 EXTENSIONES CON UN BARRENO DE 5/16 DE DIAMETRO PARA INTEGRARSE AL SOPORTE. LA FORMA Y DIMENSIONES DE ESTAS EXTENSIONES DEBERAN PROPICIAR QUE LAS PALETAS AL ABRIRSE A 90 GRADOS QUEDEN SEPARADAS 4.5 CM, MINIMO, DE LA REGLA, PARA PROPICIAR QUE EL CUERPO DEL INFANTE NO INTERFIERA CON EL MOVIMIENTO DEL SISTEMA TELESCOPICO Y NO OBSTRUYA LA VISION DEL USUARIO AL LEER LA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
AUTORIZADO
POR EL PROVEEDOR

IMSS

DRA. BLANCA PULIDO MEDRANO
COORD. DELEG. DE PREVENCIÓN
Y ATENCIÓN A LA SALUD
MATRICULA 5464129

DOCTOR VICTOR GEORGE FLORES
JEFE DELEGACIONAL DE PRESTACIONES MÉDICAS

ESCALA, LA PALETA DEBERA ESTAR FORMADA DE UNA PIEZA DE PLASTICO INYECTADO CON PAREDES DE 2 MM DE ESPESOR (COMO MINIMO), EN FORMA DE CAJA, INCLUYENDO EN SU INTERIOR UN REFUERZO EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 20 TROQUELADA Y ESTRUCTURADA CON DOBLECES EN FORMA DE ZURCOS, PINTADA EN COLOR BLANCO, LA CUAL DEBERA TENER LA MISMA FORMA INTERIOR DE LA CAJA DE PLASTICO Y QUE DEBERA INTEGRARSE A ESTA, AL MOMENTO DE REALIZAR EL PROCESO DE INYECCION DE LA PIEZA EN EL MOLDE PARA QUEDAR AHOGADA EN LA MISMA, CON CUATRO BOTONES DE REFUERZO COMO MINIMO FORMADOS AL MOLDEAR LA PIEZA, EL MATERIAL CON EL QUE DEBERA SER FABRICADA DICHA PALETA ES DE UN POLIMERO HIGROSCOPICO ABS COLOR BLANCO, MOLDEADO E INYECTADO A ALTA PRESION Y TEMPERATURA EN UN RANGO DE 220 A 245 GRADOS CENTIGRADOS PARA EL POLIMERO Y 43 A 66 GRADOS CENTIGRAOD PARA EL MOLDE, PARA GARANTIZAR UNA MINIMA CANTIDAD DE HUMEDAD EN EL PROCESO DANDO COMO RESULTADO UN PRODUCTO CON EXCELENTE ACABADO Y RESISTENCIA MECANICA POR TIEMPO PROLONGADO. CUANDO EL INFANTOMETRO NO ESTE EN USO EL SISTEMA TELESCOPICO SE DEBERA CERRAR Y PLEGARSE LA PALETAS FIJANDO TODO A BASE DE UN SEGURO QUE GARANTICE UNA FIJACION PERFECTA DEL SISTEMA Y SOLO SE ABRA CUANDO EL USUARIO ACCIONE EL SEGURO, ESTE DEBERA SER COLOCADO EN AMBAS PALETAS Y FABRICADO EN ACERO GALVANIZADO, ACERO CROMADO, O ACERO INOXIDABLE ACABADO PULIDO.

NOTAS: TOLERANCIA EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 0.5 CM.

APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS-JCC MAYO 1986: 03.01.05 - 03.02.03 - 03.02.07 - 04.01B - 06E. CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACION DE LOS PRODUCTOS. LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERAN SER MAQUINADOS Y/O EXTRUIDOS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE, EVITANDO FILOS CORTANTES Y RESIDUOS DE METAL O POLIMEROS, GARANTIZANDO UN PERFECTO ACABADO. LAS UNIONES DEBERAN SER ELABORADAS DE FORMA QUE SE GARANTICE UNA FIJACION PERFECTA. LA PINTURA DEBERA GARANTIZAR RESISTENCIA A LA ADHERENCIA, AL IMPACTO Y AL RAYADO DE UN LAPIZ 6H, SEGUN LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS-JCC MAYO 1986

DOCTOR VICTOR GEORGE FLORES
JEFE DELEGACIONAL DE PRESTACIONES MÉDICAS

IMSS
DRA. BLANCA PULIDO MEDRANO
COORD. DELEG. DE PREVENCIÓN
Y ATENCIÓN A LA SALUD
MATRICULA 5464129

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
AUTORIZADO
POR EL PROVEEDOR

DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)

LICITACION		CANTIDAD	2	PROVEEDOR	
		F. ACTUALIZACION:	22/05/2012		
PARTIDA	4 y 4-A	H. ACTUALIZACION	18:05:09	MARCA	
CLAVE SAI	531.081.0014.02.01	F. IMPRESION	22/05/2012	MODELO	
CLAVE PREI	11636	HORA:			
NOMBRE GENERICO				CATALOG	
ASPIRADOR PORTATIL				HOJA 1 DE 1	

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROVEEDOR
1. DEFINICIÓN ASPIRADOR PORTATIL PARA SUCCION CONTINUA. **2. DESCRIPCIÓN** EQUIPO RODABLE PARA ASPIRACIÓN CONTINUA DE LIQUIDOS Y OTROS FLUIDOS. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS, CAPACIDAD DE SUCCIÓN. MANOVACUOMETRO CON ESCALA EN MM DE HG, PANEL DE CONTROL PARA: ENCNEDIDO Y APAGADO, MOTOR SILENCIOSO, CON SISTEMA DE AISLAMIENTO A PRUEBA DE AGUA, GABINETE O BASE RODABLE CON SISTEMA DE FRENO EN AL MENOS DOS RUEDAS. SISTEMA DE SEGURIDAD QUE EVITE REBOSAMIENTO DE LIQUIDOS. **3. ACCESORIOS** LAS UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO. **4. REFACCIONES** LAS UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO. **5. CONSUMIBLES** LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, FRASCOS ESTERILIZABLES EN AUTOCLAVE. FILTROS, MANGUERAS, TUBOS Y SONDAS DE ASPIRACION. **6. INSTALACIÓN** CORRIENTE ELECTRICA 120 V/60 HZ. **7. OPERACION** POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. **8. MANTENIMIENTO** PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. 9.-NORMAS Y ESTANDARES: DOCUMENTOS VIGENTES DE ACUERDO AL PUNTO NÚMERO 2, LA DESCRIPCIÓN	

DOCTOR VICTOR GEORGE FLORES
JEFE DELEGACIONAL DE PRESTACIONES MÉDICAS

DR. [illegible] MEDRANO
COORD. DELEG. DE PREVENCIÓN
Y ATENCIÓN A LA SALUD
MATRICULA 5464129

IMSS

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
AUTORIZADO POR EL PROVEEDOR

DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)

LICITACION		CANTIDAD	4	PROVEEDOR	
		F. ACTUALIZACION:	22/05/2012		
PARTIDA	5	H. ACTUALIZACION	19:05:43	MARCA	
CLAVE SAI	531.110.0175.02.01	F. IMPRESION	22/05/2012	MODELO	
CLAVE PREI	11655	HORA:			
NOMBRE GENERICO				CATALOGO	
BASCULA ELECTRÓNICA CON ESTADIMETRO				HOJA 1 DE 1	

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROVEEDOR
1. DEFINICIÓN BASCULA ELECTRONICA CON ESTADIMETRO. **2. DESCRIPCIÓN** **1.1** BASCULA ELECTRONICACON DESPLIEGUE DIGITAL DEL PESO EN PANTALLA, LECTURA EN KILOGRAMOS. 1.2 EQUIPO FIJO PARA DETERMINAR EL PESO Y LA TALLA CORPORALES, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS: 1.3 NIVEL DE RESOLUCION. 1.4 TARA MINIMA. ESTADIMETRO. 1.5 VARILLA DE MEDICION, CON GRADUACIONES EN CENTIMETROS Y PULGADAS. **3. ACCESORIOS** OPCIONALES: LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO: ELIMINADOR/CARGADOR DE BATERIAS/ADAPTADOR DE CORRIENTE ELECTRICA. **4. REFACCIONES** LAS UNIDADES MÉDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO. **5. CONSUMIBLES** LAS UNIDADES MÉDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO. **6. INSTALACIÓN** CORRIENTE ELECTRICA 120 V/60 HZ, BATERIA RECARGABLE. **7. OPERACIÓN** POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. **8. MANTENIMIENTO:** PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. **9. NORMAS Y ESTANDARES** DOCUMENTOS VIGENTES DE ACUERDO AL NUMERAL 2.1	

IMSS
DRA. BLANCA PULIDO MEDRANO
COORD. DELEG. DE PREVENCIÓN
Y ATENCIÓN A LA SALUD
MATRICULA 5464129

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
AUTORIZADO POR EL PROVEEDOR

DOCTOR VICTOR GEORGE FLORES
JEFE DELEGACIONAL DE PRESTACIONES MÉDICAS

DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)

LICITACION		CANTIDAD	3	PROVEEDOR	
		F. ACTUALIZACION:	22/05/2012		
PARTIDA	6	H. ACTUALIZACION	20:05:26	MARCA	
CLAVE SAI	531.110.0209.02.01	F. IMPRESION	22/05/2012	MODELO	
CLAVE PREI	11656	HORA:			
NOMBRE GENERICO				CATALOGO	
BASCULA ELECTRONICA				HOJA 1 DE 1	

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROVEEDOR
1. DEFINICIÓN BASCULA ELECTRONICA. **2. DESCRIPCIÓN** 2.1. EQUIPO PARA DETERMINAR EL PESO CORPORAL EN NEONATOS, LACTANTES Y PEDIATRICOS. 2.2. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MÉDICAS. 2.3 BÁSCULA: DESPLIEGUE DIGITAL DEL PESO EN PANTALLA, LECTURA EN GRAMOS. TARA: CAPACIDAD DE MEDICION. NIVEL DE RESOLUCION. INDICADOR DE BATERIA BAJA. PLATILLO O CHAROLA. **3.ACCESORIOS** OPCIONALES: LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO: ADAPTADOR AC-DC. **4. REFACCIONES** LAS UNIDADES MÉDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO. **5. CONSUMIBLES** LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: BATERIAS. **6. INSTALACION** CORRIENTE ELECTRICA 120 V/60 HZ. **7. OPERACION** POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION. **8. MANTENIMIENTO** PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. **9. NORMAS Y ESTANDARES** 9.1 CONFORME AL NUMERAL 2.1.	

...ANCA PULIDO MEDRANO
...DE PREVENCIÓN
Y ATENCIÓN A LA SALUD
MATRICULA 5464129

DOCTOR VICTOR GEORGE FLORES
JEFE DELEGACIONAL DE PRESTACIONES MEDICAS

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE AUTORIZADO POR EL PROVEEDOR

DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)

LICITACION		CANTIDAD	1	PROVEEDOR	
		F. ACTUALIZACION:	25/05/2012		
PARTIDA	7	H. ACTUALIZACION	11:05:49	MARCA	
CLAVE SAI	531.166.0069.02.01	F. IMPRESION	25/05/2012	MODELO	
CLAVE PREI	11713	HORA:			
NOMBRE GENERICO				CATALOGO	
ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN				HOJA 1 DE 2	

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROVEEDOR
1.- DEFINICIÓN ELECTROCARDIOGRAFO MULTICANAL CON INTERPRETACIÓN **2.- DESCRIPCIÓN** EQUIPO PORTATIL DE DIAGNOSTICO NO INVASIVO DE LOS EVENTOS ELECTRICOS DEL CORAZON, MULTICANAL. CON CAPACIDAD PARA OBTENER EN FORMA SIMULTANEA DOCE DERIVACIONES. CAPACIDAD DE TRANSMISION VIA RS 232 A UNA COMPUTADORA PERSONAL. SELECTOR AUTOMATICO DE DERIVACIONES. CALIBRACION AUTOMATICA. CAPTURA DE DERIVACIONES. CON CAPACIDAD PARA OBTENER EL TRAZO DE UNA DERIVACION EN UN CANAL CONTINUO. PANTALLA PARA VISUALIZACION SIMULTANEA DE AL MENOS TRES CANALES. CAPACIDAD DE CONECTAR MONITOR PARA MEJOR VISUALIZACION DEL TRAZO. TECLADO ALFANUMERICO. IMPRESION DE 12 DERIVACIONES SIMULTANEAMENTE EN TRES O MAS CANALES. PROGRAMAS DE APLICACIONES DIAGNOSTICAS. CAPACIDAD PARA EL ALMACENAMIENTO DE REGISTROS EN MEDIO MAGNETICO. SOFWARE INTERNO PARA MANEJO DE BASE DE DATOS Y ARCHIVO ELECTROCARDIOGRAFICO DE LOS PACIENTES. BATERIA RECARGABLE INTEGRADA. **3.- ACCESORIOS** 3.1 CUBIERTA PROTECTORA, ACCESORIOS CIONALES: CABLE DE 10 PUNTAS, PARA PACIENTE. ELECTRODOS PRECORDIALES Y DE EXTREMIDADES, REUSABLES. CARRO PARA TRASPORTE DEL EQUIPO QUE PERMITA LA FIJACION DEL MISMO. CON RUEDAS Y SISTEMA DE FRENADO, CON UN CAJON COMO MINIMO PARA LA GUARDA DE ACCESORIOS. **4.- REFACCIONES** 4.1. SEGUN MARCA Y MODELO **5.- CONSUMIBLES** 5.1 : GEL O PASTA CONDUCTORA. PAPEL BOND O TERMICO REGULAR, TAMAÑO CARTA. DE ACUERDO A LA MARCA, MODELO Y A LAS NECESIDADES OERATIVAS DE LAS UNIDADES MEDICAS.	

IMSS

DRA. BLANCA PULIDO MEDRANO
COORD. DELEG. DE PREVENCIÓN
Y ATENCIÓN A LA SALUD
MATRICULA 5464129

DOCTOR VICTOR GEORGE FLORES
JEFE DELEGACIONAL DE PRESTACIONES MEDICAS

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
AUTORIZADO POR EL PROVEEDOR

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS

6.- INSTALACIÓN

6.1 CORRIENTE ELECTRICA 120 V/60 HZ.

7.- OPERACIÓN

POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION.

8.-- MANTENIMIENTO

8.1 PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.

9.- NORMAS Y ESTANDARES

9.1 CONFORME AL NUMERAL 2.1.

DOCTOR VICTOR GEORGE FLORES
JEFE DELEGACIONAL DE PRESTACIONES MÉDICAS

DRA. BLANCA PULIDO MEDRANO
COORD. DELEG. DE PREVENCIÓN
Y ATENCIÓN A LA SALUD
MATRICULA 5464129

IMSS

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
AUTORIZADO
POR EL PROVEEDOR

DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)

LICITACION		CANTIDAD	2	PROVEEDOR	
		F. ACTUALIZACION:	10/04/2012		
PARTIDA	8	H. ACTUALIZACION	14:04:43	MARCA	
CLAVE SAI	531.562.0046.04.01	F. IMPRESION	10/04/2012	MODELO	
CLAVE PREI	11937	HORA:			
				CATALOG	
	NOMBRE GENERICO LAMPARA DE FOTOTERAPIA				HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROVEEDOR
LAMPARA DE FOTOTERAPIA.- LAMPARA DE FOTOTERAPIA PARA EL TRATAMIENTO DE PACIENTES RECIEN NACIDOS CON HIPERBILIRRUBINEMIA. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: LÁMPARA CON POTENCIA EN WATTS, VIDA MEDIA, CONTROL VARIABLE DE INTENSIDAD DE LUZ, IRRADIACION EN MICROWATTS/CM2/NANOMETRO, LONGITUD DE ONDA EN NANOMETROS, DIAMETRO DE ILUMINACION VARIABLE, ESTATIVO RODABLE PARA MONTAJE DE LAMPARA CON BRAZO ARTICULADO. REFACCIONES: LAS UNIDADES MEDICAS LAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO CONSUMIBLES: LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES: FOCOS. INSTALACION: CORRIENTE ELECTRICA 127 V/60 HZ OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACION MANTENIMIENTO: PREVENTIVO CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. LAMPARA DE FOTOTERAPIA LAMPARA DE FOTOTERAPIA, PARA EL ATAMIENTO DE PACIENTES	

DOCTOR VICTOR GEORGE FLORES
JEFE DELEG. DE PRESTACIONES MEDICAS

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
AUTORIZADO POR EL PROVEEDOR

DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)

LICITACION		CANTIDAD	1	PROVEEDOR	
		F. ACTUALIZACION:	29/05/2012		
PARTIDA	9	H. ACTUALIZACION	13:05:55	MARCA	
CLAVE SAI	531.784.0204.03.01	F. IMPRESION	29/05/2012	MODELO	
CLAVE PREI	16408	HORA:			
NOMBRE GENERICO				CATALOGO	
REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA ADULTO				HOJA 1 DE 2	

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROVEEDOR
1.- DEFINICIÓN 1.1 REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA ADULTO. **2.- DESCRIPCIÓN** 2.1 EQUIPO PARA AYUDAR A RESTABLECER LA FUNCION DE LA VENTILACION POR METODO NO INVASIVO, EN PACIENTES ADULTOS. 2.2 REANIMADOR DE ASISTENCIA VENTILATORIA TAMAÑO ADULTO, DISEÑO CON BOLSA DE DOBLE CUBIERTA, SILICONA, O HULE CORRUGADO, AUTOINFLABLE Y DESARMABLE PARA LIMPIEZA Y ESTERILIZACION EN AUTOCLAVE. VOLUMEN DE LA BOLSA DE 1600 A 1700 ML, RESISTENCIA INSPIRATORIA MAXIMA DE 2.9 CENTIMETROS DE AGUA /LITRO/SEGUNDO A 60 LITROS POR MINUTO, RESISTENCIA ESPIRATORIA MAXIMA DE 3.9 CENTIMETROS DE AGUA/LITRO/SEGUNDO A 60 LITROS POR MINUTO. VALVULA DE NO REINHALACION DE BAJA RESISTENCIA ESPIRATORIA. VALVULA DE SEGURIDAD CALIBRADA DENTRO DEL RANGO DE 40 A 50 CENTIMETROS DE AGUA. RESERVORIO DE OXIGENO CON CAPACIDAD DE 2500 MILILITROS CON CONEXION PARA OXIGENO SUPLEMENTARIO. CONECTOR PARA PACIENTE DE 15/22 MILIMETROS (DOS PIEZAS) Y PARA AIRE DE 6 MILIMETROS (DOS PIEZAS). **3.- ACCESORIOS** 3.1 LAS UNIDADES MÉDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO: ESTUCHE PARA GUARDA Y PROTECCION DE MATERIAL RESISTENTE Y LAVABLE. **4.- REFACCIONES** 4.1 LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, MARCA Y MODELO: MASCARILLA TRANSPARENTE, REUSABLE Y ESTERILIZABLE, FABRICADA DE SILICON, TAMAÑOS: ADOLESCENTE Y ADULTO, CON COLCHON EN TODO EL BORDE (DOS DE CADA TAMAÑO).LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO **5.-CONSUMIBLES** 5.1 NO REQUIERE	

DOCTOR VICTOR GEORGE FLORES
JEFE DEL PROGRAMA NAL. DE PRESTACIONES MÉDICAS

DRA. BLANCA PULIDO MEDRANO
COORD. DELEG. DE PREVENCIÓN
Y ATENCIÓN A LA SALUD
MATRICULA 5404129

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
AUTORIZADO POR EL PROVEEDOR

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS

6.- INSTALACIÓN

6.1 TOMA DE OXIGENO

7.- OPERACIÓN

7.1 POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIÓN.

8.-- MANTENIMIENTO

8.1 PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.

9.- NORMAS Y ESTANDARES

9.1 CONFORME AL NUMERAL 2.1.

DOCTOR VICTOR GEORGE FLORES
JEFE DELEGACIONAL DE PRESTACIONES MÉDICAS

DRA. BLANCA [illegible] MEDRANO
COORD. [illegible] DE PREVENCIÓN
Y ATENCIÓN A LA SALUD
MATRICULA [illegible]

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
AUTORIZADO
POR EL PROVEEDOR

DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)

LICITACION		CANTIDAD	1	PROVEEDOR	
		F. ACTUALIZACION:	24/05/2012		
PARTIDA	10	H. ACTUALIZACION	21:05:12	MARCA	
CLAVE SAI	537.175.0067.02.01	F. IMPRESION	24/05/2012	MODELO	
CLAVE PREI	13056	HORA:			
NOMBRE GENERICO				CATALOGO	
CARTILLA DE AMSLER O YANUZZI				HOJA 1 DE 1	

ESPECIFICACIONES

1.- DEFINICIÓN
CARTILLA DE AMSLER O YANUZZI
2.- DESCRIPCIÓN
LIBRETA DE 10.79 X 13.97 CM DE MATERIAL FLEXIBLE Y DE PLASTICO, RANGOS DE VISION CLARA CERCANO AL PUNTO DE CONVERGENCIA, PRUEBAS DE AMPLITUD VERTICAL Y HORIZONTAL.
3.- ACCESORIOS
3.1 NO REQUIERE
4.- REFACCIONES
4.1. NO REQUIERE
5.- CONSUMIBLES
5.1 1 NO REQUIERE
6.- INSTALACIÓN
6.1 NO REQUIERE
7.- OPERACIÓN
7.1 POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIÓN
8.-- MANTENIMIENTO
8.1 PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.
9.- NORMAS Y ESTANDARES
9.1 CONFORME AL NUMERAL 2.1.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROVEEDOR

DRA. BLANCA PULIDO MEDRANO
COORD. DELEG. DE PREVENCIÓN
Y ATENCIÓN A LA SALUD
MATRICULA 5464129
IMSS

DOCTOR VICTOR GEORGE FLORES
JEFE DELEGACIONAL DE PRESTACIONES MÉDICAS

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
AUTORIZADO POR EL PROVEEDOR

DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)

LICITACION		CANTIDAD	3	PROVEEDOR	
		F. ACTUALIZACION:	24/04/2012		
PARTIDA	11	H. ACTUALIZACION	16:04:12	MARCA	
CLAVE SAI	537.426.0346.00.01	F. IMPRESION	24/04/2012	MODELO	
CLAVE PREI	13929	HORA:			
NOMBRE GENERICO				CATALOG	
FORCEPS SALINAS				HOJA 1 DE 1	

ESPECIFICACIONES	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROVEEDOR
FORCEPS SALINAS.- FORCEPS SALINAS, DE HOJAS MACIZAS. INSTRUMENTAL MÉDICO DE ACERO INOXIDABLE, DE BUENA CALIDAD QUE PERMITE ALTOS GRADOS DE TEMPERATURA DURANTE SU ESTERILIZACION. AUXILIAR PARA LA ATENCIÓN DE PARTO COMPLICADO, PARA LA ROTACIÓN DE PRODUCTO. PARA EL USO PERMANENTE Y CONTINUO EN LAS UNIDADES HOSPITALARIAS. LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DEBERÁN SER MAQUINADOS PARA PERFECTO ENSAMBLE A BASE DE LA SOLDADURA, CON LA MISMA RESISTENCIA MECÁNICA DEL MATERIAL BASE, CON UN BUEN ACABADO.	

DOCTOR VICTOR GEORGE FLORES
JEFE DELEG. DE PRESTACIONES MEDICAS

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
AUTORIZADO POR EL PROVEEDOR

DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)

LICITACION		CANTIDAD	1	PROVEEDOR	
		F. ACTUALIZACION:	25/05/2012		
PARTIDA	12	H. ACTUALIZACION	10:05:06	MARCA	
CLAVE SAI	537.578.0128.04.01	F. IMPRESION	25/05/2012	MODELO	
CLAVE PREI	14147	HORA:			
	NOMBRE GENERICO			CATALOGO	
	LENTES PARA PRUEBA				HOJA 1 DE 1

ESPECIFICACIONES

1.- DEFINICIÓN
LENTES PARA PRUEBA.
2.- DESCRIPCIÓN
CAJA CON MESA O ESTANTIVO, CONTENIENDO: 34 PARES O MÀS DE ESFERAS POSITIVAS Y NEGATIVAS (C/U DESDE +- 0.12 HASTA +/- 20 DIOPTRIAS). PARES O MAS DE CILINDROS POSITIVOS Y NEGATIVOS (C/U DE +/- 0.25 +/- 6 DIOTRIAS) Y 10 O MAS PRISMAS LENTES.
3.- ACCESORIOS
3.1 NO REQUIERE
4.- REFACCIONES
4.1. NO REQUIERE
5.- CONSUMIBLES
5.1 NO REQUIERE
6.- INSTALACIÓN
6.1 NO REQUIERE
7.- OPERACIÓN
POR PERSONAL LENTES PARA PRUEBA. CAJA CON MESA O ESTANTIVO, CONTENIENDO: 34 PARES O MÀS DE ESFERAS POSITIVAS Y NEGATIVAS (C/U DESDE +- 0.12 HASTA +/- 20 DIOPTRIAS). 16 ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIÓN.
8.-- MANTENIMIENTO
8.1 PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO.
9.- NORMAS Y ESTANDARES
9.1 CONFORME AL NUMERAL 2.1.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROVEEDOR

IMSS
DRA. BLANCA PULIDO MEDRANO
COORD. DELEG. DE PREVENCIÓN
Y ATENCIÓN A LA SALUD
MATRICULA 5464129

DOCTOR VICTOR GEORGE FLORES
JEFE DELEGACIONAL DE PRESTACIONES MÉDICAS

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
AUTORIZADO POR EL PROVEEDOR