INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

| | |
|---|---|
| LICITACIÓN: | CANTIDAD: |
| PARTIDA: | |
| CLAVE SAI: 531.146.1577.01.01 | |
| CLAVE PREI: 000000000011678 | |
| NOMBRE GENÉRICO<br>**BRONCOSCOPIO FLEXIBLE DE FIBRA ÓPTICA** | |
| GRUPO DE LICITACIÓN: ÓPTICA Y OFTALMOLOGÍA | |
| EMPRESA: | |
| MARCA: | |
| MODELO: | |
| LUGAR DE ORIGEN DEL BIEN OFERTADO: | |

| ESPECIFICACIONES | CRITERIO DE EVALUACIÓN |
|---|---|
| 1 Definición | |
| 1.1 Equipo portátil de diagnóstico y tratamiento para vías aéreas altas y bajas. | |
| 2 Descripción | |
| 2.1 Broncoscopio Flexible de Fibra Óptica. | 1 |
| 2.1.1 Endoscopio flexible esterilizable en solución. | 1 |
| 2.1.2 Ángulo visual: Visión frontal de 120° o mayor | 1 |
| 2.1.3 Profundidad de campo no menor de 1 a 50 mm. | 1 |
| 2.1.4 Diámetro externo no mayor de 5.9 mm. | 1 |
| 2.1.5 Ángulos de flexión de la punta no menores a: | 1 |
| 2.1.5.1 Hacia arriba180° | 1 |
| 2.1.5.2 Hacia abajo130° | 1 |
| 2.1.6 Longitud total no menor de 900 mm. | 1 |
| 2.1.7 Longitud de trabajo no menor de 600 mm. | 1 |
| 2.1.8 Canal de trabajo de 2.8 mm o mayor. | 1 |
| 3. Accesorios | |
| 3.1 Fuente de luz de halógeno de 150 W ó mayor, | 1, 3 |
| 3.1.1 Con regulación manual de la intensidad de la luz | 1 |
| 3.2 Una pinza de biopsia flexible para canal de trabajo de 2.8 mm | 1, 2 |
| 3.3 Una pinza para extracción de cuerpo extraño flexible para canal de trabajo de 2.8 mm de diámetro. | 1, 2 |
| 3.4 Videocámara de 1CCD | 1, 3 |
| 3.5 Adaptador para equipo de video. | 1 |
| 3.6 Monitor pantalla plana LCD de al menos 14 pulgadas | 1, 3 |
| 3.7 Sistema de videograbación DVD. | 1 |
| 3.8 Maletín para guarda. | 1 |
| 3.9 Carro porta equipo con frenos en al menos 2 ruedas | 1 |
| 4. Consumibles | |
| 4.1 Dos boquillas protectoras. | 1 |
| 4.2 Trampas desechables para colectar especímenes (50). | 1, 2 |

| | |
|---|---|
| CLAVE SAI: 531.146.1577.01.01 | |
| CLAVE PREI: 000000000011678 | |
| NOMBRE GENÉRICO<br>**BRONCOSCOPIO FLEXIBLE DE FIBRA ÓPTICA** | |
| ESPECIFICACIONES | CRITERIO DE EVALUACIÓN |
| 4.3 Contenedores desechables de líquidos (20) | 1, 2 |
| 4.4 Un cepillo para citología. | 1 |
| 4.5 Un cepillo para limpieza de canal. | 1 |
| 4.6 Discos compactos formato DVD (Diez piezas) | 1 |
| 4.7 Una lámpara de Halógeno de 150 W | 1 |
| 5. Instalación | |
| 5.1 Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. | 1 |
| 6. Mantenimiento | |
| 6.1 Programa calendarizado ó calendario de servicios que incluya la descripción de las acciones a efectuar. | 1 |
| 7. Normas y Estándares (documentos vigentes): | |
| 7.1 Registro Sanitario. | 1 |
| 7.2 Certificado de calidad ISO 9001-2000 ó ISO 9001-2008 ó Certificado de calidad ISO 13485 ó TÜV | 1 |
| 7.3 Certificado FDA ó CE ó su equivalente emitido por la autoridad sanitaria del país de origen. | 1 |

| CARACTERÍSTICAS SUPERIORES (PLUS) | PUNTUACIÓN | CRITERIO DE EVALUACIÓN |
|---|---|---|
| 1. Fuente de luz de Xenón de 150 W ó mayor, | 0.5 | 3 |
| 2. Videocámara de 3CCD con procesamiento digital de señales, de alta resolución | 1 | 3 |
| 3. Monitor pantalla plana LCD, de alta resolución máyor a 14 pulgadas | 0.5 | 3 |
| TOTAL DE PUNTOS | 2 | |

Dr. Alejandro Morales Rojas
Coordinador de Planeación de Infraestructura Médica

c MY/RPA/MLSM