INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO

LICITACIÓN:	**CANTIDAD:**
PARTIDA:	
CLAVE SAI: 531.927.0038.02.01	
CLAVE PREI: 000000000016395	
NOMBRE GENÉRICO	
URETEROFIBROSCOPIO SIN TORRE	
GRUPO DE LICITACIÓN: ÓPTICA Y OFTALMOLOGÍA	
EMPRESA:	
MARCA:	
MODELO:	
LUGAR DE ORIGEN DEL BIEN OFERTADO:	
ESPECIFICACIONES	**CRITERIO DE EVALUACIÓN**
1. Definición	
1.1 Equipo flexible de fibra óptica para la visualización endoscópica de ureteros y sistemas colectores renales, con fines diagnósticos y terapéuticos.	
2. Descripción	
2.1 Flexible de irrigación continua con dirección visual 0°	1
2.2 Con deflexión de la punta	1
2.2.1 Hacia arriba 270°	1
2.2.2 Hacia abajo 270°	1
2.3 Dos canales de trabajo cada uno de 3.3 Charr.	1
2.4 Punta distal oblicua de 6 Charr., vaina de 9.9 Charr.	1
2.5 Longitud útil 680 mm.	1
2.6 Sistema de bloqueo para inmovilizar la punta	1
3. Accesorios	
3.1 Fuente de luz de Xenón de 180 W,	1
3.1.1 Con regulación del brillo automática y manual	1
3.1.2 Temperatura del color de 6000 K	1
3.1.3 Contador de horas de servicio integrado	1
3.1.4 Vida útil de la lámpara 500 horas	1
3.1.5 Conexión giratoria de conductor de luz para acoplar conductor de luz de otras marcas sin adaptadores	1
3.1.6 Protección del equipo endoscópico mediante la regulación de la luminosidad de fondo a través de la transmisión de datos con la endocámara	1
3.2 Maletín y recipiente para la predesinfección, desinfección y neutralización	1
3.3 Un extractor de cálculos de cuatro brazos, 3 Charr., longitud útil 910 mm	1, 2
3.4 Cable de fibra óptica longitud de 2300mm y diámetro del haz de fibras de 2.5mm	1
4. Consumibles	
4.1 Una Pinza para biopsias, flexible, 3 Charr., longitud útil 920 mm	1, 2
4.2 Tres Pinzas de agarre, 3 Charr., longitud útil 920 mm	1
4.3 Tres Dilatadores ureterales, flexibles, de 8 Charr.	1
4.4 Tres Alambres guía	1
4.5 Tres catéteres de balón, de 3 Charr.	1
4.6 Lámpara de xenón de 180W	1, 2

CFNV/RPI/MDSM

CLAVE SAI: 531.927.0038.02.01	
CLAVE PREI: 000000000016395	
NOMBRE GENÉRICO	
URETEROFIBROSCOPIO SIN TORRE	
ESPECIFICACIONES	**CRITERIO DE EVALUACIÓN**
5. Instalación	
5.1 Corriente eléctrica 120V/60 Hz.	1
6. Mantenimiento	
6.1 Programa calendarizado o calendario de servicios que incluya la descripción de las acciones a efectuar.	1
7. Normas y estándares. (Documentos vigentes):	
7.1 Registro Sanitario.	1
7.2 Certificado de calidad ISO 9001-2000 ó ISO 9001-2008 ó Certificado de calidad ISO 13485 ó TÜV.	1
7.3 Certificado FDA ó CE ó su equivalente emitido por la Autoridad Sanitaria del país de origen.	1

CARACTERÍSTICAS SUPERIORES (PLUS)	PUNTUACIÓN	CRITERIO DE EVALUACIÓN
1. Torre con procesador de imágenes, con monitor de alta definición de 21" y capacidad de almacenamiento digital de imágenes médicas, Para grabación y almacenamiento de clips de video ó de imágenes en dispositivo USB, Almacenamiento directo en formatos estándar, Formato de imágenes: JPEG, TIFF, PNG Y DICOM, Formato de video: MPG2 (calidad DVD) ó MPG1, Entrada de datos de la paciente mediante teclado USB, Compatible con todos los dispositivos dotados de entrada USB (ordenador, portátil webpad, etc.).	2	3
TOTAL DE PUNTOS	2	

Dr. Alejandro Morales Rojas
Coordinador de Planeación de Infraestructura Médica

CFMT/RRI/MLBM