

ACTA DE TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA INTERNACIONAL No. LA-019GYR049-T37-2013	
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN PROGRAMA DE EQUIPO MEDICO PROGRAMA PESO SOBRE PESO BIENES SINIESTRADOS	

EN LA CIUDAD DE **MÉXICO DISTRITO FEDERAL** SIENDO LAS **12:00** HORAS, DEL **24 DE OCTUBRE** DE 2013 EN LA SALA DE LICITACIONES DE LA UMAE UBICADA EL PRIMER PISO DEL ANTIGUO EDIFICIO DE SERVICIOS GENERALES, SITO EN AVENIDA COLECTOR 15 SIN NÚMERO, ESQUINA CON AVENIDA INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, COLONIA MAGDALENA DE LAS SALINAS, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, CÓDIGO POSTAL 07760, MÉXICO, D.F; SE REUNIERON LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DEMÁS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, CON OBJETO DE LLEVAR A CABO LA TERCER JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN INDICADA AL RUBRO, DE ACUERDO A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 33, 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO (EN ADELANTE, LA LEY), ASÍ COMO DEL NUMERAL 2 DE LA CONVOCATORIA.

ESTE ACTO FUE PRESIDIDO POR EL C. **JUAN SÁNCHEZ CRUZ**, SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR LA CONVOCANTE, QUIEN AL INICIO DE ESTA JUNTA, COMUNICÓ A LOS ASISTENTES QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 33 BIS DE LA LEY, SOLAMENTE SE ATENDERÁN SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA, DE LAS PERSONAS QUE HAYAN PRESENTADO EL ESCRITO EN EL QUE EXPRESEN SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN, DE FORMA PRESENCIAL O A TRAVÉS DE COMPRANET, POR SÍ O EN REPRESENTACIÓN DE UN TERCERO, Y CUYAS PREGUNTAS SE HAYAN RECIBIDO CON 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN A ESTE ACTO, CASO CONTRARIO, SE LES PERMITIRÁ SU ASISTENCIA SIN PODER FORMULAR PREGUNTAS.

EL PRESIDENTE DEL ACTO, FUE ASISTIDO POR LOS REPRESENTANTES DEL ÁREA USUARIA DE LOS HOSPITALES DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA DR. VICTORIO DE LA FUENTE NARVÁEZ, LOS CUALES SOLVENTARON LAS PREGUNTAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y LOS REPRESENTANTES DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DE LA UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD DR. VICTORIO DE LA FUENTE NARVÁEZ, LOS CUALES SOLVENTARON LAS PREGUNTAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO, CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA.

EL PRESIDENTE DEL ACTO, DIO INICIO AL MISMO SEÑALANDO QUE SE RECIBIERON EN TIEMPO Y FORMA, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 33 BIS DE LA LEY, LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA Y EL ESCRITO DE INTERÉS EN PARTICIPAR, TANTO EN EL DOMICILIO DE LA CONVOCANTE COMO EN COMPRANET, DE LAS SIGUIENTES PERSONAS:

No.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	No. De PREGUNTAS	No. De HOJAS
1	SYNTHES S.M.P. DE R.L. DE C.V.	PRESENCIAL	10	05
2	INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV	PRESENCIAL	31	31
3	NUEVA ERA ORTHOPEDIA MEXICO SA DE CV	PRESENCIAL	15	15
4	BIOMEDICA ORTHOTOOLS MEXICO SA DE CV	PRESENCIAL	26	26
5	DEWIMED SA DE CV	PRESENCIAL	05	01
6	ORTOPEDIA HIS A. DE C. V.	PESENCIAL	03	01
7	SELECCIONES MEDICAS DEL CENTRO SA DE CV	COMPRANET	06	02
8	DISTRIBUIDORA MEDICA INTEGRAL TIMED SA DE CV	COMPRANET	01	01
9	BIOABAST S. A. DE C. V.	COMPRANET	14	08

ACTA DE TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA INTERNACIONAL No. LA-019GYR049-T37-2013	ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN PROGRAMA DE EQUIPO MEDICO PROGRAMA PESO SOBRE PESO BIENES SINIESTRADOS
--	--

No.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	No. De PREGUNTAS	No. De HOJAS
10	CASA PLARRE S.A. DE C.V.	COMPRANET	24	03
11	ANDERS BAUPRE, S. A. DE C. V.	COMPRANET	06	02
12	BIOMEDICA DE MEXICO SA DE CV	COMPRANET	18	03
13	INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES SA DE CV	COMPRANET	07	03
14	COMERLAT SA DE CV	COMPRANET	14	14
15	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO ESPECIALIZADO, SA DE CV	COMPRANET	22	08

LA CONVOCANTE REALIZÓ LAS SIGUIENTES ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA:

1.- SE HACE DE CONOCIMIENTO A TODOS LOS ASISTENTES QUE EL NÚMERO OFICIAL DE LA LICITACIÓN SERÁ LA-019GYR049-T37-2013, ESTO DEBIDO A QUE EN EL DIARIO OFICIAL SE PUBLICO CON NUMERO LA-019GYR049-T25-2013, MOTIVO POR EL CUAL SE DIFIRIO LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIONES, Y EVITAR CON ESTO QUE LAS PERSONAS INTERESADAS EN PARTICIPAR NO CONTARAN CON EL TIEMPO SUFICIENTE PARA FORMULAR SUS PREGUNTAS, EN EL PORTAL DE COMPRANET EN LA LICITACION LA-019GYR049-T25-2013 SE HIZO LA REFERENCIA QUE LAS PERSONAS INTERESADAS EN PARTICIPAR DEBIAN REMITRSE A LA LICITACION LA-019GYR049-T37-2013 (SE ANEXAN PANTALLAS DE COMPRANET CON LOS AVISOS PUBLICADOS)

2.- SE ACLARA A LOS PARTICIPANTES QUE PARA LAS PARTIDAS QUE SE REPITEN EN LOS REQUERIMIENTOS DE PROGRAMA DE EQUIPO MEDICO, PROGRAMA PESO SOBRE PESO Y BIENES SINIESTRADOS O QUE ES SOLICITADA EN AMBOS HOSPITALES (TRAUMA Y ORTOPEDIA) SE DEBERA OFERTAR EL MISMO PRECIO., EN CASO CONTRARIO SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION Y DEBERA OFERTAR PARA AMBOS HOSPITALES

3.- SE REQUIEREN MUESTRAS FISICAS DE TODAS LAS PARTIDAS Y DEBERAN SER ENTREGADAS EN EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DE LUNES A VIERNES EN UN HORARIO DE 09:00 A 14:00 SE PUEDEN ENTREGAR A PARTIR DE LA FECHA Y HASTA DOS HORAS ANTES DE LA JUNTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES TECNICO ECONOMICAS

4.- TODOS LOS ANEXOS DEBERÁN SER DIRIGIDOS AL:

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCION DE PRESTACIONES MÉDICAS
COORDINACION DE UNIDADES MÉDICAS DE ALTA ESPECIALIDAD
UNIDAD MÉDICA DE ALTA ESPECIALIDAD
"DR. VICTORIO DE LA FUENTE NARVAEZ", DISTRITO FEDERAL.

5.- LA FIRMA DE CONTRATO SERA EN LA OFICINA DE ADQUISICIONES UBICADA EN EL PRIMER PISO DEL ANTIGUO EDIFICIO DE SERVICIOS GENERALES, SITO EN AVENIDA COLECTOR 15 SIN NÚMERO, ESQUINA CON AVENIDA INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, COLONIA MAGDALENA DE LAS SALINAS, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, CÓDIGO POSTAL 07760, MÉXICO, D.F; EN LA FECHA Y HORA QUE SE INDICARA EN EL ACTA DE FALLO.

ACTA DE TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA INTERNACIONAL No. LA-019GYR049-T37-2013	
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN PROGRAMA DE EQUIPO MEDICO PROGRAMA PESO SOBRE PESO BIENES SINIESTRADOS	

6.-EL PROVEEDOR GANADOR DEBERA MARCAR LOS EQUIPOS CON EL NUMERO DE INVENTARIO NACIONAL EL LOGO INSTITUCIONAL Y EL NUMERO DE EQUIPO ASIGNADO POR LA UNIDAD POR ELECTROLISIS O GRABADO LASER

7.- SE ELIMINAN LAS SIGUIENTES PARTIDAS CORRESPONDIENTES AL HOSPITAL DE ORTOPEDIA

PROGRAMA DE EQUIPO MEDICO

GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	Descripción PREI
537	702	4046	00	01	PINZA TIPO KERRISON CON MORDIDA DE 3 MM. HACIA ARRIBA, CON ANGULO A 130 O 140 GRADOS Y 180 MM. DE LONGITUD.
537	702	4046	00	01	PINZA TIPO KERRISON CON MORDIDA DE 3 MM. HACIA ARRIBA, CON ANGULO A 130 O 140 GRADOS Y 180 MM. DE LONGITUD.
537	702	4079	00	01	PINZA TIPO KERRISON CON MORDIDA DE 5 MM. HACIA ARRIBA. CON ANGULO A 130 O 140 GRADOS Y 180 MM. DE LONGITUD.
537	702	3774	00	01	PINZA CORTANTE RECTA PARA DISCO DE 180 MM. DE LONGITUD CON MORDIDA HACIA ABAJO DE 3 X 10 MM.
537	702	3782	00	01	PINZA CORTANTE RECTA PARA DISCO DE 180 MM. DE LONGITUD CON MORDIDA HACIA ARRIBA DE 3 X 10 MM.
537	702	3790	00	01	PINZA CORTANTE RECTA PARA DISCO DE 180 MM. DE LONGITUD CON MORDIDA RECTA DE 3 X 10 MM.
537	702	4046	00	01	PINZA TIPO KERRISON CON MORDIDA DE 3 MM. HACIA ARRIBA, CON ANGULO A 130 O 140 GRADOS Y 180 MM. DE LONGITUD.
537	702	4079	00	01	PINZA TIPO KERRISON CON MORDIDA DE 5 MM. HACIA ARRIBA. CON ANGULO A 130 O 140 GRADOS Y 180 MM. DE LONGITUD.
537	702	3774	00	01	PINZA CORTANTE RECTA PARA DISCO DE 180 MM. DE LONGITUD CON MORDIDA HACIA ABAJO DE 3 X 10 MM.
537	702	3782	00	01	PINZA CORTANTE RECTA PARA DISCO DE 180 MM. DE LONGITUD CON MORDIDA HACIA ARRIBA DE 3 X 10 MM.
537	702	3790	00	01	PINZA CORTANTE RECTA PARA DISCO DE 180 MM. DE LONGITUD CON MORDIDA RECTA DE 3 X 10 MM.

PROGRAMA PESO SOBRE PESO

GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	Descripción PREI
537	702	4046	00	01	PINZA TIPO KERRISON CON MORDIDA DE 3 MM. HACIA ARRIBA, CON ANGULO A 130 O 140 GRADOS Y 180 MM. DE LONGITUD.
537	702	4046	00	01	PINZA TIPO KERRISON CON MORDIDA DE 3 MM. HACIA ARRIBA, CON ANGULO A 130 O 140 GRADOS Y 180 MM. DE LONGITUD.
537	702	4079	00	01	PINZA TIPO KERRISON CON MORDIDA DE 5 MM. HACIA ARRIBA. CON ANGULO A 130 O 140 GRADOS Y 180 MM. DE LONGITUD.
537	702	3774	00	01	PINZA CORTANTE RECTA PARA DISCO DE 180 MM. DE LONGITUD CON MORDIDA HACIA ABAJO DE 3 X 10 MM.
537	702	3782	00	01	PINZA CORTANTE RECTA PARA DISCO DE 180 MM. DE LONGITUD CON MORDIDA HACIA ARRIBA DE 3 X 10 MM.
537	702	3790	00	01	PINZA CORTANTE RECTA PARA DISCO DE 180 MM. DE LONGITUD CON MORDIDA RECTA DE 3 X 10 MM.

ACTA DE TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA INTERNACIONAL No. LA-019GYR049-T37-2013					
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN PROGRAMA DE EQUIPO MEDICO PROGRAMA PESO SOBRE PESO BIENES SINIESTRADOS					

GPO	GEN	ESP	DIF	VAR	Descripción PREI
537	702	4046	00	01	PINZA TIPO KERRISON CON MORDIDA DE 3 MM. HACIA ARRIBA, CON ANGULO A 130 O 140 GRADOS Y 180 MM. DE LONGITUD.
537	702	4079	00	01	PINZA TIPO KERRISON CON MORDIDA DE 5 MM. HACIA ARRIBA. CON ANGULO A 130 O 140 GRADOS Y 180 MM. DE LONGITUD.
537	702	3774	00	01	PINZA CORTANTE RECTA PARA DISCO DE 180 MM. DE LONGITUD CON MORDIDA HACIA ABAJO DE 3 X 10 MM.
537	702	3782	00	01	PINZA CORTANTE RECTA PARA DISCO DE 180 MM. DE LONGITUD CON MORDIDA HACIA ARRIBA DE 3 X 10 MM.
537	702	3790	00	01	PINZA CORTANTE RECTA PARA DISCO DE 180 MM. DE LONGITUD CON MORDIDA RECTA DE 3 X 10 MM.

8.- DICE

14.- FIRMA DEL CONTRATO:

EN LA FECHA QUE SE FORMALICE EL CONTRATO, EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO DEBERÁ PRESENTAR EL ORIGINAL DEL REGISTRO SANITARIO O COPIA CERTIFICADA DEL MISMO, PARA SU COTEJO; O EN SU CASO, EL ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA DEL ACUSE DE RECIBO DEL TRÁMITE DE PRÓRROGA DEL REGISTRO SANITARIO, PRESENTADO ANTE LA COFEPRIS EN LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES DE INVERSIÓN UBICADA EN LA CALLE DE DURANGO, NO. 291, 11° PISO, COLONIA ROMA NORTE, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06700, MÉXICO D.F; DONDE SE LE SELLARÁ UNA COPIA, LA CUAL DEBERÁ ENTREGARSE EN LA DIVISIÓN DE CONTRATOS Y APOYO TÉCNICO, UBICADA EN LA CALLE DE DURANGO NO. 291, 10° PISO (A LA SINALOA), COL. ROMA NORTE, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P.06700, MÉXICO, D.F., EL DÍA DE LA FIRMA DEL CONTRATO.

DEBE DECIR

EN LA FECHA QUE SE FORMALICE EL CONTRATO, EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO DEBERÁ PRESENTAR EL ORIGINAL DEL REGISTRO SANITARIO O COPIA CERTIFICADA DEL MISMO, PARA SU COTEJO; O EN SU CASO, EL ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA DEL ACUSE DE RECIBO DEL TRÁMITE DE PRÓRROGA DEL REGISTRO SANITARIO, PRESENTADO ANTE LA COFEPRIS EN EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO DE LA UMAE DR VICTORIO DE LA FUENTE NARVAEZ, UBICADO EN EL PRIMER PISO DEL ANTIGUO EDIFICIO DE SERVICIOS GENERALES, SITA EN AV. COLECTOR 15 S/N ESQ. CON AV INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL C.P. 07760 DONDE SE LE SELLARÁ UNA COPIA., EL DÍA DE LA FIRMA DEL CONTRATO.

9.-EL LICITANTE DEBERÁ DE INCLUIR EN SU PROPUESTA EL CALENDARIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS QUE OFERTE DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA. EN CASO DE QUE EL EQUIPO NO REQUIERA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DEBERÁ DE INCLUIR EN SU PROPUESTA UNA CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL BIEN OFERTADO ES LIBRE DE MANTENIMIENTO.

10.- EL LICITANTE DEBERÁ DE COMPROMETERSE A DARLE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS BIENES OFERTADOS DENTRO DE LAS 24 HORAS POSTERIORES AL MOMENTO DE RECIBIR LA SOLICITUD, EN CASO DE REQUERIR MÁS TIEMPO, DEBERÁ DE SUSTITUIR EL BIEN POR UNO DE IGUALES CARACTERÍSTICAS O SUPERIORES HASTA EL MOMENTO EN QUE SE ENCUENTRE DE VUELTA EN OPERACIÓN EL BIEN ADQUIRIDO

ACTA DE TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA INTERNACIONAL No. LA-019GYR049-T37-2013	
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN PROGRAMA DE EQUIPO MEDICO PROGRAMA PESO SOBRE PESO BIENES SINIESTRADOS	

11.- LAS MUESTRAS DEBERÁN CUMPLIR CON LA CALIDAD DE FABRICACIÓN Y MATERIALES REQUERIDOS INTERNACIONALMENTE Y POR TANTO, POR ESTA INSTITUCIÓN, PARA OTORGAR ATENCIÓN MÉDICA DE CALIDAD. SE VERIFICARÁN CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES ASÍ COMO ACABADOS: CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA, DESINFECCIÓN POR AGENTES DESINFECTANTES (SI APLICA), DESINFECCIÓN POR AUTOCLAVE (SI APLICA), ETC

12.- DICE

**CÉDULA DE DESCRIPCIÓN
REFERENTE AL PROGRAMA DE EQUIPO MEDICO Y PROGRAMA PESO SOBRE PESO PARA EL HOSPITAL DE ORTOPEDIA**

ADJUDICACION	
PARTIDA: 2	
LUGAR DE ENTREGA: ORTOPEDIA	
CANTIDAD: 2	
CLAVE: 531 635 0130 01 01	
GRUPO: 531	
GENERICO: 635	
ESPECIALIDAD:	
SERVICIO:	

ESPECIFICACIONES MÍNIMAS SOLICITADAS

ESPECIFICACIONES OFERTADAS

<p>DESCRIPCIÓN: MOTOR NEUMATICO MICRO. APARATO DE IMPULSION NEUMATICA PARA INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN CIRUGIA DE HUESOS CORTOS. MOTOR QUE FUNCIONA CON VELOCIDAD DE OPERACION VARIABLE, DE 0 A 12,500 RPM. PESO DE APROXIMADAMENTE 250 GR. CONSUMO DE AIRE 200 L / MIN. PRESION DE FUNCIONAMIENTO 6-8 ATM. INCLUYE MANGUERA DE DOBLE CONDUCCION E INTERRUPTOR DE PEDAL</p> <p>ACCESORIOS: CABEZAL RECTO. CABEZAL ANGULAR DE 45 GRADOS O 90 GRADOS. PROTECTOR DE TEJIDOS. GUIA DE PROFUNDIDAD PARA BROCAS Y PARA TREPANACION DE CRANEO, SIERRA DE PUNTA. CABEZAL DE PERFORACION OSCILANTE. SIERRA OSCILANTE. PIEZA DE INTERCONEXION PARA LUBRICAR EL MOTOR. DESTORNILLADOR. CEPILLO PARA LIMPIEZA.</p> <p>REFACCIONES: REFACCIONES: SEGUN MARCA Y MODELO.</p> <p>CONSUMIBLES: LAMINA DENTADA PARA SIERRA DE PUNTA. (CANTIDAD CINCO) LAMINAS DENTADAS PARA SIERRA OSCILANTE (ANCHURA 6 U 8 MM Y LONGITUD UTIL 13 O 18 MM).(CANTIDAD CINCO) BROCAS DE DOS ARISTAS.(CANTIDAD CINCO) FRESAS: ESFERICA, OVALADA, OVOIDAL, CONICA ESTRECHA O</p>	<p>DESCRIPCIÓN:</p> <p>ACCESORIOS:</p> <p>REFACCIONES:</p> <p>CONSUMIBLES:</p> <p>INSTALACIÓN:</p> <p>OPERACIÓN:</p> <p>MANTENIMIENTO:</p>
---	---

ACTA DE TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA INTERNACIONAL No. LA-019GYR049-T37-2013	ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN PROGRAMA DE EQUIPO MEDICO PROGRAMA PESO SOBRE PESO BIENES SINIESTRADOS
--	--

ANCHA, PIRIFORME Y DE DISCO. (CANTIDAD DOS DE CADA UNA) ACEITE LUBRICANTE. (CANTIDAD UNO)	
INSTALACIÓN: SISTEMA DE SUMINISTRO DE AIRE Y DE ESCAPE ADAPTADOS A LAS NECESIDADES DE CADA QUIROFANO. NITROGENO (CILINDRO O CENTRAL DE GASES).	
OPERACIÓN: CAPACITACION TECNICA	
MANTENIMIENTO: PREVENTIVO POR GARANTIA CON PERIODICIDAD TRIMESTRAL	EMPRESA NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL
DR. JOSE JAIME GONZALEZ HERNANDEZ DIRECTOR MEDICO DEL HOSPITAL DE ORTOPEDIA	

DEBE DECIR

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN

REFERENTE AL PROGRAMA DE EQUIPO MEDICO Y PROGRAMA PESOS SOBRE PESO PARA EL HOSPITAL DE ORTOPEDIA

ADJUDICACION	
PARTIDA: 2	
LUGAR DE ENTREGA: ORTOPEDIA	
CANTIDAD: 2	
CLAVE: 531 635 0130 01 01	
GRUPO: 531	
GENERICO: 635	
ESPECIALIDAD:	
SERVICIO:	

ESPECIFICACIONES MÍNIMAS SOLICITADAS

ESPECIFICACIONES OFERTADAS

<p>DESCRIPCIÓN: APARATO DE IMPULSIÓN NEUMÁTICA PARA INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN CIRUGÍA DE HUESOS CORTOS QUE FUNCIONA CON NITRÓGENO. CONSTA DE: MOTOR CON VELOCIDAD DE OPERACIÓN VARIABLE. PESO NO MAYOR A 250 GR. CONSUMO DE GAS NO MAYOR A 230 L/MIN. PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO NO MAYOR A 6-8 ATM O SU EQUIVALENTE EN PSI O EN BAR. MANGUERA DE DOBLE CONDUCCIÓN E INTERRUPTOR DE PALANCA UBICADA EN EL CUERPO DE LA PIEZA DE MANO</p> <p>REFACCIONES LAS UNIDADES MÉDICAS LAS SELECCIONARÁN, DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO</p>	<p>DESCRIPCIÓN: ACCESORIOS: REFACCIONES: CONSUMIBLES: INSTALACIÓN: OPERACIÓN: MANTENIMIENTO:</p>
---	---

ACTA DE TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA INTERNACIONAL No. LA-019GYR049-T37-2013	
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN PROGRAMA DE EQUIPO MEDICO PROGRAMA PESO SOBRE PESO BIENES SINIESTRADOS	

<p>ACCESORIOS: CABEZAL RECTO. CABEZAL O PIEZA DE MANO O ADITAMENTO ANGULAR DE 45 GRADOS O 90 GRADOS Y DE ANGULO VARIABLE, GUARDA O ADITAMENTO PARA PROTECTOR DE TEJIDOS. ADITAMENTO GUIA DE PROFUNDIDAD PARA BROCAS, SIERRA OSCILANTE. PIEZA DE INTERCONEXION PARA LUBRICAR EL MOTOR. DESTORNILLADOR. CEPILLO PARA LIMPIEZA. ESTUCHE O CONTENEDOR PARA ESTERILIZAR</p> <p>REFACCIONES:</p> <p>CONSUMIBLES: LAMINA DENTADA PARA SIERRA DE PUNTA. (CANTIDAD CINCO) LAMINAS DENTADAS PARA SIERRA OSCILANTE (ANCHURA 6 U 8 MM Y LONGITUD UTIL 13 O 18 MM).(CANTIDAD CINCO) BROCAS DE DOS ARISTAS.(CANTIDAD CINCO) FRESAS: ESFERICA, OVALADA, OVOIDAL, CONICA ESTRECHA O ANCHA, PIRIFORME Y DE DISCO. (CANTIDAD DOS DE CADA UNA) ACEITE LUBRICANTE. (CANTIDAD UNO)</p> <p>INSTALACIÓN: SISTEMA DE SUMINISTRO DE AIRE Y DE ESCAPE ADAPTADOS A LAS NECESIDADES DE CADA QUIROFANO. NITROGENO (CILINDRO O CENTRAL DE GASES).</p> <p>OPERACIÓN: CAPACITACION TECNICA</p> <p>MANTENIMIENTO: PREVENTIVO POR GARANTIA CON PERIODICIDAD TRIMESTRAL</p> <p>DR. JOSE JAIME GONZALEZ HERNANDEZ DIRECTOR MEDICO DEL HOSPITAL DE ORTOPEDIA</p>	<p>EMPRESA NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL</p>
---	--

13.- DICE

PARA LAS PARTIDAS 1 DE LOS PROGRAMAS DE EQUIPO MEDICO Y PESO SOBRE PESO DEL HOSPITAL DE ORTOPEDIA Y PARTIDAS 16 DE LOS PROGRAMAS PESO SOBRE PESO Y EQUIPO MEDICO DEL HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA

ADJUDICACION	
PARTIDA: 1	
LUGAR DE ENTREGA: ORTOPEDIA	
CANTIDAD: 6	
CLAVE: 531 635 0122 01 01	
GRUPO: 531	
GENERICO: 635	
ESPECIALIDAD:	
SERVICIO:	

ACTA DE TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA INTERNACIONAL No. LA-019GYR049-T37-2013	ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN PROGRAMA DE EQUIPO MEDICO PROGRAMA PESO SOBRE PESO BIENES SINIESTRADOS
---	--

ESPECIFICACIONES MÍNIMAS SOLICITADAS

DESCRIPCIÓN: MOTOR NEUMATICO COMPACTO. APARATO DE IMPULSION NEUMATICA PARA INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN CIRUGIA ORTOPEDICA Y TRAUMATOLOGICA. MOTOR CON REGULACION CONTINUA DE LA VELOCIDAD, QUE PERMITE LA INVERSION EN SENTIDO DE LA MARCHA SIN INTERRUMPIR EL TRABAJO. VELOCIDAD VARIABLE DE 0 A 900 R.P.M. PESO DE 780 G. CONSUMO DE AIRE 250 L/MIN. PRESION DE FUNCIONAMIENTO 6 ATM. INCLUYE MANGUERA DOBLE DE 2 A 5 M. DE LONGITUD

ACCESORIOS: ADAPTADOR RADIOTRASPARENTE. CABEZAL DE PERFORACION OSCILANTE. ADAPTADOR PARA SIERRA OSCILANTE ADAPTADOR DE ANCLAJE RAPIDO PARA AGUJAS DE KIRSCHNER. ADAPTADOR DE ANCLAJE RAPIDO PARA FRESA TRIPLE. ADAPTADOR PARA FRESCO ACETABULAR E INTRAMEDULAR. MANDRIL DE ANCLAJE RAPIDO. MANDRIL CON LLAVE. FILTROS PARA INSTALACIONES DE AIRE COMPRIMIDO.

REFACCIONES: REFACCIONES: SEGUN MARCA Y MODELO.

CONSUMIBLES: LAMINAS DENTADAS PARA SIERRA OSCILANTE. (CANTIDAD CINCO), CEPILLO DE LIMPIEZA. (CANTIDAD UNO) ACEITE LUBRICANTE.(CANTIDAD UNO)

INSTALACIÓN: NO REQUIERE

OPERACIÓN: CAPACITACION TECNICA

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO POR GARANTIA CON PERIODICIDAD TRIMESTRAL

DR. JOSE JAIME GONZALEZ HERNANDEZ
DIRECTOR MEDICO DEL HOSPITAL DE ORTOPEDIA

ESPECIFICACIONES OFERTADAS

DESCRIPCIÓN:
ACCESORIOS:
REFACCIONES:
CONSUMIBLES:
INSTALACIÓN:
OPERACIÓN:
MANTENIMIENTO:

EMPRESA
NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL
REPRESENTANTE LEGAL

DEBE DECIR:

PARA LAS PARTIDAS 1 DE LOS PROGRAMAS DE EQUIPO MEDICO Y PESO SOBRE PESO DEL HOSPITAL DE ORTOPEDIA Y PARTIDAS 16 DE LOS PROGRAMAS PESO SOBRE PESO Y EQUIPO MEDICO DEL HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA

ADJUDICACION	
PARTIDA: 1	
LUGAR DE ENTREGA: ORTOPEDIA	
CANTIDAD: 6	

ACTA DE TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA INTERNACIONAL No. LA-019GYR049-T37-2013	
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN PROGRAMA DE EQUIPO MEDICO PROGRAMA PESO SOBRE PESO BIENES SINIESTRADOS	

CLAVE: 531 635 0122 01 01	
GRUPO: 531	
GENERICO: 635	
ESPECIALIDAD:	
SERVICIO:	

ESPECIFICACIONES MÍNIMAS SOLICITADAS

DESCRIPCIÓN: APARATO DE IMPULSIÓN NEUMÁTICA PARA INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLÓGICA, QUE FUNCIONA CON NITRÓGENO. CONSTA DE: MOTOR CON REGULACIÓN CONTINUA DE LA VELOCIDAD, QUE PERMITE LA INVERSIÓN EN SENTIDO DE LA MARCHA SIN INTERRUMPIR EL TRABAJO. VELOCIDAD VARIABLE DENTRO DEL RANGO DE SEGURIDAD EN R.P.M. CONSUMO DE GAS EN L/MIN. PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE 6 A 10 ATM O SU EQUIVALENTE EN PSI O EN BAR. MANGUERA DOBLE DE 5 M. DE LONGITUD

ACCESORIOS: ADAPTADOR RADIOTRASPARENTE. CABEZAL DE PERFORACION OSCILANTE. ADAPTADOR PARA SIERRA OSCILANTE ADAPTADOR DE ANCLAJE RAPIDO PARA AGUJAS DE KIRSCHNER. ADAPTADOR DE ANCLAJE RAPIDO PARA FRESA TRIPLE. ADAPTADOR PARA FRESCO ACETABULAR E INTRAMEDULAR. MANDRIL DE ANCLAJE RAPIDO. MANDRIL de $\frac{1}{4}$ CON LLAVE. FILTROS PARA INSTALACIONES DE AIRE COMPRIMIDO. ESTUCHE O CONTENEDOR PARA ESTERILIZAR

REFACCIONES: REFACCIONES: SEGUN MARCA Y MODELO.

CONSUMIBLES: LAMINAS DENTADAS PARA SIERRA OSCILANTE. (CANTIDAD CINCO), CEPILLO DE LIMPIEZA. (CANTIDAD UNO) ACEITE LUBRICANTE.(CANTIDAD UNO)

INSTALACIÓN: NO REQUIERE

OPERACIÓN: CAPACITACION TECNICA

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO POR GARANTIA CON PERIODICIDAD TRIMESTRAL

DR. JOSE JAIME GONZALEZ HERNANDEZ
DIRECTOR MEDICO DEL HOSPITAL DE ORTOPEDIA

ESPECIFICACIONES OFERTADAS

DESCRIPCIÓN:
ACCESORIOS:
REFACCIONES:
CONSUMIBLES:
INSTALACIÓN:
OPERACIÓN:
MANTENIMIENTO:

EMPRESA
NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL
REPRESENTANTE LEGAL

ACTA DE TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA INTERNACIONAL No. LA-019GYR049-T37-2013	
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN PROGRAMA DE EQUIPO MEDICO PROGRAMA PESO SOBRE PESO BIENES SINIESTRADOS	

14.- PARTIDA 18 DE LOS PROGRAMAS PESOS SOBRE PESO Y EQUIPO MEDICO DEL HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA

DICE:

ADJUDICACION	
PARTIDA: 18	
LUGAR DE ENTREGA: TRAUMATOLOGIA	
CANTIDAD: 2	
CLAVE: 537 260 0055 03 01	
GRUPO: 537	
GENERICO: 260	
ESPECIALIDAD:	
SERVICIO:	

ESPECIFICACIONES MÍNIMAS SOLICITADAS

ESPECIFICACIONES OFERTADAS

<p>DESCRIPCIÓN: CRANEOTOMO NEUMATICO MICRO EQUIPO PARA TREPANOTOMIA Y CRANEOTOMIA. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: REDUCTOR DE VELOCIDAD Y ADITAMENTO PARA CRANEOPLASTIA; APARATO DE IMPULSION NEUMATICA PARA INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN CIRUGIA DE HUESOS CORTOS. MOTOR QUE FUNCIONA CON VELOCIDAD DE OPERACION VARIABLE, DE 60000 A 80000 RPM. PESO DE APROXIMADAMENTE 250 GR. CONSUMO DE AIRE 200 L / MIN. PRESION DE FUNCIONAMIENTO 6-8 ATM. INCLUYE MANGUERA DE DOBLE CONDUCCION E INTERRUPTOR DE PEDAL</p> <p>ACCESORIOS: CABEZAL RECTO. CABEZAL ANGULAR DE 45 GRADOS O 90 GRADOS. PROTECTOR DE TEJIDOS. GUIA DE PROFUNDIDAD PARA BROCAS Y PARA TREPANACION DE CRANEO, SIERRA DE PUNTA. CABEZAL DE PERFORACION OSCILANTE. SIERRA OSCILANTE. PIEZA DE INTERCONEXION PARA LUBRICAR EL MOTOR. DESTORNILLADOR. CEPILLO PARA LIMPIEZA.</p> <p>REFACCIONES: REFACCIONES: SEGUN MARCA Y MODELO.</p> <p>CONSUMIBLES: LAMINA DENTADA PARA SIERRA DE PUNTA.(CANTIDAD SEIS) LAMINAS DENTADAS PARA SIERRA OSCILANTE (ANCHURA 6 U 8 MM Y LONGITUD UTIL 13 O 18 MM). (CANTIDAD SEIS) BROCAS DE DOS ARISTAS. (CANTIDAD SEIS) FREAS: ESFERICA, OVALADA, OVOIDAL, CONICA ESTRECHA O ANCHA, PIRIFORME Y DE DISCO. (CANTIDAD SEIS DE CADA UNA) ACEITE LUBRICANTE. (CANTIDAD UNO)</p> <p>INSTALACIÓN: SISTEMA DE SUMINISTRO DE AIRE Y DE ESCAPE ADAPTADOS A LAS NECESIDADES DE CADA QUIROFANO. NITROGENO (CILINDRO O CENTRAL DE GASES).</p> <p>OPERACIÓN: CAPACITACION TECNICA</p> <p>MANTENIMIENTO: PREVENTIVO POR GARANTIA CON PERIODICIDAD TRIMESTRAL</p> <p>DR ARTURO RESENDIZ HERNANDEZ</p>	<p>DESCRIPCIÓN: ACCESORIOS: REFACCIONES: CONSUMIBLES: INSTALACIÓN: OPERACIÓN: MANTENIMIENTO:</p> <p>EMPRESA NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL</p>
--	---

ACTA DE TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA INTERNACIONAL No. LA-019GYR049-T37-2013	
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN PROGRAMA DE EQUIPO MEDICO PROGRAMA PESO SOBRE PESO BIENES SINIESTRADOS	

DIRECTOR MEDICO DE LA UMAE

DEBE DECIR

PARTIDA 18 DE LOS PROGRAMAS PESOS SOBRE PESO Y EQUIPO MEDICO DEL HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA

ADJUDICACION	
PARTIDA: 18	
LUGAR DE ENTREGA: TRAUMATOLOGIA	
CANTIDAD: 2	
CLAVE: 537 260 0055 03 01	
GRUPO: 537	
GENERICO: 260	
ESPECIALIDAD:	
SERVICIO:	

ESPECIFICACIONES MÍNIMAS SOLICITADAS

DESCRIPCIÓN: CRANEOTOMO NEUMATICO EQUIPO PARA TREPANOTOMIA Y CRANEOTOMIA. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS, SELECCIONABLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES MEDICAS: REDUCTOR DE VELOCIDAD. CARACTERISTICAS: MOTOR QUE FUNCIONA CON VELOCIDAD DE OPERACION VARIABLE, DE 60000 A 80000 RPM. PESO NO MAYOR A 250 GR. CONSUMO DE AIRE 200 L / MIN. PRESION DE FUNCIONAMIENTO 6-8 ATM. INCLUYE MANGUERA DE DOBLE CONDUCCION E INTERRUPTOR DE PEDAL ACCESORIOS: CABEZAL RECTO. CABEZAL ANGULAR DE 45 GRADOS O 90 GRADOS. PROTECTOR DE TEJIDOS. GUIA DE PROFUNDIDAD PARA BROCAS Y PARA TREPANACION DE CRANEO. SIERRA DE PUNTA. CABEZAL DE PERFORACION OSCILANTE. SIERRA OSCILANTE. PIEZA DE INTERCONEXION PARA LUBRICAR EL MOTOR. DESTORNILLADOR. CEPILLO PARA LIMPIEZA. REFACCIONES: REFACCIONES: SEGUN MARCA Y MODELO. CONSUMIBLES: LAMINA DENTADA PARA SIERRA DE PUNTA.(CANTIDAD SEIS) LAMINAS DENTADAS PARA SIERRA OSCILANTE (ANCHURA 6 U 8 MM Y LONGITUD UTIL 13 O 18 MM). (CANTIDAD SEIS) BROCAS DE DOS ARISTAS. (CANTIDAD SEIS) FRESAS: ESFERICA, OVALADA, OVIDAL, CONICA ESTRECHA O ANCHA, PIRIFORME Y DE DISCO. (CANTIDAD SEIS DE CADA UNA) ACEITE LUBRICANTE. (CANTIDAD UNO) INSTALACIÓN: SISTEMA DE SUMINISTRO DE AIRE Y DE ESCAPE ADAPTADOS A LAS NECESIDADES DE CADA QUIROFANO. NITROGENO (CILINDRO O CENTRAL DE GASES). OPERACIÓN: CAPACITACION TECNICA MANTENIMIENTO: PREVENTIVO POR GARANTIA CON PERIODICIDAD TRIMESTRAL

ESPECIFICACIONES OFERTADAS

DESCRIPCIÓN: ACCESORIOS: REFACCIONES: CONSUMIBLES: INSTALACIÓN: OPERACIÓN: MANTENIMIENTO:	EMPRESA NOMBRE Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL REPRESENTANTE LEGAL
--	---

ACTA DE TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA INTERNACIONAL No. LA-019GYR049-T37-2013	
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN PROGRAMA DE EQUIPO MEDICO PROGRAMA PESO SOBRE PESO BIENES SINIESTRADOS	

DR ARTURO RESENDIZ HERNANDEZ DIRECTOR MEDICO DE LA UMAE	
--	--

15.- DICE

7.2. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS.

IV.- EN CASO DE SER ADJUDICADO, AVISO DE IMPORTACIÓN CON SELLO DE RECIBIDO POR PARTE DE LA SSA. (EL QUE DEBERÁ SER ENTREGADO PREVIO A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO EN LA OFICINA DE ADQUISICIONES DE LA UMAE, SITA EN AVENIDA COLECTOR 15 SIN NÚMERO ESQUINA CON AVENIDA INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, COLONIA MAGDALENA DE LAS SALINAS, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, CÓDIGO POSTAL 07760, MÉXICO, D.F.

DEBE DECIR

7.2. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS.

IV.- DEBERÁ PRESENTAR COPIA DEL AVISO DE IMPORTACIÓN CON SELLO DE RECIBO POR PARTE DE LA SSA. EN EL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES TECNICO ECONOMICAS INCLUYENDO LA COPIA EN LA PROPUESTA TECNICA

16.- 7.- REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN.

SE AGREGA

CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGREN LA PROPOSICIÓN DE LOS LICITANTES Y AQUÉLLOS DISTINTOS A ÉSTA, DEBEN ESTAR FOLIADOS EN TODAS Y CADA UNA DE LAS HOJAS QUE CONFORMAN ÉSTA. PARA TAL EFECTO, SE DEBERÁN NUMERAR CON FOLIO CONSECUITIVO LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA, ASÍ COMO EL RESTO DE LOS DOCUMENTOS QUE ENTREGUE

17.- EL LICITANTE DEBERÁ COTIZAR COMO MÍNIMO LO SOLICITADO EN EL REQUERIMIENTO (ANEXO 3) DE LA CONVOCATORIA, NO SERÁ LIMITATIVO QUE OFERTE BIENES CON MAYOR INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

18.- 7.3. PROPOSICIÓN TÉCNICA:

SE AGREGA INCISO:

W) EN CASO DE DISTRIBUIDORES, DEBERÁN ENTREGAR CARTA DEL FABRICANTE EN ORIGINAL, EN PAPEL MEMBRETEADO Y CON FIRMA AUTÓGRAFA DEL MISMO, EN LA QUE ÉSTE MANIFIESTE RESPALDAR LA PROPOSICIÓN TÉCNICA QUE SE PRESENTE, POR LA(S) CLAVE(S) EN LA(S) QUE PARTICIPE, INDICANDO EL NÚMERO DE LA LICITACIÓN, CONFORME AL ANEXO NÚMERO 22 (VEINTIDÓS)

ANEXO NÚMERO 22 (veintidós)

FORMATO DE CARTA RELATIVA AL PUNTO 7.3
(Carta en original, papel membretado y firma autógrafa del fabricante)



ACTA DE TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA INTERNACIONAL No. LA-019GYR049-T37-2013	
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN PROGRAMA DE EQUIPO MEDICO PROGRAMA PESO SOBRE PESO BIENES SINIESTRADOS	

CONVOCANTE

(NOMBRE), EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
(NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL FABRICANTE), MANIFIESTO QUE RESPALDO LA
PROPOSICIÓN TÉCNICA QUE PRESENTE (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL DISTRIBUIDOR) POR
LOS BIENES OFERTADOS EN LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. _____ Y QUE A
CONTINUACIÓN SE RELACIONAN:

LUGAR Y FECHA

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL FABRICANTE.

19.- 14.- FIRMA DEL CONTRATO:

se elimina la viñeta

TRATÁNDOSE DE LICITANTES ACREDITADOS COMO MIPYMES), EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS,
DEBERÁN PRESENTAR:

- CONSTANCIA EMITIDA POR EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, POR LA
QUE SE CERTIFIQUE PRODUCEN BIENES CON INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, LA CUAL NO PODRÁ
TENER UNA VIGENCIA MAYOR A CINCO AÑOS.

**20.-EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO LOS BIENES DEBERÁN SER ENTREGADOS EN UN PLAZO DE 30
DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO**

ACTO SEGUIDO, SE PROCEDIÓ A LA LECTURA DE LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA
PRESENTADAS EN TIEMPO Y FORMA POR LOS INTERESADOS, ASÍ COMO LA RESPUESTA OTORGADA POR
LA CONVOCANTE (CUANDO APLIQUE), COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN:

PREGUNTAS EFECTUADAS POR SYNTHES S.M.P. DE R.L. DE C.V.:

1. ANEXO NUMERO 3 (TRES) AMABLEMENTE SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME CUAL ES LA
MANERA CORRECTA DE COTIZAR EL ANEXO NUMERO TRES. EN EL MISMO HAY DOS REQUERIMIENTOS

ACTA DE TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA INTERNACIONAL No. LA-019GYR049-T37-2013	
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN PROGRAMA DE EQUIPO MEDICO PROGRAMA PESO SOBRE PESO BIENES SINIESTRADOS	

DIFERENTES UNO NOMINADO PROGRAMA DE EQUIPO Y OTRO DENOMINADO PESO SOBRE PESO AMBOS CON LA MISMA CLAVE PERO DIFERENTE REQUERIMIENTO, DEBEMOS PRESENTAR UNA PROPUESTA POR EL EQUIPO Y OTRA PROPUESTA POR EL ANEXO PESO SOBRE PESO?

Respuesta: REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE

2. PUNTO 7.3 PROPOSICION TECNICA PRIMER PARRAFO.

AMABLEMENTE SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI TENEMOS QUE ARMAR UNA CARPETA POR CADA PARTIDA LICITADA INCLUYENDO UNICAMENTE ANEXO 4 ANEXO 5 Y ANEXO 9 PROPUESTA ECONOMICA QUE AMPAREN DICHA PARTIDA? Y SI EL RESTO DE LOS DOCUMENTOS REFERIDOS COMO PROPUESTA TECNICA PUNTO 7.3 PUEDEN SER ENTREGADOS EN UNA SOLA CARPETA CON EL TITULO DE PROPUESTA TECNICA AMPARANDO TODO LO REQUERIDO EN LOS PUNTOS 7.3-7.5-8.1 Y8.2-7.1-7.2? SOLICITO SE ME CONFIRME?

Respuesta: EN UNA SOLA CARPETA MENCIONANDO EL NOMBRE DEL PROGRAMA QUE COTIZA ES DECIR, PESO SOBRE PESO, PROGRAMA DE EQUIPO MEDICO O BIENES SINIESTRADOS

3. PUNTO 7.3 INCISO V) AMABLEMENTE SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME DE QUE PARTIDAS ESTA SOLICITANDO MUESTRAS, DONDE Y CUANDO SE HARIA LA ENTREGA DE LAS MISMAS.

Respuesta: REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE

4. FAVOR DE CONFIRMAR QUE SE TIENE QUE CUMPLIR JUSTA Y CABALMENTE CON LOS ACCESORIOS DESCritos EN LA CEDULA DE CLAVES DEL CUADRO BASICO: ADAPTADOR RADIOTRASPARENTE, CABEZAL DE PERFORACION OSCILANTE, ADAPTADOR PARA SIERRA OSCILANTE, ADAPTADOR DE ANCLAJE RAPIDO PARA AGUJAS DE KIRDCHNER, ADAPTADOR DE INTRAMEDULAR MANDRIL DE ANCLAJE RAPIDO MANDRIL CON LLAVE FILTROS PARA INSTALACIONES DE AIRE COMPRIMIDO. FAVOR DE CONFIRMAR

Respuesta: ES CORRECTO, DEBERA OFERTAR LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE ACUERDO A LA DESCRIPCION DE CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO FECHA DE ACTUALIZACION SEPTIEMBRE 2013, DONDE SE ACLARA LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO.

5. FAVOR DE CONFIRMAR QUE PARA EL MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE LOS EQUIPOS ES NECESARIO TENER UN CENTRO DE SERVICIO LOCAL CERTIFICADO POR EL FABRICANTE FAVOR DE CONFIRMAR

Respuesta: TIENE QUE SER UN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO, CON CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON EL CLAUSULADO DEL CONTRATO

6. EN CASO DE SER AFIRMATIVA LA RESPUESTA ANTERIOR SOLICITAMOS AMABLEMENTE QUE SE PRESENTEN LOS CERTIFICADOS CORRESPONDIENTES DEL FABRICANTE

Respuesta: LA AUTORIZACION O CERTIFICACION SE DEBE PRESENTAR PARA SU REVISION, SIN EMBARGO NO SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION EL NO PRESENTARLO.

7. PARA LOS PROCEDIMIENTOS DE ENCLAVADO CENTROMEDULAR ES NECESARIO CONTAR CON EL ADAPTADOR RADIOTRASPARENTE PARA TENER UN BLOQUEO RAPIDO Y EFICIENTE QUE REDUZCA EL TIEMPO QUIRURGICO LO CUAL SE TRADUCE EN UN BENEFICIO PARA EL PACIENTE POR LO TANTO ES OBLIGATORIO QUE LOS SETS DEL MOTOR NEUMATICO COMPACTO DEBA DE INCLUIR ESTE ADAPTADOR? FAVOR DE CONFIRMAR

ACTA DE TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA INTERNACIONAL No. LA-019GYR049-T37-2013	
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN PROGRAMA DE EQUIPO MEDICO PROGRAMA PESO SOBRE PESO BIENES SINIESTRADOS	

Respuesta: ES CORRECTO, DEBERA OFERTAR LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE ACUERDO A LA DESCRIPCION DE CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO FECHA DE ACTUALIZACION SEPTIEMBRE 2013, DONDE SE ACLARA LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO.

8. PARA LOS PROCEDIMIENTOS CON PACIENTES OSTEOPOROTICOS O CON DEBILIDAD OSEA ES NECESARIO CONTAR CON CABEZAL DE PERFORACION OSCILANTE PARA NO PROVOCAR DAÑO EN EL HUESO OSTEOPENICO DEL PACIENTE, ASI COMO EVITAR NECROSIS OSEA, LO CUAL SE TRADUCE EN UN BENEFICIO PARA EL PACIENTE, POR LO TANTO ES OBLIGATORIO QUE LOS SETS DEL MOTOR NEUMATICO COMPACTO DEBA INCLUIR ESTE ADAPTADOR, FAVOR DE CONFIRMAR

Respuesta: ES CORRECTO, DEBERA OFERTAR LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE ACUERDO A LA DESCRIPCION DE CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO FECHA DE ACTUALIZACION SEPTIEMBRE 2013, DONDE SE ACLARA LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO.

9. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME QUE EN EL CASO DE OFERTAR PRODUCTOS DE ORIGEN EXTRANJERO, LA CONVOCANTE SE SUJETARA LA COMPRA DE BIENES SUSCRITOS BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS DE LIBRE COMERCIO PARA LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Respuesta: SI ES CORRECTO

10. 7.1 CALIDAD
LOS LICITANTES DEBERAN ACOMPAÑAR SU PROPOSICION TECNICA LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES: SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE NOS CONFIRME QUE EL NO PRESENTAR COPIA DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR COFEPRIS ASI COMO CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001-2000 (VIGENTE) O ISO 9001-2008 O CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 13485 O TUV O CERTIFICADO FDA, CE O SU EQUIVALENTE EMITIDO POR LA AUTORIDAD SANITARIA DEL PAIS DE ORIGEN SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION DE LA PROPUESTA FAVOR DE CONFIRMAR

Respuesta: EL OFERENTE DEBE SUJETARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES EN EL NUMERAL 7.1 CALIDAD Y 7.2 LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS

PREGUNTAS EFECTUADAS POR INSTRUMENTACION MEDICA SA DE CV.:

11. PARTIDA 1, A LO LARGO DE DIEZ AÑOS SE HA VISTO EN EL MERCADO QUE ESTOS DOS ADAPTADORES 1) RADIOTRASPARENTE, 2) CABEZAL DE PERFORACION OSCILANTE, NO SON NECESARIOS PAR LOS PROCESOS QUIRURGICOS QUE LA CONVOCANTE REALIZA, POR LO QUE SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE OMITIR ESTOS ADAPTADORES LO CUAL ENCARECERIA INECESSARIAMENTE EL PRODUCTO. ¿SE ACEPTE?.

Respuesta: NO SE ACEPTE, EL LICITANTE DEBE OFERTAR LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE ACUERDO A LA DESCRIPCION DE CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO FECHA DE ACTUALIZACION SEPTIEMBRE 2013, DONDE SE ACLARA LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO.

ACTA DE TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA INTERNACIONAL No. LA-019GYR049-T37-2013	
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN PROGRAMA DE EQUIPO MEDICO PROGRAMA PESO SOBRE PESO BIENES SINIESTRADOS	

12. PARTIDA 1. EN CASO DE QUE NO SE ACEPTE LA PREGUNTA ANTERIOR DAMOS POR HECHO QUE ESTAN LIMITANDO LA LIBRE PARTICIPACION DE LAS EMPRESAS YA QUE ESTA CARACTERISTICA ES EXCLUSIVA DE UN PROVEEDOR; EVITANDOSE LA CONVOCANTE RETRASAR EL PROCESO LICITATORIO POR ALGUNA INCONFORMIDAD. ¿SE ACEPTA?.

Respuesta: NO SE ACEPTA NI SE DA POR HECHO UNICAMENTE EL LICITANTE DEBE OFERTAR LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE ACUERDO A LA DESCRIPCION DE CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO FECHA DE ACTUALIZACION SEPTIEMBRE 2013, DONDE SE ACLARA LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO.

13. NUMERAL 7.1 CALIDAD: DEBIDO A QUE LOS REGISTROS SANITARIOS Y PRORROGAS VIGENTES NO CUENTAN CON MARBETE SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA PODER PRESENTAR COPIA SIMPLE DEL ANVERSO Y REVERSO DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EN EL ENTENDIDO QUE DENTRO DE DICHO DOCUMENTO SE ENCUENTRA LA MARCA, MODELO Y CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL EQUIPO. ¿SE ACEPTA?

Respuesta: SE ACEPTA

14. NUMERAL 7.3 PROPOSICION TECNICA, INCISO B: PARA EL CASO DE QUE LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS NO SE ENCUENTREN INDICADAS DE FORMA EXPLICITA EN LOS REGISTROS SANITARIOS Y/O CERTIFICADOS DE CALIDAD ENTENDEMOS QUE BASTARÁ CON LA REFERENCIACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EN LOS CATÁLOGOS, HOJAS TÉCNICAS Y/O MANUALES (INCLUYENDO EN LA PROPUESTA UNICAMENTE LAS HOJAS UTILIZADAS) YA QUE LOS REGISTROS SANITARIOS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD SERAN INTEGRADOS EN EL NUMERAL 7.3 INCISOS I Y J PARA CADA PARTIDA OFERTADA ¿ES CORRECTO?.

Respuesta: DEBERA CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 7.3

15. NUMERAL 7.3 PROPOSICION TECNICA, INCISO B, SUBNUMERAL B2: ENTENDEMOS QUE EN CASO DE PRESENTAR NUESTRA PROPUESTA DE FORMA ELECTRONICA SE DEBERAN ENTREGAR LOS CATALOGOS, HOJAS TECNICAS, MANUALES Y/O INSTRUCTIVOS (UNICAMENTE LAS HOJAS UTILIZADAS) EN ORIGINAL UN DIA ANTES DE LA PRESENTACION ESTOS NO DEBERAN IR REFERENCIADOS, UNICAMENTE DEBERAN IR BIEN IDENTIFICADOS CON EL NOMBRE DEL LICITANTE, NO. DE LICITACION Y PARTIDA ¿ES CORRECTO?

Respuesta: NO ES CORRECTO, DEBE CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 7.3

16. PARA EL CASO DEL NUMERAL 7.3 INCISO F EN EL QUE MI REPRESENTADA NO PARTICIPARA DE MANERA CONJUNTA CON OTRA EMPRESA ENTENDEMOS QUE PARA CUMPLIR CON DICHO PUNTO BASTARÁ CON LA PRESENTACION DE UNA CARTA DE NO APLICA ¿ES CORRECTO?

Respuesta: SI ES CORRECTO

17. PARA EL CASO DEL NUMERAL 7.3 INCISO G EN EL QUE MI REPRESENTADA NO OFERTARA BIENES DE ORIGEN NACIONAL ENTENDEMOS QUE PARA CUMPLIR CON DICHO PUNTO BASTARÁ CON LA PRESENTACION DE UNA CARTA DE NO APLICA ¿ES CORRECTO?

Respuesta: ES CORRECTO

ACTA DE TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA INTERNACIONAL No. LA-019GYR049-T37-2013	
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN PROGRAMA DE EQUIPO MEDICO PROGRAMA PESO SOBRE PESO BIENES SINIESTRADOS	

18. DICE: IDIOMA O IDIOMAS EN QUE PODRÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES, LOS ANEXOS TÉCNICOS Y, EN SU CASO, LOS FOLLETOS QUE SE ACOMPAÑEN. LAS PROPOSICIONES EN SU CASO, DEBERÁN PRESENTARSE POR ESCRITO, PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, SÓLO EN IDIOMA ESPAÑOL Y DIRIGIDAS AL ÁREA CONVOCANTE. LOS ANEXOS TÉCNICOS, FOLLETOS, CATÁLOGOS Y/O FOTOGRAFÍAS, INSTRUCTIVOS O MANUALES DE USO PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES, CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DE LOS MISMOS, DEBERÁN PRESENTARSE REFERENCIADOS Y PODRÁN PRESENTARSE EN EL IDIOMA DEL PAÍS DE ORIGEN DE LOS BIENES, ACOMPAÑADOS DE UNA TRADUCCIÓN SIMPLE AL ESPAÑOL. TRATÁNDOSE DE BIENES DE INVERSIÓN QUE REQUIERAN DE INSTRUCTIVOS Y MANUALES DE USO, SE DEBERÁN PRESENTAR REFERENCIADOS Y EN IDIOMA ESPAÑOL, CONFORME A LOS MARBETES AUTORIZADOS POR LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS.

DUDA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE EN CASO DE REQUERIR MANUALES, NOS PERMITA PRESENTAR SOLO LAS PÁGINAS REFERENCIAS, YA QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO SE PRESENTARÁ EL MANUAL ORIGINAL, ¿SE ACEPTE?

Respuesta: NO SE ACEPTE, DEBE CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 7.3

19. NUMERAL 7.1. CALIDAD. LOS LICITANTES DEBERÁN ACOMPAÑAR A SU PROPOSICIÓN TÉCNICA LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES:

I.-COPIA DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR LA COFEPRIS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 376 DE LA LEY GENERAL DE SALUD (VIGENCIA DE 5 AÑOS), DEBIDAMENTE IDENTIFICADO POR EL NÚMERO DE PARTIDA Y CLAVE PROPUESTA; ASÍ COMO LOS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL MARBETE, QUE ACREDITE FEHACIENTEMENTE QUE EL PRODUCTO OFERTADO CUMPLE CON LA DESCRIPCIÓN DEL CUADRO BÁSICO

DUDA: LA COFEPRIS PUBLICÓ EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2011, EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL LISTADO DE INSUMOS PARA LA SALUD CONSIDERADOS COMO DE BAJO RIESGO PARA EFECTOS DE OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO, Y DE AQUELLOS PRODUCTOS QUE POR SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS PROPIAS Y USO NO SE CONSIDERAN COMO INSUMOS PARA LA SALUD Y POR ENDE NO REQUIEREN REGISTRO SANITARIO; EN DICHO ACUERDO SE MENCIONAN ALGUNOS BIENES QUE OFERTAREMOS EN LA PRESENTE LICITACIÓN, SERÁ SUFFICIENTE PRESENTAR CARTA QUE EL BIEN A OFERTAR SE ENCUENTRA ENLISTADO EN EL ACUERDO MENCIONADO, POR LO CUAL NO REQUIERE REGISTRO SANITARIO, ¿ES CORRECTO?

Respuesta: DEBE PRESENTAR LA CARTA Y EL PERMISO DE IMPORTACION CORRESPONDIENTE VIGENTE.

20. DICE: 7.2. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS.

I. EN CASO DE SER ADJUDICADO, AVISO DE IMPORTACIÓN CON SELLO DE RECIBIDO POR PARTE DE LA SSA. (EL QUE DEBERÁ SER ENTREGADO PREVIO A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO).

DUDA:

EL AVISO DE IMPORTACIÓN, SOLO SERÁ PRESENTADO POR EL LICITANTE ADJUDICADO, POR LO CUAL NO DEBEREMOS PRESENTAR DOCUMENTACIÓN ALGUNA EN ESTE PUNTO, ¿ES CORRECTO?

Respuesta: REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE

ACTA DE TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA INTERNACIONAL No. LA-019GYR049-T37-2013	
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN PROGRAMA DE EQUIPO MEDICO PROGRAMA PESO SOBRE PESO BIENES SINIESTRADOS	

21. DICE: 7.3. PROPOSICIÓN TÉCNICA:

DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ENTREGA DE MUESTRAS DE LAS PARTIDAS OFERTADAS

DUDA:

¿NOS PODRIAN INDICAR PARA QUE PARTIDAS APLICA LAS MUESTRAS SOLICITADA?

Respuesta: **REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE**

22. DICE: 7.3. PROPOSICIÓN TÉCNICA

DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ENTREGA DE MUESTRAS DE LAS PARTIDAS OFERTADAS

DUDA:

¿NOS PODRIAN INDICAR FECHA Y HORARIO DE ENTREGA DE MUESTRAS SOLICITADAS?

Respuesta: **REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE**

23. PREGUNTA GENERAL: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, NOS MENCIONE SI LOS MOTORES NEUMÁTICOS A OFERTAR REQUIEREN DE CHAROLA DE ESTERILIZACIÓN PARA SU ESTERILIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO. FAVOR DE ACLARAR.

Respuesta: **SI SE REQUIERE**

24. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA UNA TOLERANCIA DE +/-10% PARA LAS MEDIDAS DE LAS FREAS Y LAMINAS UTILIZADAS PARA LOS MOTORES NEUMÁTICOS, ¿SE ACEPTE?

Respuesta: **NO SE ACEPTE**

25. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SI REQUIERE INCLUIR MANÓMETRO DE PRESIÓN PARA CADA UNA DE LAS PARTIDAS DE MOTORES NEUMÁTICOS. FAVOR DE ACLARAR.

Respuesta: **NO SE REQUIERE**

26. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACEPTE OFERTAR MOTOR NEUMÁTICO CON CARACTERÍSTICAS SUPERIORES, ¿SE ACEPTE?

Respuesta: **EL LICITANTE DEBE OFERTAR LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE ACUERDO A LA DESCRIPCION DE CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO FECHA DE ACTUALIZACION SEPTIEMBRE 2013, DONDE SE ACLARA LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO. REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE**

27. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MOTOR NEUMÁTICO COMPACTO CON PESO INFERIOR A 780 GRAMOS QUE FACILITE LA MANIOBRABILIDAD DENTRO DEL

ACTA DE TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA INTERNACIONAL No. LA-019GYR049-T37-2013	
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN PROGRAMA DE EQUIPO MEDICO PROGRAMA PESO SOBRE PESO BIENES SINIESTRADOS	

CAMPO QUIRÚRGICO SIN DEMERITAR EN FUNCIONAMIENTO SIEMPRE Y CUANDO SATISFAGA LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS SOLICITADOS, ¿SE ACEPTE?

Respuesta: EL LICITANTE DEBE OFERTAR LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE ACUERDO A LA DESCRIPCION DE CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO FECHA DE ACTUALIZACION SEPTIEMBRE 2013, DONDE SE ACLARA LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO. REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE

28. DADO QUE NUESTRO EQUIPO SE TRATA DE UN MOTOR NEUMÁTICO COMPACTO DE ALTO PODER Y CON APLICACIÓN EN HUESOS LARGOS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MOTOR CON CONSUMO DE AIRE DE 368 L/MIN QUE GARANTICE UN ALTO TORQUE Y ALTO DESEMPEÑO PARA CIRUGÍAS DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA, ADEMÁS DE NO DEMERITAR EN FUNCIONALIDAD, ¿SE ACEPTE?

Respuesta: EL LICITANTE DEBE OFERTAR LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE ACUERDO A LA DESCRIPCION DE CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO FECHA DE ACTUALIZACION SEPTIEMBRE 2013, DONDE SE ACLARA LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO. REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE

29. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MOTOR NEUMÁTICO COMPACTO CON PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE 7.5 ATM DADO QUE NUESTRO EQUIPO HACE USO DE UNA ALTA POTENCIA PROPORCIONANDO UN ALTO TORQUE CON EL FIN DE ALCANZAR UN ÓPTIMO RENDIMIENTO EN CIRUGÍAS DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA, ¿SE ACEPTE?

Respuesta: EL LICITANTE DEBE OFERTAR LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE ACUERDO A LA DESCRIPCION DE CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO FECHA DE ACTUALIZACION SEPTIEMBRE 2013, DONDE SE ACLARA LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO. REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE

30. POR ADAPTADOR DE ANCLAJE RÁPIDO PARA FRESA TRIPLE ENTENDEMOS ADAPTADOR TIPO TINKLE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? EN CASO CONTRARIO, FAVOR DE ACLARAR.

Respuesta: NO ES CORRECTA SU APRECIACION, DEBE DE OFERTAR EL ADAPTADOR DE ANCLAJE RAPIDO PARA FRESA TRIPLE

31. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE EL ACEITE LUBRICANTE SEA OPCIONAL DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE, ¿SE ACEPTE?

Respuesta: SI SE ACEPTE, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE INDUDITABLEMENTE QUE NO REQUIERE ACEITE LUBRICANTE

32. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACEPTE OFERTAR MOTOR NEUMÁTICO CON CARACTERÍSTICAS SUPERIORES, ¿SE ACEPTE?

Respuesta: EL LICITANTE DEBE OFERTAR LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE ACUERDO A LA DESCRIPCION DE CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO FECHA DE ACTUALIZACION

ACTA DE TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA INTERNACIONAL No. LA-019GYR049-T37-2013	
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN PROGRAMA DE EQUIPO MEDICO PROGRAMA PESO SOBRE PESO BIENES SINIESTRADOS	

SEPTIEMBRE 2013, DONDE SE ACLARA LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO. REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE

33. DADO QUE NUESTRO EQUIPO SE TRATA DE UN MOTOR NEUMÁTICO MICRO DE ALTO PODER Y ALTO DESEMPEÑO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MOTOR CON CONSUMO DE AIRE DE 226 L/MIN QUE GARANTICE UN ALTO TORQUE Y ALTO DESEMPEÑO PARA CIRUGÍAS DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA, ADEMÁS DE NO DEMERITAR EN FUNCIONALIDAD ¿SE ACEPTE?

Respuesta: EL LICITANTE DEBE OFERTAR LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE ACUERDO A LA DESCRIPCION DE CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO FECHA DE ACTUALIZACION SEPTIEMBRE 2013, DONDE SE ACLARA LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO. REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE

34. DADO QUE DURANTE EL USO DE NUESTRO MOTOR NEUMÁTICO MICRO PODRÍA SER REQUERIDO UN INTERRUPTOR DE PEDAL PARA SU UTILIZACIÓN MÁS CÓMODA Y APROPIADA DURANTE CIRUGÍA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SOLICITAR INTERRUPTOR DE PEDAL CON CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE FABRICANTE, ¿SE ACEPTE?

Respuesta: EL LICITANTE DEBE OFERTAR LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE ACUERDO A LA DESCRIPCION DE CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO FECHA DE ACTUALIZACION SEPTIEMBRE 2013, DONDE SE ACLARA LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO. REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE

35. PARTIDA 16

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACEPTE OFERTAR MOTOR NEUMÁTICO CON CARACTERÍSTICAS SUPERIORES, ¿SE ACEPTE?

Respuesta:EL LICITANTE DEBE OFERTAR LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE ACUERDO A LA DESCRIPCION DE CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO FECHA DE ACTUALIZACION SEPTIEMBRE 2013, DONDE SE ACLARA LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO. REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE

36. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MOTOR NEUMÁTICO COMPACTO CON PESO INFERIOR A 780 GRAMOS QUE FACILITE LA MANIOBRABILIDAD DENTRO DEL CAMPO QUIRÚRGICO SIN DEMERITAR EN FUNCIONAMIENTO SIEMPRE Y CUANDO SATISFAGA LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS SOLICITADOS, ¿SE ACEPTE?

Respuesta: EL LICITANTE DEBE OFERTAR LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE ACUERDO A LA DESCRIPCION DE CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO FECHA DE ACTUALIZACION SEPTIEMBRE 2013, DONDE SE ACLARA LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO. REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE

ACTA DE TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA INTERNACIONAL No. LA-019GYR049-T37-2013	
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN PROGRAMA DE EQUIPO MEDICO PROGRAMA PESO SOBRE PESO BIENES SINIESTRADOS	

37. DADO QUE NUESTRO EQUIPO SE TRATA DE UN MOTOR NEUMÁTICO COMPACTO DE ALTO PODER Y CON APLICACIÓN EN HUESOS LARGOS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MOTOR CON CONSUMO DE AIRE DE 368 L/MIN QUE GARANTICE UN ALTO TORQUE Y ALTO DESEMPEÑO PARA CIRUGÍAS DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA, ADEMÁS DE NO DEMERITAR EN FUNCIONALIDAD, ¿SE ACEPTE?

Respuesta: **EL LICITANTE DEBE OFERTAR LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE ACUERDO A LA DESCRIPCION DE CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO FECHA DE ACTUALIZACION SEPTIEMBRE 2013, DONDE SE ACLARA LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO. REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE**

38. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MOTOR NEUMÁTICO COMPACTO CON PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE 7.5 ATM DADO QUE NUESTRO EQUIPO HACE USO DE UNA ALTA POTENCIA PROPORCIONANDO UN ALTO TORQUE CON EL FIN DE ALCANZAR UN ÓPTIMO RENDIMIENTO EN CIRUGÍAS DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA, ¿SE ACEPTE?

Respuesta: **EL LICITANTE DEBE OFERTAR LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE ACUERDO A LA DESCRIPCION DE CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO FECHA DE ACTUALIZACION SEPTIEMBRE 2013, DONDE SE ACLARA LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO. REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE**

39. PARTIDA 18

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACEPTE OFERTAR MOTOR NEUMÁTICO CON CARACTERÍSTICAS SUPERIORES, ¿SE ACEPTE?

Respuesta: **EL LICITANTE DEBE OFERTAR LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE ACUERDO A LA DESCRIPCION DE CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO FECHA DE ACTUALIZACION SEPTIEMBRE 2013, DONDE SE ACLARA LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO. REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE**

40. ENTENDEMOS QUE POR LA NATURALEZA DEL CRANEOTOMO SOLICITADO, SE REQUIEREN GUARDAS PARA DURAMADRE PEDIÁTRICAS Y ADULTO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? EN CASO CONTRARIO FAVOR DE ACLARAR.

Respuesta: **EL LICITANTE DEBE OFERTAR LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE ACUERDO A LA DESCRIPCION DE CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO FECHA DE ACTUALIZACION SEPTIEMBRE 2013, DONDE SE ACLARA LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO. REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE**

41. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS MENCIONE ALGUNA CARACTERÍSTICA ADICIONAL PARA REDUCTOR DE VELOCIDAD CON EL FIN DE MEJORAR LA PROPUESTA TÉCNICA A OFERTAR. FAVOR DE ESPECIFICAR.

ACTA DE TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA INTERNACIONAL No. LA-019GYR049-T37-2013	
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN PROGRAMA DE EQUIPO MEDICO PROGRAMA PESO SOBRE PESO BIENES SINIESTRADOS	

Respuesta: EL LICITANTE DEBE OFERTAR LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE ACUERDO A LA DESCRIPCION DE CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO FECHA DE ACTUALIZACION SEPTIEMBRE 2013, DONDE SE ACLARA LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO. REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE

PREGUNTAS EFECTUADAS POR NUEVA ERA ORTHOPEDIA MEXICO SA DE CV.:

42. (PARTIDA 1, PROGRAMA PESO SOBRE PESO Y EQUIPO MEDICO) SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE ACEPTE OFERTAR LOS MOTORES NEUMATICO CON MEJORES CARACTERISTICAS; SE ACEPTE?

Respuesta: EL LICITANTE DEBE OFERTAR LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE ACUERDO A LA DESCRIPCION DE CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO FECHA DE ACTUALIZACION SEPTIEMBRE 2013, DONDE SE ACLARA LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO. REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE

43. (PARTIDA 1, PROGRAMA PESO SOBRE PESO Y EQUIPO MEDICO) SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITE OFERTA LOS MOTORES NEUMATICO COMPACTO CON PESO A 780 SIN DEMERITAR EN FUNCIONAMIENTO Y CUMPLA LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS SOLICITADOS. SE ACPTA?

Respuesta: EL LICITANTE DEBE OFERTAR LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE ACUERDO A LA DESCRIPCION DE CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO FECHA DE ACTUALIZACION SEPTIEMBRE 2013, DONDE SE ACLARA LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO. REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE

44. (PARTIDA 1, PROGRAMA PESO SOBRE PESO Y EQUIPO MEDICO) SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITE OFERTAR MOTOR CON CONSUMO DE AIRE DE 368 L/MIN QUE GARANTICE UN MEJOR TORQUE Y UN BUEN DESEMPEÑO QUE NO AFECTE EN FUNCIONALIDAD. SE ACEPTE?

Respuesta: EL LICITANTE DEBE OFERTAR LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE ACUERDO A LA DESCRIPCION DE CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO FECHA DE ACTUALIZACION SEPTIEMBRE 2013, DONDE SE ACLARA LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO. REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE

45. (PARTIDA 1, PROGRAMA PESO SOBRE PESO Y EQUIPO MEDICO) PARA EL ADAPTADOR DE ANCLAJE RAPIDO PARA FRESA TRIPLE ENTENDEMOS ADAPTADOR TIPO TINKLE. FAVOR DE ACLARAR.

Respuesta: NO ES CORRECTA SU APRECIACION DEBE DE OFERTAR EL ADAPTADOR DE ANCLAJE RAPIDO PARA FRESA TRIPLE

46. (PARTIDA 1, PROGRAMA PESO SOBRE PESO Y EQUIPO MEDICO) SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE EL ACEITE LUBRICANTE SEA OPCIONAL DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE. SE ACEPTE?

ACTA DE TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA INTERNACIONAL No. LA-019GYR049-T37-2013	
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN PROGRAMA DE EQUIPO MEDICO PROGRAMA PESO SOBRE PESO BIENES SINIESTRADOS	

Respuesta: SI SE ACEPTE, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE INDUDITABLEMENTE QUE NO REQUIERE ACEITE LUBRICANTE

47. (PARTIDA 1, PROGRAMA PESO SOBRE PESO Y EQUIPO MEDICO) PARTIDA 1. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE EL ACEITE LUBRICANTE SEA OPCIONAL DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE. SE ACEPTE?

Respuesta: SI SE ACEPTE, SIEMPRE Y CUANDO DEMUESTRE INDUDITABLEMENTE QUE NO REQUIERE ACEITE LUBRICANTE

48. PARTIDA 2. NUESTRO EQUIPO SE TRATA DE UN MOTOR NEUMATICO MICRO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MOTOR CON CONSUMO DE AIRE 226/LMIN SIN DEMERITAR EN FUNCIONAMIENTO Y QUE CUMPLA LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS SOLICITADOS. SE ACEPTE?.

Respuesta: EL LICITANTE DEBE OFERTAR LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE ACUERDO A LA DESCRIPCION DE CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO FECHA DE ACTUALIZACION SEPTIEMBRE 2013, DONDE SE ACLARA LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO. REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE

49. (NUMERAL 7.1 CALIDAD) DEBIDO A QUE LOS REGISTROS SANITARIOS Y PRORROGAS VIGENTES NO CUENTAN CON MARBETE SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA PODER PRESENTAR COPIA SIMPLE DEL ANVERSO Y REVERSO DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EN EL ENTENDIDO QUE DENTRO DE DICHO DOCUMENTO SE ENCUENTRA LA MARCA, MODELO Y CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL EQUIPO. SE ACEPTE?.

Respuesta: SI SE ACEPTE

50. (NUMERAL 7.3 PROPOSICION TECNICA, INCISO B) PARA EL CASO QUE LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS NO SE ENCUENTREN INDICADAS DE FORMA EXPLICITAS EN LOS REGISTROS SANITARIOS Y/O CERTIFICADOS DE CALIDAD ENTENDEMOS QUE BASTARA CON LA REFERENCIACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EN LOS CATALOGOS, HOJAS TECNICAS Y/O MANUALES (INCLUYENDO EN LA PROPUESTA UNICAMENTE LAS HOJAS UTILIZADAS) YA QUE LOS REGISTROS SANITARIOS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD SERAN INTEGRADOS EN EL NUMERAL 7.3 INCISOS I Y J PARA CADA PARTIDA OFERTADA. ES CORRECTO?

Respuesta: DEBERA CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 7.3

51. (NUMERAL 7.3 PROPOSICION TECNICA, INCISO B, SUBNUMERAL B2) EN CASO DE PRESENTAR NUESTRA PROPUESTA DE FORMA ELECTRONICA SE DEBERAN ENTREGAR LOS CATALOGOS, HOJAS TECNICAS, MANUALES Y/O INSTRUCTIVOS (UNICAMENTE LAS HOJAS UTILIZADAS) EN ORIGINAL UN DIA ANTES DE LA PRESENTACION ESTOS NO DEBERAN IR REFRENCIADOS, UNICAMENTE DEBERAN IR BIEN IDENTIFICADOS CON EL NOMBRE DEL LICITANTE, NO. DE LICITACION Y PARTIDA. ES CORRECTO?.

Respuesta: NO ES CORRECTO, DEBE DE CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 7.3

52. (PARA EL CASO DEL NUMERAL 7.3 INCISO F) EN EL QUE MI REPRESENTADA NO PARTICIPARA DE MANERA CONJUNTA CON OTRA EMPRESA ENTENDEMOS QUE PARA CUMPLIR CON DICHO PUNTO BASTA CON LA PRESENTACION DE UNA CARTA DE NO APLICA. ES CORRECTO?

Respuesta: ES CORRECTO

ACTA DE TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA INTERNACIONAL No. LA-019GYR049-T37-2013	
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN PROGRAMA DE EQUIPO MEDICO PROGRAMA PESO SOBRE PESO BIENES SINIESTRADOS	

53. (PARA EL CASO DEL NUMERAL 7.3 INCISO G) EN EL QUE MI REPRESENTADA NO OFERTARA BIENES DE ORIGEN NACIONAL ENTEDEMOS QUE PARA CUMPLIR CON DICHO PUNTO BASTARA CON LA PRESENTACION DE UNA CARTA DE NO APLICA. ES CORRECTO?

Respuesta: **ES CORRECTO**

54. DICE: IDIOMA O IDIOMAS EN QUE PODRAN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES LOS ANEXOS TECNICOS Y EN SU CASO, LOS FOLLETOS QUE SE ACOMPAÑEN, LAS PROPOSICIONES EN SU CASO, DEBERAN PRESENTARSE POR ESCRITO, ESPAÑOL Y DIRIGIDOS AL AREA CONVOCANTE LOS ANEXOS TECNICOS, FOLLETOS, CATALOGOS Y/O FOTOGRAFIAS, INSTRUCTIVOS O MANUALES DE USO PARA CORROBAR LAS ESPECIFICACIONES, CARACTERISTICAS Y CALIDAD DE LOS MISMOS, DEBERAN PRESENTARSE REFERNCIADOS Y PODRAN PRESENTARSE EN EL IDIOMA DEL PAIS DE ORIGEN DE LOS BIENES, ACOMPAÑADOS DE UNA TRADUCCION SIEMPRE AL ESPAÑOL, TRATANDOSE DE BIENES DE INVERSION QUE REQUIERAN DE INSTRUCTIVOS O MANUALES DE USO SE DEBERAN PRESENTAR REFERNCIADOS Y EN IDIOMA ESPAÑOL, CONFORME A LOS MARBATES AUTORIZADOS POR LA COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS.

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE EN CASO DE REQUERIR MANUALES, NOS PERMITA PRESENTAR SOLO LAS PAGINAS REFERENCIAS, YA QUE EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO SE PRESENTARA EL MANUAL ORIGINAL. SE ACEPTE?.

Respuesta: **NO SE ACEPTE, DEBE DE CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 7.3**

55. (NUMERO 7.1 CALIDAD, LOS LICITANTES DEBERAN ACOMPAÑAR A SU PROPOSICION TECNICA LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES) COPIA DEL REGISTRO SANITARIO VIGENTE EXPEDIDO POR LA COFEPRIS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 376 DE LA LEY GENERAL DE SALUD (VIGENCIA DE 5 AÑOS), DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS POR EL NUMERO DE PARTIDA Y CLAVE PROPUESTA, ASI COMO LOS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL MARBETE, QUE ACREDITE FEHACIENTEMENTE QUE EL PRODUCTO OFERTADO CUMPLE CON LA DESCRIPCION DEL CUADRO BASICO.

Respuesta: **EL OFERENTE DEBE SUJETARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES EN EL NUMERAL 7.1 CALIDAD Y 7.2 LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS**

56. DICE 7.2 LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS)

EN CASO DE SER ADJUDICADO, AVISO DE IMPORTACION CON SELLO DE RECIBIDO POR PARTE DE LA SSA. (EL QUE DEBERA SER ENTREGADO PREEVIO A LA FORMALIZACION DEL CONTRATO)
EL AVISO DE IMPORTACION, SOLO SERA PRESENTADO POR EL LICITANTE ADJUDICADO, POR LO CUAL NO DEBEREMOS PRESENTAR DOCUMENTACION ALGUNA EN ESTE PUNTO. ES CORRECTO?

Respuesta: **REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE**

PREGUNTAS EFECTUADAS POR DEWIMED SA DE CV.:

57. PARTIDA 5 PINZA TIPO KERRISON CON MORDIDA DE 3 MM. HACIA ARRIBA, CON ANGULO A 130 O 140 GRADOS Y 180 MM DE LONGITUD. SOLICITAMOS SE ACEPTE OFERTAR DE 40" YA QUE EL CORTE ES EL MISMO QUE A 130º .

Respuesta: **REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE**

ACTA DE TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA INTERNACIONAL No. LA-019GYR049-T37-2013	
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN PROGRAMA DE EQUIPO MEDICO PROGRAMA PESO SOBRE PESO BIENES SINIESTRADOS	

58. PARTIDA 6 PINZA TIPO KERRISON CON MORDIDA DE 3 MM. HACIA ARRIBA, CON ANGULO A 130 O 140 GRADOS Y 180 MM DE LONGITUD. SOLICITAMOS SE ACEPTE OFERTAR DE 40" YA QUE EL CORTE ES EL MISMO QUE A 130.

Respuesta: **REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE**

59. PARTIDA 7 PINZA TIPO KERRISON CON MORDIDA DE 5 MM. HACIA ARRIBA, CON ANGULO A 130 O 140 GRADOS Y 180 MM DE LONGITUD. SOLICITAMOS SE ACEPTE OFERTAR DE 40" YA QUE EL CORTE ES EL MISMO QUE A 130.

Respuesta: **REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE**

60. PARTIDA 11 PINZA TIPO KERRISON CON MORDIDA DE 3 MM. HACIA ARRIBA, CON ANGULO A 130 O 140 GRADOS Y 180 MM DE LONGITUD. SOLICITAMOS SE ACEPTE OFERTAR DE 40" YA QUE EL CORTE ES EL MISMO QUE A 130.

Respuesta: **REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE**

61. PARTIDA 5 PINZA TIPO KERRISON CON MORDIDA DE 5 MM. HACIA ARRIBA, CON ANGULO A 130 O 140 GRADOS Y 180 MM DE LONGITUD. SOLICITAMOS SE ACEPTE OFERTAR DE 40" YA QUE EL CORTE ES EL MISMO QUE A 130 .

Respuesta: **REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE**

PREGUNTAS EFECTUADAS POR BIOMEDICA ORTHOTOOLS MÉXICO, S. A. DE C. V.:

62. CUANDO HABLAMOS DE UN MOTOR NEUMÁTICO MICRO SE DEBE ENTENDER QUE SE TRATA DE UN EQUIPO TIPO LÁPIZ PARA CIRUGÍAS DE HUESOS MUY PEQUEÑOS, ES CORRECTO?

Respuesta: **NO ES CORRECTO, EL LICITANTE DEBE OFERTAR LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE ACUERDO A LA DESCRIPCION DE CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO FECHA DE ACTUALIZACION SEPTIEMBRE 2013, DONDE SE ACLARA LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE, REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE**

63. ¿LA VELOCIDAD DE FUNCIONAMIENTO QUE SOLICITAN ES LA MÍNIMA?, ES DECIR SI NUESTRA TECNOLOGÍA CUENTA CON UN POCO MAS DE VELOCIDAD SE PUEDE COTIZAR VERDAD?

Respuesta: **NO ES CLARA SU PREGUNTA, POR NO ESPECIFICAR A QUE PARTIDA SE REFIERE**

64. CON RESPECTO AL PESO DE LA PIEZA DE MANO SOLICITA QUE SEA DE 250 GR. ESTE PESO PARA UNA PIEZA DE MANO MICRO, AFECTA DIRECTAMENTE SOBRE EL DESEMPEÑO DEL CIRUJANO, YA QUE SE FATIGA CONFORME AVANZA EL PROCEDIMIENTO?

ACTA DE TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA INTERNACIONAL No. LA-019GYR049-T37-2013	
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN PROGRAMA DE EQUIPO MEDICO PROGRAMA PESO SOBRE PESO BIENES SINIESTRADOS	

Respuesta: EL LICITANTE DEBE OFERTAR LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE ACUERDO A LA DESCRIPCION DE CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO FECHA DE ACTUALIZACION SEPTIEMBRE 2013, DONDE SE ACLARA LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO. REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE

65. EL CONSUMO DE AIRE Y LA PRESION DE FUNCIONAMIENTO DEPENDE DE LA TECNOLOGÍA DE CADA CASA FABRICANTE, SOLICITAMOS SE NOS PERMITA HACER LA REFERENCIA DE ESTOS PUNTOS DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE?

Respuesta: EL LICITANTE DEBE OFERTAR LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE ACUERDO A LA DESCRIPCION DE CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO FECHA DE ACTUALIZACION SEPTIEMBRE 2013, DONDE SE ACLARA LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO. REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE

66. DENTRO DE LOS ACCESORIOS PIDE UN CABEZAL DENOMINADO SIERRA DE PUNTA, AL RESPECTO SE DEBE ENTENDER QUE SE REFIERE A UN ADITAMIENTO DEL EQUIPO QUE FUNCIONA COMO SIERRA RECIPROCANTE?

Respuesta: NO ES CLARA SU PREGUNTA, POR NO ESPECIFICAR A QUE PARTIDA SE REFIERE.

67. DENTRO DE LOS ACCESORIOS, PIDEN UN ADITAMIENTO DENOMINADO CABEZAL DE PERFORACIÓN OSCILANTE, AL RESPECTO DEBEMOS ENTENDER QUE SE REFIERE A UN ADITAMENTO DEL EQUIPO QUE FUNCIONA COMO SIERRA OSCILANTE?

Respuesta: NO ES CLARA SU PREGUNTA, POR NO ESPECIFICAR A QUE PARTIDA SE REFIERE

68. DONDE PIDEN GUIA DE PROFUNDIDAD PARA BROCAS, SOLICITAMOS SE NOS AUTORIZICE COTIZAR GUARDA LARGA PARA BROCAS, SE ACEPTE?

Respuesta: EL LICITANTE DEBE OFERTAR LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE ACUERDO A LA DESCRIPCION DE CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO FECHA DE ACTUALIZACION SEPTIEMBRE 2013, DONDE SE ACLARA LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO. REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE

69. EN LOS ACCESORIOS PIDEN UN CABEZAL ANGULAR DE 45° O 90 °, LAS CUALES SE UTILIZAN EN DENTAL, ESTE ES UN EQUIPO PARA HUESOS PEQUEÑOS EN SU LUGAR, SOLICITAMOS SE NOS AUTORIZICE COTIZAR UN CABEZAL ANGULAR DE 20° EL CUAL ES MUCHO MAS FUNCIONAL Y SIRVE MAS PARA LAS CIRUGÍAS DE HUESOS CORTOS, SE ACEPTE?

Respuesta: EL LICITANTE DEBE OFERTAR LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE ACUERDO A LA DESCRIPCION DE CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO FECHA DE ACTUALIZACION SEPTIEMBRE 2013, DONDE SE ACLARA LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO. REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE

ACTA DE TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA INTERNACIONAL No. LA-019GYR049-T37-2013	
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN PROGRAMA DE EQUIPO MEDICO PROGRAMA PESO SOBRE PESO BIENES SINIESTRADOS	

70. EN LOS CONSUMIBLES PIDEN LAMINAS, BROCAS Y FRESAS DE DIFERENTES LONGITUDES Y DIAMETROS, AL RESPECTO SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR DE ACUERDO A LAS MEDIDAS PROPIAS DE LA MARCA DEL FABRICANTE.

Respuesta: **EL LICITANTE DEBE OFERTAR LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE ACUERDO A LA DESCRIPCION DE CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO FECHA DE ACTUALIZACION SEPTIEMBRE 2013, DONDE SE ACLARA LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO. REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE**

71. EN LA INSTALACIÓN, MENCIONA SISTEMA DE SUMINISTRO DE ESCAPE ADAPTADORES A LAS NECESIDADES DE CADA QUIROFANO AL RESPECTO DEBEMOS ENTENDER QUE SE REFIEREN A QUE EL EQUIPO TENGA LA CAPACIDAD DE TRABAJAR TANTO CON AIRE.

Respuesta: **NO ES CLARA SU PREGUNTA**

72. MOTOR NEUMATICO MICRO, PARA QUE SE REQUIERE ADITAMENTO DE TREPANACION CUANDO ESTE EQUIPO ES PARA HUESOS?, COMO MAXILOFACIALES OTORINO Y/O METACARPEANOS Y JUANETES.

Respuesta: **REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE**

73. PERFORADOR NEUMATICO COMPACTO EN DONDE SOLICITAN UN MOTOR CON REGULACION CONTINUA DE VELOCIDAD, SE REFIEREN A UN EQUIPO EL CUAL REGULE SU VELOCIDAD DE TRABAJO POR MEDIO DE UN GATILLO ACCIONADOR.

Respuesta: **EL LICITANTE DEBE OFERTAR LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE ACUERDO A LA DESCRIPCION DE CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO FECHA DE ACTUALIZACION SEPTIEMBRE 2013, DONDE SE ACLARA LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO. REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE**

74. PERFORADOR NEUMATICO COMPACTO, CUANDO SE HABLA DE UN EQUIPO QUE PERMITE LA INVERSIÓN EN SENTIDO DE LA MARCHA SIN INTERRUMPIR EL TRABAJO DEBEMOS ENTENDER QUE SE REFIERE A UN EQUIPO QUE CUENTE CON DOBLE GATILLO ACCIONADOR LAS CUALES ESTAN DEDICADOS UNO PARA ACCIONAR A LA DERECHA Y OTRO PARA ACCIONAMIENTO A LA IZQUIERDA ES CORRECTO?

Respuesta: **SE REFIERE A LA CAPACIDAD DEL EQUIPO PARA PERMITIR LA INVERSION EN SENTIDO DE LA MARCHA SIN INTERRUMPIR EL TRABAJO**

75. MOTOR NEUMATICO COMPACTO. CUANDO SE PIDA COMO CARACTERISTICAS DEL PESO DEL EQUIPO ESTE DEPENDE DE CADA CASA DEL FABRICANTE Y TAMBIEN DEPENDE DE QUE TIPO DE ACCESORIOS ESTE USANDO EN ESE MOMENTO POR LO QUE SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA SE NOS PERMITA OFERTAR EL PESO DEL EQUIPO DE ACUERDO A NUESTRA CADA FABRICANTE.

ACTA DE TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA INTERNACIONAL No. LA-019GYR049-T37-2013	
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN PROGRAMA DE EQUIPO MEDICO PROGRAMA PESO SOBRE PESO BIENES SINIESTRADOS	

Respuesta: EL LICITANTE DEBE OFERTAR LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE ACUERDO A LA DESCRIPCION DE CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO FECHA DE ACTUALIZACION SEPTIEMBRE 2013, DONDE SE ACLARA LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO. REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE

76. MOTOR NEUMATICO COMPACTO, LAS CARACTERISTICAS DE CONSUMO DE AIRE 250 L/MIN., PRESION DE FUNCIONAMIENTO 6 ATM, INCLUYE MANGUERA DOBLE DE 2 A 5 M DE LONGITUD, SON PROPIAS DE CADA CASA FABRICANTE, AL RESPECTO SOLICITAMOS SE NOS PERMITA COTIZAR LAS DE CADA CASA FABRICANTE TODA VEZ QUE ESTAS VARIAN DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DE CADA MARCA

Respuesta: REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE

77. MOTOR NEUMATICO COMPACTO, EN LOS ACCESORIOS SE MENCIONA EL ADAPTADOR RADIOTRASPARENTE AL RESPECTO SOLICITAMOS SE MODIFIQUE ESTE ACCESORIO, TODA VEZ QUE YA NO SE UTILIZA Y LAS TECNICAS ACTUALES YA NO LO REQUIEREN Y PEDIRLO SOLO ENCARECE EL EQUIPO.

Respuesta: EL LICITANTE DEBE OFERTAR LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE ACUERDO A LA DESCRIPCION DE CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO FECHA DE ACTUALIZACION SEPTIEMBRE 2013, DONDE SE ACLARA LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO, REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE

78. MOTOR NEUMATICO COMPACTO. EN DONDE SOLICITAN UNA MANGUERA DOBLE PARA LA CONDUCCION DEL GAS DE IMPULSION HEMOS NOTADO QUE SE TIENE PROBLEMAS CUANDO ESTAS SON ESTERILIZADAS, POR LO QUE PROPONEMOS SE PIDAN TAPONES QUE PERMITAN LA ESTERILIZACION DE LA MANGUERA SIN QUE HAYA PENETRACION DEL AGENTE ESTERILIZANTE AL LUMEN INTERNO DE LA MANGUERA PERMITIENDO UNA MAYOR DURACION Y OBTENIENDO LA VENTAJA DE ECONOMIZAR EN LA COMPRA CONTINUA DE ESTE ACCESORIO SE ACEPTA?

Respuesta: EL LICITANTE DEBE OFERTAR LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE ACUERDO A LA DESCRIPCION DE CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO FECHA DE ACTUALIZACION SEPTIEMBRE 2013, DONDE SE ACLARA LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO. REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE

79. MOTOR NEUMATICO COMPACTO COMO ACCESORIOS SOLICITAN FILTROS PARA INSTALACIONES DE AIRE COMPRIMIDO LA TECNOLOGIA ACTUAL YA NO REQUIERE DE DICHOS FILTROS PERO SI REQUIERE QUE EL EQUIPO TENGAS LA CAPACIDAD DE TABAJARLO A AIRE COMPRIMIDO YA QUE SI SOLO TRABAJA CON NITROGENO LIMITARA EL EQUIPO EN SU FUNCIONAMIENTO?

Respuesta: EL LICITANTE DEBE OFERTAR LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE ACUERDO A LA DESCRIPCION DE CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO FECHA DE ACTUALIZACION SEPTIEMBRE 2013, DONDE SE ACLARA LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO. REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE

ACTA DE TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA INTERNACIONAL No. LA-019GYR049-T37-2013	
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN PROGRAMA DE EQUIPO MEDICO PROGRAMA PESO SOBRE PESO BIENES SINIESTRADOS	

80. CRANEOTOMO. EL ADITAMENTO PARA CRANEOPLASTIA, DEBEMOS ENTENDER QUE SE REFIEREN A LA COMBINACION DE LA GUARDA RECTA Y LA BROCA PARA LLEVAR A CABO DICHO PROCEDIMENTO?

Respuesta: **REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE**

81. CRANEOTOMO. EN DONDE SOLICITAN REDUCTOR DE VELOCIDAD DEBEMOS ENTENDER QUE SE REFIEREN A LA PIEZA DE MANO, QUE REDUCE LA VELOCIDAD HASTA 850 RPM, PARA HACER LA PERFORACIÓN INICIAL?

Respuesta: **EL LICITANTE DEBE OFERTAR LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE ACUERDO A LA DESCRIPCION DE CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO FECHA DE ACTUALIZACION SEPTIEMBRE 2013, DONDE SE ACLARA LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO
REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE**

82. NOS PODRIA ACLARAR, EN DONDE DESCRIBEN EL EQUIPO COMO UN APARATO DE IMPULSION PARA HUESOS CORTOS AL RESPECTO CREEMOS QUE ESTA ERRONEA LA DESCRIPCION, TODA VEZ QUE ES UN EQUIPO PARA CIRUGIA DE CRANEO Y QUE FUNCIONE PRINCIPALMENTE ES LA DE LLEVAR A CABO PROCEDIMIENTOS DE CIRUGÍA

Respuesta: **NO ES CLARA SU PREGUNTA**

83. CRANEOTOMO. EL MOTOR DE ALTA VELOCIDAD NORMALMENTE FUNCIONA ALREDEDOR DE LOS 100,000 RPM, PERO EN LA CEDULA SOLICITAN SOLO DE 60,000 A 80,000 RPM, ESTA VELOCIDAD LIMITA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO Y HACE **QUE LOS CORTES SEAN MAS LENTOS**, POR LO QUE AL RESPECTO PROPONEMOS VELOCIDAD DE AL MENOS 100,000 RPM, SE ACEPTE?

Respuesta: **EL LICITANTE DEBE OFERTAR LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE ACUERDO A LA DESCRIPCION DE CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO FECHA DE ACTUALIZACION SEPTIEMBRE 2013, DONDE SE ACLARA LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO
REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE**

84. CRANEOTOMO, EL PESO DE APROXIMADAMENTE 250 GR, CONSUMO DE AIRE 200 L/MIN., PRESION DE FUNCIONAMIENTO 6 – 8 ATM. SON UNIDADES PROPIAS DE CADA CASA FABRICANTE POR LO QUE AL RESPECTO SOLICITAMOS SE NOS AUTORICE REFERENCIAS DE ACUERDO A NUESTRA CASA FABRICANTE.

Respuesta: **EL LICITANTE DEBE OFERTAR LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE ACUERDO A LA DESCRIPCION DE CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO FECHA DE ACTUALIZACION SEPTIEMBRE 2013, DONDE SE ACLARA LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO,
REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE**

85. CRANEOTOMO, EN LOS ACCESORIOS SOLICITAN UNA CABEZAL ANGULAR DE 45 O 90° AL RESPECTO NOS PERMITIMOS OPINAR QUE AL SER UN CRANEOTOMO SERIA MEJOR PEDIR GUARDAS PROTECTORAS DE DURA PARA PROTEGER EL CORTE DE CRANEO POR LO QUE SOLICITAMOS SE NOS PERMITA REFERENCIAR EL PUNTO CON LAS GUARDAS PROTECTORAS DE DURA.

ACTA DE TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA INTERNACIONAL No. LA-019GYR049-T37-2013	
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN PROGRAMA DE EQUIPO MEDICO PROGRAMA PESO SOBRE PESO BIENES SINIESTRADOS	

Respuesta: EL LICITANTE DEBE OFERTAR LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE ACUERDO A LA DESCRIPCION DE CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO FECHA DE ACTUALIZACION SEPTIEMBRE 2013, DONDE SE ACLARA LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO, REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE

86. CRANEOATOMO, COMO GUIA DE PROFUNDIDAD PARA BROCAS Y PARA TREPANACION DE CRANEO SE DEBE ENTENDER QUE SON LAS GUARDAS RECTAS DE 70 Y 110 MM?

Respuesta: EL LICITANTE DEBE OFERTAR LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE ACUERDO A LA DESCRIPCION DE CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO FECHA DE ACTUALIZACION SEPTIEMBRE 2013, DONDE SE ACLARA LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO, REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE

87. CRANEOATOMO, EN LOS CONSUMIBLES PIDEN LAMINA DENTADA PARA SIERRA DE PUNTA, ESTA DESCRIPCION ES PROPIA DE UN PERFORADOR MICRO PARA UN CRANEOATOMO CORRESPONDERIA BROCAS DE CORTE LATERAL PARA LLEVAR A CABO EL PLANO CRANEOAL POR LO QUE SOLICITAMOS SE NOS PERMITA REFERENCIAR Y COTIZAR LAS BROCAS DEL CORTE LATERAL.

Respuesta: EL LICITANTE DEBE OFERTAR LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE ACUERDO A LA DESCRIPCION DE CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO FECHA DE ACTUALIZACION SEPTIEMBRE 2013, DONDE SE ACLARA LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO, REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE

PREGUNTAS EFECTUADAS POR ORTOPEDIA HISA SA DE CV.:

88. PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES. EL INSTITUTO APlicará UNA PENA CONVENCIONAL POR CADA DÍA DE ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES, POR EL EQUIVALENTE AL 2.5 %, SOBRE EL VALOR TOTAL DE LO INCUMPLIDO, SIN INCLUIR EL IVA, EN CADA UNO DE LOS SUPUESTOS SIGUIENTES:

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE CUAL ES EL PLAZO DE ENTREGA REQUERIDO DE LOS BIENES DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS Y RENGLONES QUE SE SEÑALAN EN ESTA CONVOCATORIA.

Respuesta: REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE

89. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI DE ACUERDO A LAS CEDULAS Y CLAVES Y POR SUS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE SE SOLICITAN SI ESTO SERÁN ADJUDICADOS A UN SOLO LICITANTE, O SI LA ADJUDICACIÓN SE HARÁ MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ABASTECIMIENTO SIMULTÁNEO,?

Respuesta: SERA UNA SOLA FUENTE DE ABASTO

90. PROPOSICIÓN ECONÓMICA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SI ES OPTATIVO PARA LA PROVEEDURÍA OFERTAR ÚNICAMENTE A UNA HOSPITALARIA EN AQUELLAS PARTIDAS QUE SE DESEA OFERTAR.

ACTA DE TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA INTERNACIONAL No. LA-019GYR049-T37-2013	
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN PROGRAMA DE EQUIPO MEDICO PROGRAMA PESO SOBRE PESO BIENES SINIESTRADOS	

Respuesta: DEBERA OFERTAR PARA AMBOS HOSPITALES SI LAS PARTIDAS SON IGUALES Y POR
PROGRAMA

PREGUNTAS EFECTUADAS POR SELECCIONES MEDICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

91. PRECISAR EL PUNTO DE BASES O MENCIONAR EL ASPECTO ESPECIFICO) Partida 1 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO
Dice... 4. CON CUATRO CAJONES FRONTALES TERMOFORMADOS. LOS CAJONES DEBERÁN DESLIZARSE SOBRE RODAMIENTOS O BALEROS. AL MENOS UNO CON SEGURIDAD.
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR UN CARRO RODABLE CON DOS CAJONES FRONTALES QUE SE DESLIZAN SOBRE BALEROS Y TRES LATERALES UTILITARIOS, SE ACEPTE NUESTRA PROPUESTA?

Respuesta: EL LICITANTE DEBE OFERTAR LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE ACUERDO A LA DESCRIPCION DE CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO FECHA DE ACTUALIZACION SEPTIEMBRE 2013, DONDE SE ACLARA LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO, REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE

92. PRECISAR EL PUNTO DE BASES O MENCIONAR EL ASPECTO ESPECIFICO) Partida 1 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO
Dice... 20. PARÁMETROS DE ENERGÍA MANUAL SELECCIONABLES: DESDE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 50, 75, 100, 120, 150, Y HASTA 200 JOULES.
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR UN DESFIBRILADOR MONITOR BIFÁSICO CON ENERGÍA MANUAL SELECCIONABLE DE 2 HASTA 360 JOULES, SE ACEPTE NUESTRA PROPUESTA?

Respuesta: EL LICITANTE DEBE OFERTAR LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE ACUERDO A LA DESCRIPCION DE CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO FECHA DE ACTUALIZACION SEPTIEMBRE 2013, DONDE SE ACLARA LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO, REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE

93 . PRECISAR EL PUNTO DE BASES O MENCIONAR EL ASPECTO ESPECIFICO) Partida 1 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO
Dice... 21. BOTONES PARA SELECCIÓN DE ENERGÍA, CARGA, DESCARGA E IMPRESIÓN TANTO EN EL PANEL FRONTEL DEL EQUIPO COMO EN LAS PALETAS.
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR UN DESFIBRILADOR MONITOR BIFÁSICO CON BOTONES PARA SELECCIONAR ENERGÍA, CARGA, DESCARGA E IMPRESIÓN DESDE EL PANEL FRONTEL DEL EQUIPO Y CARGA Y DESCARGA DESDE LAS PALETAS, SE ACEPTE NUESTRA PROPUESTA?

Respuesta: EL LICITANTE DEBE OFERTAR LO SOLICITADO EN EL ANEXO3I DE ACUERDO A LA DESCRIPCION DE CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO FECHA DE ACTUALIZACION SEPTIEMBRE 2013, DONDE SE ACLARA LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO
REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE

94. PRECISAR EL PUNTO DE BASES O MENCIONAR EL ASPECTO ESPECIFICO) Partida 1 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO
Dice... 32. IMPRESORA DE ALTA RESOLUCIÓN INTERCONSTRUIDA, QUE SE ACTIVE TANTO DESDE EL PANEL DE CONTROL COMO DESDE LAS PALAS.

ACTA DE TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA INTERNACIONAL No. LA-019GYR049-T37-2013	
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN PROGRAMA DE EQUIPO MEDICO PROGRAMA PESO SOBRE PESO BIENES SINIESTRADOS	

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR UN DESFIBRILADOR MONITOR BIFÁSICO CON UNA IMPRESORA TÉRMICA INTERCONSTRUIDA QUE SE ACTIVE SOLO DESDE EL PANEL DE CONTROL, SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

Respuesta: **EL LICITANTE DEBE OFERTAR LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE ACUERDO A LA DESCRIPCION DE CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO FECHA DE ACTUALIZACION SEPTIEMBRE 2013, DONDE SE ACLARA LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO, REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE**

95 . PRECISAR EL PUNTO DE BASES O MENCIONAR EL ASPECTO ESPECIFICO Partida 1 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO
Dice... 33. MEMORIA PARA 24 HORAS DE TENDENCIAS.

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA OFERTAR UN DESFIBRILADOR MONITOR BIFÁSICO CON CAPACIDAD DE MEMORIA PARA REGISTRO DE SUCESOS CRÍTICOS DE 100 EVENTOS RELEVANTES DE 45 MINUTOS CADA UNO, SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

Respuesta: **EL LICITANTE DEBE OFERTAR LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE ACUERDO A LA DESCRIPCION DE CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO FECHA DE ACTUALIZACION SEPTIEMBRE 2013, DONDE SE ACLARA LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO, REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE**

96 .PRECISAR EL PUNTO DE BASES O MENCIONAR EL ASPECTO ESPECIFICO Partida 1 CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACION CON DESFIBRILADOR MONITOR MARCAPASO
DICE.... HOJAS CURVAS DE LOS NÚMEROS: 0, 1, 2 Y 3.- SE COMENTA A LA CONVOCANTE QUE PARA EL JUEGO DE LARINGOSCOPIO LAS HOJAS CURVAS DE TAMAÑO "0" NO EXISTE POR LO QUE DEBEMOS ENTENDER QUE SE DEBE DE OFERTAR SOLO HOJAS CURVAS NÚMEROS 1, 2 Y 3, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

Respuesta: **EL LICITANTE DEBE OFERTAR LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE ACUERDO A LA DESCRIPCION DE CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO FECHA DE ACTUALIZACION SEPTIEMBRE 2013, DONDE SE ACLARA LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO, REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE**

PREGUNTAS EFECTUADAS POR BIOABAST S. A. DE C. V.:

97 . REFERENCIA: PUNTO 7.1 CALIDAD Y PUNTO 7.2 LICENCIAS AUTORIZACIONES Y PERMISOS EN CADA UNO DE LOS PUNTOS MENCIONADOS SOLICITA COPIA DEL REGISTRO SANITARIO, POR LO QUE DEBEMOS ENTENDER QUE CON SOLO PRESENTAR UNA COPIA PARA LOS DOS PUNTOS ES SUFICIENTE. FAVOR DE ACLARAR.

Respuesta: **ES CORRECTO SERA SUFFICIENTE PRESENTARLO UNA SOLA VEZ**

98. REFERENCIA: PUNTO 7.1 CALIDAD REQUIEREN COPIA DEL REGISTRO SANITARIO DEBIDAMENTE IDENTIFICADO POR EL NÚMERO DE PARTIDA Y CLAVE, DEBEMOS ENTENDER QUE DAREMOS CUMPLIMIENTO CON ESTA CARACTERÍSTICA PONIENDO UNA ETIQUETA CON LOS DATOS SOLICITADOS. ¿ES CORRECTO?

ACTA DE TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA INTERNACIONAL No. LA-019GYR049-T37-2013	
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN PROGRAMA DE EQUIPO MEDICO PROGRAMA PESO SOBRE PESO BIENES SINIESTRADOS	

Respuesta: EL MEDIO DE REFERENCIACION ES INDEPENDIENTE AL REQUISITO

99 . PARTIDA: 3 MONITOR DE SIGNOS VITALES

REFERENCIA: 5.- PARA APLICACIÓN ADULTO, PEDIÁTRICA Y NEONATAL. CON MODOS PRE CONFIGURADOS DE DESPLIEGUE DE PARÁMETROS DE ACUERDO CON EL ÁREA DE APLICACIÓN UCI, QUIRÓFANO, URGENCIAS, ETC.

ENTENDEMOS QUE EL MONITOR DEBE CONTAR CON SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LAS ÁREAS DE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS, QUIRÓFANO-ANESTESIA Y URGENCIAS. ¿ES CORRECTO?

Respuesta: UNICAMENTE PARA EL DESPLIEGUE

100 . PARTIDA: 3 MONITOR DE SIGNOS VITALES

REFERENCIA: 6.1.- AL MENOS 12 CURVAS SIMULTÁNEAS.

ENTENDEMOS QUE SE DEBE OFERTAR UN MONITOR CON CAPACIDAD DE DESPLEGAR EN PANTALLA DE 8 A 14 TRAZOS Y REPRESENTACIONES SIMULTÁNEOS, PERMITIENDO UNA VISUALIZACIÓN COMPLETA DE LOS PARÁMETROS VITALES DEL PACIENTE. ¿SE ACEPTA?

Respuesta: EL LICITANTE DEBE OFERTAR LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE ACUERDO A LA DESCRIPCION DE CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO FECHA DE ACTUALIZACION SEPTIEMBRE 2013, REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE

101. PARTIDA: 3 MONITOR DE SIGNOS VITALES

REFERENCIA: 6.2.2.- ANÁLISIS DE ARRITMIA CON DETECCIÓN DE AL MENOS 20 DIFERENTES TIPOS DE ARRITMIAS.

ENTENDEMOS QUE UN RANGO AMPLIO DE DETECCIÓN DE ARRITMIAS BRINDA SEGURIDAD AL PERSONAL MÉDICO, POR LO QUE PEDIMOS A LA CONVOCANTE SE OFERTE UNA DETECCIÓN MÍNIMA DE 19 ARRITMIAS CON DETECCIÓN DE LA FIBRILACIÓN ATRIAL; ESTO GARANTIZA UN BUEN SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ELÉCTRICA DEL CORAZÓN Y EVITA PERCANCES COMO LA MUERTE SÚBITA CARDIACA. ¿SE ACEPTA?

Respuesta: EL LICITANTE DEBE OFERTAR LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE ACUERDO A LA DESCRIPCION DE CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO FECHA DE ACTUALIZACION SEPTIEMBRE 2013, REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE

102 . PARTIDA: 3 MONITOR DE SIGNOS VITALES

REFERENCIA: 14.- ALMACENAMIENTO DE ECG DETALLADA (FULL DISCLOSURE) POR AL MENOS 48 HORAS.

DEBIDO A QUE LA CONVOCANTE REQUIERE UN MONITOR DE SIGNOS VITALES Y NO UNA CENTRAL DE MONITOREO, ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO A OFERTAR DEBERÁ CONTAR CON TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMÉRICAS DE MÍNIMO 72 HORAS Y NO CON FULL DISCLOSURE DE 48 HORAS, YA QUE ESTA CARACTÉRISTICA ES DE UNA CENTRAL DE MONITOREO ¿ES CORRECTO?

Respuesta: EL LICITANTE DEBE OFERTAR LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE ACUERDO A LA DESCRIPCION DE CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO FECHA DE ACTUALIZACION SEPTIEMBRE 2013, REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE

103. PARTIDA: 3 MONITOR DE SIGNOS VITALES

REFERENCIA: 16.- ALMACENAMIENTO DE EVENTOS DE ARRITMIA DE AL MENOS 100 EVENTOS DE ARRITMIA Y LAS ONDAS ASOCIADAS.

ACTA DE TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA INTERNACIONAL No. LA-019GYR049-T37-2013	
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN PROGRAMA DE EQUIPO MEDICO PROGRAMA PESO SOBRE PESO BIENES SINIESTRADOS	

ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO SE RELACIONA CON UNA CENTRAL DE MONITOREO, POR LO QUE EL EQUIPO A OFERTAR DEBERÁ CONTAR CON ALMACENAMIENTO DE EVENTOS POR PACIENTE Y ADEMÁS DEBEREMOS DEMOSTRAR QUE EL EQUIPO TIENE LA CAPACIDAD DE CONEXIÓN A UNA CENTRAL DE MONITOREO. ¿ES CORRECTO?

Respuesta: **EL LICITANTE DEBE OFERTAR LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE ACUERDO A LA DESCRIPCION DE CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO FECHA DE ACTUALIZACION SEPTIEMBRE 2013, REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE**

104. PARTIDA: 3 MONITOR DE SIGNOS VITALES

REFERENCIA: 18.- CÁLCULO DE FÁRMACOS PARA AL MENOS 24 DIFERENTES Y AJUSTE DE DOSIS. PEDIMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON TECNOLOGÍA QUE HAGA EL CÁLCULO DE POR LO MENOS 14 DIFERENTES FÁRMACOS CON AJUSTE DE DOSIS, PERMITIENDO AL MÉDICO REALIZAR UNA EVALUACIÓN MÁS SENCILLA DE EL ÍNDICE METABÓLICO PARA LAS DOSIS EN EL PACIENTE. ¿SE ACEPTA?

Respuesta: **EL LICITANTE DEBE OFERTAR LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE ACUERDO A LA DESCRIPCION DE CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO FECHA DE ACTUALIZACION SEPTIEMBRE 2013, REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE**

105. PARTIDA: 4 MONITOR DE SIGNOS VITALES

REFERENCIA: 5.- PARA APLICACIÓN ADULTO, PEDIÁTRICA Y NEONATAL. CON MODOS PRE CONFIGURADOS DE DESPLIEGUE DE PARÁMETROS DE ACUERDO CON EL ÁREA DE APLICACIÓN UCI, QUIRÓFANO, URGENCIAS, ETC.

ENTENDEMOS QUE EL MONITOR DEBE CONTAR CON SOFTWARE ESPECÍFICO PARA LAS ÁREAS DE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS, QUIRÓFANO-ANESTESIA Y URGENCIAS. ¿ES CORRECTO?

Respuesta: **EL LICITANTE DEBE OFERTAR LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE ACUERDO A LA DESCRIPCION DE CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO FECHA DE ACTUALIZACION SEPTIEMBRE 2013, REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE**

106. PARTIDA: 4 MONITOR DE SIGNOS VITALES

REFERENCIA: 6.1.- AL MENOS 12 CURVAS SIMULTÁNEAS.

8.- PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE SE DEBE OFERTAR UN MONITOR CON CAPACIDAD DE DESPLEGAR EN PANTALLA DE 8 A 14 TRAZOS Y REPRESENTACIONES SIMULTÁNEOS, PERMITIENDO UNA VISUALIZACIÓN COMPLETA DE LOS PARÁMETROS VITALES DEL PACIENTE. ¿SE ACEPTA?

Respuesta: **EL LICITANTE DEBE OFERTAR LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE ACUERDO A LA DESCRIPCION DE CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO FECHA DE ACTUALIZACION SEPTIEMBRE 2013, REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE**

107. PARTIDA: 4 MONITOR DE SIGNOS VITALES

REFERENCIA: 6.2.2.- ANÁLISIS DE ARRITMIA CON DETECCIÓN DE AL MENOS 20 DIFERENTES TIPOS DE ARRITMIAS.

ENTENDEMOS QUE UN RANGO AMPLIO DE DETECCIÓN DE ARRITMIAS BRINDA SEGURIDAD AL PERSONAL MÉDICO, POR LO QUE PEDIMOS A LA CONVOCANTE SE OFERTE UNA DETECCIÓN MÍNIMA DE 19 ARRITMIAS CON DETECCIÓN DE LA FIBRILACIÓN ATRIAL; ESTO GARANTIZA UN BUEN SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ELÉCTRICA DEL CORAZÓN Y EVITA PERCANCES COMO LA MUERTE SÚBITA CARDIACA. ¿SE ACEPTA?

ACTA DE TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA INTERNACIONAL No. LA-019GYR049-T37-2013	
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN PROGRAMA DE EQUIPO MEDICO PROGRAMA PESO SOBRE PESO BIENES SINIESTRADOS	

Respuesta: EL LICITANTE DEBE OFERTAR LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE ACUERDO A LA DESCRIPCION DE CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO FECHA DE ACTUALIZACION SEPTIEMBRE 2013, REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE

108. PARTIDA: 4 MONITOR DE SIGNOS VITALES

Referencia: 14.- ALMACENAMIENTO DE ECG DETALLADA (FULL DISCLOSURE) POR AL MENOS 48 HORAS. PREGUNTA: DEBIDO A QUE LA CONVOCANTE REQUIERE UN MONITOR DE SIGNOS VITALES Y NO UNA CENTRAL DE MONITOREO, ENTENDEMOS QUE EL EQUIPO A OFERTAR DEBERÁ CONTAR CON TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMÉRICAS DE MÍNIMO 72 HORAS Y NO CON FULL DISCLOSURE DE 48 HORAS, YA QUE ESTA CARACTERÍSTICA ES DE UNA CENTRAL DE MONITOREO ¿ES CORRECTO?

Respuesta: EL LICITANTE DEBE OFERTAR LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE ACUERDO A LA DESCRIPCION DE CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO FECHA DE ACTUALIZACION SEPTIEMBRE 2013, REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE

109. PARTIDA: 4 MONITOR DE SIGNOS VITALES

REFERENCIA: 16.- ALMACENAMIENTO DE EVENTOS DE ARRITMIA DE AL MENOS 100 EVENTOS DE ARRITMIA Y LAS ONDAS ASOCIADAS. ENTENDEMOS QUE ESTE PUNTO SE RELACIONA CON UNA CENTRAL DE MONITOREO, POR LO QUE EL EQUIPO A OFERTAR DEBERÁ CONTAR CON ALMACENAMIENTO DE EVENTOS POR PACIENTE Y ADEMÁS DEBEREMOS DEMOSTRAR QUE EL EQUIPO TIENE LA CAPACIDAD DE CONEXIÓN A UNA CENTRAL DE MONITOREO. ¿ES CORRECTO

Respuesta: EL LICITANTE DEBE OFERTAR LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE ACUERDO A LA DESCRIPCION DE CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO FECHA DE ACTUALIZACION SEPTIEMBRE 2013 REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE

110. PARTIDA: 4 MONITOR DE SIGNOS VITALES

REFERENCIA: 18.- CÁLCULO DE FÁRMACOS PARA AL MENOS 24 DIFERENTES Y AJUSTE DE DOSIS. PEDIMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO CON TECNOLOGÍA QUE HAGA EL CÁLCULO DE POR LO MENOS 14 DIFERENTES FÁRMACOS CON AJUSTE DE DOSIS, PERMITIENDO AL MÉDICO REALIZAR UNA EVALUACIÓN MÁS SENCILLA DEL ÍNDICE METABÓLICO PARA LAS DOSIS EN EL PACIENTE. ¿SE ACEPTE?

RESPUESTA: EL LICITANTE DEBE OFERTAR LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE ACUERDO A LA DESCRIPCION DE CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO FECHA DE ACTUALIZACION SEPTIEMBRE 2013, REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE

PREGUNTAS EFECTUADAS POR CASA PLARRE SA DE CV

111 . PARTIDA 1, PUNTO 20.- SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON UNA ENERGÍA MÁXIMA DE 270 J, YA QUE ESTO NO DELIMITA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO ¿SE ACEPTE?

Respuesta: EL LICITANTE DEBE OFERTAR LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE ACUERDO A LA DESCRIPCION DE CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO FECHA DE ACTUALIZACION SEPTIEMBRE 2013, DONDE SE ACLARA LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO, REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE

ACTA DE TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA INTERNACIONAL No. LA-019GYR049-T37-2013	
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN PROGRAMA DE EQUIPO MEDICO PROGRAMA PESO SOBRE PESO BIENES SINIESTRADOS	

112. PARTIDA 1, PUNTO 29.2.- DEBEMOS ENTENDER QUE EL EQUIPO DEBE CONTAR CON UN TIEMPO DE CARGA DE LA BATERÍA DE 2 HORAS ¿ES CORRECTO?

Respuesta: EL LICITANTE DEBE OFERTAR LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE ACUERDO A LA DESCRIPCION DE CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO FECHA DE ACTUALIZACION SEPTIEMBRE 2013, DONDE SE ACLARA LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO, REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE

113. PARTIDA 1, PUNTO 34.- SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON 46 EVENTOS DE ECG, YA QUE ESTO NO DELIMITA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA?

Respuesta: EL LICITANTE DEBE OFERTAR LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE ACUERDO A LA DESCRIPCION DE CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO FECHA DE ACTUALIZACION SEPTIEMBRE 2013, DONDE SE ACLARA LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO, REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE

114. PARTIDA 1, PUNTO 36.- SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA, PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN SE NOS PERMITA OFERTAR UN EQUIPO CON 7.3KG DE PESO, YA QUE ESTO NO DELIMITA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA?

Respuesta: EL LICITANTE DEBE OFERTAR LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE ACUERDO A LA DESCRIPCION DE CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO FECHA DE ACTUALIZACION SEPTIEMBRE 2013, DONDE SE ACLARA LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO, REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE

115. PARTIDA 3. PUNTO 6.1. SE DEBE ENTENDER QUE PARA REALIZAR UNA EVALUACIÓN DETALLADA DE LOS PARÁMETROS CLÍNICOS QUE REFLEJA EL ESTADO FISIOLÓGICO DEL ORGANISMO, EL EQUIPO DEBE DESPLEGAR 15 CURVAS SIMULTÁNEAMENTE. ¿ES CORRECTO?

Respuesta: REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE

116. PARTIDA 3. PUNTO 6.2. SE DEBE ENTENDER QUE PARA UNA OBTENER UNA AMPLIA VISUALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL CORAZÓN, EL EQUIPO DEBE CONTAR CON EL DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE 3 CURVAS DE ECG Y LA POSIBILIDAD DE ELEGIR 12 DERIVACIONES. ¿ES CORRECTO?

Respuesta: REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE

117. PARTIDA 3. PUNTO 6.2. “CRECIMIENTO FUTURO DE HASTA 12 CURVAS DE ECG SIMULTÁNEAS Y ANÁLISIS DE ECG EN LAS 12 DERIVACIONES”, SE REFIERE A QUE, ¿EL MONITOR OFERTADO TENDRÁ LA CAPACIDAD DE DESPLEGAR 12 DERIVACIONES DE ECG SIMULTÁNEAMENTE? FAVOR DE ACLARAR.

Respuesta: EL LICITANTE DEBE OFERTAR LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE ACUERDO A LA DESCRIPCION DE CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO FECHA DE ACTUALIZACION SEPTIEMBRE 2013, DONDE SE ACLARA LAS UNIDADES MEDICAS SELECCIONARAN DE ACUERDO A SUS

ACTA DE TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA INTERNACIONAL No. LA-019GYR049-T37-2013	
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN PROGRAMA DE EQUIPO MEDICO PROGRAMA PESO SOBRE PESO BIENES SINIESTRADOS	

NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO, REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE

118. PARTIDA 3. PUNTO 6.2.1 "FUNCIÓN DE ANÁLISIS DEL SEGMENTO S-T QUE PERMITA GUARDAR SEGMENTO DE REFERENCIA (TEMPLANTES)". SE REFIERE A QUE, EL MONITOR DE SIGNOS VITALES OFERTADO DEBE GRAFICAR TENDENCIAS DEL NIVEL DE ST. ¿ES CORRECTO?

Respuesta: **ES CORRECTA SU APRECIACION**

119. PARTIDA 3. PUNTO 6.2.2. DEBEMOS ENTENDER QUE PARA TENER MAYOR CONFIABILIDAD EN LA DETECCIÓN DE ARRITMIAS, EL EQUIPO OFERTADO DEBE DETECTAR 25 ARRITMIAS. ¿ES CORRECTO?

Respuesta: **NO ES CORRECTO, SIN EMBARGO NO ES LIMITATIVO, SI LA OFERTA ES SUPERIOR.**

120. PARTIDA 3. PUNTO 7.7. DEBEMOS ENTENDER QUE PARA OBTENER INFORMACIÓN DE LA TEMPERATURA DE DIFERENTES REGIONES CORPORALES, EL MONITOR DE SIGNOS VITALES DEBE CONTAR CON CUATRO CANALES PARA ESTA FUNCIÓN. ¿ES CORRECTO?

Respuesta: **REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE**

121. PARTIDA 3. PUNTO 8. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SE NOS PERMITA OFERTAR UN MONITOR DE SIGNOS VITALES QUE IDENTIFICA AUTOMÁTICAMENTE EL TIPO DE MANGUERA DE AIRE (ADULTO/NIÑO O NEONATO) CUANDO LA MANGUERA ES CONECTADA AL SOCKET, DONDE LA PRESIÓN DE INFLADO DEL MANGUITO ES AUTOMÁTICAMENTE CAMBIADA DEPENDIENDO LA MANGUERA. EL TIPO DE MANGUERA DE AIRE ES MOSTRADO EN LA PANTALLA DE INICIO. ¿SE ACEPTA?

Respuesta: **SI SE ACEPTA**

122. PARTIDA 3. PUNTO 9. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SE NOS PERMITA OFERTAR TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMÉRICAS DE 72 HORAS YA QUE, SEGÚN LA CONFIGURACIÓN ESTIPULADA POR EL CENETEC SÓLO SON NECESARIAS 24 HORAS DE TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMÉRICAS. ¿ES CORRECTO?

Respuesta: **REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE**

123. PARTIDA 3. PUNTO 27. PARA TENER MAYOR INFORMACIÓN DE LA MONITORIZACIÓN DE EEG SE DEBEN TENER 8 CANALES SIMULTÁNEOS. ¿ES CORRECTO?

Respuesta: **REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE**

124. PARTIDA 3. PUNTO 27. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, LA RANURA PARA POTENCIALES EVOCADOS SE TOME COMO OPCIONAL. ¿SE ACEPTA?

Respuesta: **REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE**

125. PARTIDA 4. PUNTO 6.1. SE DEBE ENTENDER QUE PARA REALIZAR UNA EVALUACIÓN DETALLADA DE LOS PARÁMETROS CLÍNICOS QUE REFLEJA EL ESTADO FISIOLÓGICO DEL ORGANISMO, EL EQUIPO DEBE DESPLEGAR 15 CURVAS SIMULTÁNEAMENTE. ¿ES CORRECTO?

ACTA DE TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA INTERNACIONAL No. LA-019GYR049-T37-2013	
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN PROGRAMA DE EQUIPO MEDICO PROGRAMA PESO SOBRE PESO BIENES SINIESTRADOS	

Respuesta: **REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE**

126. PARTIDA 4. PUNTO 6.2. SE DEBE ENTENDER QUE PARA UNA OBTENER UNA AMPLIA VISUALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL CORAZÓN, EL EQUIPO DEBE CONTAR CON EL DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE 3 CURVAS DE ECG Y LA POSIBILIDAD DE ELEGIR 12 DERIVACIONES. ¿ES CORRECTO?

Respuesta: **REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE**

127. PARTIDA 4. PUNTO 6.2. “CRECIMIENTO FUTURO DE HASTA 12 CURVAS DE ECG SIMULTÁNEAS Y ANÁLISIS DE ECG EN LAS 12 DERIVACIONES”, SE REFIERE A QUE, ¿EL MONITOR OFERTADO TENDRÁ LA CAPACIDAD DE DESPLEGAR LAS 12 DERIVACIONES DE ECG SIMULTÁNEAMENTE? FAVOR DE ACLARAR.

Respuesta: **REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE**

128. PARTIDA 4. PUNTO 6.2.1 “FUNCIÓN DE ANÁLISIS DEL SEGMENTO S-T QUE PERMITA GUARDAR SEGMENTO DE REFERENCIA (TEMPLANTES)”. SE REFIERE A QUE, EL MONITOR DE SIGNOS VITALES OFERTADO DEBE GRAFICAR TENDENCIAS DEL NIVEL DE ST. ¿ES CORRECTO?

Respuesta: **REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE**

129. PARTIDA 4. PUNTO 6.2.2. DEBEMOS ENTENDER QUE PARA TENER MAYOR CONFIABILIDAD EN LA DETECCIÓN DE ARRITMIAS, EL EQUIPO OFERTADO DEBE DETECTAR 25 ARRITMIAS. ¿ES CORRECTO?.

Respuesta: **REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE**

130. PARTIDA 4. PUNTO 7.7. DEBEMOS ENTENDER QUE PARA OBTENER INFORMACIÓN DE LA TEMPERATURA DE DIFERENTES REGIONES CORPORALES, EL MONITOR DE SIGNOS VITALES DEBE CONTAR CON CUATRO CANALES PARA ESTA FUNCIÓN. ¿ES CORRECTO?

Respuesta: **REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE**

131. PARTIDA 4. PUNTO 8. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SE NOS PERMITA OFERTAR UN MONITOR DE SIGNOS VITALES QUE IDENTIFICA AUTOMÁTICAMENTE EL TIPO DE MANGUERA DE AIRE (ADULTO/NIÑO O NEONATO) CUANDO LA MANGUERA ES CONECTADA AL SOCKET, DONDE LA PRESIÓN DE INFLADO DEL MANGUITO ES AUTOMÁTICAMENTE CAMBIADA DEPENDIENDO LA MANGUERA. EL TIPO DE MANGUERA DE AIRE ES MOSTRADO EN LA PANTALLA DE INICIO. ¿SE ACEPTE?

Respuesta: **SI SE ACEPTE**

132. PARTIDA 4. PUNTO 9. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, SE NOS PERMITA OFERTAR TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMÉRICAS DE 72 HORAS YA QUE, SEGÚN LA CONFIGURACIÓN ESTIPULADA POR EL CENETEC SÓLO SON NECESARIAS 24 HORAS DE TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMÉRICAS. ¿ES CORRECTO?

Respuesta: **REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE**

133. PARTIDA 4. PUNTO 27. PARA TENER MAYOR INFORMACIÓN DE LA MONITORIZACIÓN DE EEG SE DEBEN TENER 8 CANALES SIMULTÁNEOS. ¿ES CORRECTO?

ACTA DE TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA INTERNACIONAL No. LA-019GYR049-T37-2013	
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN PROGRAMA DE EQUIPO MEDICO PROGRAMA PESO SOBRE PESO BIENES SINIESTRADOS	

Respuesta: **REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE**

134. PARTIDA 4. PUNTO 27. SE SOLICITA A LA CONVOCANTE QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, LA RANURA PARA POTENCIALES EVOCADOS SE TOME COMO OPCIONAL. ¿SE ACEPTA?

Respuesta: **REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE**

PREGUNTAS EFECTUADAS POR ANDERS BAUPRE SA DE CV:

135.. NUMERAL 7.1 INCISO I Y NUMERAL 7.2. INCISO I.

EN AMBOS NUMERALES SOLICITAN COPIA SIMPLE DEL REGISTRO SANITARIO, SERÁ SUFFICIENTE CON PRESENTARLO ÚNICAMENTE EN UNO DE LOS PUNTOS, ¿ES CORRECTO?

Respuesta: **ES CORRECTO**

136. PARTIDA 4. CARRO CAMILLA. DEBEMOS ENTENDER QUE LAS DIMENSIONES DE LA CAMA SON DE 195 CM POR 65 CM DE ANCHO ¿ES CORRECTO?

Respuesta: **ANCHO 0.71CM, ALTURA CON COLCHON 0.95 CM Y LARGO DE LA CAMILLA 1.92 METROS.**

137. PARTIDA 4. CARRO CAMILLA. DEBEMOS ENTENDER QUE LA ALTURA SE PUEDE OFERTAR DE 56 CM A 78 CM ¿ES CORRECTO?

Respuesta: **ANCHO 0.71CM, ALTURA CON COLCHON 0.95 CM Y LARGO DE LA CAMILLA 1.92 METROS**

138. PARTIDA 3. MONITOR DE SIGNOS VITALES. NUMERAL 1. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA MONITOR PRE CONFIGURADO YA QUE NO LIMITA LAS FUNCIONES DEL EQUIPO, ¿SE ACEPTA?

Respuesta: **REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE**

139. PARTIDA 3 MONITOR DE SIGNOS VITALES, NUMERAL 1. SOLICITAMOS AL CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UN MONITOR DE 12 PULGADAS O MAYOR,, LO CUAL DEMERITA LAS FUNCIONES DEL EQUIPO ¿SE ACEPTA?

Respuesta: **REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE**

140. PARTIDA 3. MONITOR DE SIGNOS VITALES. NUMERAL 10 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL PUERTO QUE CORRESPONDA AL TIPO DE TECNOLOGÍA SEGÚN LA MARCA PARA CONECTARSE VÍA INALÁMBRICA. ¿SE ACEPTA?

Respuesta: **REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE**

PREGUNTAS EFECTUADAS POR BIOMEDICA DE MEXICO SA DE CV

141. NUMERAL 7.3 INCISO B) PUNTO B2, SE SEÑALA QUE LOS LICITANTES QUE OPTEN POR ENVÍO MEDIANTE EL USO DE COMPRANET, TIENEN QUE MANDAR LOS CATÁLOGOS/FOLLETOS EN ORIGINAL

ACTA DE TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA INTERNACIONAL No. LA-019GYR049-T37-2013	
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN PROGRAMA DE EQUIPO MEDICO PROGRAMA PESO SOBRE PESO BIENES SINIESTRADOS	

A LA CONVOCANTE, ¿SE TIENEN QUE MANDAR REFERENCIADOS COMO SE ANEXE EN LA PROPUESTA TÉCNICA?

Respuesta: **ES CORRECTO**

142. NUMERAL 7.3 INCISO H), SE ENTIENDE QUE LA CARTA FABRICANTE CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 1 PROGRAMA BIENES SINIESTRADOS, ES LA CARTA DEL FABRICANTE DEL DESFIBRILADOR/MONITOR YA QUE ES EL EQUIPO MÁS IMPORTANTE DE DICHA PARTIDA Y LOS DEMÁS EQUIPOS MENCIONADOS SE CONSIDERAN COMO ACCESORIOS DE ÉSTE, ¿ES CORRECTA LA APRECIACIÓN?

Respuesta: **NO ES CORRECTO, DEBE CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 7.3**

143. NUMERAL 7.3 INCISO I), SE ENTIENDE QUE LOS REGISTROS SANITARIOS CORRESPONDIENTES PARA LA PARTIDA 1 PROGRAMA BIENES SINIESTRADOS, SON LOS DEL DESFIBRILADOR/MONITOR YA QUE ES EL EQUIPO MÁS IMPORTANTE DE DICHA PARTIDA Y LOS DEMÁS EQUIPOS MENCIONADOS SE CONSIDERAN COMO ACCESORIOS DE ÉSTE, ¿ES CORRECTA LA APRECIACIÓN?

Respuesta: **NO ES CORRECTO, DEBE CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 7.3**

144. NUMERAL 7.3 INCISO J), SE ENTIENDE QUE LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD CORRESPONDIENTES PARA LA PARTIDA 1 PROGRAMA BIENES SINIESTRADOS, SON LOS DEL DESFIBRILADOR/MONITOR YA QUE ES EL EQUIPO MÁS IMPORTANTE DE DICHA PARTIDA Y LOS DEMÁS EQUIPOS MENCIONADOS SE CONSIDERAN COMO ACCESORIOS DE ÉSTE, ¿ES CORRECTA LA APRECIACIÓN?

Respuesta: **NO ES CORRECTO, DEBE CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 7.3**

145. NUMERAL 7.3 INCISO M), SE ENTIENDE QUE LA CARTA FABRICANTE CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 1 PROGRAMA BIENES SINIESTRADOS, ES LA CARTA DEL FABRICANTE DEL DESFIBRILADOR/MONITOR YA QUE ES EL EQUIPO MÁS IMPORTANTE DE DICHA PARTIDA Y LOS DEMÁS EQUIPOS MENCIONADOS SE CONSIDERAN COMO ACCESORIOS DE ÉSTE, ¿ES CORRECTA LA APRECIACIÓN?

Respuesta: **NO ES CORRECTO, DEBE CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 7.3**

146. NUMERAL 7.3 INCISO O), SE ENTIENDE QUE LA CARTA FABRICANTE CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA 1 PROGRAMA BIENES SINIESTRADOS, ES LA CARTA DEL FABRICANTE DEL DESFIBRILADOR/MONITOR YA QUE ES EL EQUIPO MÁS IMPORTANTE DE DICHA PARTIDA Y LOS DEMÁS EQUIPOS MENCIONADOS SE CONSIDERAN COMO ACCESORIOS DE ÉSTE, ¿ES CORRECTA LA APRECIACIÓN?

Respuesta: **NO ES CORRECTO, DEBE CUMPLIR CON LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 7.3**

147. NUMERAL 7.3 INCISO V), SE SEÑALA QUE SE DEBE DE PRESENTAR MUESTRA FÍSICA DE LOS BIENES A OFERTAR EN LAS DIFERENTES PARTIDAS QUE SE PARTICIPE, SIN EMBARGO, NO SE SEÑALA LA FECHA NI EL HORARIO EN QUE SE RECIBIRÁN DICHAS MUESTRAS; FAVOR DE SEÑALAR LA FECHA Y LOS HORARIOS PARA PRESENTAR LAS MUESTRAS FÍSICAS.

Respuesta: **REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE**

ACTA DE TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA INTERNACIONAL No. LA-019GYR049-T37-2013	
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN PROGRAMA DE EQUIPO MEDICO PROGRAMA PESO SOBRE PESO BIENES SINIESTRADOS	

148. PARA LA PARTIDA 1 DEL PROGRAMA BIENES SINIESTRADOS, SE LE PIDE A LA CONVOCANTE QUE PARA LA PRESENTACIÓN DE LA MUESTRA FÍSICA, SÓLO SE PRESENTE EL DESFIBRILADOR/MONITOR CON SUS ACCESORIOS YA QUE SE REQUIERE DE MÁS LOGÍSTICA PARA COORDINAR EL TRASLADO DEL CARRO DE EMERGENCIA CON SUS ACCESORIOS, ¿SE ACEPTA?

Respuesta: NO SE ACEPTA DEBE PRESENTAR TODO EL EQUIPO COMPLETO

149. FAVOR DE SEÑALAR EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES OFERTADOS.

Respuesta: DEBERA ENTREGAR MAXIMO EN 30 DIAS NATURALES

150. PARTIDA 1 DEL PROGRAMA DE BIENES SINIESTRADOS. PUNTO 11. LA CONVOCANTE SOLICITA UN EQUIPO DE "BAJA ENERGÍA". PARA NO RESTRINGIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN ENTRE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS, SE SOLICITA PODER OFERTAR UN EQUIPO CON SELECCIÓN DE ENERGÍA BIFÁSICA DE 2 A 200 JOULES Y HASTA 360 JOULES BIFÁSICOS. LO ANTERIOR CONSIDERANDO QUE DE ACUERDO A LAS GUÍAS 2010 DE LA AMERICAN HEART ASSOCIATION (AHA) NO EXISTE EVIDENCIA ALGUNA DE QUE LAS ENERGÍAS SUPERIORES A 200 JOULES BIFÁSICOS (INCLUYENDO 360 J BIFÁSICOS) CAUSEN UN DAÑO MAYOR AL TEJIDO CARDIACO QUE LOS 200 JOULES BIFÁSICOS. SIN EMBARGO ESTE NIVEL DE ENERGÍA BIFÁSICA A 360 J PUEDE SER USADO EN LOS CASOS EN LOS QUE UNA DESCARGA DE 200 J NO ES SUFFICIENTE PARA REVERTIR LA FIBRILACIÓN VENTRICULAR. ¿SE ACEPTA?

Respuesta: REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE

151. PARTIDA 1 DEL PROGRAMA DE BIENES SINIESTRADOS. PUNTO 17. PARA NO RESTRINGIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN ENTRE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS, SE SOLICITA PODER OFERTAR UN EQUIPO CON PRESENTACIÓN DE FRECUENCIA CARDIACA ENTRE 20 Y 300 LPM EN FORMATO DIGITAL, QUE PRESENTA EL SÍMBOLO “---” CUANDO LA FRECUENCIA SE ENCUENTRA FUERA DEL RANGO ANTES MENCIONADO. ¿SE ACEPTA?

Respuesta: REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE

152. PARTIDA 1 DEL PROGRAMA DE BIENES SINIESTRADOS. PUNTO 20. PARA NO RESTRINGIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN ENTRE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS, SE SOLICITA PODER OFERTAR UN EQUIPO CON SELECCIÓN DE ENERGÍA BIFÁSICA DE 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 50 70, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 325 Y 260 JOULES CON FORMA DE ONDA BIFÁSICA. LO ANTERIOR CONSIDERANDO QUE DE ACUERDO A LAS GUÍAS 2010 DE LA AMERICAN HEART ASSOCIATION (AHA) NO EXISTE EVIDENCIA ALGUNA DE QUE LAS ENERGÍAS SUPERIORES A 200 JOULES BIFÁSICOS (INCLUYENDO 360 J BIFÁSICOS) CAUSEN UN DAÑO MAYOR AL TEJIDO CARDIACO QUE LOS 200 JOULES BIFÁSICOS. SIN EMBARGO ESTE NIVEL DE ENERGÍA BIFÁSICA A 360 J PUEDE SER USADO EN LOS CASOS EN LOS QUE UNA DESCARGA DE 200 J NO ES SUFFICIENTE PARA REVERTIR LA FIBRILACIÓN VENTRICULAR. ¿SE ACEPTA?

Respuesta: REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE

153. PARTIDA 1 DEL PROGRAMA DE BIENES SINIESTRADOS. PUNTO 21. PARA NO RESTRINGIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN ENTRE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS, SE SOLICITA PODER OFERTAR UN EQUIPO CON BOTONES DE SELECCIÓN DE ENERGÍA, CARGA, DESCARGA E IMPRESIÓN EN EL PANEL FRONTAL, Y BOTONES DE CARGA Y DESCARGA TANTO EN LAS PALAS COMO EN EL PANEL FRONTAL. ADEMÁS EL EQUIPO ES CAPAZ DE IMPRIMIR DE MANERA AUTOMÁTICA LOS SUCESOS DE DESFIBRILACIÓN SIN QUE SEA NECESARIO PRESIONAR UN BOTÓN. ¿SE ACEPTA?

ACTA DE TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA INTERNACIONAL No. LA-019GYR049-T37-2013	
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN PROGRAMA DE EQUIPO MEDICO PROGRAMA PESO SOBRE PESO BIENES SINIESTRADOS	

Respuesta: **REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE**

154. PARTIDA 1 DEL PROGRAMA DE BIENES SINIESTRADOS. PUNTO 31. PARA NO RESTRINGIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN ENTRE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS, SE SOLICITA PODER OFERTAR UN EQUIPO CON CABLE DE TERAPIA EN EL QUE SE CONECTAN LOS ELECTRODOS MULTIFUNCIÓN; Y QUE A SU VEZ ÉSTE SE CONECTA AL DESFIBRILADOR A TRAVÉS DEL MISMO CONECTOR EN EL QUE SE COLOCAN LAS PALAS ESTÁNDAR. ¿SE ACEPTA?

Respuesta: **REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE**

155. PARTIDA 1 DEL PROGRAMA DE BIENES SINIESTRADOS. PUNTO 32. PARA NO RESTRINGIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN ENTRE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS, SE SOLICITA PODER OFERTAR UN EQUIPO CON IMPRESORA INTERCONSTRUIDA PARA PAPEL DE 50 MM CON MODO DE OPERACIÓN MANUAL A TRAVÉS DEL BOTÓN “IMPRIMIR” EN EL PANEL FRONTAL Y CON OPERACIÓN AUTOMÁTICA AL CONFIGURAR LA IMPRESIÓN AUTOMÁTICA DE SUCESOS COMO DESFIBRILACIÓN, ACTIVACIÓN DE ALARMAS, SUCESOS, ETC. ¿SE ACEPTA?

Respuesta: **REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE**

156. PARTIDA 1 DEL PROGRAMA DE BIENES SINIESTRADOS. PUNTO 33. PARA NO RESTRINGIR LA LIBRE PARTICIPACIÓN ENTRE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS, SE SOLICITA PODER OFERTAR UN EQUIPO CON CAPACIDAD DE ALMACENA E IMPRIMIR REPORTES CON DATOS DEL PACIENTE, REGISTRO DE SUCESOS CRÍTICOS Y FORMAS DE ONDA ASOCIADAS CON IMPRESIÓN DE FECHA Y HORA AL MOMENTO DE LOS EVENTOS. ¿SE ACEPTA?

Respuesta: **REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE**

157. PARTIDA 1 DEL PROGRAMA DE BIENES SINIESTRADOS. PUNTO 34. SE ENTIENDE QUE ES POSIBLE OFERTAR UN EQUIPO CON CAPACIDAD DE MEMORIA DE 100 INFORMES DE FORMA DE ONDA ¿ES CORRECTA LA APRECIACIÓN?

Respuesta: **REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE**

158. PARTIDA 1 DEL PROGRAMA DE BIENES SINIESTRADOS. LA CONVOCANTE SOLICITA QUE LAS MEDIDAS DE LAS HOJAS CURVAS A OFERTAR SEAN: 0, 1, 2, Y 3. DEBIDO A QUE NO TODAS LAS MARCAS DE LARINGOSCOPIOS MANEJAN EL TAMAÑO CERO (0) PARA HOJAS CURVAS, Y PARA PERMITIR LA LIBRE COMPETENCIA ENTRE DIFERENTES MARCAS, SE SOLICITA PODER INCLUIR UN JUEGO DE HOJAS CURVAS DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 1, 2, 3 Y 4. ¿SE ACEPTA?

Respuesta: **NO SE ACEPTA, EL LICITANTE DEBE OFERTAR LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE ACUERDO A LA DESCRIPCION DE CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO FECHA DE ACTUALIZACION SEPTIEMBRE 2013**

PREGUNTAS EFECTUADAS POR INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES:

ACTA DE TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA INTERNACIONAL No. LA-019GYR049-T37-2013	
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN PROGRAMA DE EQUIPO MEDICO PROGRAMA PESO SOBRE PESO BIENES SINIESTRADOS	

159. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE EL TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES SOLICITADOS, YA QUE EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN NO SE MENCIONA.

Respuesta: **LA ENTREGA SERA MAXIMO A LOS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO**

160. NUMERAL 7.3. INCISO B) SUBINCISO B2.- LA CONVOCANTE SOLICITA CATÁLOGOS ORIGINALES. PARA CUMPLIR CON ESTE NUMERAL SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE PRESENTAR IMPRESA COPIA A COLOR DE LOS CATÁLOGOS SOLICITADOS, YA QUE LOS FABRICANTES ACTUALMENTE LOS MANEJAN ESTOS CATÁLOGOS EN ELECTRÓNICO. ¿SE ACEPTE MI PETICIÓN?

Respuesta: **SE ACEPTE CON UNA CARTA DEL FABRICANTE DONDE ESPECIFIQUE QUE SUS CATALOGOS SON ELECTRONICOS**

161. NUMERAL 7.3. INCISO V).- DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ENTREGA DE MUESTRAS DE LAS PARTIDAS OFERTADAS, ¿SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE LA FECHA DE ENTREGA DE MUESTRAS, YA QUE EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION NO LA MENCIONAN? ¿FAVOR DE ACLARAR?.

Respuesta: **REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE**

162. NUMERAL 7.3. INCISO V).- DOCUMENTO QUE ACREDITE LA ENTREGA DE MUESTRAS DE LAS PARTIDAS OFERTADAS. ¿SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE QUE EN CASO DE REQUERIR MUESTRAS NOS INDIQUE EL TIEMPO DE DEVOLUCIÓN DE LAS MISMAS? ¿FAVOR DE ACLARA?

Respuesta: **LAS MUESTRAS SERAN DEVUeltas 10 DIAS DESPUES DEL FALLO**

163. EN EL ANEXO 3, PROGRAMA DE EQUIPO MÉDICO: PARTIDA 19, SOLICITAN:

DESCRIPCIÓN: DERMATOMO NEUMATICO PARA RETIRAR PIEL QUEMADA PARA APLICAR INJERTO. CON PIEZA DE MANO Y HOJAS INTERCAMBIABLES;

OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO.

ACCESORIOS: HOJAS INTERCAMBIABLES,

REFACCIONES: NO REQUIERE

CONSUMIBLES: MANGUERA (CANTIDAD UNA) Y HOJAS DE DERMATOMO (CANTIDAD DIEZ)

INSTALACIÓN: NO REQUIERE.

OPERACIÓN: CAPACITACION TECNICA

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO POR GARANTIA PERIODICIDAD TRIMESTRAL

DEBEMOS DE OFERTAR UN DERMATOMO NEUMÁTICO, CON 30 HOJAS INTERCAMBIABLES ¿ES CORRECTO?

Respuesta: **SI ES CORRECTO**

164. En el anexo 3, Programa Peso Sobre Peso, partida 19, solicitan:

DESCRIPCIÓN: DERMATOMO NEUMATICO PARA RETIRAR PIEL QUEMADA PARA APLICAR INJERTO. CON PIEZA DE MANO Y HOJAS INTERCAMBIABLES; OPERACION: POR PERSONAL ESPECIALIZADO.

ACCESORIOS: HOJAS INTERCAMBIABLES,

ACTA DE TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA INTERNACIONAL No. LA-019GYR049-T37-2013	
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN PROGRAMA DE EQUIPO MEDICO PROGRAMA PESO SOBRE PESO BIENES SINIESTRADOS	

REFACCIONES:

CONSUMIBLES: MANGUERA (CANTIDAD UNA) Y HOJAS DE DERMATOMO (CANTIDAD DIEZ)

INSTALACIÓN: NO REQUIERE.

OPERACIÓN: CAPACITACION TECNICA

MANTENIMIENTO: PREVENTIVO POR GARANTIA PERIODICIDAD TRIMESTRAL

DEBEMOS DE OFERTAR UN DERMATOMO NEUMÁTICO, CON 30 HOJAS INTERCAMBIABLES ¿ES CORRECTO?

Respuesta: **SI ES CORRECTO**

165. EN EL ANEXO 3, PROGRAMA BIENES SINIESTRADOS, PARTIDA 2, SOLICITAN:

DESCRIPCIÓN: DERMATOMO NEUMATICO PARA RETIRAR PIEL QUEMADA PARA APLICAR INJERTO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

1. PIEZA DE MANO FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE Y/O TITANIO.
2. POTENCIA MINIMA 235 W O EQUIVALENTE.
3. REGULACIÓN DE VELOCIDAD MANUAL O ELECTRONICO
4. SEGURO CONTRA ACCIONAMIENTO INVOLUNTARIO
5. VELOCIDAD MAX.: 6500 OSCILACIONES POR MINUTO O SUPERIOR
6. CAMBIO DE LA HOJA SIN NECESIDAD DE HERRAMIENTA.
7. ANCHO DE CORTE VARIABLE EN PASOS DE 10 mm O INFERIOR
8. ESPESOR DE CORTE AJUSTABLE DE 0.2 – 1.2 MM EN PASOS DE 0.1 MM.
9. BATERÍAS RECARGABLES DE NIMH O SIMILAR DE LARGA DURACION

ACCESORIOS:

1. CARGADOR DE BATERÍAS CON PUERTOS DE CARGA INDEPENDIENTE CON TECNOLOGÍA QUE EVITE EL EFECTO DE MEMORIA PARA ELEVAR SU VIDA ÚTIL.
2. CESTA Y CONTENEDOR PARA ESTERILIZAR EN VAPOR HASTA 134° C

REFACCIONES: LAS QUE SEAN NECESARIAS DURANTE E TIEMPO QUE DURE LA GARANTIA

CONSUMIBLES:

1. ACEITE LUBRICANTE PERMEABLE AL VAPOR (SUFICIENTE PARA 24 MESES, CONSIDERANDO 2 CICLOS DIARIOS DE ESTERILIZACION COMO MINIMO).
2. 120 HOJAS PARA DERMATOMO

INSTALACIÓN: POR PERSONAL CAPACITADO DEL PROVEEDOR.

OPERACIÓN: POR PERSONAL DE ESTA UNIDAD MÉDICA DESPUÉS DE RECIBIR CAPACITACIÓN POR EL PROVEEDOR

¿FAVOR DE ACLARAR SI EL EQUIPO QUE REQUIEREN, DEBE DE SER NEUMÁTICO, O ELÉCTRICO CON ALIMENTACIÓN POR MEDIO DE BATERÍAS RECARGABLES?

Respuesta: **EL LICITANTE DEBE OFERTAR LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE ACUERDO A LA DESCRIPCION DE CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO FECHA DE ACTUALIZACION SEPTIEMBRE 2013 , REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE**

PREGUNTAS EFECTUADAS POR DISTRIBUIDORA MEDICA INTEGRAL TIMED, S. A. DE C. V:

166. PROGRAMA DE EQUIPO MÉDICO

ACTA DE TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA INTERNACIONAL No. LA-019GYR049-T37-2013	
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN PROGRAMA DE EQUIPO MEDICO PROGRAMA PESO SOBRE PESO BIENES SINIESTRADOS	

MANDIL EMPLOMADO. PROTECTOR CONTRA LA RADIACIÓN DE RAYOS X. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: DE MATERIAL TEXTIL REPELENTE AL AGUA Y MANCHAS, TIPO ARNES CON CIERRE VELCRO, CON PROTECCIÓN MINIMA EQUIVALENTE 0.5 MM DE PLOMO, TAMAÑO MEDIANO 24 A 26 PULGAD SOLICITO DE LA MANERA MÁS ATENTA A LA CONVOCANTE, ME PERMITE OFERTAR EL MANDIL EMPLOMADO CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS PERO CIERRE CON JARETAS.

Respuesta: NO SE ACEPTE, ES NECESARIO EL AJUSTE CON VELCRO PARA ASEGURAR LA CORRECTA FIJACION DEL MISMO AL PERSONAL USUARIO.

PREGUNTAS EFECTUADAS POR DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO ESPECIALIZADO SA DE CV:

167. PROGRAMA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA 1 MOTOR NEUMATICO COMPACTO ¿SOLICITAMOS QUE NOS PERMITAN OFERTAR MOTOR ELÉCTRICO?

Respuesta: NO SE ACEPTE, EL LICITANTE DEBE OFERTAR LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE ACUERDO A LA DESCRIPCION DE CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO FECHA DE ACTUALIZACION SEPTIEMBRE 2013

168. PROGRAMA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA 1 MOTOR NEUMATICO COMPACTO ¿SOLICITAMOS QUE SE PERMITA UTILIZAR ADAPTADORES DE ACUERDO A MARCA Y MODELO QUE CUMPLA CON LOS CORTES Y ADAPTACIONES?

Respuesta: EL LICITANTE DEBE OFERTAR LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE ACUERDO A LA DESCRIPCION DE CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO FECHA DE ACTUALIZACION SEPTIEMBRE 2013, REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE

169. PROGRAMA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA 2 MOTOR NEUMATICO MICRO ¿SOLICITAMOS SE ACLARE SI QUIEREN EL MOTOR PARA HUESO CORTO O PARA CRANEO?

Respuesta: REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE

170. PROGRAMA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA 2 MOTOR NEUMATICO MICRO ¿SOLICITAMOS SE ACLARE SI REQUIERE ACCESORIOS PARA RIMAR O PERFORAR EN HUESO CHICO?

Respuesta: REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE

171. PROGRAMA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA 16 MOTOR NEUMATICO COMPACTO ¿FAVOR DE CONFIRMAR SI SE PERMITE OFERTAR MOTOR ELÉCTRICO?

Respuesta: NO SE ACEPTE, EL LICITANTE DEBE OFERTAR LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE ACUERDO A LA DESCRIPCION DE CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO FECHA DE ACTUALIZACION SEPTIEMBRE 2013

172. PROGRAMA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA 16 MOTOR NEUMATICO COMPACTO ¿SOLICITAMOS QUE SE PERMITA UTILIZAR ADAPTADORES DE ACUERDO A MARCA Y MODELO QUE CUMPLAN CON LOS CORTES Y ADAPTACIONES?

Respuesta: REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE

ACTA DE TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA INTERNACIONAL No. LA-019GYR049-T37-2013	
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN PROGRAMA DE EQUIPO MEDICO PROGRAMA PESO SOBRE PESO BIENES SINIESTRADOS	

173. PROGRAMA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA 18 CRANEOTOMO NEUMATICO ¿FAVOR DE CONFIRMAR SI SE PERMITE OFERTAR CRANEOTOMO ELÉCTRICO?

Respuesta: **NO SE ACEPTA, EL LICITANTE DEBE OFERTAR LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE ACUERDO A LA DESCRIPCION DE CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO FECHA DE ACTUALIZACION SEPTIEMBRE 2013**

174. PROGRAMA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA 18 CRANEOTOMO NEUMATICO ¿ESPECIFICAR A QUE LLAMA “SIERRA DE PUNTA”?

Respuesta: **SE REFIERE A SIERRA DE CORTE LATERAL**

175. PROGRAMA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA 18 CRANEOTOMO NEUMATICO PARA EL CABEZAL DE PERFORACIÓN OSCILANTE, QUE TIPO DE ADAPTADORES REQUIERE? MANDRIL DE ANCLAJE RAPIDO?

Respuesta: **REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE**

176. PROGRAMA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA 18 CRANEOTOMO NEUMATICO PARA LAS BROCAS DE DOS ARISTAS DE QUE DIAMETRO SON?

Respuesta: **REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE**

177. PROGRAMA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA 18 CRANEOTOMO NEUMATICO PARA LAS BROCAS ESFÉRICA, OVALADA, CÓNICA ESTRECHA O ANCHA PIRIFORME Y DE DISCO, DE QUE DIAMETRO SON?

Respuesta: **REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE**

178. PROGRAMA DE PESO SOBRE PESO 1 MOTOR NEUMATICO COMPACTO ¿SOLICITAMOS QUE NOS PERMITAN OFERTAR MOTOR ELÉCTRICO?

Respuesta: **NO SE ACEPTA, EL LICITANTE DEBE OFERTAR LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE ACUERDO A LA DESCRIPCION DE CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO FECHA DE ACTUALIZACION SEPTIEMBRE 2013, REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE**

179. PROGRAMA DE EQUIPO MEDICO PARTIDA 1 MOTOR NEUMATICO COMPACTO ¿SOLICITAMOS QUE SE PERMITA UTILIZAR ADAPTADORES DE ACUERDO A MARCA Y MODELO QUE CUMPLAN CON LOS CORTES Y ADAPTACIONES?

Respuesta: **EL LICITANTE DEBE OFERTAR LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE ACUERDO A LA DESCRIPCION DE CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO FECHA DE ACTUALIZACION SEPTIEMBRE 2013, REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE**

180. PROGRAMA DE PESO SOBRE PARTIDA 2 MOTOR NEUMATICO MICRO ¿SOLICITAMOS SE ACLARE SI QUIEREN EL MOTOR PARA HUESO CORTO PARA CRANEO?

Respuesta: **REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE**

ACTA DE TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA INTERNACIONAL No. LA-019GYR049-T37-2013	
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN PROGRAMA DE EQUIPO MEDICO PROGRAMA PESO SOBRE PESO BIENES SINIESTRADOS	

181. PROGRAMA DE PESO SOBRE PESO PARTIDA 2 MOTOR NEUMATICO MICRO ¿SOLICITAMOS SE ACLARE SI REQUIERE ACCESORIOS PARA RIMAR O PERFORAR EN HUESO CHICO?

Respuesta: **REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE**

182. PROGRAMA DE PESO SOBRE PARTIDA 16 MOTOR NEUMATICO COMPACTO ¿FAVOR DE CONFIRMAR SI SE PERMITE OFERTAR MOTOR ELÉCTRICO?

Respuesta: **NO SE ACEPTE, EL LICITANTE DEBE OFERTAR LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE ACUERDO A LA DESCRIPCION DE CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO FECHA DE ACTUALIZACION SEPTIEMBRE 2013**

183. PROGRAMA DE PESO SOBRE PESO PARTIDA 16 MOTOR NEUMATICO COMPACTO ¿SOLICITAMOS QUE SE PERMITA UTILIZAR ADAPTADORES DE ACUERDO A MARCA Y MODELO QUE CUMPLAN CON LOS CORTES Y ADAPTACIONES?

Respuesta: **EL LICITANTE DEBE OFERTAR LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE ACUERDO A LA DESCRIPCION DE CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO FECHA DE ACTUALIZACION SEPTIEMBRE 2013, REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE**

184. PROGRAMA DE PESO SOBRE PESO PARTIDA 18 CRANEOTOMO NEUMATICO ¿FAVOR DE CONFIRMAR SI SE PERMITE OFERTAR CRANEOTOMO ELÉCTRICO?

Respuesta: **NO SE ACEPTE, EL LICITANTE DEBE OFERTAR LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE ACUERDO A LA DESCRIPCION DE CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO FECHA DE ACTUALIZACION SEPTIEMBRE 2013**

185. PROGRAMA DE PESO SOBRE PESO PARTIDA 18 CRANEOTOMO NEUMATICO ¿ESPECIFICAR A QUE LLAMA “SIERRA DE PUNTA”?

Respuesta: **SE REFIERE A SIERRA DE CORTE LATERAL**

186. PROGRAMA DE PESO SOBRE PESO PARTIDA 18 CRANEOTOMO NEUMATICO PARA EL CABEZAL DE PERFORACIÓN OSCILANTE, QUE TIPO DE ADAPTADOR REQUIERE? MANDRIL DE ANCLAJE RÁPIDO?

Respuesta: **REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE**

187. PROGRAMA DE PESO SOBRE PESO PARTIDA 18 CRANEOTOMO NEUMATICO PARA LAS BROCAS DE DOS ARISTAS DE QUE DIAMETRO SON?

Respuesta: **REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE**

ACTA DE TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA INTERNACIONAL No. LA-019GYR049-T37-2013	
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN PROGRAMA DE EQUIPO MEDICO PROGRAMA PESO SOBRE PESO BIENES SINIESTRADOS	

188. .PROGRAMA DE PESO SOBRE PESO MEDICOO PARTIDA 18 CRANEOTOMO NEUMATICO PARA LAS BROCAS ESFÉRICA, OVALADA, OVOIDAL, CÓNICA ESTRECHA O ANCHA PIRIFORME Y DE DOSCO, DE QUE DIAMETRO SON?

Respuesta: **REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE**

PREGUNTAS EFECTUADAS POR COMERLAT, S.A DE CV.

189. PUNTO 7.1 CALIDAD, FRACCION 1 Y 7.2 LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS FRACCION I SOLICITAN COPIA DEL REGISTRO SANITARIO ASI COMO LOS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL MARBETE QUE ACREDITE FEHACIENTEMENTE QUE EL PRODUCTO OFERTADO CUMPLE CON LA DESCRIPCIÓN DEL CUADRO BÁSICO.

SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE ACEPTE PRESENTAR COPIA DEL REGISTRO SANITARIO SIN LOS ANEXOS DEL MARBETE, YA QUE SE PRESENTARAN CATALOGOS Y/O MANUALES EN LA PROPUESTA TECNICA CON LOS CUALES LA CONVOCANTE PODRA CORROBORAR QUE EL PRODUCTO OFERTADO CUMPLE CON LA DESCRIPCIÓN DEL CUADRO BASICO.

¿SE ACEPTA?

Respuesta: **SI EL REGISTRO SANITARIO FUE EXPEDIDO CON MARBETE DEBE PRESENTARLO**

190. PUNTO 7.3 PROPOSICIÓN TECNICA, DICE:

“LA PROPOSICIÓN TÉCNICA DEBERÁ CONTENER LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN, LA CUAL HABRÁ DE INTEGRARSE Y PRESENTARSE DE FORMA SEPARADA PARA CADA PARTIDA POR CARPETA, CON LA DOCUMENTACIÓN QUE SE INDICA:...” ENTENDEMOS QUE LOS DOCUMENTOS QUE SE PRESENTARÁN PARA CADA PARTIDA, UNICAMENTE SON LOS CORRESPONDIENTES A LOS INCISOS A) ANEXO 3, B)CATALOGOS, I)DOCUMENTOS DESCRITOS EN LOS PUNTOS 7.1 J)DOCUMENTOS DESCRITOS EN EL PUNTO 7.2 Y Q) CALENDARIO DE MANTENIMIENTO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

Respuesta: **NO ES CLARA SU PREGUNTA**

191. PUNTO 7.3 PROPOSICIÓN TECNICA, DICE:

“LA PROPOSICIÓN TÉCNICA DEBERÁ CONTENER LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN, LA CUAL HABRÁ DE INTEGRARSE Y PRESENTARSE DE FORMA SEPARADA PARA CADA PARTIDA POR CARPETA, CON LA DOCUMENTACIÓN QUE SE INDICA:...”ENTENDEMOS QUE LOS DOCUMENTOS QUE SE PRESENTARÁN PARA CADA PARTIDA, UNICAMENTE SON LOS CORRESPONDIENTES A LOS INCISOS A) ANEXO 3, B) CATALOGOS, I) DOCUMENTOS DESCRITOS EN LOS PUNTOS 7.1, J) DOCUMENTOS DESCRITOS EN EL PUNTO 7.2 Y Q) CALENDARIO DE MANTENIMIENTO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?

Respuesta: **NO ES CLARA SU PREGUNTA**

192. PUNTO 7.3 PROPOSICIÓN TÉCNICA INCISO B) FOLLETOS, CATALOGOS, MANUALES Y/O FOTOGRAFICAS:

SOLICITAN CATALOGOS ORIGINALES, SIN EMBARGO, DEBIDO A QUE LOS FABRICANTES EN SU MAYORIA YA MANEJAN CATALOGOS ELECTRONICOS, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR LOS CATALOGOS IMPRESOS ACOMPAÑADOS DE UNA CARTA DEL FABRICANTE DE QUE CORRESPONDE AL CATALOGO ORIGINAL. ¿SE ACEPTA?

Respuesta: **SE ACEPTE, CON CARTA MEMBRETADA DEL FABRICANTE DONDE ACLARE QUE SUS CATALOGOS SON ELECTRONICOS**

ACTA DE TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA INTERNACIONAL No. LA-019GYR049-T37-2013	
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN PROGRAMA DE EQUIPO MEDICO PROGRAMA PESO SOBRE PESO BIENES SINIESTRADOS	

193. PUNTO 7.3 PROPOSICIÓN TECNICA, INCISOS G), H), M), O):

PARA ESTOS INCISOS SE ESTA SOLICITANDO ESCRITO FIRMADO POR EL FABRICANTE. SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE PERMITA PRESENTAR ESTOS DOCUMENTOS CON LA FIRMA DEL FABRICANTE Y/O EL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO. ¿SE ACEPTA?

Respuesta: DEBE SER FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL FABRICANTE Y EL REPRESENTANTE LEGAL DEL DISTRIBUIDOR

194. PUNTO 7.4 PROPOSICIÓN ECONOMICA, ANEXO NUMERO 9.

¿LA PROPUESTA ECONOMICA SE DEBERÁ PRESENTAR A RENGLON SEGUIDO Y POR PROGRAMA (PROGRAMA DE EQUIPO MEDICO, PROGRAMA PESO SOBRE PESO Y BIENES SINIESTRADOS)? ES DECIR, EN CASO DE OFERTAR BIENES DE CADA UNO DE LOS PROGRAMAS, ¿SE DEBERÁN PRESENTAR TRES PROPUESTAS ECONOMICAS?

Respuesta: ES CORRECTO DEBE COTIZAR POR PROGRAMA

195. .PUNTO 11.1 GARANTÍA DE LOS BIENES.

DICE: “EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR JUNTO CON LOS BIENES UNA GARANTÍA DE FABRICACIÓN CON COBERTURA AMPLIA POR 36 (TREINTA Y SEIS) MESES, CONTRA VICIOS OCULTOS, DEFECTOS DE FABRICACIÓN O CUALQUIER DAÑO QUE PRESENTEN, LA CUAL DEBERÁ ENTREGAR AL INSTITUTO POR ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO, DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTELEGAL DE ÉSTE Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL INSTITUTO”.

¿LA GARANTÍA SE DEBERÁ PRESENTAR EN EL CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS AL ENTREGAR LOS BIENES Y NO EN LA PROPUESTA TECNICA? ¿ES CORRECTO?

Respuesta: ES CORRECTO

196. PUNTO 14 FIRMA DEL CONTRATO:

EN EL PUNTO 1 SE INDICA QUE LA FIRMA DEL CONTRATO SE LLEVARA A CABO EN EL DOMICILIO DE LA CONVOCANTE; SIN EMBARGO EN EL PUNTO 14 SE INDICA EL DOMICILIO DE LA COORDINACION TÉCNICA DE BIENES DE INVERSIÓN UBICADA EN LA CALLE DE DURANGO No. 291, 11° PISO, COLONIA ROMA NORTE, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, C.P. 06700, MÉXICO, D. F.

SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARE EN DONDE REALIZARÁ LA FIRMA DEL CONTRATO.

Respuesta: REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE

197. PUNTO FIRMA DEL CONTRATO:

SOLICITAN QUE EN LA FECHA QUE SE FORMALICE EL CONTRATO, EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO DEBERÁ PRESENTAR EL ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA DEL REGISTRO SANITARIO PARA SU COTEJO EN LA CORDINACIÓN TECNICA DE BIENES DE INVERSIÓN.

SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, QUE PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION SE ELIMINE ESTE PUNTO, TODA VEZ QUE LOS REGISTROS SANITARIOS SE ENCUENTRAN EN PODER DEL FABRICANTE O EL TITULAR DEL REGISTRO, Y NO SON DOCUMENTOS QUE PERMITAN LA SALIDA FACILMENTE, ¿SE ACEPTA?

Respuesta: NO SE ACEPTA

198. PUNTO 14 CUARTO PARRAFO TERCER VIÑETA.

ACTA DE TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA INTERNACIONAL No. LA-019GYR049-T37-2013	
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN PROGRAMA DE EQUIPO MEDICO PROGRAMA PESO SOBRE PESO BIENES SINIESTRADOS	

EN ESTE PUNTO SE SOLICITA QUE EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO PRESENTE EN LA FIRMA DEL CONTRATO CONSTANCIA EMITIDA POR EL IMPI, EN EL QUE SE CERTIFIQUE QUE PRODUCEN BIENES CON INNOVACIÓN TECNOLOGICA, DEBIDO A QUE ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA FABRICANTES QUE SE DEDICAN A LA INVENCIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, SE ESTA LIMITANDO LA LIBRE PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS QUE NO SE DEDIQUEN A INNOVACIONES TECNOLOGICAS, ASÍ COMO A LOS DISTRIBUIDORES, AUNADO A ELLO, CABE DESTACAR QUE LOS EQUIPOS QUE SE LICITAN NO SON PRODUCTOS DE NUEVA CREACIÓN

POR LO ANTERIOR SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE SE ELIMINE ESTE PUNTO.

Respuesta: REMITIRSE A LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE

199. NINGUN PUNTO. EN EL CUERPO DE CONVOCATORIA NO SE ESPECIFICA EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES. SOLCITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTE QUE EL PLAZO DE ENTREGA SEA DE 60 DIAS. SE ACEPTE?

Respuesta: NO SE ACEPTE EL PLAZO PARA ENTREGA DE LOS BIENES SERA MAXIMO A LOS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO

200. PARA EL CASO DE LAS PROPUESTAS QUE SE ENVEN POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN (COMPRANET) SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE OTORGUEN LA OPCION DE SUBIR ANEXOS EN LA PROPUESTA TECNICA, YA QUE AL ESCANNEAR LA DOCUMENTACION SOLICITADA, LOS ARCHIVOS SON MUY PESADOS Y EN OCASIONES NO LOGRAN SUBIR. LO ANTERIOR CONSIDERANDO QUE ALGUNOS EQUIPOS APLICAN PARA DIVERSAS PARTIDAS Y DIFERENTE PROGRAMA DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE

Respuesta: SI SE ACEPTE

201. ANEXO 14 MODELO DEL CONTRATO, CLAUSULA CUARTA: PLAZO DE ENTREGA. DICE "LA FECHA LIMITE PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES A ENTERA SATISFACCION DE "EL INSTITUTO" SERA A MAS TARDAR 30 (TRENITA) DIAS POSTERIORES AL FALLO
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE QUE EL PLAZO DE ENTREGA SEA DE 60 DIAS NATURALES A PARTIR DEL FALLO. SE ACEPTE?

Respuesta: NO SE ACEPTE, EL PLAZO PARA ENTREGA DE LOS BIENES SERA MAXIMO A LOS 30 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO

202. PARTIDA 17 DEL PROGRAMA DE EQUIPO MEDICO Y PARTIDA 17 DEL PROGRAMA FONDO PESO SOBRE PESO. MICROSCOPIO.

LA CONVOCANTE SOLICITA MICROSCOPIO CON CONTROL DE POSICIONAMIENTO COAXIAL (XY) CON DESPLAZAMIENTO MINIMO DE 78 X 54 MM. SE ACEPTE QUE OFERTEMOS UN MICROSCOPIO CON CONTROL DE POSICIONAMIENTO COAXIAL (XY) CON DESPLAZACIMIENTO DE 50 X 75 MM?

Respuesta: EL LICITANTE DEBE OFERTAR LO SOLICITADO EN EL ANEXO 3 DE ACUERDO A LA DESCRIPCION DE CUADRO BASICO INSTITUCIONAL DE EQUIPO MEDICO FECHA DE ACTUALIZACION SEPTIEMBRE 2013

EL PRESIDENTE DE ESTE ACTO PREGUNTA A LOS REPRESENTANTES LEGALES SI TIENEN ALGUNA PREGUNTA QUE VERSE RESPECTO A LAS RESPUESTAS EMITIDAS POR LA CONVOCANTE EN ESTA TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES, MANIFESTANDO QUE DESEAN REALIZAR PREGUNTAS LAS EMPRESAS

ACTA DE TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA INTERNACIONAL No. LA-019GYR049-T37-2013	
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN PROGRAMA DE EQUIPO MEDICO PROGRAMA PESO SOBRE PESO BIENES SINIESTRADOS	

INTRUMENTACION MEDICA, S.A DE C.V, (3 PREGUNTAS), BIOMEDICA ORTHOTOOLS MEXICO, S.A DE C.V. (3 PREGUNTAS) DEWIMED, S.A. DE C.V. (1 PREGUNTA)

PREGUNTAS EFECTUADAS POR DEWIMED, S.A. DE C.V.

203.-PROGRAMA DE EQUIPO MEDICO Y PROGRAMA PESO SOBRE PESO, PARTIDA 5, 6, 7, 11, Y 12 FUERON ELIMINADAS PUEDEN INDICAR EL MOTIVO?

Respuesta: POR ADECUACION AL TECHO PRESUPUESTAL

PREGUNTAS EFECTUADAS POR INSTRUMENTACION MEDICA, S.A. DE C.V.

204.-RESPUESTA A LA PREGUNTA 7 DE INSTRUMENTACION MEDICA, 168 DE MEDICA INTEGRAL, 77 DE SELECCIONES MEDICAS DEL CENTRO

LAS PREGUNTAS DE LOS LICITANTES SE REFIEREN A LOS ADAPTADORES SOLICITADOS YA QUE ESTE PUNTO SOLO PUEDE SER OFERTADO POR UN LICITANTE SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE RECONSIDERE LA INCLUSION DE ESTE ACCESORIO YA QUE ADEMÁS ES UNA TECNICA QUE HA DEJADO DE ESTAR EN USO NO PRESENTA UNA VENTAJA Y SOLO ENCARECE EL EQUIPO OFERTADO CONSIDERANDO QUE TODAS LAS RESPUESTAS A LOS CONVOCANTES MENCIONADOS FUERON RECHAZADOS DAMOS POR ENTENDIDO QUE ESTAN LIMITANDO LA LIBRE PARTICIPACION

SE ACEPTE ELIMINAR ESTE ACCESORIO?

Respuesta: NO RECHAZAMOS LAS PREGUNTAS NI SE ESTA LIMITANDO LA LIBRE PARTICIPACION DE LA PROVEEDURIA UNICAMENTE CON BASE A LO ESTIPULADO EN EL CUADRO BASICO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA OPERACIÓN PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA ATENCION A NUESTROS USUARIOS

205.- PREGUNTA 43 DE NUEVA ERA Y PREGUNTA 27 DE INSTRUMENTACION MÉDICA
SI SOBRE LAS MUESTRAS PRESENTADAS DE MOTORES NEUMATICOS SE DEMUESTRA VENTAJAS DE FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO A OFERTAR Y ESTAS ABREN LAS NECESIDADES DEL PERSONAL USUARIO, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR MOTOR NEUMATICO CON PESO INFERIOR Y/O CONSUMO DE AIRE SUPERIOR SIN SER MOTIVO DE DESALIFICACION, SE ACEPTE?

Respuesta: SI CUBRE LOS REQUERIMIENTOS DEL ANEXO 3 QUE SON LAS CLAVES Y DESCRIPCIONES DE CUADRO BASICO PUEDE PARTICIPAR

206.-PREGUNTA 21 DE INSTRUMENTACION MÉDICA
SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER ANEXAR JUNTO CON LAS MUESTRAS ENTREGADAS CATALOGOS Y LITERATURA MEDICA DEL EQUIPO A OFERTAR QUE REFUERCE LAS CARACTERISTICAS SUPERIORES DE NUESTRA TECNOLOGIA CON EL FIN DE QUE LA CONVOCANTE TENGA MAYOR INFORMACION DE LA SELECCIÓN DE EQUIPOS, SE ACEPTE?

Respuesta: SI SE ACEPTE, SIEMPRE Y CUANDO CUBRA LO REQUERIDO EN EL ANEXO NUMERO 3

PREGUNTAS EFECTUADAS POR LA EMPRESA BIOMEDICA ORTHOTOOLS MEXICO, S.A. DE C.V.

207.-MOTOR NEUMATICO COMPACTO PESO SOBRE PESO
NO ESTA CLARA LA DESCRIPCION DE CUADRO BASICO

ACTA DE TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA INTERNACIONAL No. LA-019GYR049-T37-2013	
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN PROGRAMA DE EQUIPO MEDICO PROGRAMA PESO SOBRE PESO BIENES SINIESTRADOS	

531 635 0122 01 01 CON RESPECTO AL CABEZAL DE PERFORACION OSCILANTE PARA QUE TIPO DE CIRUGIA ES?

Respuesta: EL CATALOGO DE INSUMOS PARA LA SALUD ES ELABORADO POR UNA COMISION INTERINSTITUCIONAL PUBLICADO EN LA PAGINA DEL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL Y LAS ADQUISICIONES DEL SECTOR SALUD POR LEY DEBERAN APEGARSE AL MISMO

208.- REFERENTE AL PROGRAMA DE EQUIPO MEDICO
NO ESTA CLARA LA PREGUNTA DE CUADRO BASICO MOTOR NEUMATICO MICRO ADITAMENTO, O ACCESORIO DE TREPANACION DE CRANEO, PARA QUE TIPO DE CIRUGIA ES?

Respuesta: EN LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE, SE DESCRIBE EL MOTOR MICRO DONDE NO SE SOLICITA ACCESORIO DE TREPANACION DE CRANEO

209.- NO ES CLARA LA PREGUNTA EN EL CUADRO BASICO
MOTOR NEUMATICO MICRO A QUE SE REFIERE CON SIERRA DE PUNTA Y PARA QUE PROCEDIMIENTO SE REFIERE?

Respuesta: EN LAS ACLARACIONES HECHAS POR LA CONVOCANTE, SE DESCRIBE EL MOTOR MICRO DONDE NO SE SOLICITA SIERRA DE PUNTA

EN RAZÓN DE LO ANTERIOR, EN ESTE ACTO SE DIO A CONOCER EL NUEVO CALENDARIO DE LOS EVENTOS SUBSECUENTES DE ESTA LICITACIÓN, QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA:

EVENTO	FECHA	HORA
ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES	30 DE OCTUBRE DE 2013	12:00

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY, ESTA ACTA FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA CONVOCATORIA.

PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN Y EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 37 BIS DE LA LEY Y 35 DE SU REGLAMENTO, A PARTIR DE ESTA FECHA SE PONE A DISPOSICIÓN DE LOS LICITANTES QUE NO HAYAN ASISTIDO A ESTE ACTO, COPIA DE ESTA ACTA EN: LA OFICINA DE ADQUISICIONES UBICADA EN EL PRIMER PISO DEL ANTIGUO EDIFICIO DE SERVICIOS GENERALES, SITO EN AVENIDA COLECTOR 15 SIN NÚMERO, ESQUINA CON AVENIDA INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, COLONIA MAGDALENA DE LAS SALINAS, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, CÓDIGO POSTAL 07760, MÉXICO, D.F, EN DONDE SE FIJARÁ COPIA DE LA CARÁTULA DEL ACTA O UN EJEMPLAR O EL AVISO DEL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA DISPONIBLE, POR UN TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES, SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES, ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LA MISMA. ESTE PROCEDIMIENTO SUSTITUYE A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL. LA INFORMACIÓN TAMBIÉN ESTARÁ DISPONIBLE EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: WWW.COMPRANET.GOB.MX

FINALMENTE, SE RECUERDA QUE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA **30 DE OCTUBRE** DE 2013, EN LA SALA DE LICITACIONES DE LA UMAE UBICADA EN EL PRIMER PISO DEL ANTIGUO EDIFICIO DE SERVICIOS GENERALES, SITO EN AVENIDA COLECTOR 15 SIN NÚMERO, ESQUINA CON AVENIDA INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, COLONIA MAGDALENA DE LAS SALINAS, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, CÓDIGO POSTAL 07760, MÉXICO, D.F; A LAS **12:00 HRS.**, SIENDO UN ACTO FORMAL QUE DARÁ INICIO PUNTUALMENTE, POR LO QUE DESPUÉS DE ESA

ACTA DE TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA INTERNACIONAL No. LA-019GYR049-T37-2013	
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN PROGRAMA DE EQUIPO MEDICO PROGRAMA PESO SOBRE PESO BIENES SINIESTRADOS	

HORA NO SE PERMITIRÁ EL ACCESO A NINGÚN LICITANTE NI OBSERVADOR SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 39 DEL REGLAMENTO DE LA LEY.

DESPUÉS DE DAR LECTURA A LA PRESENTE ACTA, SE DIO POR TERMINADA ESTA TERCERA JUNTA, DE ACLARACIONES SIENDO LAS **15:30 HORAS, DEL DÍA 24, DEL MES OCTUBRE DEL AÑO 2013,**

ESTA ACTA CONSTA DE 54 HOJAS, FIRMANDO PARA LOS EFECTOS LEGALES Y DE CONFORMIDAD LOS ASISTENTES A ESTE EVENTO, QUIENES RECIBEN COPIA DE LA MISMA.

POR LOS LICITANTES

NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	REPRESENTANTE Y CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
LEONCIO ROBLES HERRERA	COMERLAT	
JAIME AGUILAR PERULLES	SYNTHES	
ALFONSO CARDENAS C.	DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO	
SERGIO ONOFRE C.	NUEVA ERA ORTHOPEDIA M.	
JOSE LUIS SANCHEZ AMARO	ORTOPEDIA HISPA	
BRENDA NAVARRO	DEWIMED	
MA. DE LOURDES SAMANO	INSTRUMENTACION MEDICA	
MARIO I. ZAMORA TELLEZ	BIOMEDICA ORTHOTOOLS	
BRENDA PEREZ URIBE	INSTRUMENTACION MEDICA	
PAMELA SANCHEZ	STRYKER	

ACTA DE TERCERA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA MIXTA INTERNACIONAL No. LA-019GYR049-T37-2013	
ADQUISICIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN PROGRAMA DE EQUIPO MEDICO PROGRAMA PESO SOBRE PESO BIENES SINIESTRADOS	

POR LA UMAE DR VICTORIO DE LA FUENTE NARVAEZ" D.F.

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
DR. ALFREDO ORTEGA TORRES	DIVISION DE CIRUGIA TRAUMATOLOGIA	
DR. ADRIAN RIVERA VILLA	ENC DE POA	
DR. LEOPOLDO HERRERA G.	MJS NEUROCIRUGIA	
DR. ARTURO RESENDIZ HERNANDEZ	DIRECTOR MEDICO DE LA UMAE	
C. JUAN SANCHEZ CRUZ	ENC DEL DEPTO DE ABASTECIMIENTO UMAE	
C. BRENDA M. RAZO CERVANTES	ENC DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES UMAE	
DR. ADRIAN MEDINA CASTELLANOS	DIVISION DE ORTOPEDIA	
DR. ALEJANDRO ALVARES	SERV. DE ENDOPROTESIS	
DR. CARLOS HERNADEZ	POLIFRACTURADOS TRAUMATOLOGIA	

POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL
NO HUBO ASISTENCIA POR PARTE DEL ORGANO INTERNO

----- FIN DEL ACTA -----