

**CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)**

CLAVE SAI: 523.110.0283.00.01 FECHA IMP.: 05/12/2019
CLAVE PREI: 000000000018950 HORA IMP.: 14:05:14

NOMBRE GENÉRICO

**Banda transportadora, tipo móvil, dimensiones de:
3.50 x 0.62 x 0.90 m**

LICITANTE: _____ MARCA: _____
LICITACIÓN: _____ MODELO: _____
PARTIDA: _____ CATALOGO: _____
CANTIDAD: _____

HOJA 1 de 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 Descripción:

- 1.1 Banda transportadora, tipo móvil.
- 1.2 Dimensiones: de: 3.50 x 0.62 x 0.90 m, con una tolerancia de $\pm 10\%$.
- 1.3 Soportes, mesa y cubierta de acero inoxidable AISI-304.
- 1.4 Banda de polinitrilo de tipo sanitario con unión vulcanizada, lavable de 39 cm de ancho., con una tolerancia de $\pm 10\%$.
- 1.5 Velocidad de transporte 18 m/min.
- 1.6 Incluidos limpiador de banda y charola de desperdicios en extremo de salida.
- 1.7 Con cuatro ruedas giratorias de hule con freno,
- 1.8 Sistema motriz de $\frac{1}{2}$ HP.
- 1.9 Sistema de restirado de banda
- 1.10 Arrancador magnético,
- 1.11 Interruptor de circuito,
- 1.12 Con dos contactos laterales,
- 1.13 Lleva interruptor de limite,
- 1.14 Todas las soldaduras exteriores con pulido sanitario.

2 Instalación:


- 2.1 Corriente eléctrica 220 V $\pm 10\%$, 60 Hz., cable de uso rudo con clavija de $\frac{1}{2}$ vuelta

3 Mantenimiento:


- 3.1 No requiere mantenimiento preventivo.


Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de
Equipamiento Médico

Revisó


Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación
de las Unidades Médicas

Elaboró


Lic. Ignacio Valdivia Ortega
Coordinador de Programas de
Nutrición de la División de
Hospitales de Segundo Nivel

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE