



GOBIERNO DE  
MÉXICO



IMSS

DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS  
Unidad de Atención Médica  
Coordinación de Planeación de  
Infraestructura Médica  
División de Equipamiento Médico

**CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO  
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)**

CLAVE SAI: 523.116.0124.00.01 FECHA IMP.: 05/12/2019  
CLAVE PREI: 000000000018900 HORA IMP.: 14:05:13

**NOMBRE GENÉRICO**

**Baño maría eléctrico. Cubierta fabricada en acero  
inoxidable. Dimensiones: 1.53 x 0.76 x 0.90 m.**

LICITANTE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_  
LICITACIÓN: \_\_\_\_\_ MODELO: \_\_\_\_\_  
PARTIDA: \_\_\_\_\_ CATALOGO: \_\_\_\_\_  
CANTIDAD: \_\_\_\_\_

HOJA 1 de 1

**ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS**

**1 Descripción:**

- 1.1 Baño maría eléctrico.
- 1.2 Cubierta fabricada en acero inoxidable calibre 16.
- 1.3 Tina calibre 18 y faldón calibre 20.
- 1.4 Montado sobre 4 patas esmaltadas
- 1.5 Con regatones niveladores de aluminio.
- 1.6 Dimensiones: 1.53 x 0.76 x 0.90 m, con una tolerancia de  $\pm 10\%$ .
- 1.7 Con repisa para deslizar charolas y repisa contra estornudos de vidrio.

**2 Instalación:**

- 2.1 Corriente eléctrica 110 V  $\pm 10\%$ , 60 Hz.

**3 Mantenimiento:**

- 3.1 No requiere mantenimiento preventivo.

Valido

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián  
Titular de la División de  
Equipamiento Médico

Revisó

Elaboró

Ing. Lorena Arriaga Gallegos  
Jefa de Área de Instrumentación  
de las Unidades Médicas

Lic. Ignacio Valdivia Ortega  
Coordinador de Programas de  
Nutrición de la División de  
Hospitales de Segundo Nivel

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE**

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE  
AUTORIZADO POR EL LICITANTE

CGA