



GOBIERNO DE
MÉXICO



IMSS

DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
Unidad de Atención Médica
Coordinación de Planeación de
Infraestructura Médica
División de Equipamiento Médico

**CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)**

CLAVE SAI: 523.116.0117.00.01 FECHA IMP.: 05/12/2019
CLAVE PREI: 000000000018899 HORA IMP.: 14:05:13

NOMBRE GENÉRICO

**Baño maría a gas fabricado cubierta fabricada en acero
inoxidable cal.16.**

LICITANTE: _____ MARCA: _____
LICITACIÓN: _____ MODELO: _____
PARTIDA: _____ CATALOGO: _____
CANTIDAD: _____

HOJA 1 de 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 Descripción:

- 1.1 Baño maría a gas
- 1.2 Fabricado cubierta en acero inoxidable calibre 16.
- 1.3 Tina en calibre 18 y faldón en calibre 20.
- 1.4 Montado sobre 4 patas esmaltadas
- 1.5 Con regatones niveladores de aluminio.
Dimensiones: 1.53 x 0.76 x 0.90 m, con una tolerancia de $\pm 10\%$.
- 1.6 Con repisa para deslizar charolas y repisa contra estornudos de vidrio.

2 Instalación:

- 2.1 A gas.

3 Mantenimiento:

- 3.1 No requiere mantenimiento preventivo.

Valido

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de
Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación
de las Unidades Médicas

Elaboró

Lic. Ignacio Valdivia Ortega
Coordinador de Programas de
Nutrición de la División de
Hospitales de Segundo Nivel

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
AUTORIZADO POR EL LICITANTE

CGA