



GOBIERNO DE
MÉXICO



IMSS

DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
Unidad de Atención Médica
Coordinación de Planeación de
Infraestructura Médica
División de Equipamiento Médico

**CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)**

CLAVE SAI: 523.407.0117.00.01 FECHA IMP.: 05/12/2019
CLAVE PREI: 000000000018918 HORA IMP.: 14:05:14

NOMBRE GENÉRICO

Campana de extracción de humos y grasas Dimensiones:
1.70 x 0.90 x 0.52 m.

LICITANTE: _____ MARCA: _____
LICITACIÓN: _____ MODELO: _____
PARTIDA: _____ CATALOGO: _____
CANTIDAD: _____

HOJA 1 de 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 Descripción:

- 1.1 Campana de extracción de humos y grasas.
- 1.2 Fabricada la cornizuela en calibre 16 y vistas en calibre 18 tipo 304.
- 1.3 Con lámpara sellada contra vapores para iluminación.
- 1.4 Dimensiones: 1.70 x 0.90 x 0.52 m, con una tolerancia de $\pm 10\%$.
- 1.5 Con ductos, extractor y filtros.

2 Instalación:

- 2.1 Corriente eléctrica 110 V $\pm 10\%$, 60 Hz.

3 Mantenimiento:

- 3.1 No requiere mantenimiento preventivo.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de
Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación
de las Unidades Médicas

Elaboró

Lic. Ignacio Valdivia Ortega
Coordinador de Programas de
Nutrición de la División de
Hospitales de Segundo Nivel

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
AUTORIZADO POR EL LICITANTE

CGA