



GOBIERNO DE
MÉXICO



IMSS

DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
Unidad de Atención Médica
Coordinación de Planeación de
Infraestructura Médica
División de Equipamiento Médico

**CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)**

CLAVE SAI: 523.175.0365.00.01 FECHA IMP.: 05/12/2019
CLAVE PREI: 000000000018970 HORA IMP.: 14:05:14
NOMBRE GENÉRICO
Carro termo porta charolas.

LICITANTE: _____ MARCA: _____
LICITACIÓN: _____ MODELO: _____
PARTIDA: _____ CATALOGO: _____
CANTIDAD: _____

HOJA 1 de 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

1 Descripción:

- 1.1 Carro termo porta charolas,
- 1.2 Cuerpo fabricado exterior de polietileno de alta resistencia,
- 1.3 Relleno de espuma de poliuretano,
- 1.4 Construido de una sola pieza roto moldeada,
- 1.5 Con refuerzos laterales en diseño,
- 1.6 Con dos entrepaños,
- 1.7 Dos compartimentos
- 1.8 Con puertas para la colocación de 12 charolas cada uno,
- 1.9 Con herraje y molduras para cierre hermético,
- 1.10 Con 2 ruedas fijas y 2 locas de 5 pulgadas de diámetro y una de ellas con freno, en la base del entrepaño
- 1.11 Con diseño para evitar el deslizamiento de los recipientes,
- 1.12 Con agarradera en la parte superior de ambos lados.

2 Instalación:

- 2.1 No requiere.

3 Mantenimiento:

- 3.1 No requiere mantenimiento preventivo

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de
Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación
de las Unidades Médicas

Elaboró

Lic. Ignacio Valdivia Ortega
Coordinador de Programas de
Nutrición de la División de
Hospitales de Segundo Nivel

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
AUTORIZADO POR EL LICITANTE

CGA