



GOBIERNO DE  
MÉXICO



IMSS

DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS  
Unidad de Atención Médica  
Coordinación de Planeación de  
Infraestructura Médica  
División de Equipamiento Médico

**CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO  
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)**

CLAVE SAI: 523.782.1686.00.01 FECHA IMP.: 05/12/2019  
CLAVE PREI: 000000000019069 HORA IMP.: 14:05:16

NOMBRE GENÉRICO

**Refrigerador vertical 2 puertas con capacidad de 36  
pies cúbicos con 9 niveles de exhibición**

LICITANTE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_  
LICITACIÓN: \_\_\_\_\_ MODELO: \_\_\_\_\_  
PARTIDA: \_\_\_\_\_ CATALOGO: \_\_\_\_\_  
CANTIDAD: \_\_\_\_\_

HOJA 1 de 1

**ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS**

**1 Descripción:**

- 1.1 Refrigerador vertical 2 puertas con capacidad de 36 pies cúbicos., con una tolerancia de  $\pm 10\%$ .
- 1.2 Refrigerante libre de CFC
- 1.3 (nueve) 9 niveles de exhibición,
- 1.4 Con control de temperatura inteligente,
- 1.5 Puerta con sistema de auto cierre,
- 1.6 Piso interior en acero inoxidable,
- 1.7 Parrillas ajustables,
- 1.8 Permite programar la temperatura de 2°C a 24°C

**2 Instalación:**

- 2.1 Corriente eléctrica 110 V  $\pm 10\%$ , 60 Hz.

**3 Mantenimiento:**

- 3.1 Mantenimiento preventivo y correctivo, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián  
Titular de la División de  
Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos  
Jefa de Área de Instrumentación  
de las Unidades Médicas

Elaboró

Lic. Ignacio Valdivia Ortega  
Coordinador de Programas de  
Nutrición de la División de  
Hospitales de Segundo Nivel

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE**

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE  
AUTORIZADO POR EL LICITANTE

CGA