



GOBIERNO DE
MÉXICO



IMSS

DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
Unidad de Atención Médica
Coordinación de Planeación de
Infraestructura Médica
División de Equipamiento Médico

**CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)**

CLAVE SAI: 523.782.1594.00.01 FECHA IMP.: 05/12/2019
CLAVE PREI: 000000000018942 HORA IMP.: 14:05:14

NOMBRE GENÉRICO

Refrigerador de 49 pies cúbicos de capacidad

LICITANTE: _____ MARCA: _____
LICITACIÓN: _____ MODELO: _____
PARTIDA: _____ CATALOGO: _____
CANTIDAD: _____

HOJA 1 de 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 Descripción:

- 1.1 Refrigerador de 49 pies cúbicos de capacidad, con una tolerancia de $\pm 10\%$.
- 1.2 En polímero de alta densidad.
- 1.3 Frente en acero inoxidable tipo 300.
- 1.4 Paneles laterales externos de aluminio anodizado.
- 1.5 Interior en aluminio revestido con vinilo en acabado color blanco.
- 1.6 Piso de acero inoxidable tipo 300.
- 1.7 Termómetros con indicadores montados en el exterior.
- 1.8 Luz interior incandescente.
- 1.9 Parrillas ajustables fabricadas con acero de alto calibre revestidas con vinilo.
- 1.10 Puerta sólida en acero inoxidable.
- 1.11 Con mecanismo de auto cierre.
- 1.12 Con bisagras y resortes de torsión, montados sobre una base giratoria.
- 1.13 Con ruedas de 4 pulgadas de diámetro.

2 Instalación:

- 2.1 Corriente eléctrica 110 V $\pm 10\%$, 60 Hz.

3 Mantenimiento:

- 3.1 Mantenimiento preventivo y correctivo, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria.

Valido

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de
Equipamiento Médico

Revisó

Elaboró

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación
de las Unidades Médicas

Lic. Ignacio Valdivia Ortega
Coordinador de Programas de
Nutrición de la División de
Hospitales de Segundo Nivel

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
AUTORIZADO POR EL LICITANTE

CGA