



GOBIERNO DE  
MÉXICO



IMSS

DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS  
Unidad de Atención Médica  
Coordinación de Planeación de  
Infraestructura Médica  
División de Equipamiento Médico

**CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO  
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)**

CLAVE SAI: 523.239.0675.00.01 FECHA IMP.: 05/12/2019  
CLAVE PREI: 000000000018976 HORA IMP.: 14:05:14  
NOMBRE GENÉRICO

**Congelador vertical de 13 pies cúbicos de capacidad.**

LICITANTE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_  
LICITACIÓN: \_\_\_\_\_ MODELO: \_\_\_\_\_  
PARTIDA: \_\_\_\_\_ CATALOGO: \_\_\_\_\_  
CANTIDAD: \_\_\_\_\_

HOJA 1 de 1

**ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS**

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE**

**1 Descripción:**

- 1.1 Congelador vertical de 13 pies cúbicos de capacidad., con una tolerancia de  $\pm 10\%$ .,
- 1.2 Cuerpo de lámina de acero,
- 1.3 Acabado en esmalte blanco en exterior y
- 1.4 Porcelanizado en interior,
- 1.5 Puerta de cristal,
- 1.6 Marco de aluminio anodizado natural con jaladera integral,
- 1.7 Control de temperatura (termostato regulable),
- 1.8 Entrepaños de lámina de acero,
- 1.9 Acabado en esmalte blanco,
- 1.10 Pestañas que resistan peso mayor a 15 Kg.,
- 1.11 Con aislamiento de espuma de poliuretano, inyectado en el gabinete,
- 1.12 Condensador de  $\frac{1}{2}$  HP.,
- 1.13 Enfriamiento por difusor de flujo
- 1.14 Rango de temperatura de  $-10^{\circ}\text{C}$ .

**2 Instalación:**

- 2.1 Corriente eléctrica 110 V  $\pm 10\%$ , 60 Hz.

**3 Mantenimiento:**

- 3.1 Mantenimiento preventivo y correctivo, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria.

Valido

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián  
Titular de la División de  
Equipamiento Médico

Revisó

Elaboró

Ing. Lorena Arriaga Gallegos  
Jefa de Área de Instrumentación  
de las Unidades Médicas

Lic. Ignacio Valdivia Ortega  
Coordinador de Programas de  
Nutrición de la División de  
Hospitales de Segundo Nivel

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE  
AUTORIZADO POR EL LICITANTE

CGA