

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO  
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)

CLAVE SAI: 523.401.0162.00.01 FECHA IMP.: 05/12/2019  
CLAVE PREI: 000000000018985 HORA IMP.: 14:05:14

NOMBRE GENÉRICO

Exprimidor eléctrico para naranjas

LICITANTE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_  
LICITACIÓN: \_\_\_\_\_ MODELO: \_\_\_\_\_  
PARTIDA: \_\_\_\_\_ CATALOGO: \_\_\_\_\_  
CANTIDAD: \_\_\_\_\_

HOJA 1 de 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

1 Descripción:

- 1.1 Exprimidor eléctrico para naranjas,
- 1.2 Cuerpo de acero inoxidable AISI-304,
- 1.3 Coladera y escurridor de acero inoxidable AISI-304,
- 1.4 Media esfera exprimidora de aluminio,
- 1.5 Motor de ¼ HP.

2 Instalación:

- 2.1 Corriente eléctrica 110 V  $\pm 10\%$ , 60 Hz. Cable de uso rudo.

3 Mantenimiento:

- 3.1 No requiere mantenimiento preventivo

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián  
Titular de la División de  
Equipamiento Médico

Revisó

Elaboró

Ing. Lorena Arriaga Gallegos  
Jefa de Área de Instrumentación  
de las Unidades Médicas

Lic. Ignacio Valdivia Ortega  
Coordinador de Programas de  
Nutrición de la División de  
Hospitales de Segundo Nivel