



GOBIERNO DE  
MÉXICO



DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS  
Unidad de Atención Médica  
Coordinación de Planeación de  
Infraestructura Médica  
División de Equipamiento Médico

**CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO  
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)**

CLAVE SAI: 523.593.0183.00.01 FECHA IMP.: 05/12/2019  
CLAVE PREI: 000000000019021 HORA IMP.: 14:05:15

NOMBRE GENÉRICO

**Llenadora de biberones, tanque de 30 litros de  
capacidad**

LICITANTE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_  
LICITACIÓN: \_\_\_\_\_ MODELO: \_\_\_\_\_  
PARTIDA: \_\_\_\_\_ CATALOGO: \_\_\_\_\_  
CANTIDAD: \_\_\_\_\_

HOJA 1 de 1

**ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS**

**1 Descripción:**

- 1.1 Llenadora de biberones, tanque de 30 litros de capacidad., con una tolerancia de  $\pm 10\%$ .,
- 1.2 Tapa,
- 1.3 Válvula llenadora rápida de fácil limpieza,
- 1.4 Todo de acero inoxidable AISI-304,
- 1.5 Soporte de acero inoxidable AISI-304, y remates de hule,
- 1.6 Todas las soldaduras interiores y exteriores con pulido sanitario.

**2 Instalación:**

- 2.1 Corriente eléctrica 110 V  $\pm 10\%$ , 60 Hz.

**3 Mantenimiento:**

- 3.1 No requiere mantenimiento preventivo

Valido

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián  
Titular de la División de  
Equipamiento Médico

Revisó

Elaboró

Ing. Lorena Arriaga Gallegos  
Jefa de Área de Instrumentación  
de las Unidades Médicas

Lic. Ignacio Valdivia Ortega  
Coordinador de Programas de  
Nutrición de la División de  
Hospitales de Segundo Nivel

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE**

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE  
AUTORIZADO POR EL LICITANTE

CGA