



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



IMSS

DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS  
Unidad de Atención Médica  
Coordinación de Planeación de  
Infraestructura Médica  
División de Equipamiento Médico

**CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO  
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)**

CLAVE SAI: 523.580.0329.00.01 FECHA IMP.: 05/12/2019  
CLAVE PREI: 000000000018929 HORA IMP.: 14:05:14  
**NOMBRE GENÉRICO**  
**Turbo Licuadora**

LICITANTE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_  
LICITACIÓN: \_\_\_\_\_ MODELO: \_\_\_\_\_  
PARTIDA: \_\_\_\_\_ CATALOGO: \_\_\_\_\_  
CANTIDAD: \_\_\_\_\_

HOJA 1 de 1

**ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS**

- 1 Descripción:**
  - 1.1 Turbo licuadora,
  - 1.2 Turbolicuador diente, móviles o fijos,
  - 1.3 Capacidades desde 60 hasta 3,000 litros,
  - 1.4 Todas las partes metálicas en contacto con el producto de acero inoxidable AISI-316 acabado sanitario,
  - 1.5 Motor eléctrico (potencia de acuerdo a capacidad),
  - 1.6 Asa para maniobrar el turbo dentro del recipiente.
- 2 Instalación:**
  - 2.1 Corriente eléctrica 220 V  $\pm$ 10%, 60 Hz.
- 3 Mantenimiento:**
  - 3.1 No requiere mantenimiento preventivo.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián  
Titular de la División de  
Equipamiento Médico

Revisó

Elaboró

Ing. Lorena Arriaga Gallegos  
Jefa de Área de Instrumentación  
de las Unidades Médicas

Lic. Ignacio Valdivia Ortega  
Coordinador de Programas de  
Nutrición de la División de  
Hospitales de Segundo Nivel

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE**

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE  
AUTORIZADO POR EL LICITANTE

CGA