



GOBIERNO DE
MÉXICO



IMSS

DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
Unidad de Atención Médica
Coordinación de Planeación de
Infraestructura Médica
División de Equipamiento Médico

**CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)**

CLAVE SAI: 523.130.0272.00.01 FECHA IMP.: 05/12/2019
CLAVE PREI: 000000000018903 HORA IMP.: 14:05:13

NOMBRE GENÉRICO

Báscula de precisión de hasta 2 kg.

LICITANTE: _____ MARCA: _____
LICITACIÓN: _____ MODELO: _____
PARTIDA: _____ CATALOGO: _____
CANTIDAD: _____

HOJA 1 de 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 Descripción:

- 1.1 Báscula de precisión de hasta 2 Kg.
- 1.2 Con capacidad para contar piezas y medir peso.
- 1.3 Con posibilidad de cambio entre cómputo y peso.
- 1.4 Con función de tara en todo el rango,
- 1.5 Iluminación de fondo de la pantalla,
- 1.6 Selección de diferentes unidades de pesado,
- 1.7 Protección contra salpicaduras de agua y polvo,
- 1.8 Posibilidad de alimentación con baterías.
- 1.9 Con un plato de pesado de acero inoxidable.

2 Instalación:

- 2.1 Corriente eléctrica 110 V \pm 10%, 60 Hz.

3 Mantenimiento:

- 3.1 Mantenimiento preventivo y correctivo, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de
Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación
de las Unidades Médicas

Elaboró

Lic. Ignacio Valdivia Ortega
Coordinador de Programas de
Nutrición de la División de
Hospitales de Segundo Nivel

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
AUTORIZADO POR EL LICITANTE

CGA