

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)

CLAVE SAI: 523.782.1582.00.01 FECHA IMP.: 05/12/2019
CLAVE PREI: 000000000018941 HORA IMP.: 14:05:14
NOMBRE GENÉRICO

Refrigerador de 23 pies cúbicos de capacidad

LICITANTE: _____ MARCA: _____
LICITACIÓN: _____ MODELO: _____
PARTIDA: _____ CATALOGO: _____
CANTIDAD: _____

HOJA 1 de 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

1 Descripción:

- 1.1 Refrigerador de 23 pies cúbicos de capacidad.
con una tolerancia de $\pm 10\%$.
- 1.2 En polímero de alta densidad.
- 1.3 Frente en acero inoxidable tipo 300.
- 1.4 Paneles laterales externos de aluminio
anodizado.
- 1.5 Interior en aluminio revestido con vinilo en
acabado color blanco.
- 1.6 Piso de acero inoxidable tipo 300.
- 1.7 Termómetros con indicadores montados en el
exterior.
- 1.8 Luz interior incandescente.
- 1.9 Parrillas ajustables fabricadas con acero de alto
calibre revestidas con vinilo.
- 1.10 Puerta sólida en acero inoxidable.
- 1.11 Con mecanismo de auto cierre.
- 1.12 Con bisagras y resortes de torsión, montados.
sobre una base giratoria.
- 1.13 Con ruedas de 4 pulgadas de diámetro.

2 Instalación:

- 2.1 Corriente eléctrica 110 V $\pm 10\%$, 60 Hz.

3 Mantenimiento:

- 3.1 Mantenimiento preventivo y correctivo, conforme
a los requisitos establecidos en la convocatoria.

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de
Equipamiento Médico

Revisó

Elaboró

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación
de las Unidades Médicas

Lic. Ignacio Valdivia Ortega
Coordinador de Programas de
Nutrición de la División de
Hospitales de Segundo Nivel