



GOBIERNO DE
MÉXICO



IMSS

DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS

Unidad de Atención Médica

Coordinación de Planeación de

Infraestructura Médica

División de Equipamiento Médico

**CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)**

CLAVE SAI: 523.130.0297.00.01 FECHA IMP.: 05/12/2019
CLAVE PREI: 000000000018953 HORA IMP.: 14:05:14

NOMBRE GENÉRICO

Bascula automática, de mesa, capacidad de 12.5 kg.

LICITANTE: _____ MARCA: _____
LICITACIÓN: _____ MODELO: _____
PARTIDA: _____ CATALOGO: _____
CANTIDAD: _____

HOJA 1 de 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 Descripción:

- 1.1 Bascula automática, de mesa,
- 1.2 Capacidad de 12.5 Kg., con una tolerancia de \pm 10%.
- 1.3 Estructura de acero porcelanizado de alta resistencia,
- 1.4 Caratula graduada de lectura,
- 1.5 Plataforma de acero inoxidable AISI-304,
- 1.6 Calibración automática a cero,
- 1.7 Regatones de hule macizo,
- 1.8 Peso desde 100 gramos hasta 12.5 Kg., con una tolerancia de \pm 10%.

2 Instalación:

- 2.1 No requiere

3 Mantenimiento:

- 3.1 No requiere mantenimiento preventivo

Valido

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de
Equipamiento Médico

Revisó

Elaboró

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación
de las Unidades Médicas

Lic. Ignacio Valdivia Ortega
Coordinador de Programas de
Nutrición de la División de
Hospitales de Segundo Nivel

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
AUTORIZADO POR EL LICITANTE

CGA