



GOBIERNO DE
MÉXICO



IMSS

DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
Unidad de Atención Médica
Coordinación de Planeación de
Infraestructura Médica
División de Equipamiento Médico

**CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)**

CLAVE SAI: 523.795.0031.00.01 FECHA IMP.: 05/12/2019
CLAVE PREI: 000000000018946 HORA IMP.: 14:05:14

NOMBRE GENÉRICO

Salamandra infrarroja, colgante

LICITANTE: _____ MARCA: _____
LICITACIÓN: _____ MODELO: _____
PARTIDA: _____ CATALOGO: _____
CANTIDAD: _____

HOJA 1 de 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

1 Descripción:

- 1.1 Salamandra infrarroja, colgante.
- 1.2 Mueble construido en acero inoxidable e interior porcelanizado.
- 1.3 Especialmente para montarse a pared.
- 1.4 Gatillo y cremallera de 5 posiciones.
- 1.5 Dos quemadores de gas de 6 tabiques multiperforados para generar rayos infrarrojos.
- 1.6 Funcionamiento: gas LP.
- 1.7 Dimensiones: frente 0.88, fondo: 0.51, alto: 0.50 (m), con una tolerancia de $\pm 10\%$.

2 Instalación:

- 2.1 A gas.

3 Mantenimiento:

- 3.1 No requiere mantenimiento preventivo.

Valido

Ing. Gerardo A. Martinez Fabián
Titular de la División de
Equipamiento Médico

Revisó

Elaboró

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación
de las Unidades Médicas

Lic. Ignacio Valdivia Ortega
Coordinador de Programas de
Nutrición de la División de
Hospitales de Segundo Nivel

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
AUTORIZADO POR EL LICITANTE

CGA