



GOBIERNO DE  
MÉXICO



IMSS

DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS  
Unidad de Atención Médica  
Coordinación de Planeación de  
Infraestructura Médica  
División de Equipamiento Médico

**CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO  
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)**

CLAVE SAI: 523.580.0334.00.01 FECHA IMP.: 05/12/2019  
CLAVE PREI: 000000000019014 HORA IMP.: 14:05:15  
NOMBRE GENÉRICO  
**Licuadora de volteo**

LICITANTE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_  
LICITACIÓN: \_\_\_\_\_ MODELO: \_\_\_\_\_  
PARTIDA: \_\_\_\_\_ CATALOGO: \_\_\_\_\_  
CANTIDAD: \_\_\_\_\_

HOJA 1 de 1

**ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS**

- 1 Descripción:**
  - 1.1 Licuadora de volteo,
  - 1.2 Fabricada en acero inoxidable tipo 304,
  - 1.3 Juego triple de cuchillas de acero inoxidable para un mejor licuado del producto,
  - 1.4 Rompe olas troqueladas para evitar la acumulación de residuos,
  - 1.5 Juego mecánico con reten para un mayor sellado, evitando el escurrimiento al motor,
  - 1.6 Base pedestal en tubo de acero inoxidable con niveladores,
  - 1.7 Fácil manejo por sistema de volteo,
  - 1.8 Evitando tener que cargar el vaso.
- 2 Instalación:**
  - 2.1 Corriente eléctrica 110 V  $\pm$ 10%, 60 Hz.
- 3 Mantenimiento:**
  - 3.1 No requiere mantenimiento preventivo

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián  
Titular de la División de  
Equipamiento Médico

Revisó

Elaboró

Ing. Lorena Arriaga Gallegos  
Jefa de Área de Instrumentación  
de las Unidades Médicas

Lic. Ignacio Valdivia Ortega  
Coordinador de Programas de  
Nutrición de la División de  
Hospitales de Segundo Nivel

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE**

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE  
AUTORIZADO POR EL LICITANTE

CGA