



GOBIERNO DE
MÉXICO



IMSS

DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS

Unidad de Atención Médica

Coordinación de Planeación de

Infraestructura Médica

División de Equipamiento Médico

**CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)**

CLAVE SAI: 523.782.1579.00.01 FECHA IMP.: 05/12/2019
CLAVE PREI: 000000000018940 HORA IMP.: 14:05:14

NOMBRE GENÉRICO

**Refrigerador vertical; frente y costados en acero
inoxidable de 30 pies cúbicos de capacidad**

LICITANTE: _____ MARCA: _____
LICITACIÓN: _____ MODELO: _____
PARTIDA: _____ CATALOGO: _____
CANTIDAD: _____

HOJA 1 de 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

- 1 Descripción:**
 - 1.1 Refrigerador vertical.
 - 1.2 Frente y costados en acero inoxidable.
 - 1.3 De 30 pies cúbicos de capacidad, con una tolerancia de $\pm 10\%$.
 - 1.4 Sistema de enfriamiento por aire forzado.
 - 1.5 (dos) 2 puertas de cristal.
 - 1.6 (seis) 6 parrillas plastificadas.
 - 1.7 Compresor de $\frac{1}{2}$ HP.
 - 1.8 Refrigerante ecológico libre de CFC.
 - 1.9 Rango de temperatura de 2°C a 8°C .
- 2 Instalación:**
 - 2.1 Corriente eléctrica 110 V $\pm 10\%$, 60 Hz.
- 3 Mantenimiento:**
 - 3.1 Mantenimiento preventivo y correctivo, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria.

Valido

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de
Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación
de las Unidades Médicas

Elaboró

Lic. Ignacio Valdivia Ortega
Coordinador de Programas de
Nutrición de la División de
Hospitales de Segundo Nivel

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
AUTORIZADO POR EL LICITANTE

CGA