



GOBIERNO DE  
MÉXICO



IMSS

DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS  
Unidad de Atención Médica  
Coordinación de Planeación de  
Infraestructura Médica  
División de Equipamiento Médico

**CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO  
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)**

CLAVE SAI: 523.130.0301.00.01 FECHA IMP.: 05/12/2019  
CLAVE PREI: 000000000018954 HORA IMP.: 14:05:14

NOMBRE GENÉRICO

**Bascula automática, de mesa, capacidad de 2.5 kg.**

LICITANTE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_  
LICITACIÓN: \_\_\_\_\_ MODELO: \_\_\_\_\_  
PARTIDA: \_\_\_\_\_ CATALOGO: \_\_\_\_\_  
CANTIDAD: \_\_\_\_\_

HOJA 1 de 1

**ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS**

**1 Descripción:**

- 1.1 Bascula automática, de mesa,
- 1.2 Capacidad de 2.5 Kg., con una tolerancia de  $\pm 10\%$ .,
- 1.3 Estructura de acero porcelanizado de alta resistencia,
- 1.4 Caratula graduada de lectura,
- 1.5 Plataforma de acero inoxidable AISI-304,
- 1.6 Calibración automática a cero,
- 1.7 Regatones de hule macizo,
- 1.8 Peso desde 100 gramos hasta 2.5 Kg., con una tolerancia de  $\pm 10\%$ .,

**2 Instalación:**

- 2.1 No requiere.

**3 Mantenimiento:**

- 3.1 No requiere mantenimiento preventivo

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián  
Titular de la División de  
Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos  
Jefa de Área de Instrumentación  
de las Unidades Médicas

Elaboró

Lic. Ignacio Calvía Ortega  
Coordinador de Programas de  
Nutrición de la División de  
Hospitales de Segundo Nivel

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE**

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE  
AUTORIZADO POR EL LICITANTE

CGA