



GOBIERNO DE
MÉXICO



IMSS

DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
Unidad de Atención Médica
Coordinación de Planeación de
Infraestructura Médica
División de Equipamiento Médico

**CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)**

CLAVE SAI: 523.782.1692.00.01 FECHA IMP.: 05/12/2019
CLAVE PREI: 000000000019070 HORA IMP.: 14:05:16

NOMBRE GENÉRICO

Refrigerador vertical 20 pies cúbicos

LICITANTE: _____ MARCA: _____
LICITACIÓN: _____ MODELO: _____
PARTIDA: _____ CATALOGO: _____
CANTIDAD: _____

HOJA 1 de 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 Descripción:

- 1.1 Refrigerador vertical 20 pies cúbicos con una tolerancia de $\pm 10\%$.
- 1.2 Refrigerante libre de CFC
- 1.3 Estructura de acero galvanizada, pintada y horneada o acero inoxidable AISI-304,
- 1.4 Aislamiento de espuma de poliuretano inyectado,
- 1.5 Control de temperatura,
- 1.6 Compresor de $\frac{1}{3}$ HP.,
- 1.7 Con dos puertas de cristal,
- 1.8 Con entrepaños de acero porcelanizado, pestañas que resistan peso mayor de 15 Kg.,
- 1.9 Acabado en esmalte blanco en exterior y porcelanizado en interior,
- 1.10 Marco de aluminio anodizado natural con jaladera integral

2 Instalación:

- 2.1 Corriente eléctrica 110 V $\pm 10\%$, 60 Hz.

3 Mantenimiento:

- 3.1 Mantenimiento preventivo y correctivo, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria.

Valió

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de
Equipamiento Médico

Revisó

Elaboró

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación
de las Unidades Médicas

Lic. Ignacio Valdivia Ortega
Coordinador de Programas de
Nutrición de la División de
Hospitales de Segundo Nivel

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
AUTORIZADO POR EL LICITANTE

CGA