



GOBIERNO DE  
MÉXICO



IMSS

DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS  
Unidad de Atención Médica  
Coordinación de Planeación de  
Infraestructura Médica  
División de Equipamiento Médico

**CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO  
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)**

CLAVE SAI: 523.613.0223.00.01 FECHA IMP.: 05/12/2019  
CLAVE PREI: 000000000019032 HORA IMP.: 14:05:15

**NOMBRE GENÉRICO**

**Mezcladora vertical**

LICITANTE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_  
LICITACIÓN: \_\_\_\_\_ MODELO: \_\_\_\_\_  
PARTIDA: \_\_\_\_\_ CATALOGO: \_\_\_\_\_  
CANTIDAD: \_\_\_\_\_

HOJA 1 de 1

**ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS**

- 1 Descripción:**
  - 1.1 Mezcladora vertical,
  - 1.2 Recipiente de acero inoxidable AISI-304, de 14 5/4 de diámetro.
  - 1.3 Cuchillas de acero inoxidable AISI-304.
  - 1.4 Gabinete de motor y base metálicos en acabado epóxica.
  - 1.5 Motor 1/4 de HP, de 50 a 60 ciclos,
  - 1.6 Dimensiones aproximadas 79 x 45 x 31 cm,
  - 1.7 Con accesorios desmontables.
- 2 Instalación:**
  - 2.1 Corriente eléctrica 110 V  $\pm$ 10%, 60 Hz.
- 3 Mantenimiento:**
  - 3.1 No requiere mantenimiento preventivo

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián  
Titular de la División de  
Equipamiento Médico

Revisó

Elaboró

Ing. Lorena Arriaga Gallegos  
Jefa de Área de Instrumentación  
de las Unidades Médicas

Lic. Ignacio Valdivia Ortega  
Coordinador de Programas de  
Nutrición de la División de  
Hospitales de Segundo Nivel

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE**

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE  
AUTORIZADO POR EL LICITANTE

CGA