



GOBIERNO DE
MÉXICO



IMSS

DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
Unidad de Atención Médica
Coordinación de Planeación de
Infraestructura Médica
División de Equipamiento Médico

**CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)**

CLAVE SAI: 523.744.0162.00.01 FECHA IMP.: 05/12/2019
CLAVE PREI: 000000000019050 HORA IMP.: 14:05:15

NOMBRE GENÉRICO

Purificador de agua, (de lámpara ultravioleta)

LICITANTE: _____ MARCA: _____
LICITACIÓN: _____ MODELO: _____
PARTIDA: _____ CATALOGO: _____
CANTIDAD: _____

HOJA 1 de 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

- 1 Descripción:**
 - 1.1 Purificador de agua, (de lámpara ultravioleta),
 - 1.2 Sistema de purificación y desinfección de agua a base de un sistema de tres elementos:
 - 1.3 Filtro para retención de sedimentos hasta de 5 micrómetros,
 - 1.4 Filtro de carbón comprimido para eliminar olor y sabor de cloro y para la retención de sedimentos hasta 10 micrómetros,
 - 1.5 Cámara de rayos ultravioleta de acero inoxidable AISI-304, 16 000 micro watts segundos/cm² UV,
 - 1.6 Lámpara indicadora electrónica (led), de seguridad
 - 1.7 Alarma de sonido,
 - 1.8 Alarma visual,
 - 1.9 Apagador solenoide,
 - 1.10 Requerimientos flujo promedio 6.8 galones por minuto,
- 2 Instalación:**
 - 2.1 Corriente eléctrica 110 V \pm 10%, 60 Hz.
 - 2.2 Toma de agua
- 3 Mantenimiento:**
 - 3.1 No requiere mantenimiento preventivo

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de
Equipamiento Médico

Revisó

Elaboró

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación
de las Unidades Médicas

Lic. Ignacio Valdivia Ortega
Coordinador de Programas de
Nutrición de la División de
Hospitales de Segundo Nivel

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
AUTORIZADO POR EL LICITANTE

CGA