



GOBIERNO DE
MÉXICO



IMSS

DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
Unidad de Atención Médica
Coordinación de Planeación de
Infraestructura Médica
División de Equipamiento Médico

**CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)**

CLAVE SAI: 523.744.0154.00.01 FECHA IMP.: 05/12/2019
CLAVE PREI: 000000000019049 HORA IMP.: 14:05:15
NOMBRE GENÉRICO

Purificador de agua (3 bujías).

LICITANTE: _____ MARCA: _____
LICITACIÓN: _____ MODELO: _____
PARTIDA: _____ CATALOGO: _____
CANTIDAD: _____

HOJA 1 de 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

1 Descripción:

- 1.1 Purificador de agua (3 bujías),
- 1.2 Cuerpo de acero inoxidable AISI-304, tipo sanitario,
- 1.3 Tres elementos filtrantes compuestos por:
1.4 Tubo de cerámica de porosidad submicronica,
1.5 Plata dispersada uniformemente e incorporada en la cerámica,
- 1.6 Carga de cuarzo-plata,
- 1.7 Cuatro tuercas volantes (manerales),
- 1.8 Cuatro rondanas de acero,
- 1.9 Un aro sello de neopreno,
- 1.10 Un servidor de cuello de ganso cromado,
- 1.11 Válvula de compuerta cromada con maneral,
- 1.12 Dimensiones generales 47.0 x 20.5 cm de diámetro., con una tolerancia de $\pm 10\%$.,
- 1.13 Rendimiento 1.5 a 9.0 litros/min, según presión disponible.

2 Instalación:

- 2.1 Toma de agua

3 Mantenimiento:

- 3.1 No requiere mantenimiento preventivo

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de
Equipamiento Médico

Revisó

Elaboró

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación
de las Unidades Médicas

Lic. Ignacio Valdivia Ortega
Coordinador de Programas de
Nutrición de la División de
Hospitales de Segundo Nivel

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
AUTORIZADO POR EL LICITANTE

CGA