



GOBIERNO DE  
MÉXICO



IMSS

DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS  
Unidad de Atención Médica  
Coordinación de Planeación de  
Infraestructura Médica  
División de Equipamiento Médico

**CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO  
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)**

CLAVE SAI: 523.782.1715.00.01 FECHA IMP.: 05/12/2019  
CLAVE PREI: 000000000019072 HORA IMP.: 14:05:16

NOMBRE GENÉRICO

**Refrigerador vertical de una puerta con capacidad de  
12 pies cúbicos**

LICITANTE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_  
LICITACIÓN: \_\_\_\_\_ MODELO: \_\_\_\_\_  
PARTIDA: \_\_\_\_\_ CATALOGO: \_\_\_\_\_  
CANTIDAD: \_\_\_\_\_

HOJA 1 de 1

**ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS**

**1 Descripción:**

- 1.1 Refrigerador vertical de una puerta con capacidad de 12 pies cúbicos con una tolerancia de  $\pm 10\%$ .
- 1.2 Refrigerante libre de CFC
- 1.3 Con 4 niveles de exhibición,
- 1.4 Puertas adaptadas para cambiar su sentido de apertura,
- 1.5 Puertas con sistema de auto cierre,
- 1.6 Ahorrador de energía,
- 1.7 Piso interior de acero inoxidable,
- 1.8 Parrillas ajustables,
- 1.9 Capacidad para programar la temperatura dentro del rango  $2^{\circ}\text{C}$  a  $24^{\circ}\text{C}$
- 1.10 Compresor de  $\frac{1}{4}$  HP.
- 1.11 Dimensiones: Altura 189 cm. Fondo 62 cm. Frente 76 cm

**2 Instalación:**

- 2.1 Corriente eléctrica 110 V  $\pm 10\%$ , 60 Hz.

**3 Mantenimiento:**

- 3.1 Mantenimiento preventivo y correctivo, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián  
Titular de la División de  
Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos  
Jefa de Área de Instrumentación  
de las Unidades Médicas

Elaboró

Lic. Ignacio Valdivia Ortega  
Coordinador de Programas de  
Nutrición de la División de  
Hospitales de Segundo Nivel

**DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE**

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE  
AUTORIZADO POR EL LICITANTE

CGA