



GOBIERNO DE
MÉXICO



IMSS

DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
Unidad de Atención Médica
Coordinación de Planeación de
Infraestructura Médica
División de Equipamiento Médico

**CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)**

CLAVE SAI: 523.782.1737.00.01 FECHA IMP.: 05/12/2019
CLAVE PREI: 000000000019074 HORA IMP.: 14:05:16

NOMBRE GENÉRICO

Refrigerador vertical una puerta de 18 pies cúbicos

LICITANTE: _____ MARCA: _____
LICITACIÓN: _____ MODELO: _____
PARTIDA: _____ CATALOGO: _____
CANTIDAD: _____

HOJA 1 de 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 Descripción:

- 1.1 Refrigerador vertical una puerta de 18 pies cúbicos con una tolerancia de $\pm 10\%$.
- 1.2 Refrigerante libre de CFC
- 1.3 (cinco) 5 niveles de exhibición
- 1.4 Con control de temperatura inteligente,
- 1.5 puertas adaptadas para cambiar su sentido de apertura
- 1.6 Puertas con sistema de auto cierre
- 1.7 ahorrador de energía,
- 1.8 piso interior de acero inoxidable,
- 1.9 parrillas ajustables,
- 1.10 permite programar la temperatura de 2°C a 24 °C

2 Instalación:

- 2.1 Corriente eléctrica 110 V $\pm 10\%$, 60 Hz.

3 Mantenimiento:

- 3.1 Mantenimiento preventivo y correctivo, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de
Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación
de las Unidades Médicas

Elaboró

Lic. Ignacio Valdivia Ortega
Coordinador de Programas de
Nutrición de la División de
Hospitales de Segundo Nivel

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
AUTORIZADO POR EL LICITANTE

CGA