



GOBIERNO DE
MÉXICO



IMSS

DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
Unidad de Atención Médica
Coordinación de Planeación de
Infraestructura Médica
División de Equipamiento Médico

**CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)**

CLAVE SAI: 523.481.0557.00.01 FECHA IMP.: 05/12/2019
CLAVE PREI: 000000000018990 HORA IMP.: 14:05:14

NOMBRE GENÉRICO

Horno de convección

LICITANTE: _____ MARCA: _____
LICITACIÓN: _____ MODELO: _____
PARTIDA: _____ CATALOGO: _____
CANTIDAD: _____

HOJA 1 de 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

1 Descripción:

- 1.1 Horno de convección,
- 1.2 Estructura total en acero inoxidable AISI-304, de 18/10,
- 1.3 Con funciones automáticas,
- 1.4 Con inyección automática,
- 1.5 Temporizador para la programación del tiempo de cocción (hasta 120 min.),
- 1.6 Termostato con visualización óptica (de 50°C a 250°C),
- 1.7 Humedecedor automático,
- 1.8 La charola recolectora y los soportes laterales desmontables para una rápida limpieza (6 charolas).
- 1.9 Nota: cuando se utilice a gas este deberá estar equipado con un termostato de seguridad y una válvula termopar para el corte de suministro de gas.

2 Instalación:

- 2.1 Corriente eléctrica 110 V \pm 10%, 60 Hz.
- 2.2 A gas

3 Mantenimiento:

- 3.1 Mantenimiento preventivo y correctivo, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria.

Valido

ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de
Equipamiento Médico

Revisó

Elaboró

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación
de las Unidades Médicas

Lic. Ignacio Valdivia Ortega
Coordinador de Programas de
Nutrición de la División de
Hospitales de Segundo Nivel

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
AUTORIZADO POR EL LICITANTE

CGA