



GOBIERNO DE
MÉXICO



IMSS

DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
Unidad de Atención Médica
Coordinación de Planeación de
Infraestructura Médica
División de Equipamiento Médico

**CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)**

CLAVE SAI: 523.782.1749.00.01 FECHA IMP.: 05/12/2019
CLAVE PREI: 000000000019075 HORA IMP.: 14:05:16

NOMBRE GENÉRICO

**Refrigerador vertical, con cuatro puertas, capacidad
de 30 pies cúbicos**

LICITANTE: _____ MARCA: _____
LICITACIÓN: _____ MODELO: _____
PARTIDA: _____ CATALOGO: _____
CANTIDAD: _____

HOJA 1 de 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

1 Descripción:

- 1.1 Refrigerador vertical,
- 1.2 Capacidad de 30 pies cúbicos con una tolerancia de $\pm 10\%$.
- 1.3 Refrigerante libre de CFC
- 1.4 (cinco) 5 niveles de exhibición,
- 1.5 Cuatro puertas
- 1.6 Ahorrador de energía
- 1.7 Con sistema de auto cierre,
- 1.8 Piso interior de acero inoxidable,
- 1.9 Parrillas ajustables,
- 1.10 Capacidad para programar la temperatura de 2°C a 24°C
- 1.11 Compresor de $\frac{3}{8}$ HP
- 1.12 Dimensiones: altura 202 cm. Frente 120 cm. Fondo 84 cm.

2 Instalación:

- 2.1 Corriente eléctrica 110 V $\pm 10\%$, 60 Hz.

3 Mantenimiento:

- 3.1 Mantenimiento preventivo y correctivo, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria.

Valido

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de
Equipamiento Médico

Revisó

Elaboró

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación
de las Unidades Médicas

Lic. Ignacio Valdivia Ortega
Coordinador de Programas de
Nutrición de la División de
Hospitales de Segundo Nivel

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
AUTORIZADO POR EL LICITANTE

CGA