



GOBIERNO DE
MÉXICO



IMSS

DIRECCIÓN DE PRESTACIONES MÉDICAS
Unidad de Atención Médica
Coordinación de Planeación de
Infraestructura Médica
División de Equipamiento Médico

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULO
(ANEXO DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN)

CLAVE SAI: 523.782.1601.00.01 FECHA IMP.: 05/12/2019
CLAVE PREI: 000000000018943 HORA IMP.: 14:05:14

NOMBRE GENÉRICO

Refrigerador y congelador vertical; frente y costados
en acero inoxidable, de 30 pies cúbicos de capacidad

LICITANTE: _____ MARCA: _____
LICITACIÓN: _____ MODELO: _____
PARTIDA: _____ CATALOGO: _____
CANTIDAD: _____

HOJA 1 de 1

ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL LICITANTE

1 Descripción:

- 1.1 Refrigerador y congelador vertical.
- 1.2 Frente y costados en acero inoxidable.
- 1.3 De 30 pies cúbicos de capacidad, con una tolerancia de $\pm 10\%$.
- 1.4 Secciones independientes.
- 1.5 Refrigerador y congelador de 15 pies cúbicos de capacidad por sección., con una tolerancia de $\pm 10\%$.
- 1.6 Compresor de $\frac{1}{2}$ HP. Para el congelador.
- 1.6.1 Rango de temperatura de -10°C o menor.
- 1.7 Compresor de $\frac{1}{4}$ HP Para el refrigerador.
- 1.7.1 Rango de temperatura entre 2°C a 8°C
- 1.8 Un condensador libre de mantenimiento por sección.
- 1.9 Protector de voltaje.
- 1.10 (dos) 2 controles digitales independientes de temperatura.
- 1.11 Deshielo automático.

2 Instalación:

- 2.1 Corriente eléctrica 110 V $\pm 10\%$, 60 Hz.

3 Mantenimiento:

- 3.1 Mantenimiento preventivo y correctivo, conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria.

Validó

Ing. Gerardo A. Martínez Fabián
Titular de la División de
Equipamiento Médico

Revisó

Ing. Lorena Arriaga Gallegos
Jefa de Área de Instrumentación
de las Unidades Médicas

Elaboró

Lic. Ignacio Valdivia Ortega
Coordinador de Programas de
Nutrición de la División de
Hospitales de Segundo Nivel

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
AUTORIZADO POR EL LICITANTE

CGA